



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

17/07/2024 00:00:00

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20244318

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENER FİRMALARIN 24/07/2024 TARİHİ, SAAT 14:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) ELDEN GETİRMELERİ VEYA

İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

KAMİL KOÇAK

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	TAHLİYE KOMBİNE (SANDALYE) SEDYE	49,00 ADET

ÖDEME SÜRESİ: 90 GÜN

TEKLİF NO : 20244318

NOT : TEKLİFLERDE MARKA-MODEL BELİRTİLMELİ VE TEKNİK ŞARTNAMEYE CEVAP BULUNMALIDIR.

İLGİLİ KİŞİ : BINAY YEŞİLYAYLA

TEL : 4123945

E-MAIL : binay.yesilyayla@deu.edu.tr

* TEKLİFLE BİRLİKTE TEKNİK ŞARTNAMEYE CEVAP YAZISI VERİLECEKTİR. TEKNİK ŞARTNAMEYE CEVAP YAZISI OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

* TEKLİFLE BİRLİKTE MARKA, MODEL VE UBB KODLARININ DA VERİLMESİ GEREKMEKTEDİR

* Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

1/3



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

27/03/21

Ek-2

TEKNİK ŞARTNAME

12302 ACİL DURUM TAHLİYE SEDYESİ

1. Acil durum tahliyesinde, merdivenlerden engelli, yaralı ve hasta tahliyesi için tasarlanmış ve üretilmiş olmalıdır.
2. Bir kullanıcı tarafından kısa sürede kurulacak şekilde tasarlanmış olmalıdır.
3. Metal aksam sertleştirilmiş alüminyum alaşımdan imal edilmiş olmalıdır.
4. Minder kısmı leke tutmayan antibakteriyal, alev geçirici özellikte olmalıdır.
5. Üzerinde "Tahliye Sedyesi" olduğu anlaşılacak şekilde yazılı ibare olacaktır.
6. Tahliye güvenli sağlamak için sedye kemeri olacaktır.
7. Düz zeminde, tekerlekli sandalye işlemi de görebilmelidir.
8. Tekerlekler zeminde iz bırakmayan, hijyenik, malzemenen üretilmiş olmalıdır.
9. Ambalaj içeriğinde, her bir ürünle, duvara askı aparatı, yangına karşı ürünün muhafazası için koruyucu kılıf, yönlendirme tabelası, tabela şeklinde duvara asılabilir görsel içerikli ürün kullanım talimatı bulunmalıdır.
10. Taşıma kapasitesi 130-160 kg arasında olmalıdır.
11. İdare istediği takdirde numuneye göre değerlendirme yapabilecektir.
12. 6502 sayılı tüketicinin korunması kanununun ilgili maddelerinde belirtmiş olduğu garanti şartları geçerlidir. UBB kaydı olmalıdır.

AH ERFAZAL
Makine Teknikeri

Bora ANGIN
Hastane Müdür Yrd.

Gülşah KAYA
Hastane Müdür Yrd.

Nazlı KILIÇ
İdari Sorumlu