



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20235407

İLAN

21/09/2023 00:00:00

HASTANEMİZ AŞAĞIDA BELİRTİLEN CİHAZ / ALET / MALZEMENİN BAKIM ONARIM HİZMETİ,

TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 05/07/2024 TARİHİ, SAAT 10:00

'E KADAR EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) ELDEN GETİRMELERİ VEYA İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

KAMİL KOÇAK

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

MAL / HİZMET	MİKTAR	İSTEK NEDENİ
1 AMELİYAT MIKROSKOBU BAKIMI (ZEISS MARKA MIKROSKOPLAR ICIN)	1,00 ADET	pls cerrahi bölümüne ait zeiss pentero 800 mikroskop cihazının ekranına görüntü gelmemektedir ayrıca cihaz kullanım aşmasında ışık ile mercek odaklanmamaktadır daha öncesinde ekran sorunu ile ilgili
Marka/Model /Seri No :	SICIL NO: 180002106 REFERANS NO: RF18002106 DEMİRBAŞ ADI: UST DUZEY CERRAHI AMELİYAT MIKROSKOBU (PLASTIK CERRAHI MIKROSKOBU)(CARL ZEISS/ OPMI PENTERO 800) MARKA-MODEL: CARL ZEISS OPMI PENTERO 800 SERI NO: 6641720598 Ayn No: 72203Ozel Dno: TKKY NOTU: ZİMMET: BİRGÜL KARAKAŞ - 23/10/2019 BULUNDUĞU YER: AMELİYATHANE(AMELİYATHANE SORUMLUSU) TEDARİKÇİ ADI: CARL ZEISS MEDITEC MEDİKAL ÇÖZÜMLER TİC. VE SAN. A.Ş ALIM FİYATI: 754650 GARANTİ: H - (14/09/2018 - 14/09/2020) FATURA: - KESİN KABUL NO: 2018 - 8656 GARANTÖR ADI:.	
Arıza No :	409378	

TEKLİF NO 20235407

ÖDEME SÜRESİ 90

NOT : 20235407 NO LU TEKLİF MEKTUBU

MÜRACAT : CEREN KURT

E_MAIL : ceren.kurt@deu.edu.tr

TEL : 4122412

NOT :Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

FORM NO: MYS_0023



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

01/07/2024 11:25:25

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

541.0424.001	AMELİYAT MİKROSKOBU BAKIMI (ZEISS MARKA MİKROSKOPLAR İÇİN)	ADET	1
--------------	--	------	---

1. GENEL ÖZELLİKLER

2. DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.