



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20244432

İLAN

25/07/2024 00:00:00

HASTANEMİZ AŞAĞIDA BELİRTİLEN CİHAZ / ALET / MALZEMENİN BAKIM ONARIM HİZMETİ,

TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 29/07/2024 TARİHİ, SAAT 10:00

E KADAR EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) ELDEN GETİRMELERİ VEYA İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

KAMİL KOÇAK

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

MAL / HİZMET	MİKTAR	İSTEK NEDENİ
1 TONOMETRE CİHAZI BAKIMI ONARIMI	2,00 ADET	i care ölçüm yapmıyor. geçmiş sorun devam etmekte / D2 ODASINDAKİ GÖZ TANSİYON ALETİ KALİBRASYONU ACİL YANLIŞ ÖLÇÜM YAPIYOR

Marka/Model /Seri No : SICIL NO: 140001410
REFERANS NO: RF14001410
DEMİRBAŞ ADI: TASINABİLİR APLANASYON TONOMETRE (I CARE GOZ ICII BASINC OLCUM CİHAZI) / (MARKA:ICARE / MODEL:TA02)
MARKA-MODEL: ICARE TA01İ
SERI NO: 1108CA077
Ayn No: 47626Ozel Dno:
TKKY NOTU:
ZİMMET: AYLİN YAMAN - 11/12/2014
BULUNDUĞU YER: GÖZ HASTALIKLARI A.B.D.(GÖZ HAST. A.D. BAŞKANLIĞI)
TEDARİKÇİ ADI: MEDİCAN MEDİKAL ÇÖZÜMLER A.Ş.
ALIM FİYATI: 6868,8
GARANTİ: E - (24/11/2014 - 24/11/2017)
FATURA: -
KESİN KABUL NO: 2014 - 14640
GARANTÖR ADI: / SICIL NO: 180002202
REFERANS NO: RF18002202
DEMİRBAŞ ADI: NON KONTAKT TONOMETRİ CİHAZI (CANON / TX-20)
MARKA-MODEL: CANON TX-20
SERI NO: 710090
Ayn No: 72299Ozel Dno:
TKKY NOTU:
ZİMMET: ÜZEYİR GÜNENÇ - 06/11/2023
BULUNDUĞU YER: GÖZ HASTALIKLARI A.B.D.(GÖZ HAST. A.D. BAŞKANLIĞI)

TEKLİF NO 20244432
ÖDEME SÜRESİ 90
NOT : 20244432 NO LU TEKLİF MEKTUBU
MÜRACAT : CEREN KURT
E_MAIL : ceren.kurt@deu.edu.tr
TEL : 4122412

NOT :Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

FORM NO: MYS_0023



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20244432

İLAN

25/07/2024 00:00:00

HASTANEMİZ AŞAĞIDA BELİRTİLEN CİHAZ / ALET / MALZEMENİN BAKIM ONARIM HİZMETİ,

TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN **29/07/2024 TARİHİ, SAAT 10:00**

'E KADAR EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) ELDEN GETİRMELERİ VEYA İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

KAMİL KOÇAK

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

MAL / HİZMET

MİKTAR

İSTEK NEDENİ

TEDARİKÇİ ADI: BAYER TURK KIMYA SAN.LTD.STI. .
ALIM FİYATI: 58304,232
GARANTİ: H - (04/09/2018 - 04/09/2020)
FATURA: 109372 - 13/09/2018
KESİN KABUL NO: 2018 - 8864
GARANTÖR ADI:.

Arıza No : 393130 / 429175

TEKLİF NO 20244432

ÖDEME SÜRESİ 90

NOT : 20244432 NO LU TEKLİF MEKTUBU

MÜRACAT : CEREN KURT

E_MAIL : ceren.kurt@deu.edu.tr

TEL : 4122412

NOT :Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

FORM NO: MYS_0023

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

541.0778.001 TONOMETRE CİHAZI BAKIMI ONARIMI	ADET	2
--	------	---

1. GENEL ÖZELLİKLER

2. DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(12428) TONOMETRE CİHAZI BAKIMI ONARIMI

Açıklama : TONOMETRE CİHAZI BAKIMI ONARIMI

- Arızalı cihazın tamirini yapacak olan firmalar, arızalı cihazın yetkili servisi olduğunu veya TSE den alınmış Cihazın/sistemin tamiri yapabilir yeterlilik belgesi ile belgelendireceklerdir.
- Yüklenici firma, tamiri gerçekleştirilen cihaz için tamir ve tamir aşamasındaki işçilik hatalarına karşı (sarf malzemeleri ve kullanıcı kaynaklı hasarlar hariç) onarım yapılan cihaz ve/veya yedek parça değişimi yapılan malzemeler için en az 1(bir) yıl garanti taahhütnamesi verecektir.
- İstekli firma cihazın arıza tespitini bölümde veya Klinik Mühendislik Biriminde yapacaktır.Arıza tespiti için cihazın firmaya gönderilmesi zorunlu olduğu durumda ise Klinik Mühendislik tarafından teslim tutanağı düzenlenecek ve firma yetkilisi cihazı klinik mühendislikten teslim edilecektir. Arıza tespiti amaçlı cihaz firmaya ayrıca kargoyla gönderilmez.
- İstekli firma; arıza tespiti yaparken bulunduğu alanda yapabiliyorsa cihazın kullanıcı personeli veya Klinik Mühendislik Biriminin görevlendireceği personel gözetiminde bu işlemi gerçekleştirecektir.Yapamıyorsa hastane idaresinin onay vermesi halinde kendi servisinde arıza tespiti yapacaktır.
- İstekli firma; inceleme işleminden sonra cihazın tüm fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için detaylı arıza tespiti yapmalı ve onarımında yapılacak işlemler ayrıntılı şekilde düzenlediği teknik servis arıza tespit formunda belirtilecek ve ayrıca fiyat teklifi ile birlikte hastane idaresine ibraz etmelidir.
- Firma sipariş almadan onarım yapmamalıdır, yapması durumunda; oluşabilecek olumsuz durumlar için tutanak tutularak cezai işlem başlatılır.İhtiyaç duyulan onarım sonrasında, cihazın işlevsel ve fiziksel olarak %100 çalışmasını sağlamalıdır. Tespit edilen arızalar giderilecek, varsa fonksiyonel kalibrasyon işlemleri yapılacak, cihazın tüm fonksiyonları eksiksiz çalışır durumda teslim edilecektir. Yapılan işlemlerden ek bir ücret talep edilmeyecektir.
- Yapılacak kısmi onarım kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- Cihazın onarımı sonrası yapılan işlemlerin yer aldığı teknik servis formu veya teknik bilgilendirme formu kabul sırasında teslim edilecektir.
- Yüklenici firma, tamir sonrası teslimat aşamasında cihazın tüm fonksiyonlarının çalıştığını, kullanıcı personel veya Klinik Mühendislik Biriminin görevlendireceği personele kontrol ettirerek teslimat işlemini gerçekleştirecektir.
- Teklif edilen onarım hizmeti onaydan itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde tamamlanacaktır. Cihazın onarımı için yurtdışından parça gerekmesi durumunda bu süre hastane idaresinin onayı ve belgelendirilmek koşuluyla uzatılabilir.

N.A