



## Uygulama ve Araştırma Hastanesi

### Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20243818

## İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 10/07/2024 TARİHİ, SAAT 14:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) ELDEN GETİRMELERİ VEYA

İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

KAMİL KOÇAK

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

### ALIM KONUSU MALZEMELER

### MİKTAR

1	BOBIN BEYAZ	10,00	ADET
2	HASTA BAGLAMA KAYISI (TESPİT BAĞI) (GOBEK EL VE AYAK SABİTLEYİCİ)	2,00	SET
3	ELYAF	20,00	KİLOGRAM
4	HASTA BAGLAMA KAYIS CİRTCİRTİ	10,00	TOP

ÖDEME SÜRESİ: 90 GÜN

TEKLİF NO : 20243818

NOT : 20243818 NO LU TEKLİF MEKTUBU

İLGİLİ KİŞİ : ERİNÇ ERGEN

TEL :

E-MAIL : erinc.ergen@deu.edu.tr

\*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

# DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

## Uygulama ve Araştırma Hastanesi

### TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

111.0002.000	BOBIN BEYAZ	ADET	10
112.0072.000	HASTA BAGLAMA KAYISI (TESPIT BAGI) (GOBEK EL VE AYAK SABİTLEYİCİ)	SET	2
111.0051.000	ELYAF	KİLOGRAM	20
111.0074.000	HASTA BAGLAMA KAYIS CİRTCİRTİ	TOP	10

### 1.GENEL ÖZELLİKLER

### 2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

**(7891) BOBIN BEYAZ**

**Açıklama : BOBIN BEYAZ**

- % 100 Polyester olmalıdır.
- Renk: Beyaz
- Mukavemeti iyi olmalı,
- Yüzeyi düzgün ve hatasız olmalı,
- İplik çapı düzgün olmalı,
- Elastikiyeti iyi olmalı,
- Dikiş ipliği boyaması düzgün olmalıdır.
- Kimyasallara karşı dayanıklı olmalıdır.

111.0002.000  
TERZ 013

22



## DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Uygulama ve Araştırma Hastanesi

08/08/2023 09:40:00

### TEKNİK ŞARTNAME

#### 7891 BOBİN BEYAZ DİKİŞ İPLİĞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. % 100 Polyester olmalıdır.
2. Renk: Beyaz
3. Mukavemeti iyi olmalı,
4. Yüzeyi düzgün ve hatasız olmalı,
5. İplik çapı düzgün olmalı,
6. Elastikiyeti iyi olmalı,
7. Dikiş ipliği boyaması düzgün olmalıdır.
8. Kimyasallara karşı dayanıklı olmalıdır.

Turan ERDOĞAN  
Çamaşırhane Sorumlusu

Yaşabey BİLGİN  
Terzihane Sorumlusu

Hastane Müdürü Yrd  
Gülizar Kara



# DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ


## Uygulama ve Araştırma Hastanesi


25/12/2023 11:11:57

### TEKNİK ŞARTNAME

#### 12147 HASTA BAĞLAMA KAYIŞ CIRT CIRTİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. CIRT DİŞİ VE ERKEK OLARAK İKİ PARÇA OLMALI
2. KALİTELİ OLMALI, YIKAMA ESNASINDA YAPIŞKAN (TUTMA) ÖZELLİĞİNİ KAYBETMEMELİ
3. CIRTLAR DİŞİ VE ERKEK OLARAK AYRI RULOLARA SARILI OLMALI
4. CIRTIN RULOLARI EN AZ 25'ER METRE OLMALI
5. CIRTIN ENİ 10 CM OLMALI,
6. RENK:YEŞİL

Terzihane Sor  
Yağobey bilgen  



Yılmaz F.  
Hastane Müd.  
Yılmaz ERSOY  
Hastane Müd.  


TEKNİK ŞARTNAME

397 HASTA BAĞLAMA KEMERİ

1. Kliniklerde yatan hastaların istem dışı yapmış oldukları hareketleri kontrol etmek, aynı zamanda kendine ve çevresine zarar vermesini engellemek amacı ile tasarlanmış olmalıdır.
2. Set, 2 Adet el bileği sabitleme, 2 Adet bacak bileği sabitleme ve 1 adet bel sabitleme kemerinden oluşmalıdır.
3. Tüm kemerlerin tekstil dokusu yumuşak yüzlü malzemeden, sağlam dikişli ve sağlam perçinli-zımbalı olmalıdır. Metal parçaların ve ana gövde malzemelerin kenarlarında cilt yaralanmalarına neden olabilecek keskin, sivri, çapaklı kenar olmamalıdır.
4. Sabitleme kemerlerinin hasta yataklarına, sedyelere kilitlenebilecek parçası yeterli uzunlukta, en az 140 cm olmalı ve istenirse uzatma parçaları ile mesafe uzatılabilir.
5. Sabitleme kemerlerinin hasta bağlama parçası, yeterli uzunlukta, bel çevresi en az 90-130 cm bel çevresinde hastaları bağlayabilecek uzunlukta, 12-15 cm genişlikte ve bağlantısı kilitlenebilecek yapıda olmalı ve istenirse uzatma parçaları ile mesafe uzatılabilir.
6. Hasta bağlama ve sedye bağlama kemerlerinin bağlantısı yaklaşık 2-3 cm genişliğinde, polyester esaslı tekstil malzemeden çaprazlama olarak dikilerek, her iki kemerin birbirinden ayrılmadan, hastanın yaklaşık doksan derece her iki yana dönebilmesini sağlamalıdır.
7. Sistem kilit mekanizmasına sahip olmalı, basit ve güvenli bir şekilde, hastanın kendisini veya sorumlunun izni olmadan diğer şahısların engelleyecek yapıda kilitlenmeli, anahtar veya aparatı olmadan kesinlikle ayrılmamalı ve hastaya temas etmemelidir.
8. Her sette en az 12 kilit sistemi ve 4 adet kilidi açmak için anahtar veya aparatı olmalıdır.
9. Kilit ve anahtar mekanizması, vb. sistemi ile çalışmalı istendiğinde kolayca kilitlenip ayrılabilir.
10. Sistem %100 terylene-polyester karışımı malzemeden imal edilmiş olmalı hastaya uygulandığında cilt yaralanmaları, sürterek aşınma tahribatı yapmamalıdır.
11. Sistem 95 derecede yıkanabilir, defalarca kullanılabilir.
12. Firmaca teklif edilen hasta bağlama setinin, halen üretimde olan, istenilen özelliklere sahip son model olduğu üret firmaca belgelenmelidir.
13. Cihazın ve teklif veren firmanın UBB kaydı olmalı ve belgelenmelidir.
14. Set en az iki yıl garantili olacak ve bu garanti satıcı ve/veya temsilci firma tarafından verilecektir.
15. Firmalardan bir takım testlerin yapılması istenebilir. Bu testlerin yapılabilmesi için gerekli personel ve düzeneği firmalar sağlayacaktır.
16. Kabul ve muayenede oluşabilecek kaza ve hasardan satıcı firma sorumludur.

Uygundur.

Heusire  
Zeynep Altın  


Dr. Murat Baykan  


Dr. Nevay Alşen Güney  


## ELYAF TEKNİK ŞARTNAME

1-%100 boncuk silikon elyaf olmalıdır.

2-Boncuk silikon elyaf, yıkama veya kullanma esnasında keçeleşme ve topaklanma yapmamalıdır

Yaşbey BİLGEN  
Terzihane Sorumlusu  


Nazlı KILIÇ  
İdari Sorumlu  
