



## Uygulama ve Araştırma Hastanesi

### Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20244933

## İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 16/08/2024 TARİHİ, SAAT 14:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) ELDEN GETİRMELERİ VEYA

İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

KAMİL KOÇAK

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

### ALIM KONUSU MALZEMELER

### MİKTAR

|   |                                                   |        |      |
|---|---------------------------------------------------|--------|------|
| 1 | NEM OLCER (TERMOHIGROMETRE) CİHAZI                | 100,00 | ADET |
| 2 | ACIL CANTASI                                      | 8,00   | ADET |
| 3 | UYUSTURUCU DOLABI ÇİFT KİLİTLİ (KIRMIZI VE YESİL) | 3,00   | ADET |

ÖDEME SÜRESİ: 90 GÜN

TEKLİF NO : 20244933

NOT : TEKLİFLERDE MARKA VE MODEL BELİRTİLMELİDİR.

İLGİLİ KİŞİ : BINAY YEŞİLYAYLA

TEL : 4123945

E-MAIL : binay.yesilyayla@deu.edu.tr

\* TEKLİFLE BİRLİKTE TEKNİK ŞARTNAMEYE CEVAP YAZISI VERİLECEKTİR. TEKNİK ŞARTNAMEYE CEVAP YAZISI OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

\* TEKLİFLE BİRLİKTE MARKA, MODEL VE UBB KODLARININ DA VERİLMESİ GEREKMEKTEDİR

\*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

# DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

## Uygulama ve Araştırma Hastanesi

### TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

|              |                                                   |      |     |
|--------------|---------------------------------------------------|------|-----|
| 441.0191.000 | NEM OLCER (TERMOHIGROMETRE) CİHAZI                | ADET | 100 |
| 442.0071.000 | ACIL CANTASI                                      | ADET | 8   |
| 442.3742.000 | UYUSTURUCU DOLABI CİFT KILITLI (KIRMIZI VE YESİL) | ADET | 3   |

### 1.GENEL ÖZELLİKLER

### 2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

#### (12563) ACIL CANTASI

##### Açıklama : ACIL CANTASI

- Çanta ambulans,hastane,mavi kod,paramedik kullanıcı, klinik ekibinin kullanımı için temel tıbbi malzeme çantası olarak tasarlanmış olmalıdır.
- Çanta suya dayanıklı, uzun ömürlü, poliüretan kumaş ve malzemeden üretilmiş olmalı, çanta içinde muhafaza edilen malzemeleri korumak için darbe emici malzeme kullanılmış olmalıdır.
- Çanta elde,omuzda veya sırtta taşımaya uygun olmalıdır.
- Çanta müdahale için gerekli malzemeleri taşımaya uygun olmalıdır.
- Fonksiyonel olmalı, gövde üzerinde en az 3 adet dış cep bulunmalıdır. Cepler bölmeli olmalıdır.Ceplerin en az 2 adeti yanlarda bulunmalıdır ve yan cepler Reflektör Şerit ile çevrelenmiş olmalıdır.
- Çantanın ebadı 45\*20\*25 (+/- 5) olmalıdır.
- Çantanın rengi kırmızı,turuncu veya mavi olmalıdır.
- Çantanın içinde en az 4 adet ayarlanabilir bölme olmalıdır. Bölmeler gerektiğinde çıkarılabilir olmalıdır.
- Çantanın bir gözünde en az 20 adet lastikli ampul tutma aparatı bulunmalıdır.
- İç temizliği ve bölmeler arası temizliği kolay olmalıdır.
- Çantanın dikey durmasını sağlayacak şekilde, alt kısmında 4 adet kauçuk darbe emici ayak bulunmalıdır.
- Çantanın yan ceplerinde malzemelerin sabitlenmesi için file gözler bulunmalı ve çantanın tüm dikiş kapamaları ile cepler fitille belirtilmiş olmalıdır.
- Çantanın üst cebinin üzerine isteğe bağlı olarak asetatlı etiket koyma bölmesi bulunmalıdır.
- Çantanın fermuarı tercihen çift yönlü çalışan çift başlıklı olmalıdır.
- 6502 sayılı tüketicinin korunması kanununun ilgili maddelerinde belirtmiş olduğu garanti şartları geçerlidir.

A.T

#### (12564) UYUSTURUCU DOLABI CİFT KILITLI (KIRMIZI VE YESİL)

##### Açıklama : UYUSTURUCU DOLABI CİFT KILITLI (KIRMIZI VE YESİL)

- Steril olması gereken tüm klinik,poliklinik ortamlarda kullanılabilir olmalıdır.
- Dolap gözünde sabit raf olmalıdır. Tüm aksam elektrostatik toz boyalı olmalıdır. Dolap dikine bir bölmeyle ikiye bölünmüş olmalıdır.
- Kapaklarda gömme kilit sistemi ve anahtarı olmalıdır. Yedek anahtarları teslim esnasında kuruma verilmelidir.

4. Dolap iki kapaklı olup her bölüm müstakil çalışabilir olmalıdır. Dolap kapakları ise biri Kırmızı, biri Yeşil renge boyanmış olmalıdır.
5. Ebatlar: 20\*60\*50 (+/-5) olmalıdır. İdare den uygunluk almak koşulu ile ölçüler ve renkte değişiklik gösterebilir. Numuneye göre değerlendirme yapılacaktır.
6. Kapaklarda çift kilit yada çift kapı mekanizması olmalıdır.
7. T.S.E Standartlarında üretilmiş olmalıdır.
8. 6502 sayılı tüketicinin korunması kanunun ilgili maddelerinde belirtmiş olduğu garanti şartları geçerlidir.

A.T

### (9220) NEM OLCER (TERMOHIGROMETRE) CİHAZI

#### Açıklama : NEM OLCER (TERMOHIGROMETRE) CİHAZI

1. İç ve dış ortam sıcaklığı ölçümüne uygun olmalıdır. Bulunduğu yerin dijital olarak sıcaklık ve nemini göstermelidir.
2. İç ortam sıcaklık ölçüm aralığı minimum -10 ...+60°C arası olmalıdır.
3. Max / Min Değer Göstergesi olmalıdır. En son reset tuşundan itibaren, Min - Max - Reset tuşları ile istendiği zaman en yüksek ve en düşük ısı ve nem değerlerini göstermelidir.
4. Nem ölçüm aralığı en az 10 - 99% Rh olmalıdır.
5. Ölçüm doğruluğu +/- 1C'yi, Nem : ±% 5 Rh geçmemelidir. Çözünürlük: 0.1 C, Nem : 1 Rh olmalıdır.
6. Termometreler firma tarafından kalibrasyonları yapılmış olarak, kalibrasyon belgesi ile birlikte teslim edilmelidir.
7. Tek tek paketlenmiş olmalı üzerinde ürün barkodu bulunmalıdır.
8. Duvara asma aparatı olmalıdır.İsterseniz Duvara monte edebilir veya masaüstünde kullanabilir olmalıdır.
9. Yazı yüksekliği minimum 3 cm olmalıdır.
10. En az 1 Adet AAA tip pil ile çalışmalıdır.
11. İki yıl garantili olmalıdır.

N.A