



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

14/08/2024 00:00:00

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20245012

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

İHALE İLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN

19/08/2024

TARİHİ, SAAT

14:00

'E/A KADAR

YAKLAŞIK MALİYET TESPİTİ İÇİN

TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) ELDEN GETİRMELERİ VEYA

İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

KAMİL KOÇAK

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	MASKE KAGIT (LASTIKLI)	700.000,00 ADET
2	KORUYUCU ONLUK	90.000,00 ADET
3	CERRAHI MASKE (BAGCIKLI)	180.000,00 ADET

ÖDEME SÜRESİ: 180 GÜN

TEKLİF NO : 20245012

NOT : 2025 YILI KORUYUCU EKİPMAN SARF MAZL.YAKLASIK MALİYET ICINDIR

İLGİLİ KİŞİ : BELMA ÇELEK

TEL : 4122410

E-MAIL : belma.beker@deu.edu.tr

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

1/3

TEKNİK ŞARTNAME

3638 MASKE KAĞIT

1. Maske kağıt non-woven kumaştan imal edilmiş olmalıdır.
2. Üç pileli olmalıdır.
3. Gizli burun teli olmalıdır.(tel uçları maske materyalini delip kazalara neden olmamalıdır.)
4. Sıyıya dayanıklı olmalıdır.
5. Kokusuz olmalıdır.
6. 4 adet bağcıklı olmalı ve bağcık uzunlukları yeterli uzunlukta olmalıdır.
7. Mebran filtreli olmalı ve en az %95 filtrasyon özelliği olmalıdır.
8. Maske ve bağları allerjik olmamalı ve toksit madde içermemelidir.
9. 100'lük karton ambalajlı olmalıdır.
10. Maskeler üç katlı olmalı,iç ve dış katların renkleri farklı olmalıdır.
11. Kullanım sırasında pamuklanma olmamalıdır.
12. Takılı olduğu sürede terletmemeli,normal solunuma engel olmamalıdır.
13. numune olarak bırakılan ürünler hastanemizde denenerek uygunluk kararı verilecektir.Bu nedenle 100 adet numune bırakılmalıdır.
14. Şartnameye uymayan ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır.
15. Tek tek paketlenmiş olmalı paket üzerinde barkot bulunmalıdır.

Handwritten signature: Seyyare Kurt

Handwritten signature: Dr. Yeliz İnce
Dr. Yeliz İnce
Siyen Hekim
Dp.No:14842 Dp.Tes.No: 73794
Sertifika No: 3016

TEKNİK ŞARTNAME

9145 KORUYUCU ÖNLÜK

1. Önlük materyali TS EN 14126 standardına uygun, ortamdan oluşabilecek kan, alkol ve benzer sıvıların alta geçmesini önleyecek sıvı itici özelliği olan, hava geçirgen dokuya sahip en az 50 gr/m² (±5) medikal Non-Woven SMS (Spunband Meltdown Spunbon) materyalinden yapılmış olmalıdır.
2. Tek kullanımlık olmalıdır.
4. Önlükler uzun kollu olmalıdır.
5. Önlüklerin kol manşetleri kullanımı rahatsız etmeyecek şekilde elastik olmalı, cerrahi eldiven giyilmesi sırasında kolların yukarı sıyırılmasını engelleyecek şekilde bileği kavramalıdır.
6. Önlük kol kesimi hareket serbestliğini kısıtlamamalı, dikişler beden hareketleriyle açılmayacak şekilde sağlam olmalıdır.
7. Önlüğün boyun kısmı teri emen, sürtünme ile cildi tahriş etmeyecek yumuşak kumaş biye ile çevrelenmiş olmalıdır. Yaka açıklığı velcro (cırt cırt) veya bağlamalı ip ile ayarlanabilir olmalıdır.
8. Gömleğin arkası; sırtı kapatacak şekilde kruvaze olmalıdır.
9. Belde yeteri kadar bağcık olmalıdır.
10. Boyu min. 120 cm (±5 cm) olmalıdır.
11. Önlükler tek tek poşetlenmiş olmalıdır.
12. Numune olarak bırakılan ürünler hastanemizde denenerek uygunluk kararı verilecektir. Bu sebeple 5 adet numune bırakılmalıdır.
13. Şartnameye uymayan ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır.
14. Tek beden xl olmalıdır. Boyu diz altına kadar standart beden olmalıdır.


AZİME KANDEMİR

Doç. Dr. Ceyda ŞAHAN
D.E.Ü Hastanesi
İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi
Dip. Tescil No: 138292

TEKNİK ŞARTNAME

9188 CERRAHİ MASKE (BAĞCIKLI) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. TS EN 14683 AC standardına uygun olmalıdır
2. Medikal maske 3 katlı yapıda ve 3 pileli olmalı. Alt ve üst katlar spunbond, ara katman meltblown maske kumaşından imal edilmelidir.
3. Gizli burun teli olmalıdır.(Tel uçları maske materyalini delip kazalara neden olmamalıdır)
4. Sıvıya dayanıklı olmalıdır.
5. Kokusuz olmalıdır.
6. Maskeler anatomik olarak yüze tam uyumlu olmalıdır. (Ağız ve burnu tümüyle kaplamalı, yanlardan hava geçişi olmamalıdır.)
7. Maske ve bağları alerjik olmamalı ve toksik madde içermemelidir. Dörtkenarında en az 30 cm uzunluğunda bağcıklar olmalı, bağcıklar maskeye sıkı preslenmiş olmalı, birleşim yerlerinden kolay ayrılmamalıdır.
8. Membran filtreli olmalı ve en az %95 filtrasyon özelliği olmalıdır.
9. Maskeler her pakette 50 adet veya katları olacak şekilde paketlenmeli ve paket üzerinde barkot bulunmalıdır.
10. Materyal tüysüz olmalı, kullanım sırasında pamuklanma olmamalı. Lif, tüy dökmemelidir
11. Hava geçirgen özelliği olmalı, takılı olduğu sürede terletmemeli ve normal solunuma engel olmamalıdır.
12. Numune olarak bırakılan ürünler hastanemizde denenerek uygunluk kararı verilecektir. Bu nedenle orijinal ve barkodlu 1 tam paket numune bırakılacaktır.
13. Şartnameye uymayan ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Doç. Dr. Ceyda ŞAHAN
D.E.Ü. Hastanesi
İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi
Dip. Tesch. No: 138292

HEMŞİRELİK HİZ. MÜD. YERİ
KAZİME KANDİMLİR