



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20245054

İLAN

15/08/2024 00:00:00

HASTANEMİZ AŞAĞIDA BELİRTİLEN CİHAZ / ALET / MALZEMENİN BAKIM ONARIM HİZMETİ,

TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 20/08/2024 TARİHİ, SAAT 10:00

'E KADAR EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) ELDEN GETİRMELERİ VEYA İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

KAMİL KOÇAK

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

MAL / HİZMET	MİKTAR	İSTEK NEDENİ
1 ENDOVIZYON SİSTEMİ KAMERA KONTROL UNİTESİ TAMIRI (KARL STORZ ENDOVIZYON SİSTEMİ UYUMLU)	1,00 ADET	ortopedi bölümünün kullandığı eski endovizyon sisteminin kamera ünitesinin hd kamera soketi çalışmıyor diğer kamera girişi ise görüntüyü ekrana aktarmıyor
Marka/Model /Seri No : SICIL NO: 100001708 REFERANS NO: RF10001709 DEMİRBAŞ ADI: ENDOVIZYON (DİJİTAL GORUNTULEME) SİSTEMİ (KARL STORZ / HD) MARKA-MODEL: KARL STORZ U-112 SERİ NO: VZ675479-P Ayn No: 35986Ozel Dno: TKKY NOTU: ZİMMET: ŞÜKRAN AVCU - 18/08/2023 BULUNDUĞU YER: AMELİYATHANE(AMELİYATHANE SORUMLUSU) TEDARİKÇİ ADI: GENTİP MEDİKAL VE TEKNİK CİH. LTD.STİ. ALIM FİYATI: 143413,2 GARANTİ: H - (05/10/2010 - 05/10/2013) FATURA: - KESİN KABUL NO: 2010 - 29703 GARANTÖR ADI:. Arıza No : 437265		

TEKLİF NO 20245054
ÖDEME SÜRESİ 90
NOT : 20245054 NO LU TEKLİF MEKTUBU
MÜRACAT : PINAR ARISOY
E_MAIL pinar.arisoy@deu.edu.tr
TEL :

NOT :Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

FORM NO: MYS_0023

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

541.0793.001	ENDOVIZYON SİSTEMİ KAMERA KONTROL UNİTESİ TAMIRI (KARL STORZ EN	ADET	1
--------------	--	------	---

1. GENEL ÖZELLİKLER

2. DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

- (12024) ENDOVIZYON SİSTEMİ KAMERA KONTROL UNİTESİ TAMIRI (KARL STORZ ENDOVIZYON SİSTEMİ UYUMLU)
- Açıklama : ENDOVIZYON SİSTEMİ KAMERA KONTROL UNİTESİ TAMIRI (KARL STORZ ENDOVIZYON SİSTEMİ UYUMLU)
- Arızalı cihazın tamirini yapacak olan firmalar, arızalı cihazın yetkili servisi olduğunu veya TSE den alınmış endovizyon görüntüleme sistemi tamiri yapabilir yeterlilik belgesi ile belgelendireceklerdir.
 - Yüklenici firma, tamiri gerçekleştirilen cihaz için tamir ve tamir aşamasındaki işçilik hatalarına karşı (sarf malzemeleri ve kullanıcı kaynaklı hasarlar hariç) en az 6 ay garanti taahhütnamesi vereceklerdir.
 - İstekli firma cihazın arıza tespitini bölümde veya Klinik Mühendislik Biriminde yapacaktır.Arıza tespiti için cihazın firmaya gönderilmesi zorunlu olduğu durumda ise Klinik Mühendislik tarafından teslim tutanağı düzenlenecek ve firma yetkilisi cihazı klinik mühendislikten teslim edilecektir. Arıza tespiti amaçlı cihaz firmaya ayrıca kargoyla gönderilmez.
 - İstekli firma; arıza tespiti yaparken cihaz üzerinde inceleme yapmak isterse; cihazın kullanıcı personeli veya Klinik Mühendislik Biriminin görevlendireceği personel gözetiminde bu işlemi gerçekleştirebilecektir.
 - İstekli firma; inceleme işleminden sonra cihazın tüm fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için detaylı arıza tespiti yapmalı ve onarımında yapılacak işlemler ayrıntılı şekilde teklifle beraber teknik rapor olarak ibraz etmelidir.
 - İhtiyaç duyulan onarım sonrasında, cihazın işlevsel ve fiziksel olarak %100 çalışmasını sağlamalıdır. Tespit edilen arızalar giderilecek, varsa kalibrasyon işlemleri yapılacak, cihazın tüm fonksiyonları eksiksiz çalışır durumda teslim edilecektir. Yapılan işlemlerden ek bir ücret talep edilmeyecektir.
 - Yapılacak kısmi onarım kesinlikle kabul edilmeyecektir.
 - Cihazın onarımı sonrası yapılan işlemlerin yer aldığı teknik servis formu veya teknik bilgilendirme formu kabul sırasında teslim edilecektir.
 - Yüklenici firma, tamir sonrası teslimat aşamasında cihazın tüm fonksiyonlarının çalıştığını, kullanıcı personel veya Klinik Mühendislik Biriminin görevlendireceği personele kontrol ettirerek teslimat işlemini gerçekleştirecektir.
 - Teklif edilen onarım hizmeti onaydan itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde tamamlanacaktır. Cihazın onarımı için yurtdışından parça gerekmesi durumunda bu süre hastane idaresinin onayı ve belgelendirilmek koşuluyla uzatılabilir.

N.A