



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

23/08/2024 00:00:00

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20245307

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN 27/08/2024 TARİHİ, SAAT 14:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) ELDEN GETİRMELERİ VEYA

İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

KAMİL KOÇAK

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	TEK KULLANIMLIK FİBEROPTİK (PEDIATRİK BOY)	9,00	ADET
2	TEK KULLANIMLIK FİBEROPTİK (YETİSKİN BOY)	9,00	ADET

ÖDEME SÜRESİ: GÜN

TEKLİF NO : 20245307

NOT : ÖDEME 180GÜN

İLGİLİ KİŞİ : BELMA ÇELEK

TEL : 4122410

E-MAIL : belma.beker@deu.edu.tr

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

1/2

TEKNİK ŞARTNAME

12584 TEK KULLANIMLIK FİBEROPTİK (PEDIATRİK BOY) ŞARTNAMESİ

1. Bronkoskop uyumlu monitörü ile birlikte kullanılarak, akciğer yolunun optik görüntüsünü sağlamak ve endoterapi aksesuarları, aletleriyle birlikte kullanılmak üzere ve çapraz kontaminasyonları önlemek için tekli ambalajlarda steril olarak paketlenmiş olmalıdır.
2. Bronkoskop yetişkin hastalarda kullanıma uygun, oral veya nazal yoldan yerleştirilebilir olmalıdır.
3. Bronkoskop konektör, video kablosu, suction konisi, yönlendirme kolu, suction butonu, tutacak, biyopsi valfi, luer-lock tip konektör, çalışma kanalı, tüp koruyucu ve esnek yerleştirme tüpünden oluşmalıdır. Esnek yerleştirme tüpü güçlendirilmiş örgülü Pebax teknolojisine sahip olmalıdır.
4. Bronkoskop seti endotrakeal tüp yerleşimi, çift lümenli endobronşiyel tüp ve endobronşiyel bloker pozisyonlaması, zor entübasyon ve endoskopi eşliğinde trakeostomi uygulamaları için tasarlanmış olmalı.
5. Bronkoskop da modüle edilmiş emiş gücüne sahip suction valfi, hava geçirmez özellikte olmalı ve çalışma kanalında mekanik harekete sebep vermemelidir.
6. Bronkoskop da suction konisi çalışma kanalı ile aynı hat üzerinde olmalı böylece daha az sesli çalışabilmeli, akış kaybını azaltabilmeli, sol veya sağ el ile kullanıma uygun olmalıdır.
7. Bronkoskop çalışma kanalı ön kısımda yer almalı, lüer ve slip tip şırıngalar ile uyumlu olmalıdır, enstrüman veya şırıngayı çalışma kanalına sıdırmak için konektör veya aksesuar gerektirmeyen özellikte olmalıdır.
8. Bronkoskop üzerindeki kısa yönlendirme kolu sayesinde ufak ele sahip kullanıcılar için bile kolay artikülasyon sağlamalı ve yüksek direnç sayesinde bir alet çalışma kanalındayken bile açıldırmaı koruyabilmelidir.
9. Bronkoskop esnek yerleştirme tüpü dış çapı en ince noktasında 3,6 mm ve maksimum 3,9 mm genişliğinde olmalıdır.
10. Bronkoskop çalışma kanalı iç çapı en az 1,4 mm olmalıdır.
11. Bronkoskop ucu aşağı ve yukarı yönlü defleksiyonu en az 220 derece olmalıdır.
12. Bronkoskop en az 5 mm endotrakeal ve 35 fr çift lümenli tüpler ile kullanılabilir olmalıdır.
13. Bronkoskop çalışma uzunluğu en az 605 mm olmalıdır.
14. Bronkoskop tek kullanımlık, ETO ile steril edilmiş ve kullanıma hazır şekilde ambalajlanmış olmalıdır.
15. Bronkoskop ağırlığı 125 +/-5 gram olmalıdır.

Prof. Dr. Ali Necati GÖKMEN
Anestezi Anestezim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Gökül Sağır

TEKNİK ŞARTNAME

12585 TEK KULLANIMLIK FİBEROPTİK (YETİŞKİN BOY) ŞARTNAMESİ

1. Bronkoskop uyumlu monitörü ile birlikte kullanılarak, akciğer yolunun optik görüntüsünü sağlamak ve endoterapi aksesuarları, aletleriyle birlikte kullanılmak üzere ve çapraz kontaminasyonları önlemek için tekli ambalajlarda steril olarak paketlenmiş olmalıdır.
2. Bronkoskop yetişkin hastalarda kullanıma uygun, oral veya nazal yoldan yerleştirilebilir olmalıdır.
3. Bronkoskop konektör, video kablosu, suction konisi, yönlendirme kolu, suction butonu, tutacak, biyopsi valfi, luer-lock tip konektör, çalışma kanalı, tüp koruyucu ve esnek yerleştirme tüpünden oluşmalıdır. Esnek yerleştirme tüpü güçlendirilmiş örgülü Pebax teknolojisine sahip olmalıdır.
4. Bronkoskopi seti endotrakeal tüp yerleşimi, bronşiyel muayene, postural drenaj sonrası ekspektorasyon, biyopsi, bronkoalveolar lavaj (BAL), zor entübasyon ve endoskopi eşliğinde trakeostomi uygulamaları için tasarlanmış olmalı.
5. Bronkoskop da modüle edilmiş emiş gücüne sahip suction valfi hava geçirmez özellikte olmalı ve çalışma kanalında mekanik harekete sebep vermemelidir.
6. Bronkoskop da suction konisi çalışma kanalı ile aynı hat üzerinde olmalı böylece daha az sesli çalışabilmeli, akış kaybını azaltabilmeli, sol veya sağ el ile kullanıma uygun olmalıdır.
7. Bronkoskop çalışma kanalı ön kısımda yer almalı, lüer ve slip tip şırıngalar ile uyumlu olmalıdır, enstrüman veya şırıngayı çalışma kanalına sığdırmak için konektör veya aksesuar gerektirmeyen özellikte olmalıdır.
8. Bronkoskop üzerindeki kısa yönlendirme kolu sayesinde ufak ele sahip kullanıcılar için bile kolay artikülasyon sağlamalı ve yüksek direnç sayesinde bir alet çalışma kanalındayken bile açıldırmaı koruyabilmelidir.
9. Bronkoskop esnek yerleştirme tüpü dış çapı en ince noktasında 5,4 mm ve maksimum 5,6 mm genişliğinde olmalıdır.
10. Bronkoskop çalışma kanalı iç çapı en az 2,8 mm olmalıdır.
11. Bronkoskop ucu aşağı ve yukarı yönlü defleksiyonu en az 200 derece olmalıdır.
12. Bronkoskop en az 6 mm endotrakeal ve 41 fr çift lümenli tüpler ile kullanılabilir olmalıdır.
13. Bronkoskop çalışma uzunluğu en az 605 mm olmalıdır.
14. Bronkoskop tek kullanımlık, ETO ile steril edilmiş ve kullanıma hazır şekilde ambalajlanmış olmalıdır.
15. Bronkoskop ağırlığı 125+/-5 gram olmalıdır.
16. 10 adet bronkoskop ile beraber en fazla 1,8 kg ağırlığında 1 adet uyumlu 10,1" mobil görüntüleme ekranı kullanım süresince kliniğe bırakılmalıdır.
17. Kullanım kolaylığı açısından ekran ve bronkoskoplar aynı marka olmalıdır.

Prof. Dr. Ali Necati GÖKMEN
Anestezi Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Gönül Sağır