



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20245317

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 28/08/2024 TARİHİ, SAAT 14:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) ELDEN GETİRMELERİ VEYA

İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

KAMİL KOÇAK

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	BETA LAKTAMAZ TESTİ	200,00	TEST
---	---------------------	--------	------

ÖDEME SÜRESİ: 180 GÜN

TEKLİF NO : 20245317

NOT : 20245317 NO LU TEKLİF MEKTUBU

İLGİLİ KİŞİ : ERİNÇ ERGEN

TEL :

E-MAIL : erinc.ergen@deu.edu.tr

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

142.0533.000	BETA LAKTAMAZ TESTİ	TEST	200
--------------	---------------------	------	-----

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

Merkez Laboratuvarı Bakteriyoloji Laboratuvarı Beta laktamaz Testi Teknik Şartnamesi

- 1-Test, kültürde üremiş olan mikroorganizmadan çalışmaya uygun olmalıdır.
- 2-Test, *Haemophilus influenzae*, *Moraxella catarrhalis*, *Staphylococcus aureus*, *Neisseria gonorrhoea* gibi bakterilerde beta laktamaz enzimini saptama amacı ile üretilmiş olmalıdır.
- 3-Testte nitrosefin emdirilmiş diskler kullanılmalıdır.
- 4-Diskler beta laktamaz varlığını renk değişimi ile gösterebilmelidirler.
- 5-Ürün, saklama koşullarına uygun şartlarda teslim edilmelidir.
- 6-Ürün, teslimat tarihinden itibaren en az 10 ay raf ömrüne sahip olmalıdır.
- 7-Kutunun üzerinde ürünün adı, markası, saklama koşulları, formülasyonu, lot numarası, son kullanım tarihi belirtilmiş olmalıdır.
- 8-Ürünün bozulması ve niteliğini kaybetmesi sonucunda hatalı sonuçlar verdiğinde ürün firma tarafından geri alınıp yenisi ile değiştirilmelidir.

Doç. Dr. Cem Ergon

