



# DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

11/09/2024 00:00:00

## Uygulama ve Araştırma Hastanesi

### Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20245596

## İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 13/09/2024 TARİHİ, SAAT 17:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) ELDEN GETİRMELERİ VEYA

İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RICA OLUNUR.

AHMET OKAY ÇAĞLAYAN

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

### ALIM KONUSU MALZEMELER

### MİKTAR

|   |                                                                               |           |       |
|---|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|
| 1 | CATAL IGNE                                                                    | 50.000,00 | ADET  |
| 2 | ULTRASON KAGIDI (110M X 21M- MITSUBISHI-V805)                                 | 150,00    | ADET  |
| 3 | CELL SCRAPER                                                                  | 40,00     | ADET  |
| 4 | PARAFILM M (4 IN.X125 FT.ROLL)                                                | 20,00     | ADET  |
| 5 | COCUK KOL BANDI (KIZ-ERKEK)                                                   | 5.000,00  | ADET  |
| 6 | SAMPLING SIDE COUPLER (EMC 1401 ENJEKTOR GIRISLI ORNEK ALMA BAGLANTI PARCASI) | 600,00    | ADET  |
| 7 | KARBONDİOKSİT ABSORBANI (LİTRE)                                               | 2.000,00  | LİTRE |

ÖDEME SÜRESİ: GÜN

TEKLİF NO : 20245596

NOT : ÖDEME 180GÜN

İLGİLİ KİŞİ : BELMA ÇELEK

TEL : 4122410

E-MAIL : belma.beker@deu.edu.tr

\*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

1/5

TEKNİK ŞARTNAME

626 ÇATAL İĞNE

1. Çatal iğne boyu dıştan dışa 55 mm ( $\pm 2$  mm) olmalıdır.
2. Çatal iğne tel çapı en az 1 mm ve tel gereci yaylanma özelliği olan, bükülmeyen, nikel kaplı çelik malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
3. 134°C otoklava dayanıklı, otoklav esnasında rengini ve özelliklerini kaybetmeyen, paslanmaya karşı dirençli yapıda olmalıdır.
4. Kutu içeriği yığıntı ve çökme olarak doldurulmamalıdır.
5. Çatal iğneler en az 100-200-300 ve 400 adetlik kutular içinde ve her biri 10 adetlik demetler halinde paketlenmiş olmalıdır.
6. Kutu üzerinde üretim yeri, üretici firmanın adı veya logosu, ürün standardı ve numarası, katalog numarası yazılı olmalıdır.
7. Üretici firma hastanemizde denenmek ve şahit numune olarak saklanmak için 1 kutu orijinal (100 adet) numune temin etmelidir.
8. Numune olarak bırakılan ürünler için; şartnamede belirtilen teknik özellikler kontrol edilerek ve hastanemizin sterilizasyon ünitesinde denenerek uygunluk kararı verilecektir.

MSU Sorumlusu  
F. KOSKA

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



# DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

## Uygulama ve Araştırma Hastanesi

05/09/2024 11:15:52

### TEKNİK ŞARTNAME

#### 286 USG PRINTER KAĞIDI (MITSUBISHI K65HM VE V805 UYMLU) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Uygun ısı şartlarında korunması halinde kalitesi bozulmamalıdır.
2. Print edildikten en az 3 ay sonrasında bile görüntü korunabilmelidir.
3. Kullanımda olan standart tip yerine yüksek dansiteli tipte bir kağıt olmalıdır.
4. Ebatları 110 mm x 21 m (en az) olmalıdır.
5. Ürün paketlenmiş ve barkotlu olmalıdır.
6. Ürün paketi üzerinde üretim ve son kullanım tarihi bilgileri yer alacaktır.
7. Teklif edilen ürünler kliniklerimizde denenecek, denenenler arasında uygun olanlar ihale kapsamına alınacaktır.
8. Teklifte birlikte, kabul muayenesi ve sonraki uyumsuzluklarda referans olarak kullanılacak 1 (bir) ürün numunesi teslim edilecektir.

Dr. Öğr. Üyesi Hilmet Tunç TİMUR  
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  
Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D.  
Dip. Tes. No: 17519/Üzm. Tes. No: 142595

Prof. Dr. Murat CELİLOĞLU  
Kadın Hast. Doğum ABD

02.09.2024

**TEKNİK ŞARTNAME**

**5449 CELL SCRAPER**

1. Tek kullanımlık, steril ambalajlarda (kutu/poşet) olmalıdır.
2. Sap uzunluğu 28cm, bıçak uzunluğu 1.8 cm olmalıdır.
3. Sap kısmı PS (Polystyrene), bıçak kısmı HDPE (Hing Density Polyethylene) ve her iki kısım Free of Heavy metal olmalıdır.
4. 60 derecelik ekseninde hareket ettirilebilmelidir.
5. Bıçak kısmı dizaynı, toplanan hücrelerin bıçak üstünde birikmesini en aza indirecek şekilde olmalıdır.
6. Hücreler minimal mekanik zorlamayla ve maksimum ve hasarsız toplanabilmelidir.
7. Ürünün son kullanma tarihi, teslim tarihinden itibaren en az 3 yıl olmalıdır.
8. Ürün ambalajı üzerinde barkot basılmış olmalıdır.
9. Üretici firma laboratuvarında denenmek ve şahit numune olarak saklamak için 10 adet numune temin etmelidir.

Funda Tetiş



Gülefer KOCAK





# DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

## Uygulama ve Araştırma Hastanesi

29/03/2024 12:17:13

### TEKNİK ŞARTNAME

#### 4551 PARAFİLM

1. Normal boyutuna göre %200 oranında esneme ve genişleme kapasitesine sahip olmalıdır
2. Sıvıların sıçramalarını ve dökülmelerini önlemelidir.
3. Tuz çözeltileri, inorganik asit ve baz çözeltileri ile kullanıldığında 48 saate kadar dayanıklı olmalıdır
4. Ürün ambalajı üzerinde barkod basılmış olmalıdır
5. Üretici firma laboratuvarda denenmek üzere numune temin etmelidir

Doç. Dr. Murat ÖRMEN  
Merkez Laboratuvar Başkanı  
Biyokimya ve Klinik Biyokimya Uzmanı  
Tıp. No: 988 Tescil No: 43947

Selda Y. Bal  
F.

**TEKNİK ŞARTNAME**

**3741 HASTA KOL BANDI (PEDIATRİK BOY)**

1. Yumuşak PVCden imal edilmiş olmalıdır,kenarları tahriş edici olmalalıdır.
2. Kol bandının uzunluğu 16 cm olmalıdır.
3. Barkodlu kağıdın konulacağı cepli kısmın uzunluğu 4-5x2 cm olmalıdır.
4. Barkodun yapıştırılacağı kağıdın ebadı 3,5-4x1,75 cm olmalıdır.
5. Kayıtların okunabilmesi için hasta kol bandının cebinin üst kısmı şeffaf olmalıdır.
6. Tek kullanımlık olmalı,çıtçıtırları kilitledikten sonra açılmamalıdır.
7. HASTANENİN İSTEDİĞİ RENKLERDE İMAL EDİLMELİDİR.
8. Su geçirmeyen özellikte olmalı,alkol,tiner,solvent gibi maddelerle silinip değiştirilmemelidir.
9. Üretici firma ISO belgesine sahip olmalıdır.
10. Numune olarak bırakılan ürünler hastanemizde denenerek uygunluk kararı verilecektir.Bu nedenle herbir numaradan en az 15 adet numune bırakılmalıdır.
11. Baskılı kağıt parametresi aşağıdaki gibi olmalıdır.
  - 11.1. adı soyadı
  - 11.2. T.C. Nosu
  - 11.3. Doğum tarihi,cinsiyeti
  - 11.4. Protokol no
  - 11.5. Hasta no
12. Paket üzerinde barkod bulunmalıdır.

**Gülizar KARA**  
Hastane Müdür Yard.



**Bora ANGIN**  
Hast. Müd. Yard.





# DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

## Uygulama ve Araştırma Hastanesi

09/09/2024 10:33:47

### TEKNİK ŞARTNAME

#### 3997 KAN MERKEZİ SAMPLING SIDE COUPLER (EMC 1401 ENJEKTOR GİRİSLİ ORNEK ALMA BAĞLANTI PARÇASI) ŞARTNAMESİ

1. EMC 1401 enjektör girişli örnek alma bağlantı parçası olmalıdır.
2. Tekli steril ambalajlar halinde olmalıdır.
3. Apirojen, Koruyucular yerinde olmalıdır. Gözle görülür bozukluk olmamalıdır.
4. Aseptik teknik kullanılmış olmalıdır.
5. Etilenoksit ile steril edilmiş olmalıdır.
6. Direk ışıktan koruyucu dış ambalaj olmalıdır.
7. Üreten firma, üretim tarihi, lot numarası, son kullanım tarihi ve steril olduğunu belirtir ibareler ambalaj veya ürün üstünde olmalıdır.
8. Kan Merkezine 4 adet örnek numune bırakılmalı ve Kan Merkezinden onay alınmalıdır.
9. Kök Hücre dondurma işleminde kullanıma uygun olmalıdır.

**Velî GÜNAL**  
Dokuz Eylül Üniversitesi  
Kan Merkezi  
Birim Sorumlusu

**Dr. Öğretim Üyesi**  
**Yavuz DOĞAN**  
Dip. No: 654

## KARBONDİOKSİT ABSORBANI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Soda lime, %78-84 oranında kalsiyum hidroksit, %2-4 sodyum hidroksit, %14-18 su ve %1'den az indikatör ethyl violet içermelidir, potasyum hidroksit içermemelidir.
2. Soda lime, içeriği organik uçucu kimyasal maddeler içermemelidir.
3. Absorban kullanım esnasında beyazdan menekşe rengine donmelidir.
4. Ürün klinik koşullarda karbonmonoksit, formaldehit gibi toksik yan ürünlerin oluşumuna yol açmamalıdır.
5. Soda lime, içeriğinde ozon tabakasına zarar veren kimyasal maddeler içermemelidir.
6. Soda lime, beyaz yarımküresel ve her biri düzgün parçacıklardan oluşmalı ve bu sayede ekspire edilen hava kanisterin içinden eşit bir şekilde geçebilmelidir. Sodalime'in renk değişimi kanisterin zemininden yukarıya doğru olmalı ve böylece sodalime'in tamamen tükenmesi sağlanmalıdır.
7. Partiküler boyutu: 9 mm'den büyük % 0 ,  
4 mm'den büyük % 7'den az,  
4 – 2 mm arasında dengede  
2 – 0,425 mm arasında % 15'ten az,  
0,425 mm'den az %2'den az olmalıdır.
8. Düşük, minimal ve yüksek akımlarda kullanılmalıdır.
9. Sertlik derecesi % 75'ten büyük olmalıdır.
10. Kullanım sırasında kesinlikle granülasyonu bozulmamalıdır.
11. CO2 tutma kapasitesi USP (United States Pharmacopeia) verilerine göre en az % 27 olmalıdır.
12. Ürünün raf ömrü en az 2 sene olmalıdır.
13. Ürün -20°C ile +50°C arasındaki sıcaklıklarda saklanabilmelidir.
14. Ürün üzerinde üretim ve son kullanma tarihi ile kullanım tavsiyeleri bulunan 1,2 litrelik tek kullanımlık kanisterlerde verilmelidir ve kanisterler cihazda kullanılan adaptör ile uyumlu olmalıdır.
15. Firmalar satmış oldukları ürün için tek yetki belgesi ve ilgili cihaz için son 3 yıl içinde alınmış teknik eğitim sertifikası sunmalıdır.

Prof. Dr. Altınsoy Gökmen  
D.E.U. Tıp Fakültesi Anesteziyoloji  
ve Reanimasyon ABD  
Dip. No: 538 Tescil No: 52745

Dr. Altınsoy Gökmen  
D.E.U. Tıp Fakültesi Anesteziyoloji  
ve Reanimasyon ABD  
Dip. No: 538 Tescil No: 52745