



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Teklif No: 20245656

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN 19/09/2024 TARİHİ, SAAT 14:00 'E/A KADAR

TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) ELDEN GETİRMELERİ VEYA

İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

AHMET OKAY ÇAĞLAYAN

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	OFIS HİSTERESKOPI SETİ	1,00	ADET
---	------------------------	------	------

ÖDEME SÜRESİ: 30 GÜN

TEKLİF NO : 20245656

NOT : TEKLİFLERDE MARKA, MODEL VE ÜTS KODU BELİRTİLMELİDİR.

İLGİLİ KİŞİ : BINAY YEŞİLYAYLA

TEL : 4123945

E-MAIL : binay.yesilyayla@deu.edu.tr

* TEKLİFLE BİRLİKTE TEKNİK ŞARTNAMEYE CEVAP YAZISI VERİLECEKTİR.TEKNİK ŞARTNAMEYE CEVAP YAZISI OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

* TEKLİFLE BİRLİKTE MARKA, MODEL VE UBB KODLARININ DA VERİLMESİ GEREKMEKTEDİR

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

442.1669.000	OFIS HISTERESKOPI SETİ	ADET	1
--------------	------------------------	------	---

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(12612) OFIS HISTERESKOPI SETİ

Açıklama : OFIS HISTERESKOPI SETİ

- Ofis Histeroskopi seti parçaları birbirine uyumlu, tamamlayıcı nitelikte ve tek bir markadan oluşmalıdır.
- Teklif edilecek set parçaları seti/setleri ile uyumlu olmalıdır. İlgili uyumluluklar orijinal katalog üzerinden gösterilmelidir.
- Ofis Histeroskopi seti aşağıda belirtilen ürünlerden oluşmalıdır;
- 1 Adet 30° HİSTEROSKOPI TELESKOBU
- Çapı 2.9 mm olmalıdır.
- Uzunluğu 300 mm olmalıdır.
- Görüş açısı 30 derece olmalıdır.
- Otoklavlanabilir özellikte ve fiber optik ışık transmisyonlu olmalıdır.
- Kırmızı renk koduna sahip olmalıdır.
- Teleskop üzerinde fiber optik kablo kalınlığına uygun yönlendirici işaretler olmalıdır. Bu sayede uygun teleskop ve fiber optik kablo eşleşmesi sağlanarak, fiber ve ROD lenslerin daha uzun ömürlü kullanılması sağlanmalıdır.
- Teleskop standart, yüksek ve ultra yüksek (SD, Full HD ve 4K) çözünürlükteki endoskopik görüntüleme sistemlerinde uygun görüntüyü verebilecek özellikte olmalıdır. Üretici tarafından belgelendirilmelidir.
- Teleskop kutusu üzerinde datamatriks barkod kodları bulunmalıdır. Bu datamatriks barkod kodları marka gözetmeksizin uluslararası standartlara uygun tüm datamatriks barkod okuma cihazları ile uyumlu çalışabilmelidir. Teklif edilen teleskop kutusu üzerinde datamatrix kodlarının olduğu üretici tarafından belgelendirilmeli ve noter onaylı olmalıdır.
- Teleskop, üretimde kullanılan çeliğin uluslararası DIN 58298 ve ISO 7153-1 normlarında belirtilen standartlarına uygun olmalıdır. Üretici tarafından belgelendirilmeli ve noter onaylı olmalıdır.
- Farklı marka ışık kabloların bağlanabilmesi için ışık bağlantı yerinde en az iki adet adaptör olmalıdır.
- Teleskopun distal ucu çizilmelere karşı dayanıklı safir lens olmalıdır ve orijinal belge/katalog ile belgelendirilmelidir.
- Kurum bünyesinde bulunan Karl Storz marka ofis histeroskopi seti/setleri ile birebir uyumlu olmalıdır.
- 1 Adet 5 mm HİSTEROSKOPI DIŞ KILIF,
- Teklif edilen ofis histeroskopi seti ile birlikte kullanıma uygun olmalıdır.
- 5 mm dış çapında olmalıdır.
- Kurum bünyesinde bulunan Karl Storz marka ofis histeroskopi seti/setleri ile birebir uyumlu olmalıdır.
- 1 Adet 4.3 mm HİSTEROSKOPI SETİ İÇ KILIFI

22. Teklif edilen ofis histeroskopi seti ile birlikte kullanıma uygun olmalıdır.
23. 4.3 mm çapında olmalıdır.
24. 5 Fr. çapına kadar olan semirijit cerrahi enstrümanların kullanımına uygun çalışma kanalı bulunmalıdır.
25. Kurum bünyesinde bulunan Karl Storz marka ofis histeroskopi seti/setleri ile birebir uyumlu olmalıdır.
26. 1 Adet BİYOPSİ VE KAVRAMA FORSEPSİ
27. Çift çene hareketli olmalıdır.
28. Yarı Rijit yapıda olmalıdır.
29. Biyopsi ve kavrama işlemleri için kullanılabilir olmalıdır. Orijinal katalog üzerinden beyan edilmelidir.
30. Çapı 5 Fr. olmalıdır.
31. Uzunluğu 40 cm olmalıdır.
32. Teklif verilecek olan histeroskopi setleri ile uyumlu olmalıdır.
33. Kurum bünyesinde bulunan Karl Storz marka ofis histeroskopi setleri ile birebir uyumlu olmalıdır.
34. 3 Adet Makas Forsepsi,
35. Tek çene hareketli olmalıdır.
36. Yarı Rijit yapıda olmalıdır.
37. Künt uçlu yapıya sahip olmalıdır.
38. Çapı 5 Fr. olmalıdır.
39. Uzunluğu 40 cm olmalıdır.
40. Teklif verilecek olan histeroskopi setleri ile uyumlu olmalıdır.
41. Kurum bünyesinde bulunan Karl Storz marka ofis histeroskopi setleri ile birebir uyumlu olmalıdır.
42. 2 Adet İnce Fiber Optik Işık Kablosu,
43. Çapı 2.5 mm, uzunluğu 230 cm olmalıdır.
44. Isıya ekstra dayanıklı yapıya sahip olmalıdır.
45. 6502 sayılı tüketicinin korunması kanununun ilgili maddelerinde belirtmiş olduğu garanti şartları geçerlidir.

A.T