



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20245667

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN 19/09/2024 TARİHİ, SAAT 14:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARIÇ) ELDEN GETİRMELERİ VEYA

İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

AHMET OKAY ÇAĞLAYAN

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	BİLİRUBİN STANDART	1,00	KUTU
---	--------------------	------	------

ÖDEME SÜRESİ: 180 GÜN

TEKLİF NO : 20245667

NOT : 20245667 NO LU TEKLİF MEKTUBU

İLGİLİ KİŞİ : ERİNÇ ERGEN

TEL :

E-MAIL : erinc.ergen@deu.edu.tr

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

152.0260.000	BİLİRUBİN STANDART	KUTU	1
--------------	--------------------	------	---

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

BİLİRUBİN KONTROL / BİLİRUBİN STANDART TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Neonatal Bilirubin analizi için DEU-ML da mevcut olan bilirubinometre cihazında kalite kontrol materyali olarak kullanılmak üzere "Bilirubin Kontrol / Bilirubin Standart" solüsyonu alınacaktır.
2. Ürün kullanıma hazır halde olmalıdır.
3. Kalite kontrol materyali olarak kullanılacak olan bu ürün 50 mikrolitrelik kapiller tüplere çekildikten sonra cihaza verilecektir. Bu nedenle ürünün kutu içinde tek bir şişede değil, daha küçük ambalajlara sahip farklı şişelerde olması kontaminasyon ve çabuk bozulma riskini azaltacağından dolayı büyük avantaj sağlayacaktır
4. Bilirubin Kontrol / Bilirubin Standart materyalinin konsantrasyonu klinik karar konsantrasyonuna yakın (15-20 mg/dL) bir değerde olmalıdır.
5. Ürün prospektüsünde belirtilen teslimat koşullarına uyularak (soğuk zincir 2-8 derece veya -20 derece vb.) teslim edilmedir.
6. Ürünün son kullanma tarihine teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl olmalıdır

Doç. Dr. Özlem GÜRSÖY DORUK



Prof. Dr. Sezer UYSAL

