



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20245791

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN 24/09/2024 TARİHİ, SAAT 10:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) ELDEN GETİRMELERİ VEYA

İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

AHMET OKAY ÇAĞLAYAN

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	URETROTOMİ BİCAGI (SOGUK BİCAK)	2,00	ADET
---	---------------------------------	------	------

ÖDEME SÜRESİ: 180 GÜN

TEKLİF NO : 20245791

NOT : TEKLİFLERDE MARKA MODEL UBB BELİRTİLMELİDİR.

İLGİLİ KİŞİ : SİMGE ÖZBAY

TEL : 2324122408

E-MAIL : simge.ozbay@deu.edu.tr

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

225.0036.000	URETROTOMİ BİCAGI (SOGUK BİCAK)	ADET	2
--------------	---------------------------------	------	---

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(10446) URETROTOMİ BİCAGI (SOGUK BİCAK)

Açıklama : URETROTOMİ BİCAGI (SOGUK BİCAK)

- Internal Üretrotom Bıçağı (Düz Tip)
 - 22 Fr?lik üretrotom Kılıfı ve çalışma elemanı ile kullanıma uygun olmalıdır.
 - Bıçak ucu düz tipte olmalı ve tek kök sistemine sahip olmalıdır.
 - Hastanemizde bulunan Olympus Marka Üretretom setine ait A3550 çalışma elemanı ile uyumlu olmalıdır.
- Internal Üretrotom Bıçağı (Tırtıklı Tip)
 - 22 Fr?lik üretrotom Kılıfı ve çalışma elemanı ile kullanıma uygun olmalıdır.
 - Bıçak ucu tırtıklı tipte olmalı ve tek kök sistemine sahip olmalıdır.
 - Hastanemizde bulunan Olympus Marka Üretretom setine ait A3550 çalışma elemanı ile uyumlu olmalıdır.
- Internal Üretrotom Bıçağı (Balta Tip)
 - 22 Fr?lik üretrotom Kılıfı ve çalışma elemanı ile kullanıma uygun olmalıdır.
 - Bıçak ucu yarım-daire (balta) tipte olmalı ve tek kök sistemine sahip olmalıdır
 - Teklif edilen yarım-daire (balta) uçlu üretrotom bıçağı 4 Fr kanala sahip olmalı, 3 Fr?lik üreter kateteri ile kullanıma uygun olmalıdır.
 - Hastanemizde bulunan Olympus Marka Üretretom setine ait A3550 çalışma elemanı ile uyumlu olmalıdır.