



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

18/09/2024 00:00:00

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20245794

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 27/09/2024 TARİHİ, SAAT 10:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) ELDEN GETİRMELERİ VEYA

İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

AHMET OKAY ÇAĞLAYAN

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	İGNESİZ VEN VALFİ İCİN DEZENFEKTAN KAPAK	1.000,00 ADET
---	--	---------------

ÖDEME SÜRESİ:

GÜN

TEKLİF NO : 20245794

NOT : ÖDEME 180GÜN

İLGİLİ KİŞİ : BELMA ÇELEK

TEL : 4122410

E-MAIL : belma.beker@deu.edu.tr

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

1/2

TEKNİK ŞARTNAME

12630 İĞNESİZ VEN VALFİ İÇİN DEZENFEKTAN KAPAK

1. İğnesiz ven valfi koruyucu kapakları, dış kısmı sert plastikten yapılmış kapak ve iç kısmı %70 izopropil alkol ihtiva eden sünger olmak üzere iki kısımdan oluşmalıdır.
2. Kullanıcının isteğine göre; hasta başı kullanım kolaylığı sağlaması amacıyla, yatak başı serum alanına takılabilecek şekilde bir strip üzerinde dizilmiş ya da kutu içerisinde tek tek olmalıdır
3. Kullanım sırasında stripten kolaylıkla ayrılmalıdır
4. Dezenfektanlı kapaklar her marka ve model ven valfi ile uyumlu yapıda olmalıdır
5. Kapak, iğnesiz ven valfine takıldıktan 2 (iki) dakika sonra log 4 seviyesinde dezenfeksiyon sağlamalı ve bunu destekleyecek bağımsız laboratuvar çalışmaları mevcut olmalıdır
6. Dezenfektanlı kapaklar ven valfi üzerinden ayrıldığında uygulama öncesi ven valfinin kuruması için ek bir süre beklenmesine gerek duyulmamalıdır
7. Dezenfektanlı kapaklar ven valfi üzerinden ayrıldığında kapaktan kaynaklı partikül kirliliği oluşturmayacak alkol emini materyal seçilmiş olmalı ve bunu destekleyecek bağımsız laboratuvar çalışmaları mevcut olmalıdır
8. Dezenfektanlı kapaklar valften ayrıldıktan hemen sonra ve tedaviye başlamadan hemen önce ven valfi üzerinde alkol kalıntısı kalmamış olmalı ve bunu destekleyecek bağımsız laboratuvar çalışmaları mevcut olmalı
9. Dezenfektanlı kapaklar biyoy uyumlu olmalı ve bunu destekleyecek bağımsız laboratuvar çalışmaları mevcut olmalı
10. Dezenfektanlı kapaklar ilk kullanımın ardından ven valfinden ayrılmadıkça, mekanik bariyer özelliğini 7 (yedi) gün korumalı, kontaminasyona izin vermemelidir. Bunu destekleyecek bağımsız laboratuvar çalışmaları mevcut olmalı ihale dosyasına eklenmelidir
11. Dezenfektanlı kapakların tek tek üzerinde ve çoklu kutu ambalajı üzerinde son kullanma tarihi bulunmalıdır
12. Son kullanma tarihi üretim tarihinden itibaren 24 ay olmalıdır
13. Kapak içeriği steril ve tek kullanımlık olmalıdır.



Dr. Öğr. Üy. Gazi Arslan
Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi
Dip. Tes. No: 123423



D.E.Ü.
Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi
Sorumlu Hemşire
Özlem SENYUVA