



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

24/09/2024 00:00:00

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20245903

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

İHALE İLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 30/09/2024 TARİHİ, SAAT 10:00 'E/A KADAR

YAKLAŞIK MALİYET TESPİTİ İÇİN

TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) ELDEN GETİRMELERİ VEYA

İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

Başak KAYA

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	BAND LİGASYON SETİ	90,00	ADET
2	BILIARY STENT SET	190,00	ADET
3	BILIER DİLASYON BALONU	10,00	ADET
4	BROSKOSKOPI İÇİN MUKUS TOPLAYICI	4.000,00	ADET
5	ENDOSKOPIK BASKET KATETER	100,00	ADET
6	ENDOSKOPIK FIRÇA KATETER(SİTOLOJİ İÇİN)	15,00	ADET
7	ENDOSKOPIK ULTRASON İGNEİ 19G	25,00	ADET
8	ERCP TAS ÇIKARMA BALONU(3 LUMENLİ)	250,00	ADET
9	ERCP GUIDEWIRE(İKİ UCLU)	40,00	ADET
10	ERCP GUIDEWIRE (REHBER TEL)	800,00	ADET

ÖDEME SÜRESİ: 180 GÜN

TEKLİF NO : 20245903

NOT : 2025 YILI ENDOSKOPI MALZEMELERİ ALIM YAKLAŞIK MALİYET İLANI

İLGİLİ KİŞİ : YUSUF GÜLER

TEL : 2324122405

E-MAIL : yusuf.guler@deu.edu.tr

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

1/20



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

24/09/2024 00:00:00

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20245903

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

İHALE İLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 30/09/2024 TARİHİ, SAAT 10:00 'E/A KADAR

YAKLAŞIK MALİYET TESPİTİ İÇİN

TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) ELDEN GETİRMELERİ VEYA

İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

Başak KAYA

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

11	ERCP KATETERİ(KUNT UCLU)	230,00	ADET
12	ERCP KATETERİ(TAPERED)	10,00	ADET
13	PERKUTAN ENDOSKOPIK GASTROSTOMİ SETİ	50,00	ADET
14	GASTROSTOMİ REPLACEMENT TUP	125,00	ADET
15	HOT BIOPSY FORCEPSİ	200,00	ADET
16	MEKANİK LİTOTRİPTOR UYUMLU BASKET KATETER	20,00	ADET
17	NEEDLE KNİFE SFİNKTERETOM KATETER	30,00	ADET
18	OZEFAGUS METALİK STENT	10,00	ADET
19	POLYPECTOMİ SNARE	260,00	ADET
20	3 LUMENLİ SFİNKTERETOM KATETER	300,00	ADET

ÖDEME SÜRESİ: 180 GÜN

TEKLİF NO : 20245903

NOT : 2025 YILI ENDOSKOPİ MALZEMELERİ ALIM YAKLAŞIK MALİYET İLANI

İLGİLİ KİŞİ : YUSUF GÜLER

TEL : 2324122405

E-MAIL : yusuf.guler@deu.edu.tr

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

2/20



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

24/09/2024 00:00:00

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20245903

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

İHALE İLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 30/09/2024 TARİHİ, SAAT 10:00 'E/A KADAR

YAKLAŞIK MALİYET TESPİTİ İÇİN

TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) ELDEN GETİRMELERİ VEYA

İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

Başak KAYA

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

21	SİTOLOJİK ORNEK ALMA FIRCASI	10,00	ADET
22	SKLEROTERAPİ İGNEİ	820,00	ADET
23	ENDOSKOPIK KLİP	250,00	ADET
24	ENDOSKOPIK ULTRASON KATETERİ 22G	85,00	ADET
25	ULTRASON ENDOSKOPİSİ İÇİN ASPIRASYON (EBUS) İGNEİ	600,00	ADET
26	ULTRASONOGRAFİ BALONU	600,00	ADET
27	ARGON PLAZMA KOAGULASYON KATETERLERİ	10,00	ADET

ÖDEME SÜRESİ: 180 GÜN

TEKLİF NO : 20245903

NOT : 2025 YILI ENDOSKOPİ MALZEMELERİ ALIM YAKLAŞIK MALİYET İLANI

İLGİLİ KİŞİ : YUSUF GÜLER

TEL : 2324122405

E-MAIL : yusuf.guler@deu.edu.tr

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

3/20

TEKNİK ŞARTNAME

3518 ENDOSKOPIK BANT LİGASYON SETİ 200.000

1. Kontrollü bant atışını sağlayan handle'ı olmalıdır.
2. En az 6 adet bant içermelidir.
3. Yıkama adaptörü ve sistem kurma kateteri ayrıca set içinde mevcut olmalıdır.
4. Yıkama adaptöründen su verildiğinde cupun içini yıkayabilmelidir.
5. GENEL ÖZELLİKLER
- 5.1. Teklif edilen ürünün ambalajında UBB kodu, son kullanma tarihi ve lot numarası bulunmalıdır.
- 5.2. Teklif edilen ürünün son kullanma tarihi, teslim tarihinden başlamak üzere en az 1 yıl olmalıdır.
- 5.3. Yüklenici firma, idarenin firmaya üç ay öncesinde bildirmesi durumunda son kullanım tarihi yaklaşan malzemeleri aynı özellikteki yeni miatlı olan ürünler ile değiştirmelidir.
- 5.4. Teklif edilen ürün; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bedeli karşılanacak Tıbbi Malzeme listelerindeki SUT kodları ile eşlenmiş olmalı, SGK' nun ilgili web sayfasından alınan çıktı ile belgelenmeli ve ürünün tüketilmesine kadar eşlenmiş kalacağı taahhüdünü yazılı beyan etmelidir.
- 5.5. Teklif edilen ürün, Ürün Takip Sistemi (ÜTS) ' ne kayıtlı olmalıdır. Ayrıca; Yüklenici firma ürünlerin teslimi sırasında Ürün Takip Sistemi (ÜTS) 'nde satın alınan ürünün kurumumuza satıldığını bildirmelidir.
- 5.6. Malzemeyi teklif eden firma; üretici, ithalatçı veya bayi olarak Ürün Takip Sistemine (ÜTS), kayıtlı olmalı ve kayıtlı olduğuna dair belgeyi ibraz etmelidir.

Doc.Dr. Gökçe ENGİ
Dip.Tesc.No: 124680/151968
Gastroenteroloji Uzmanı

Dr. Öğr. Üyesi
Süleyman DOLU
DEUTFE Hastalıkları ve
Gastroenteroloji
Dip Tesc.No 124680/151960

TEKNİK ŞARTNAME

3504 BİLİYER STENT SETİ 233.0012

1. İçinde dış çapı 7-8,5-10 F ve uzunluğu 5-7-10-12-15 cm boylarında olan plastik stent bulunmalıdır.
2. Stentin iki ucu çentikli olmalıdır.
3. İtçinin uzunluğu 168 cm. veya üzerinde olmalıdır.
4. Setin içinde yukarına belirtilen ebatlardaki stenti itmeye uygun Introducer bulunmalıdır.
5. Set steril olmalıdır.
6. İstenmesi halinde yüklenici firma değişik uzunluktaki stentleri birbiriyle değişimi sağlamalıdır.
7. **GENEL ÖZELLİKLER**
 - 7.1. Teklif edilen ürünün ambalajında UBB kodu, son kullanma tarihi ve lot numarası bulunmalıdır.
 - 7.2. Teklif edilen ürünün son kullanma tarihi, teslim tarihinden başlamak üzere en az 2 yıl olmalıdır.
 - 7.3. Yüklenici firma, idarenin firmaya üç ay öncesinde bildirmesi durumunda son kullanım tarihi yaklaşan malzemeleri aynı özellikteki yeni miatlı olan ürünler ile değiştirmelidir.
 - 7.4. Teklif edilen ürün; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bedeli karşılanacak Tıbbi Malzeme listelerindeki SUT kodları ile eşleşmiş olmalı, SGK' nun ilgili web sayfasından alınan çıktı ile belgelenmeli ve ürünün tüketilmesine kadar eşleşmiş kalacağı taahhüdünü yazılı beyan etmelidir.
 - 7.5. Teklif edilen ürün, Ürün Takip Sistemi (ÜTS) ` ne kayıtlı olmalıdır. Ayrıca; Yüklenici firma ürünlerin teslimi sırasında Ürün Takip Sistemi ( ÜTS ) `nde satın alınan ürünün kurumumuza satıldığını bildirmelidir.
 - 7.6. Malzemeyi teklif eden firma; üretici, ithalatçı veya bayi olarak Ürün Takip Sistemine (ÜTS), kayıtlı olmalı ve kayıtlı olduğuna dair belgeyi ibraz etmelidir.

Doç.Dr. Gökçe BENGİ
Dip.Tes.No: 10228/147889
Dip.No: 10228/147889
DEÜTF İlaç Hastalıkları ve
Gastroenteroloji Uzmanı

Dr Öğrt Üyesi
Süleyman DOLU
DEÜTF İç Hastalıkları ve
Gastroenteroloji
Dip.Tesc.No: 124680/151969

TEKNİK ŞARTNAME

4786 BİLİYER DİLATASYON BALONU 134,0009

1. Balon 2-4cm aralık uzunluğunda olmalıdır.
2. Balon genişliği 6 mm ve 8 mm olmalıdır.
3. Balonun yerini belli eden radyoopak işaretler olmalıdır.
4. 0.035" klavuz tel ile uyumlu olmalıdır.
5. 2.8mm çalışma kanalından geçebilmelidir.
6. Teklif edilen ürünün ambalajında UBB kodu, son kullanma tarihi ve lot numarası bulunmalıdır.
7. Teklif edilen ürünün son kullanma tarihi, teslim tarihinden başlamak üzere en az 1 yıl olmalıdır.
8. Yüklenici firma, idarenin firmaya üç ay öncesinde bildirmesi durumunda son kullanım tarihi yaklaşan malzemeleri aynı özellikteki yeni miatlı olan ürünler ile değiştirmelidir.
9. Teklif edilen ürün; Medula Ubb Sorgu (<https://medula.sgk.gov.tr/MedulaUbbSorgu/>) ekranındaki Online Tıbbi Malzeme Sorgulama sekmesinde kayıtlı olmalıdır.
10. Teklif edilen ürün; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bedeli karşılanacak Tıbbi Malzeme listelerindeki SUT kodları ile eşlenmiş olmalı, SGK' nun ilgili web sayfasından alınan çıktı ile belgelenmeli ve ürünün tüketilmesine kadar eşlenmiş kalacağı taahhüdünü yazılı beyan etmelidir.
11. Teklif edilen ürün, Ürün Takip Sistemi (ÜTS) ' ne kayıtlı olmalıdır. Ayrıca ;Yüklenici firma teklif verdiği ürünün Ürün Takip Sistemi (ÜTS) ' nde tekil takip kapsamında tanımlanmış ise sözleşme tarihinden itibaren depoya teslim edileceği tarihe kadar Ürün Takip Sistemi (ÜTS) ' nde satın alınan ürünün kurumumuza satıldığını bildirmeli ve kurumumuz adına askıya çıkarmalıdır.
12. Malzemeyi teklif eden firma; üretici, ithalatçı veya bayi olarak Ürün Takip Sistemine (ÜTS), kayıtlı olmalı ve kayıtlı olduğuna dair belgeyi ibraz etmelidir.

Doç.Dr. Gökçel BENGİ
Dip.Tesc.No:102363-121568
DEUTF İç Hastalıkları ve
Gastroenteroloji Uzmanı

Dr Öğr Üyesi
Süleyman DOLU
DEUTF İç Hastalıkları ve
Gastroenteroloji
Dip Tesc.No:124680/15196

TEKNİK ŞARTNAME

3506 BROSKOSKOPİ İÇİN MUKUS TOPLAYICI 209.0003

1. Malzeme disposable olmalıdır.
2. Malzeme 40 cc kapasiteli olmalıdır.
3. Malzeme (yivli) 4 parçalı olmalıdır.
4. Bağlantı hortumları bronkoskopi cihazına uyumlu olmalıdır.
5. Malzeme çift girişli olmalıdır.
6. Malzeme steril olmalıdır.
7. Teklif edilen ürünün ambalajında UBB kodu, son kullanma tarihi ve lot numarası bulunmalıdır.
8. Teklif edilen ürünün son kullanma tarihi, teslim tarihinden başlamak üzere en az 1 yıl olmalıdır.
9. Yüklenici firma, idarenin firmaya üç ay öncesinde bildirmesi durumunda son kullanım tarihi yaklaşan malzemeleri aynı özellikteki yeni miatlı olan ürünler ile değiştirmelidir.
10. Teklif edilen ürün; Medula Ubb Sorgu (<https://medula.sgk.gov.tr/MedulaUbbSorgu/>) ekranındaki Online Tıbbi Malzeme Sorgulama sekmesinde kayıtlı olmalıdır.
11. Teklif edilen ürün; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bedeli karşılanacak Tıbbi Malzeme listelerindeki SUT kodları ile eşlenmiş olmalı, SGK' nın ilgili web sayfasından alınan çıktı ile belgelenmeli ve ürünün tüketilmesine kadar eşlenmiş kalacağı taahhüdünü yazılı beyan etmelidir.
12. Teklif edilen ürün, Ürün Takip Sistemi (ÜTS) ` ne kayıtlı olmalıdır. Ayrıca ;Yüklenici firma teklif verdiği ürünün Ürün Takip Sistemi ( ÜTS ) ` nde tekil takip kapsamında tanımlanmış ise sözleşme tarihinden itibaren depoya teslim edileceği tarihe kadar Ürün Takip Sistemi (ÜTS) ` nde satın alınan ürünün kurumumuza satıldığını bildirmeli ve kurumumuz adına askıya çıkarmalıdır.
13. Malzemeyi teklif eden firma; üretici, ithalatçı veya bayi olarak Ürün Takip Sistemine (ÜTS), kayıtlı olmalı ve kayıtlı olduğuna dair belgeyi ibraz etmelidir.

Sorumlu Hemşire -
Serpil Adalı


Prof. Dr. Aylin Özgen ALPAYDIN
D.E.Ü.T.F. Göğüs Hast. Hast. A.D.
Dip. Tes. No: 63589-91451

Doc. Dr. Kemal Can TEPEMİZ
D.E.Ü.T.F. G. Hast. Hast. A.D.
Dip. Tes. No: 114369

TEKNİK ŞARTNAME

41 ENDOSKOPIK BASKET KATETER 218.0033

1. Basket 4 telli olmalıdır.
2. Kateter uzunluğu en az 240 cm. olmalıdır.
3. 2.8 mm. çalışma kanalından geçebilmelidir.
4. GENEL ÖZELLİKLER
- 4.1. Teklif edilen ürünün ambalajında UBB kodu, son kullanma tarihi ve lot numarası bulunmalıdır.
- 4.2. Teklif edilen ürünün son kullanma tarihi, teslim tarihinden başlamak üzere en az 2 yıl olmalıdır
- 4.3. Yüklenici firma, Idarenin firmaya üç ay öncesinde bildirmesi durumunda son kullanım tarihi yaklaşan malzemeleri aynı özellikteki yeni miatlı olan ürünler ile değiştirmelidir.
- 4.4. Teklif edilen ürün; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bedeli karşılanacak Tıbbi Malzeme listelerindeki SUT kodları ile eşleşmiş olmalı, SGK' nun ilgili web sayfasından alınan çıktı ile belgelenmeli ve ürünün tüketilmesine kadar eşleşmiş kalacağı taahhüdünü yazılı beyan etmelidir.
- 4.5. Teklif edilen ürün, Ürün Takip Sistemi (ÜTS) ` ne kayıtlı olmalıdır. Ayrıca; Yüklenici firma ürünlerin teslimi sırasında Ürün Takip Sistemi ( ÜTS ) `nde satın alınan ürünün kurumumuza satıldığını bildirmelidir.
- 4.6. Malzemeyi teklif eden firma; üretici, ithalatçı veya bayi olarak Ürün Takip Sistemine (ÜTS), kayıtlı olmalı ve kayıtlı olduğuna dair belgeyi ibraz etmelidir.

Doç.Dr. Göksef BENCİ
Dip.Tes.No:10/2008-117988
Dip.No:10/2014
DEÜTF' de Hastalıkları ve
Gastroenteroloji Uzmanı

Dr. Öğr. Üyesi
Süleyman DOLU
DEÜTF' de Hastalıkları ve
Gastroenteroloji
Dip. Tesc. No: 124680/151960

TEKNİK ŞARTNAME

4785 ENDOSKOPIK FIRÇA KATETER (SİTOLOJİ) 209.0005

1. Fırça sitolojik inceleme için materyal almaya uygun olmalıdır.
2. Fırça koruyucu kılıfın içine girebilmelidir.
3. Kateter uzunluğu en az 160cm olmalıdır.
4. 2.8mm çalışma kanalından geçebilmelidir.
5. GENEL ÖZELLİKLER
 - 5.1. Teklif edilen ürünün ambalajında UBB kodu, son kullanma tarihi ve lot numarası bulunmalıdır.
 - 5.2. Teklif edilen ürünün son kullanma tarihi, teslim tarihinden başlamak üzere en az 2 yıl olmalıdır.
 - 5.3. Yüklenici firma, idarenin firmaya üç ay öncesinde bildirmesi durumunda son kullanım tarihi yaklaşan malzemeleri aynı özellikteki yeni miatlı olan ürünler ile değiştirmelidir.
 - 5.4. Teklif edilen ürün; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bedeli karşılanacak Tıbbi Malzeme listelerindeki SUT kodları ile eşleşmiş olmalı, SGK' nun ilgili web sayfasından alınan çıktı ile belgelenmeli ve ürünün tüketilmesine kadar eşleşmiş kalacağı taahhüdünü yazılı beyan etmelidir.
 - 5.5. Teklif edilen ürün, Ürün Takip Sistemi (ÜTS) ' ne kayıtlı olmalıdır. Ayrıca; Yüklenici firma ürünlerin teslimi sırasında Ürün Takip Sistemi (ÜTS) 'nde satın alınan ürünün kurumumuza satıldığını bildirmelidir.
 - 5.6. Malzemeyi teklif eden firma; üretici, ithalatçı veya bayi olarak Ürün Takip Sistemine (ÜTS), kayıtlı olmalı ve kayıtlı olduğuna dair belgeyi ibraz etmelidir.

Doç.Dr. Gökse BENGİ
Dip.Tez.No: 102268 - 117988
Dip.No: 102268
DEÜTF ile Hastalıkları ve
Gastroenteroloji Uzmanı

Dr Öğr Üyesi
Süleyman DQLU
DEÜTF ile Hastalıkları ve
Gastroenteroloji
Dip.Tez.No: 124680/151960

TEKNİK ŞARTNAME

3520 ENDOSKOPIK ULTRASON İĞNESİ 218.0035

1. Kateter uzunluğu 140 (± 5) cm olmalıdır.
2. İğne ucu 19 G - 22 G olmalıdır.
3. Setin içinde 10 cc veya 20 cc'lik vakum şırıngası olmalıdır.
4. Plastik handle ve bu handle'in üzerinde iğnenin pozisyonunu gösteren işaretler ve uzatma kilidi bulunmalıdır.
5. 19 G'luk iğne ucundan klavuz tel geçmelidir.
6. Handle üzerinde derinliği gösteren numaralar bulunmalıdır.
7. GENEL ÖZELLİKLER
 - 7.1. Teklif edilen ürünün ambalajında UBB kodu, son kullanma tarihi ve lot numarası bulunmalıdır.
 - 7.2. Teklif edilen ürünün son kullanma tarihi, teslim tarihinden başlamak üzere en az 2 yıl olmalıdır.
 - 7.3. Yüklenici firma, idarenin firmaya üç ay öncesinde bildirmesi durumunda son kullanım tarihi yaklaşan malzemeleri aynı özellikteki yeni miatlı olan ürünler ile değiştirmelidir.
 - 7.4. Teklif edilen ürün; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bedeli karşılanacak Tıbbi Malzeme listelerindeki SUT kodları ile eşleşmiş olmalı, SGK' nun ilgili web sayfasından alınan çıktı ile belgelenmeli ve ürünün tüketilmesine kadar eşleşmiş kalacağı taahhüdünü yazılı beyan etmelidir.
 - 7.5. Teklif edilen ürün, Ürün Takip Sistemi (ÜTS) ' ne kayıtlı olmalıdır. Ayrıca; Yüklenici firma ürünlerin teslimi sırasında Ürün Takip Sistemi (ÜTS) 'nde satın alınan ürünün kurumumuza satıldığını bildirmelidir.
 - 7.6. Malzemeyi teklif eden firma; üretici, ithalatçı veya bayi olarak Ürün Takip Sistemine (ÜTS), kayıtlı olmalı ve kayıtlı olduğuna dair belgeyi ibraz etmelidir.

Doç.Dr. Göksele BENLİ
Dip.Tes.No:124680-117989
Dip.No:30574
DEÜTF İç Hastalıkları ve
Gastroenteroloji Uzmanı

Dr Öğr Uyesi
Süleyman DOLU
DEÜTF İç Hastalıkları ve
Gastroenteroloji
Dip.Tes.No:124680/151969

TEKNİK ŞARTNAME

3507 ERCP TAŞ ÇIKARMA BALONU (ÜÇ LÜMENLİ) 134, 0010

1. Enjeksiyon, klavuz tel ve balonun şişirilmesi için kullanılabilecek 3 ayrı lümeni olmalıdır.
2. Kateterin, balonun distalinde kalan uç kısmı en fazla 3 mm uzunlukta olmalıdır.
3. 0.035" klavuz tel ile uyumlu olmalıdır.
4. Uzunluğu en az 200 cm olmalıdır.
5. Üzerinde, balonun bulunduğu yeri belirleyecek radyopak işaretler olmalıdır.
6. Balonun 15 mm şişme kapasitesi bulunmalıdır.
7. Balonun kateteri geriye doğru traksiyonda sürme yapmamalıdır.
8. Balon şişirildiğinde kontrast maddeyi distalinden vermelidir.
9. Balonun yapıldığı malzeme kırılma yapmamalı ve çekme işlemine dayanıklı olmalıdır.
10. GENEL ÖZELLİKLER
- 10.1. Teklif edilen ürünün ambalajında UBB kodu, son kullanma tarihi ve lot numarası bulunmalıdır.
- 10.2. Teklif edilen ürünün son kullanma tarihi, teslim tarihinden başlamak üzere en az 2 yıl olmalıdır.
- 10.3. Yüklenici firma, idarenin firmaya üç ay öncesinde bildirmesi durumunda son kullanım tarihi yaklaşan malzemeleri aynı özellikteki yeni miatlı olan ürünler ile değiştirmelidir.
- 10.4. Teklif edilen ürün; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bedeli karşılanacak Tıbbi Malzeme listelerindeki SUT kodları ile eşleşmiş olmalı, SGK' nun ilgili web sayfasından alınan çıktı ile belgelenmeli ve ürünün tüketilmesine kadar eşleşmiş kalacağı taahhüdünü yazılı beyan etmelidir.
- 10.5. Teklif edilen ürün, Ürün Takip Sistemi (ÜTS) ` ne kayıtlı olmalıdır. Ayrıca; Yüklenici firma ürünlerin teslimi sırasında Ürün Takip Sistemi ( ÜTS ) `nde satın alınan ürünün kurumumuza satıldığını bildirmelidir.
- 10.6. Malzemeyi teklif eden firma; üretici, ithalatçı veya bayi olarak Ürün Takip Sistemine (ÜTS), kayıtlı olmalı ve kayıtlı olduğuna dair belgeyi ibraz etmelidir.

Doç.Dr. Ertan BENCİ
Dip.Tes.No: 101268-111988
Dip.No: 10574
DEÜTF İç Hastalıkları ve
Gastroenteroloji Uzmanı

Dr Öğr Üyesi
Süleyman DOLU
DEÜTF İç Hastalıkları ve
Gastroenteroloji
Dip Tes.No: 124680/151960

TEKNİK ŞARTNAME

3520 ENDOSKOPIK ULTRASON İĞNESİ 219.0015

1. Kateter uzunluğu 140 (±5) cm olmalıdır.
2. İğne ucu 19 G - 22 G olmalıdır.
3. Setin içinde 10 cc veya 20 cc'lik vakum şırıngası olmalıdır.
4. Plastik handle ve bu handle'ın üzerinde iğnenin pozisyonunu gösteren işaretler ve uzatma kilidi bulunmalıdır.
5. 19 G'luk iğne ucundan klavuz tel geçmelidir.
6. Handle üzerinde derinliği gösteren numaralar bulunmalıdır.
7. GENEL ÖZELLİKLER
- 7.1. Teklif edilen ürünün ambalajında UBB kodu, son kullanma tarihi ve lot numarası bulunmalıdır.
- 7.2. Teklif edilen ürünün son kullanma tarihi, teslim tarihinden başlamak üzere en az 2 yıl olmalıdır.
- 7.3. Yüklenici firma, idarenin firmaya üç ay öncesinde bildirmesi durumunda son kullanım tarihi yaklaşan malzemeleri aynı özellikteki yeni miatlı olan ürünler ile değiştirmelidir.
- 7.4. Teklif edilen ürün; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bedeli karşılanacak Tıbbi Malzeme listelerindeki SUT kodları ile eşleşmiş olmalı, SGK' nun ilgili web sayfasından alınan çıktı ile belgelenmeli ve ürünün tüketilmesine kadar eşleşmiş kalacağı taahhüdünü yazılı beyan etmelidir.
- 7.5. Teklif edilen ürün, Ürün Takip Sistemi (ÜTS) ' ne kayıtlı olmalıdır. Ayrıca; Yüklenici firma ürünlerin teslimi sırasında Ürün Takip Sistemi (ÜTS) 'nde satın alınan ürünün kurumumuza satıldığını bildirmelidir.
- 7.6. Malzemeyi teklif eden firma; üretici, ithalatçı veya bayi olarak Ürün Takip Sistemine (ÜTS), kayıtlı olmalı ve kayıtlı olduğuna dair belgeyi ibraz etmelidir.

Doc. Dr. Gökseil BENGİ
Dip. Tes. No: 102768-117988
Dip. No: 0571
DEÜTF İ. Hastalıkları ve
Gastroenteroloji Uzmanı

Dr. Öğr. Üyesi
Süleyman DOLU
DEÜTF İ. Hastalıkları ve
Gastroenteroloji
Dip. Tes. No: 124680/151969

TEKNİK ŞARTNAME

5306 ERCP GUIDEWIRE (REHBER TEL) 219.0016

1. Kılavuz tel uzunluğu en az 450 cm uzunluğunda olmalıdır.
2. Kalınlığı 0,021 veya 0,035 çapında olmalıdır.
3. Kılavuz telin iki ucu hidrofilik olmalıdır.
4. Telin üzerinde hareketlerini ve bulunduğu yeri gösteren çizgiler olmalıdır.
5. GENEL ÖZELLİKLER
- 5.1. Teklif edilen ürünün ambalajında UBB kodu, son kullanma tarihi ve lot numarası bulunmalıdır.
- 5.2. Teklif edilen ürünün son kullanma tarihi, teslim tarihinden başlamak üzere en az 2 yıl olmalıdır.
- 5.3. Yüklenici firma, idarenin firmaya üç ay öncesinde bildirmesi durumunda son kullanım tarihi yaklaşan malzemeleri aynı özellikteki yeni miatlı olan ürünler ile değiştirmelidir.
- 5.4. Teklif edilen ürün; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bedeli karşılanacak Tıbbi Malzeme listelerindeki SUT kodları ile eşleşmiş olmalı, SGK' nun ilgili web sayfasından alınan çıktı ile belgelenmeli ve ürünün tüketilmesine kadar eşleşmiş kalacağı taahhüdünü yazılı beyan etmelidir.
- 5.5. Teklif edilen ürün, Ürün Takip Sistemi (ÜTS) ` ne kayıtlı olmalıdır. Ayrıca; Yüklenici firma ürünlerin teslimi sırasında Ürün Takip Sistemi ( ÜTS ) `nde satın alınan ürünün kurumumuza satıldığını bildirmelidir.
- 5.6. Malzemeyi teklif eden firma; üretici, ithalatçı veya bayi olarak Ürün Takip Sistemine (ÜTS), kayıtlı olmalı ve kayıtlı olduğuna dair belgeyi ibraz etmelidir.

Doç.Dr. Gökseil BENLİ
Dip.Tesc.No: 102268 - 117989
Dip.No: 11574
DEÜTF İç Hastalıkları ve
Gastroenteroloji Uzmanı

Dr Öğr Üyesi
Süleyman DOLU
DEÜTF İç Hastalıkları ve
Gastroenteroloji
Dip Tesc.No: 124680/151969

TEKNİK ŞARTNAME

3517 ERCP KATETERİ (KÜNT UÇLU) 218.0038

1. Kateterin distal ucunda yerini belli eden radyoopak markerler bulunmalıdır.
2. 2.8 mm çalışma kanalından geçebilmelidir.
3. Kateter 0.035" guide wire ile kullanılabilir.
4. Kateterin ucu künt olmalıdır.
5. GENEL ÖZELLİKLER
 - 5.1. Teklif edilen ürünün ambalajında UBB kodu, son kullanma tarihi ve lot numarası bulunmalıdır.
 - 5.2. Teklif edilen ürünün son kullanma tarihi, teslim tarihinden başlamak üzere en az 2 yıl olmalıdır.
 - 5.3. Yüklenici firma, idarenin firmaya üç ay öncesinde bildirmesi durumunda son kullanım tarihi yaklaşan malzemeleri aynı özellikteki yeni miatlı olan ürünler ile değiştirmelidir.
 - 5.4. Teklif edilen ürün; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bedeli karşılanacak Tıbbi Malzeme listelerindeki SUT kodları ile eşleşmiş olmalı, SGK' nun ilgili web sayfasından alınan çıktı ile belgelenmeli ve ürünün tüketilmesine kadar eşleşmiş kalacağı taahhüdünü yazılı beyan etmelidir.
 - 5.5. Teklif edilen ürün, Ürün Takip Sistemi (ÜTS) ' ne kayıtlı olmalıdır. Ayrıca; Yüklenici firma ürünlerin teslimi sırasında Ürün Takip Sistemi (ÜTS) 'nde satın alınan ürünün kurumumuza satıldığını bildirmelidir.
 - 5.6. Malzemeyi teklif eden firma; üretici, ithalatçı veya bayi olarak Ürün Takip Sistemine (ÜTS), kayıtlı olmalı ve kayıtlı olduğuna dair belgeyi ibraz etmelidir

Doç.Dr. Göksele BENGİ
Dip.Tes. No: 124680-17988
DEÜTF İç Hastalıkları ve
Gastroenteroloji Uzmanı

Dr Öğrt Üyesi
Süleyman DOLU
DEÜTF İç Hastalıkları ve
Gastroenteroloji
Dip.Tesc.No: 124680/151969

TEKNİK ŞARTNAME

4774 ERCP KATETERİ (TAPERED) 218.0039

1. Kateter ERCP işlemlerinde kullanılmak üzere dizayn edilmiş olmalıdır.
2. Kateter disposable olmalıdır.
3. Kateterin uzunluğu 200cm olmalıdır.
4. 2.8 çalışma kanalından geçebilmelidir.
5. Kateter 0.035" guidewire'ler ile kullanılabilmelidir.
6. Kateter radyopak olmalıdır.
7. Kateterin distal ucunda renkli radyopak işaretler (marker) olmalıdır.
8. Kateter tapered olmalıdır.
9. Kateter pre-curved olmalıdır.
10. Kateter steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
11. GENEL ÖZELLİKLER
 - 11.1. Teklif edilen ürünün ambalajında UBB kodu, son kullanma tarihi ve lot numarası bulunmalıdır.
 - 11.2. Teklif edilen ürünün son kullanma tarihi, teslim tarihinden başlamak üzere en az 2 yıl olmalıdır.
 - 11.3. Yüklenici firma, idarenin firmaya üç ay öncesinde bildirmesi durumunda son kullanım tarihi yaklaşan malzemeleri aynı özellikteki yeni miatlı olan ürünler ile değiştirmelidir.
 - 11.4. Teklif edilen ürün; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bedeli karşılanacak Tıbbi Malzeme listelerindeki SUT kodları ile eşleşmiş olmalı, SGK' nun ilgili web sayfasından alınan çıktı ile belgelenmeli ve ürünün tüketilmesine kadar eşleşmiş kalacağı taahhüdünü yazılı beyan etmelidir.
 - 11.5. Teklif edilen ürün, Ürün Takip Sistemi (ÜTS) ' ne kayıtlı olmalıdır. Ayrıca; Yüklenici firma ürünlerin teslimi sırasında Ürün Takip Sistemi (ÜTS) 'nde satın alınan ürünün kurumumuza satıldığını bildirmelidir.
 - 11.6. Malzemeyi teklif eden firma; üretici, ithalatçı veya bayi olarak Ürün Takip Sistemine (ÜTS), kayıtlı olmalı ve kayıtlı olduğuna dair belgeyi ibraz etmelidir.

Doc.Dr. Göksel BENGİ
Dip.Tec.No:104268/117988
Dip.No:20274
DEÜTF İç Hastalıkları ve
Gastroenteroloji Uzmanı

Dr Öğr Üyesi
Süleyman DOLU
DEÜTF İç Hastalıkları ve
Gastroenteroloji
Dip.Tec.No:124680/151969

TEKNİK ŞARTNAME

3516 PERKÜTAN ENDOSKOPIK GASTROSTOMİ SETİ 209.0011

1. 12-14-16-18-20-22 Fr PEG tüplerinden en az 1 tanesi olmalıdır.
2. Introducer kanül ya da seldinger iğne
3. Sivri uçlu bistüri
4. Kısırtma klemp
5. Beslenme konnektörü
6. Yerleştirme teli
7. Tüpün çıkmasını ve sızıntıyı engelleyecek dış tespik aparatı (external bolster) bulunmalıdır.
8. Steril delikli örtünün bulunması gereklidir.
9. Makas, snare, steril spanç bulunmalıdır.
10. Gastronomi kiti perkutan endoskopik olarak takılacak şekilde olmalıdır.
11. Tüpün çıkarılması için endoskopiye ihtiyaç duyulmamalıdır.
12. GENEL ÖZELLİKLER
- 12.1. Teklif edilen ürünün ambalajında UBB kodu, son kullanma tarihi ve lot numarası bulunmalıdır.
- 12.2. Teklif edilen ürünün son kullanma tarihi, teslim tarihinden başlamak üzere en az 2 yıl olmalıdır.
- 12.3. Yüklenici firma, idarenin firmaya üç ay öncesinde bildirmesi durumunda son kullanım tarihi yaklaşan malzemeleri aynı özellikteki yeni miatlı olan ürünler ile değiştirmelidir.
- 12.4. Teklif edilen ürün; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bedeli karşılanacak Tıbbi Malzeme listelerindeki SUT kodları ile eşleşmiş olmalı, SGK' nun ilgili web sayfasından alınan çıktı ile belgelenmeli ve ürünün tüketilmesine kadar eşleşmiş kalacağı taahhüdünü yazılı beyan etmelidir.
- 12.5. Teklif edilen ürün, Ürün Takip Sistemi (ÜTS) ' ne kayıtlı olmalıdır. Ayrıca; Yüklenici firma ürünlerin teslimi sırasında Ürün Takip Sistemi (ÜTS) 'nde satın alınan ürünün kurumumuza satıldığını bildirmelidir.
- 12.6. Malzemeyi teklif eden firma; üretici, ithalatçı veya bayi olarak Ürün Takip Sistemine (ÜTS), kayıtlı olmalı ve kayıtlı olduğuna dair belgeyi ibraz etmelidir.

Doç.Dr. Göknel BENGİ
Dip.Tes.No:101201117988
Dip.No:10574
DEÜTF İç Hastalıkları ve
Gastroenteroloji Uzmanı

Dr Öğr Uyesi
Süleyman DOLU
DEÜTF İç Hastalıkları ve
Gastroenteroloji
Dip.Tesc.No:124680/151960

TEKNİK ŞARTNAME

3514 GASTROSTOMİE REPLACEMENT TÜPÜ 209.0012

1. 12 F ile 20 F arası ölçüleri olmalıdır.
2. Steril olmalıdır.
3. Mide içerisinde kalan ucunda su ile şişirilip tüpün mideye tutunmasını sağlayan balon olmalıdır.
4. Silikondan yapılmış olmalıdır.
5. GENEL ÖZELLİKLER
- 5.1. Teklif edilen ürünün ambalajında UBB kodu, son kullanma tarihi ve lot numarası bulunmalıdır.
- 5.2. Teklif edilen ürünün son kullanma tarihi, teslim tarihinden başlamak üzere en az 2 yıl olmalıdır.
- 5.3. Yüklenici firma, idarenin firmaya üç ay öncesinde bildirmesi durumunda son kullanım tarihi yaklaşan malzemeleri aynı özellikteki yeni miatlı olan ürünler ile değiştirmelidir.
- 5.4. Teklif edilen ürün; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bedeli karşılanacak Tıbbi Malzeme listelerindeki SUT kodları ile eşleşmiş olmalı, SGK' nun ilgili web sayfasından alınan çıktı ile belgelenmeli ve ürünün tüketilmesine kadar eşleşmiş kalacağı taahhüdünü yazılı beyan etmelidir.
- 5.5. Teklif edilen ürün, Ürün Takip Sistemi (ÜTS) ' ne kayıtlı olmalıdır. Ayrıca; Yüklenici firma ürünlerin teslimi sırasında Ürün Takip Sistemi (ÜTS) 'nde satın alınan ürünün kurumumuza satıldığını bildirmelidir.
- 5.6. Malzemeyi teklif eden firma; üretici, ithalatçı veya bayi olarak Ürün Takip Sistemine (ÜTS), kayıtlı olmalı ve kayıtlı olduğuna dair belgeyi ibraz etmelidir.

Doç.Dr. Gökşel BENGİ
Dip.Tes.No: 104269 - 117988
Dip.No: 1987
DEÜTF İç Hastalıkları ve
Gastroenteroloji Uzmanı

Dr Öğr Üyesi
Süleyman DOLU
DEÜTF İç Hastalıkları ve
Gastroenteroloji
Dip Tes.No: 124680/151969

TEKNİK ŞARTNAME

4792 HOT BIOPSY FORCEPS 209.0014

1. Steril paketlerde olmalıdır.
2. Paslanmaz çelik spiral kılıflı olmalıdır.
3. Forceps kutuları paslanmaz çelik olmalıdır.
4. Forceps disposable olmalı
5. Kateter uzunluğu 230cm olmalıdır.
6. 2.3mm kanal çaplı gastroskop ve kolonoskoplarda kullanılmalıdır.
7. Handle bölgesi hydroc maddeden yapılmış olmalıdır.
8. Koter bağlantısı olmalıdır.
9. Biopsy alınan bölgeyi rahatça koterize edebilmelidir.
10. Forceps oval cup yada alligator cup olmalıdır.
11. GENEL ÖZELLİKLER
 - 11.1. Teklif edilen ürünün ambalajında UBB kodu, son kullanma tarihi ve lot numarası bulunmalıdır.
 - 11.2. Teklif edilen ürünün son kullanma tarihi, teslim tarihinden başlamak üzere en az 2 yıl olmalıdır.
 - 11.3. Yüklenici firma, idarenin firmaya üç ay öncesinde bildirmesi durumunda son kullanım tarihi yaklaşan malzemeleri aynı özellikteki yeni miatlı olan ürünler ile değiştirmelidir.
 - 11.4. Teklif edilen ürün; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bedeli karşılanacak Tıbbi Malzeme listelerindeki SUT kodları ile eşlenmiş olmalı, SGK' nun ilgili web sayfasından alınan çıktı ile belgelenmeli ve ürünün tüketilmesine kadar eşlenmiş kalacağı taahhüdünü yazılı beyan etmelidir.
 - 11.5. Teklif edilen ürün, Ürün Takip Sistemi (ÜTS) ' ne kayıtlı olmalıdır. Ayrıca; Yüklenici firma ürünlerin teslimi sırasında Ürün Takip Sistemi (ÜTS) 'nde satın alınan ürünün kurumumuza satıldığını bildirmelidir.
 - 11.6. Malzemeyi teklif eden firma; üretici, ithalatçı veya bayi olarak Ürün Takip Sistemine (ÜTS), kayıtlı olmalı ve kayıtlı olduğuna dair belgeyi ibraz etmelidir.

Doç.Dr. Bülkeşel BENLİ
Dip.Tesc.No: 102268-117988
Dip.No: 10574
DEÜTF ile Hastaneleri ve
Gastroenteroloji Uzmanı

Dr Öğr Uyesi
Süleyman DOĞU
DEÜTF ile Hastaneleri ve
Gastroenteroloji
Dip Tesc.No: 124680/151969

TEKNİK ŞARTNAME

3508 TAŞ ÇIKARMA BASKET KATETERİ (LİTOTRİPTÖR) 209.0015

1. 3.2 mm çalışma kanalından geçebilmelidir.
2. Kateter kılavuz tel üzerinden gidebilmelidir.
3. Tutaç kısmı litotriptör ile uyum sağlayacak taş kırmaya uygun hale gelebilmelidir.
4. Tutaç kısmında enjeksiyon kanalı olmalıdır.
5. Baskete uyumlu 2 adet metal kılıf ve litotriptör ile beraber teslim edilmelidir.
6. GENEL ÖZELLİKLER
- 6.1. Teklif edilen ürünün ambalajında UBB kodu, son kullanma tarihi ve lot numarası bulunmalıdır.
- 6.2. Teklif edilen ürünün son kullanma tarihi, teslim tarihinden başlamak üzere en az 2 yıl olmalıdır.
- 6.3. Yüklenici firma, idarenin firmaya üç ay öncesinde bildirmesi durumunda son kullanım tarihi yaklaşan malzemeleri aynı özellikteki yeni miatlı olan ürünler ile değiştirmelidir.
- 6.4. Teklif edilen ürün; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bedeli karşılanacak Tıbbi Malzeme listelerindeki SUT kodları ile eşleşmiş olmalı, SGK' nin ilgili web sayfasından alınan çıktı ile belgelenmeli ve ürünün tüketilmesine kadar eşleşmiş kalacağı taahhüdünü yazılı beyan etmelidir.
- 6.5. Teklif edilen ürün, Ürün Takip Sistemi (ÜTS) ' ne kayıtlı olmalıdır. Ayrıca; Yüklenici firma ürünlerin teslimi sırasında Ürün Takip Sistemi (ÜTS) ' nde satın alınan ürünün kurumumuza satıldığını bildirmelidir.
- 6.6. Malzemeyi teklif eden firma; üretici, ithalatçı veya bayi olarak Ürün Takip Sistemine (ÜTS), kayıtlı olmalı ve kayıtlı olduğuna dair belgeyi ibraz etmelidir.

Doç. Dr. Gökseki BENGİ
Dip.Tes.No: 11220 / 117988
Dip.No: 1554
DEÜTF İç Hastalıkları ve
Gastroenteroloji Uzmanı

Dr Öğr Uyesi
Süleyman DOLU
DEÜTF İç Hastalıkları ve
Gastroenteroloji
Dip Tesc.No 124680/151969

TEKNİK ŞARTNAME

4784 ÖZEFAGUS METALİK STENT (KAPLI) 233. 0032

1. Materyal self expandable ve nitinol özellikte olmalıdır.
2. Introducer sisteminin içinden 0.035 ve 0.038 inch klavuz tel geçebilmelidir.
3. Stentin radyopasitesi ve radyal kuvveti yüksek olmalıdır.
4. Stent içten kaplı olmalıdır.
5. Stentin uzunluğu 6-14 cm arasında olmalıdır.
6. Stent 20mm çapa ulaşabilmelidir.

Doç.Dr. Gökseil BENLİ
Dip.Tesc.No: 102258-102988
Dip.No: 10574
DEÜTF İç Hastalıkları ve
Gastroenteroloji Uzmanı

Dr Öğr Uyesi
Süleyman DOLU
DEÜTF İç Hastalıkları ve
Gastroenteroloji
Dip Tesc.No: 124280/151969

TEKNİK ŞARTNAME

3505 POLYPECTOMY SNARE 209.0026

1. Kolonoskopik snare uzunluğu en fazla 240 cm olmalıdır.
2. Snare kement genişliği 15-45 mm aralığında olmalıdır.
3. Uçları oval olmalıdır.
4. Ürün üzerinde handle mevcut olmalıdır.
5. Ürün tek kullanımlık olmalıdır.
6. Ürün medium ve large ölçülerde teslim edilmelidir.
7. GENEL ÖZELLİKLER
- 7.1. Teklif edilen ürünün ambalajında UBB kodu, son kullanma tarihi ve lot numarası bulunmalıdır.
- 7.2. Teklif edilen ürünün son kullanma tarihi, teslim tarihinden başlamak üzere en az 2 yıl olmalıdır.
- 7.3. Yüklenici firma, idarenin firmaya üç ay öncesinde bildirmesi durumunda son kullanım tarihi yaklaşan malzemeleri aynı özellikteki yeni miatlı olan ürünler ile değiştirmelidir.
- 7.4. Teklif edilen ürün; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bedeli karşılanacak Tıbbi Malzeme listelerindeki SUT kodları ile eşlenmiş olmalı, SGK' nin ilgili web sayfasından alınan çıktı ile belgelenmeli ve ürünün tüketilmesine kadar eşlenmiş kalacağı taahhüdünü yazılı beyan etmelidir.
- 7.5. Teklif edilen ürün, Ürün Takip Sistemi (ÜTS) ' ne kayıtlı olmalıdır. Ayrıca; Yüklenici firma ürünlerin teslimi sırasında Ürün Takip Sistemi (ÜTS) ' nde satın alınan ürünün kurumumuza satıldığını bildirmelidir.
- 7.6. Malzemeyi teklif eden firma; üretici, ithalatçı veya bayi olarak Ürün Takip Sistemine (ÜTS), kayıtlı olmalı ve kayıtlı olduğuna dair belgeyi ibraz etmelidir.

Doç.Dr. Gökse BEĞİCİ
Dip.Tes.No: 1073411988

DEUTF İç Hastalıkları ve
Gastroenteroloji Uzmanı

Dr Öğr Uyesi
Süleyman DOLU
DEUTF İç Hastalıkları ve
Gastroenteroloji
Dip.Tes.No: 124680/151969

TEKNİK ŞARTNAME

3511 ÜÇ LÜMENLİ SFİNKTEROM KATETER 2023.0028

1. Kateter ERCP işlemlerinde kullanılmak üzere dizayn edilmiş olmalıdır.
2. Kateter disposable olmalıdır.
3. Kateterin kesme teli 30mm olmalıdır.
4. Kateter üç lümenli olmalıdır.
5. Kateterin uzunluğu 200 cm olmalıdır.
6. Kateterin içinde 0.035" guidewire geçmelidir.
7. Kateterin distal ucunda radpopak işaretler (Marker) olmalıdır.
8. Kateterin Handle'ı üzerinde olmalıdır.
9. Kateter, steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
10. Kateter radyopak olmalıdır.
11. GENEL ÖZELLİKLER
- 11.1. Teklif edilen ürünün ambalajında UBB kodu, son kullanma tarihi ve lot numarası bulunmalıdır.
- 11.2. Teklif edilen ürünün son kullanma tarihi, teslim tarihinden başlamak üzere en az 2 yıl olmalıdır.
- 11.3. Yüklenici firma, idarenin firmaya üç ay öncesinde bildirmesi durumunda son kullanım tarihi yaklaşan malzemeleri aynı özellikteki yeni miatlı olan ürünler ile değiştirmelidir.
- 11.4. Teklif edilen ürün; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bedeli karşılanacak Tıbbi Malzeme listelerindeki SUT kodları ile eşlenmiş olmalı, SGK' nun ilgili web sayfasından alınan çıktı ile belgelenmeli ve ürünün tüketilmesine kadar eşlenmiş kalacağı taahhüdünü yazılı beyan etmelidir.
- 11.5. Teklif edilen ürün, Ürün Takip Sistemi (ÜTS) ' ne kayıtlı olmalıdır. Ayrıca; Yüklenici firma ürünlerin teslimi sırasında Ürün Takip Sistemi (ÜTS) ' nde satın alınan ürünün kurumumuza satıldığını bildirmelidir.
- 11.6. Malzemeyi teklif eden firma; üretici, ithalatçı veya bayi olarak Ürün Takip Sistemine (ÜTS), kayıtlı olmalı ve kayıtlı olduğuna dair belgeyi ibraz etmelidir.

Doç.Dr. Gökseil BENLİ
Dip.Tes.No: 102268-117969
Dip.No: 10974
DEÜTF İç Hastalıkları ve
Gastroenteroloji Uzmanı

Dr Öğr Uyesi
Süleyman DOLU
DEÜTF İç Hastalıkları ve
Gastroenteroloji
Dip Teso No: 124680/151969

TEKNİK ŞARTNAME

4778 SITOLOGY FIRÇASI 203.0030

1. Ürün steril pakette olmalıdır.
2. Ürün uzunluğu 120cm olmalıdır.
3. Kanal çapı 1,7mm olmalıdır.
4. Fırça kalınlığı 3mm olmalıdır.
5. Ürün kullanıcının isteğine göre ring handle ve string handle olarak verilebilmelidir.
6. Ürün disposable olmalıdır.
7. GENEL ÖZELLİKLER
 - 7.1. Teklif edilen ürünün ambalajında UBB kodu, son kullanma tarihi ve lot numarası bulunmalıdır.
 - 7.2. Teklif edilen ürünün son kullanma tarihi, teslim tarihinden başlamak üzere en az 2 yıl olmalıdır.
 - 7.3. Yüklenici firma, idarenin firmaya üç ay öncesinde bildirmesi durumunda son kullanım tarihi yaklaşan malzemeleri aynı özellikteki yeni miatlı olan ürünler ile değiştirmelidir.
 - 7.4. Teklif edilen ürün; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bedeli karşılanacak Tıbbi Malzeme listelerindeki SUT kodları ile eşlenmiş olmalı, SGK' nun ilgili web sayfasından alınan çıktı ile belgelenmeli ve ürünün tüketilmesine kadar eşlenmiş kalacağı taahhüdünü yazılı beyan etmelidir.
 - 7.5. Teklif edilen ürün, Ürün Takip Sistemi (ÜTS) ` ne kayıtlı olmalıdır. Ayrıca; Yüklenici firma ürünlerin teslimi sırasında Ürün Takip Sistemi ( ÜTS ) `nde satın alınan ürünün kurumumuza satıldığını bildirmelidir.
 - 7.6. Malzemeyi teklif eden firma; üretici, ithalatçı veya bayi olarak Ürün Takip Sistemine (ÜTS), kayıtlı olmalı ve kayıtlı olduğuna dair belgeyi ibraz etmelidir.

Doç.Dr. Göksefer BENGİ
Dip.Tes.No: 124680/151969
Dip.No: 117588
DEÜTF İç Hastalıkları Uzmanı
Gastroenteroloji Uzmanı

Dr Öğr Uyesi
Süleyman DÖLU
DEÜTF İç Hastalıkları ve
Gastroenteroloji
Dip Tes.No: 124680/151969

TEKNİK ŞARTNAME

3512 SKLEROTEPAPİ İĞNESİ 209.0021/209.0031

1. İğne Enjeksiyon yapmak üzere dizayn edilmiş olmalıdır.
2. İğne Disposable ve tek lümenli olmalıdır.
3. Kateterin dış çapı kullanıcının isteğine göre 1.8 mm - 2.3 mm olmalıdır.
4. İğne'nin Kateter uzunluğu 240 cm olmalıdır.
5. İğne'nin dış kılıfı teflon olmalıdır.
6. İğne uzunluğu 4.0 mm veya 6.0 mm aralığında olmalıdır.
7. Kateter, steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
8. GENEL ÖZELLİKLER
- 8.1. Teklif edilen ürünün ambalajında UBB kodu, son kullanma tarihi ve lot numarası bulunmalıdır.
- 8.2. Teklif edilen ürünün son kullanma tarihi, teslim tarihinden başlamak üzere en az 2 yıl olmalıdır.
- 8.3. Yüklenici firma, idarenin firmaya üç ay öncesinde bildirmesi durumunda son kullanım tarihi yaklaşan malzemeleri aynı özellikteki yeni miatlı olan ürünler ile değiştirmelidir.
- 8.4. Teklif edilen ürün; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bedeli karşılanacak Tıbbi Malzeme listelerindeki SUT kodları ile eşlenmiş olmalı, SGK' nun ilgili web sayfasından alınan çıktı ile belgelenmeli ve ürünün tüketilmesine kadar eşlenmiş kalacağı taahhüdünü yazılı beyan etmelidir.
- 8.5. Teklif edilen ürün, Ürün Takip Sistemi (ÜTS) ` ne kayıtlı olmalıdır. Ayrıca; Yüklenici firma ürünlerin teslimi sırasında Ürün Takip Sistemi ( ÜTS ) `nde satın alınan ürünün kurumumuza satıldığını bildirmelidir.
- 8.6. Malzemeyi teklif eden firma; üretici, ithalatçı veya bayi olarak Ürün Takip Sistemine (ÜTS), kayıtlı olmalı ve kayıtlı olduğuna dair belgeyi ibraz etmelidir.

Doç.Dr. Göksef BENLİ
Dip.Tec.No 102268 - 117988
Dip.Nr 11574
DEÜTF İç Hastalıkları ve
Gastroenteroloji Uzmanı

Dr Öğr Üyesi
Süleyman DOLU
DEÜTF İç Hastalıkları ve
Gastroenteroloji
Dip.Tec.No 124680/151969

TEKNİK ŞARTNAME

3509 ENDOSKOPIK KLİP 203, 0040

1. Klip sisteme önceden yüklü, kullanıma hazır ve steril paketler halinde olmalıdır.
2. Klipler atılmadan önce tekrar açılıp kapanma özelliğine sahip olmalıdır.
3. Klip dişleri 11 mm yada 16mm genişlikte açılabilmelidir, kateter uzunluğu ihtiyaca göre 155 cm veya 235 cm olmalıdır.
4. Ürün tek kullanımlık olmalıdır.
5. 2,8 mm endoskop çalışma kanalıyla uyumlu olmalıdır.
6. Klip rotatable olmalıdır
7. GENEL ÖZELLİKLER
 - 7.1. Teklif edilen ürünün ambalajında UBB kodu, son kullanma tarihi ve lot numarası bulunmalıdır.
 - 7.2. Teklif edilen ürünün son kullanma tarihi, teslim tarihinden başlamak üzere en az 2 yıl olmalıdır.
 - 7.3. Yüklenici firma, idarenin firmaya üç ay öncesinde bildirmesi durumunda son kullanım tarihi yaklaşan malzemeleri aynı özellikteki yeni miatlı olan ürünler ile değiştirmelidir.
 - 7.4. Teklif edilen ürün; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bedeli karşılanacak Tıbbi Malzeme listelerindeki SUT kodları ile eşleşmiş olmalı, SGK' nun ilgili web sayfasından alınan çıktı ile belgelenmeli ve ürünün tüketilmesine kadar eşleşmiş kalacağı taahhüdünü yazılı beyan etmelidir.
 - 7.5. Teklif edilen ürün, Ürün Takip Sistemi (ÜTS) ` ne kayıtlı olmalıdır. Ayrıca; Yüklenici firma ürünlerin teslimi sırasında Ürün Takip Sistemi ( ÜTS ) `nde satın alınan ürünün kurumumuza satıldığını bildirmelidir.
 - 7.6. Malzemeyi teklif eden firma; üretici, ithalatçı veya bayi olarak Ürün Takip Sistemine (ÜTS), kayıtlı olmalı ve kayıtlı olduğuna dair belgeyi ibraz etmelidir.

Doç.Dr. Göksel BENLİ
Dip.Tes.No: 102008-117588
D. No: 1057-
DEÜTF İç Hastalıkları ve
Gastroenteroloji Uzmanı

Dr Öğr Üyesi
Süleyman DOLU
DEÜTF İç Hastalıkları ve
Gastroenteroloji
Dip Tesc.No:124680/151969

TEKNİK ŞARTNAME

3520 ENDOSKOPIK ULTRASON İĞNESİ 218.0215

1. Kateter uzunluğu 140 (±5) cm olmalıdır.
2. İğne ucu 19 G - 22 G olmalıdır.
3. Setin içinde 10 cc veya 20 cc'lik vakum şırıngası olmalıdır.
4. Plastik handle ve bu handle'in üzerinde iğnenin pozisyonunu gösteren işaretler ve uzatma kilidi bulunmalıdır.
5. 19 G'luk iğne ucundan klavuz tel geçmelidir.
6. Handle üzerinde derinliği gösteren numaralar bulunmalıdır.
7. GENEL ÖZELLİKLER
- 7.1. Teklif edilen ürünün ambalajında UBB kodu, son kullanma tarihi ve lot numarası bulunmalıdır.
- 7.2. Teklif edilen ürünün son kullanma tarihi, teslim tarihinden başlamak üzere en az 2 yıl olmalıdır.
- 7.3. Yüklenici firma, idarenin firmaya üç ay öncesinde bildirmesi durumunda son kullanım tarihi yaklaşan malzemeleri aynı özellikteki yeni miatlı olan ürünler ile değiştirmelidir.
- 7.4. Teklif edilen ürün; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bedeli karşılanacak Tıbbi Malzeme listelerindeki SUT kodları ile eşleşmiş olmalı, SGK' nun ilgili web sayfasından alınan çıktı ile belgelenmeli ve ürünün tüketilmesine kadar eşleşmiş kalacağı taahhüdünü yazılı beyan etmelidir.
- 7.5. Teklif edilen ürün, Ürün Takip Sistemi (ÜTS) ` ne kayıtlı olmalıdır. Ayrıca; Yüklenici firma ürünlerin teslimi sırasında Ürün Takip Sistemi ( ÜTS ) `nde satın alınan ürünün kurumumuza satıldığını bildirmelidir.
- 7.6. Malzemeyi teklif eden firma; üretici, ithalatçı veya bayi olarak Ürün Takip Sistemine (ÜTS), kayıtlı olmalı ve kayıtlı olduğuna dair belgeyi ibraz etmelidir.

Doç.Dr. Göksele BENGİ
Dip.Tesc.No: 102268/117968
Dip. No: 10574
DEÜTE İç Hastalıkları ve
Gastroenteroloji Uzmanı

Dr Öğr Uyesi
Süleyman DOLU
DEÜTE İç Hastalıkları ve
Gastroenteroloji
Dip.Tesc.No: 124680/151969

TEKNİK ŞARTNAME

**6846 ENDOBRONŞİYAL ULTRASON (EBUS) İLE KULLANILAN TRANSBRONŞİYAL
ASPIRASYON İĞNESİ (TBIA) 255.0003**

1. Hastanemizde mevcut olan Fuginon marka EB-530US modeli ile tam uyumlu EBUS cihazı için tasarlanmış 1 adet steril ve tek kullanımlık transbronşiyal ince iğne aspirasyon iğnesi (EBUS-TBIA) ile beraber 1 adet aspirasyon yapabilmek için kilitlenebilir özelliği olan vakum gücü yüksek musluklu 20 ml enjektör (bu enjektörün iç kısmında kilit mekanizması olmalı, Leur Lock'lu) verilmelidir.
2. EBUS-TBIA'nın iğne kontrol ünitesi, bronkoskop biyopsi valfi kilitleme mekanizmasına sahip olmalıdır, böylece mevcut EBUS cihazı ile bire bir uyumlu olarak kullanılabilir.
3. EBUS-TBIA, EBUS cihazının çalışma kanalı ve distal ucundaki eklemsel yapıya zarar vermeyecek ve endoskopun açılma kabiliyetini kaybettirmeyecek esneklikte olmalıdır.
4. İşlem esnasında ultrasonik görüntüde iğne görüntüsü kaybı yaşanmamalı; bunun için EBUS-TBIA ucu ekojenik tasarımlı olmalıdır.
5. EBUS-TBIA, iğnenin saplanması ve farklı yerlerden örnek alınmasını kolaylaştırıcı paslanmaz çelik materyalden üretilmiş olmalıdır.
6. EBUS-TBIA; çalışma kanalı 2.0 mm ve 2.2 mm'lik EBUS cihazlarında kullanıma uygun olmalıdır.
7. EBUS-TBIA, çalışma uzunluğu en fazla 690-700 mm olmalıdır.
8. EBUS-TBIA, 22 G (Yirmi iki Gauge) ve çapı en fazla 1,8 mm olmalıdır.
9. EBUS-TBIA'nın kılıf kilit mekanizması olmalı, kılıf boyu isteğe uygun olarak ayarlanabilmeli ve kilitlenebilmelidir. Tekrarlayan biyopsi işlemlerinde yeniden ayarlamaya gerek duyulmamalıdır.
10. 1.madde bahsi geçen ürünler fabrika ve üretim hatalarına karşı en az bir yıl garantili olmalıdır.
11. GENEL ÖZELLİKLER
- 11.1. Teklif edilen ürünün ambalajında UBB kodu, son kullanma tarihi ve lot numarası bulunmalıdır.
- 11.2. Teklif edilen ürünün son kullanma tarihi, teslim tarihinden başlamak üzere en az 2 yıl olmalıdır.
- 11.3. Yüklenici firma, idarenin firmaya üç ay öncesinde bildirmesi durumunda son kullanım tarihi yaklaşan malzemeleri aynı özellikteki yeni miatlı olan ürünler ile değiştirmelidir.
- 11.4. Teklif edilen ürün; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bedeli karşılanacak Tıbbi Malzeme listelerindeki SUT kodları ile eşleşmiş olmalı, SGK' nun ilgili web sayfasından alınan çıktı ile belgelenmeli ve ürünün tüketilmesine kadar eşleşmiş kalacağı taahhüdünü yazılı beyan etmelidir.
- 11.5. Teklif edilen ürün, Ürün Takip Sistemi (ÜTS) ` ne kayıtlı olmalıdır. Ayrıca; Yüklenici firma ürünlerin teslimi sırasında Ürün Takip Sistemi ( ÜTS ) `nde satın alınan ürünün kurumumuza satıldığını bildirmelidir.
- 11.6. Malzemeyi teklif eden firma; üretici, ithalatçı veya bayi olarak Ürün Takip Sistemine (ÜTS), kayıtlı olmalı ve kayıtlı olduğuna dair belgeyi ibraz etmelidir.

Prof. Dr. Aylin ÖZGEN-ALPAYDIN
D.E.Ü. T.F. Göğüs Hast. Hast. A.D.
Dip. Tes. No: 03589-91451

Doc. Dr. Kemal Çın TERTEMİZ
D.E.Ü. T.F. Göğüs Hast. Hast. A.D.
Dip. Tes. No: 114369

TEKNİK ŞARTNAME

6847 ENDOBRONŞİYAL ULTRASON (EBUS) İLE KULLANILAN BALON 255.0004

1. Balon lateks malzemeden üretilmiş olmalıdır.
2. Balon steril paketlerde olmalıdır.
3. Hastanemizde mevcut olan Fuginon marka EB-530US endobronşiyal ultrason (EBUS) cihazı ile tam uyumlu olarak daha iyi ultrasonik görüntü sağlayabilmek amacıyla kullanılabilir.
4. Ürünler fabrika ve üretim hatalarına karşı en az bir yıl garantili olmalıdır.
5. GENEL ÖZELLİKLER
 - 5.1. Teklif edilen ürünün ambalajında UBB kodu, son kullanma tarihi ve lot numarası bulunmalıdır.
 - 5.2. Teklif edilen ürünün son kullanma tarihi, teslim tarihinden başlamak üzere en az 2 yıl olmalıdır.
 - 5.3. Yüklenici firma, idarenin firmaya üç ay öncesinde bildirmesi durumunda son kullanım tarihi yaklaşan malzemeleri aynı özellikteki yeni miatlı olan ürünler ile değiştirmelidir.
 - 5.4. Teklif edilen ürün; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bedeli karşılanacak Tıbbi Malzeme listelerindeki SUT kodları ile eşlenmiş olmalı, SGK' nun ilgili web sayfasından alınan çıktı ile belgelenmeli ve ürünün tüketilmesine kadar eşlenmiş kalacağı taahhüdünü yazılı beyan etmelidir.
 - 5.5. Teklif edilen ürün, Ürün Takip Sistemi (ÜTS) ` ne kayıtlı olmalıdır. Ayrıca; Yüklenici firma ürünlerin teslimi sırasında Ürün Takip Sistemi ( ÜTS ) `nde satın alınan ürünün kurumumuza satıldığını bildirmelidir.
 - 5.6. Malzemeyi teklif eden firma; üretici, ithalatçı veya bayi olarak Ürün Takip Sistemine (ÜTS), kayıtlı olmalı ve kayıtlı olduğuna dair belgeyi ibraz etmelidir.

Doç.Dr. Göksel BENLİ
Dip.Tes.No:102268-117988
Dip.No:10574
DEÜTF Göğüs Hast. Hast. A.D.
Gastroenteroloji Uzmanı

Prof. Dr. Aydın Özgen ALPAYDIN
D.E.Ü.T.F. Göğüs Hast. Hast. A.D.
Dip. Tes. No:63589-91451

Doç. Dr. Kemal Can TERTEMİZ
D.E.Ü.T.F. Göğüs Hast. Hast. A.D.
Dip. Tes. No: 114369

TEKNİK ŞARTNAME

12113 ARGON PLAZMA KOAGULASYON KATETERLERİ 203.0054

1. APK probu gastroenterolojik uygulamalarda kullanıma uygun olmalıdır.
2. APK probu 2.2mm-2.3mm çapında olmalıdır.
3. APK probu tek kullanımlık olmalıdır.
4. APK propları steril pakette olmalıdır.
5. Hastanede kullanılan BOWA marka APK cihazı ile uyumlu olmalıdır.
6. APK propları önden akışlı olmalıdır.
7. GENEL ÖZELLİKLER
 - 7.1. Teklif edilen ürünün ambalajında UBB kodu, son kullanma tarihi ve lot numarası bulunmalıdır.
 - 7.2. Teklif edilen ürünün son kullanma tarihi, teslim tarihinden başlamak üzere en az 2 yıl olmalıdır.
 - 7.3. Yüklenici firma, idarenin firmaya üç ay öncesinde bildirmesi durumunda son kullanım tarihi yaklaşan malzemeleri aynı özellikteki yeni malatlı olan ürünler ile değiştirmelidir.
 - 7.4. Teklif edilen ürün; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bedeli karşılanacak Tıbbi Malzeme listelerindeki SUT kodları ile eşlenmiş olmalı, SGK' nun ilgili web sayfasından alınan çıktı ile belgelenmeli ve ürünün tüketilmesine kadar eşlenmiş kalacağı taahhüdünü yazılı beyan etmelidir.
 - 7.5. Teklif edilen ürün, Ürün Takip Sistemi (ÜTS) ` ne kayıtlı olmalıdır. Ayrıca; Yüklenici firma ürünlerin teslimi sırasında Ürün Takip Sistemi ( ÜTS ) `nde satın alınan ürünün kurumumuza satıldığını bildirmelidir.
 - 7.6. Malzemeyi teklif eden firma; üretici, ithalatçı veya bayi olarak Ürün Takip Sistemine (ÜTS), kayıtlı olmalı ve kayıtlı olduğuna dair belgeyi ibraz etmelidir.

Doç.Dr. Gökse İBENGİ
Dip.Tes.No: 122383 - 117988
Dip.No: 10554
DEÜTE İÇ Hastalıkları ve
Gastroenteroloji Uzmanı

Dr Öğr Üyesi
Süleyman DOLU
DEÜTE İÇ Hastalıkları ve
Gastroenteroloji
Dip.Tesc.No: 124680/151960