



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20245962

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

İHALE İLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN **30/09/2024 TARİHİ, SAAT 14:00 'E/A KADAR**

YAKLAŞIK MALİYET TESPİTİ İÇİN

TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) ELDEN GETİRMELERİ VEYA

İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

Başak KAYA

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	HPV TIPLENDİRME	1.000,00 TEST
---	-----------------	---------------

ÖDEME SÜRESİ: 180 GÜN

TEKLİF NO : 20245962

NOT : HPV TIPLENDİRME TEST KİTİ ALIM

İLGİLİ KİŞİ : ERİNÇ ERGEN

TEL :

E-MAIL : erinc.ergen@deu.edu.tr

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

148.0047.000	HPV TIPLENDİRME	TEST	1000
--------------	-----------------	------	------


1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

HPV DNA PCR Teknik Şartnamesi

1. HPV tip 16, 18 için tip ayrımı yapılabilmesi, diğer yüksek riskli tipler toplu olarak test edilebilmelidir. İnternal kontrolü olmalıdır.
2. Tek tüpte çalışılan "real-time PCR" esaslı olmalı, RotorGene 6000 / RotorGene Q cihazında çalışmaya uygun olmalıdır.
3. Laboratuvarda bulunan ekstraksiyon sistemlerine uygun ekstraksiyon kiti ile birlikte temin edilmelidir. Bu mümkün değil ise ekstraksiyon kiti ve cihaz birlikte temin edilmeli ve cihaz, kitler bitene dek laboratuvarda kalmalıdır.
4. Satın alınan kit sayısı +%10 sayıda ve laboratuvarın belirleyeceği özellikte, servikal örnek alımına uygun flocked eküvyon ve viral transport besiyeri, yüklenici firma tarafından ücretsiz olarak verilmelidir.



Doç. Dr. Özgür Appak



Prof. Dr. A.Arzu Sayiner