



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 202591

İLAN

13/01/2025 00:00:00

HASTANEMİZ AŞAĞIDA BELİRTİLEN CİHAZ / ALET / MALZEMENİN BAKIM ONARIM HİZMETİ,

TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 16/01/2025 TARİHİ, SAAT 10:00

'E KADAR EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) ELDEN GETİRMELERİ VEYA İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

BEDİHA ÖZARSLAN

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

MAL / HİZMET	MİKTAR	İSTEK NEDENİ
1 ISI - NEM SENSORU BAKIM ONARIMI (STEP SICAKLIK VE NEM OLCUM SİSTEMİ İCİN)	1,00 ADET	depo sıcaklık takibi programı arızası
Marka/Model /Seri No :	SICIL NO: 070003036 REFERANS NO: AA029980 DEMİRBAŞ ADI: SICAKLIK-NEM SENSÖRLERİ VE KAYIT SİSTEMİ MARKA-MODEL: STEP SICAKLIK VE NEM OLCUM SİSTEMİ SERİ NO: 00 Ayn No: 3036Ozel Dno: TKKY NOTU: GİRİŞ:7726/1 AA029980 ÇIKIŞ:7726/1 AA029980 ZİMMET: ÇAĞLA BULGAN - 07/05/2024 BULUNDUĞU YER: MUTFAK(DİYET BESLENME) TEDARİKÇİ ADI: STEP ELEKTRONİK SAN. VE TIC. LTD.STİ. ALIM FİYATI: 10915 GARANTİ: H - (03/08/2006 - 03/08/2008) FATURA: 79489 - 02/08/2006 KESİN KABUL NO: 2007 - 13354 GARANTÖR ADI: STEP ELEKTRONİK SAN. VE TIC. LTD.STİ..	
Arıza No :	448724	

TEKLİF NO : 202591
ÖDEME SÜRESİ : 90
NOT : 202591 NO LU TEKLİF MEKTUBU
MÜRACAT : PINAR ARISOY
E_MAIL : pinar.arisoy@deu.edu.tr
TEL : 4122406

NOT :Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

FORM NO: MYS_0023

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

542.0357.001	ISI - NEM SENSORU BAKIM ONARIMI (STEP SICAKLIK VE NEM OLCUM SİSTEMİ)	ADET	1
--------------	--	------	---

1. GENEL ÖZELLİKLER

2. DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(12293) ISI - NEM SENSORU BAKIM ONARIMI (STEP SICAKLIK VE NEM OLCUM SİSTEMİ İÇİN)

Açıklama : ISI - NEM SENSORU BAKIM ONARIMI (STEP SICAKLIK VE NEM OLCUM SİSTEMİ İÇİN)

- Arızalı cihazın tamirini yapacak olan firmalar, arızalı cihazın yetkili servisi olduğunu veya TSE den alınmış Cihazın/sistemin tamiri yapabilir yeterlilik belgesi ile belgelendireceklerdir.
- Yüklenici firma, tamiri gerçekleştirilen cihaz için tamir ve tamir aşamasındaki işçilik hatalarına karşı (sarf malzemeleri ve kullanıcı kaynaklı hasarlar hariç) en az 6 ay garanti taahhütnamesi vereceklerdir.
- İstekli firma cihazın arıza tespitini bölümde veya Klinik Mühendislik Biriminde yapacaktır. Arıza tespiti için cihazın firmaya gönderilmesi zorunlu olduğu durumda ise Klinik Mühendislik tarafından teslim tutanağı düzenlenecek ve firma yetkilisi cihazı klinik mühendislikten teslim edilecektir. Arıza tespiti amaçlı cihaz firmaya ayrıca kargoyla gönderilmez.
- İstekli firma; arıza tespiti yaparken cihaz üzerinde inceleme yapmak isterse; cihazın kullanıcı personeli veya Klinik Mühendislik Biriminin görevlendireceği personel gözetiminde bu işlemi gerçekleştirebilecektir.
- İstekli firma; inceleme işleminden sonra cihazın tüm fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için detaylı arıza tespiti yapmalı ve onarımında yapılacak işlemler ayrıntılı şekilde teklifle beraber teknik rapor olarak ibraz etmelidir.
- İhtiyaç duyulan onarım sonrasında, cihazın işlevsel ve fiziksel olarak %100 çalışmasını sağlamalıdır. Tespit edilen arızalar giderilecek, varsa kalibrasyon işlemleri yapılacak, cihazın tüm fonksiyonları eksiksiz çalışır durumda teslim edilecektir. Yapılan işlemlerden ek bir ücret talep edilmeyecektir.
- Yapılacak kısmi onarım kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- Cihazın onarımı sonrası yapılan işlemlerin yer aldığı teknik servis formu veya teknik bilgilendirme formu kabul sırasında teslim edilecektir.
- Yüklenici firma, tamir sonrası teslimat aşamasında cihazın tüm fonksiyonlarının çalıştığını, kullanıcı personel veya Klinik Mühendislik Biriminin görevlendireceği personele kontrol ettirerek teslimat işlemini gerçekleştirecektir.
- Teklif edilen onarım hizmeti onaydan itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde tamamlanacaktır. Cihazın onarımı için yurtdışından parça gerekmesi durumunda bu süre hastane idaresinin onayı ve belgelendirilmek koşuluyla uzatılabilir.

H.A