



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 2025223

İLAN

20/01/2025 00:00:00

HASTANEMİZ AŞAĞIDA BELİRTİLEN CİHAZ / ALET / MALZEMENİN BAKIM ONARIM HİZMETİ,

TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 22/01/2025 TARİHİ, SAAT 15:00

'E KADAR EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) ELDEN GETİRMELERİ VEYA İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

BEDİHA ÖZARSLAN

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

MAL / HİZMET	MİKTAR	İSTEK NEDENİ
1 SEDYE TAMIRI (BİCAKCILAR / MOBİLİNE 675)	1,00 ADET	sedye kaldırma indirme pistonu arızalı yağ kaçakları mevcut contaları kaynak yerleri deforme olmuş.
Marka/Model /Seri No :	SICIL NO: 170002173 REFERANS NO: RF17002173 DEMİRBAŞ ADI: SEDYE(BİCAKCILAR/MOBİLİNE 675) MARKA-MODEL: BİCAKCILAR MOBİLİNE 675 SERİ NO: Ayn No: 58718Ozel Dno: TKKY NOTU: ZİMMET: PINAR ALKİŞ - 07/02/2024 BULUNDUĞU YER: ACİL SERVİS(ACIL SERVİS SORUMLU HEMŞİRESİ) TEDARİKÇİ ADI: BİÇAKCILAR TIB.CİHAZLAR SAN.TIC. A.S. ALIM FİYATI: 5764,5 GARANTİ: H - (26/10/2017 - 26/10/2019) FATURA: - KESİN KABUL NO: 2017 - 13314 GARANTÖR ADI:.	
Arıza No :	454126	

TEKLİF NO 2025223
ÖDEME SÜRESİ 90
NOT : 2025223 NO LU TEKLİF MEKTUBU
MÜRACAT : NUR NAZİKE DEMİRBAŞ
E_MAIL nurnazike.demirbas@deu.edu.tr
TEL :

NOT :Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

FORM NO: MYS_0023

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

541.0295.001 SEDYE TAMIRI (BICAKCILAR / MOBILINE 675)	ADET	1
---	------	---

1. GENEL ÖZELLİKLER

2. DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(12658) SEDYE TAMIRI (BICAKCILAR / MOBILINE 675)

Açıklama : SEDYE TAMIRI (BICAKCILAR / MOBILINE 675)

1. Yüklenici firma, tamiri gerçekleştirilen cihaz için tamir ve tamir aşamasındaki işçilik hatalarına karşı (sarf malzemeleri ve kullanıcı kaynaklı hasarlar hariç) en az 6 ay garanti taahhütnamesi vereceklerdir.
2. İstekli firma cihazın arıza tespitini bölümde veya ilgili Birim yapacaktır. Arıza tespiti için cihazın firmaya gönderilmesi zorunlu olduğu durumda ise tarafından teslim tutanağı düzenlenecek ve firma yetkilisi cihazı ilgili birime teslim edilecektir. Arıza tespiti amaçlı cihaz firmaya ayrıca kargoyla gönderilmez.
3. İstekli firma; arıza tespiti yaparken cihaz üzerinde inceleme yapmak isterse; cihazın kullanıcı personeli veya ilgili Birimin görevlendireceği personel gözetiminde bu işlemi gerçekleştirebilecektir.
4. İstekli firma; inceleme işleminden sonra cihazın tüm fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için detaylı arıza tespiti yapmalı ve onarımında yapılacak işlemler ayrıntılı şekilde teklifle beraber teknik rapor olarak ibraz etmelidir.
5. İhtiyaç duyulan onarım sonrasında, cihazın işlevsel ve fiziksel olarak %100 çalışmasını sağlamalıdır. Tespit edilen arızalar giderilecek, varsa kalibrasyon işlemleri yapılacak, cihazın tüm fonksiyonları eksiksiz çalışır durumda teslim edilecektir. Yapılan işlemlerden ek bir ücret talep edilmeyecektir.
6. Yapılacak kısmi onarım kesinlikle kabul edilmeyecektir.
7. Cihazın onarımı sonrası yapılan işlemlerin yer aldığı teknik servis formu veya teknik bilgilendirme formu kabul sırasında teslim edilecektir.
8. Yüklenici firma, tamir sonrası teslimat aşamasında cihazın tüm fonksiyonlarının çalıştığını, kullanıcı personel veya ilgili Birimin görevlendireceği personele kontrol ettirerek teslimat işlemini gerçekleştirecektir.
9. Teklif edilen onarım hizmeti onaydan itibaren idare tarafından belirlenen süre içerisinde tamamlanacaktır. Cihazın onarımı için yurtdışından parça gerekmesi durumunda bu süre hastane idaresinin onayı ve belgelendirilmek koşuluyla uzatılabilir.

