



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20256406

İLAN

17/10/2025 00:00:00

HASTANEMİZ AŞAĞIDA BELİRTİLEN CİHAZ / ALET / MALZEMENİN BAKIM ONARIM HİZMETİ,

TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN **23/10/2025 TARİHİ, SAAT 10:00**

'E KADAR EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) ELDEN GETİRMELERİ VEYA İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

BEDİHA ÖZARSLAN

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

MAL / HİZMET	MİKTAR	İSTEK NEDENİ
1 SANTRİFUJ (SANTRIFUGE) TAMIRI	1,00 ADET	soğutmalı santrifüj soğutma sistemi çalışmıyor
Marka/Model /Seri No : SICIL NO: 070022079 REFERANS NO: TC007231 DEMİRBAŞ ADI: SOĞUTMALI SANTRİFUJ MARKA-MODEL: HERAEUS CRYOFUGE6000L SERİ NO: 40332436 Ayn No: 22079Özel Dno: TKKY NOTU: GİRİŞ:6930/1 heraeus sn 40332436 cr ÇIKIŞ:6930/1 heraeus sn 40332436 cr ZİMMET: İNCİ ALACACIOĞLU - 27/04/2022 BULUNDUĞU YER: KAN BANKASI TEDARİKÇİ ADI: INCEKARA TEK. CIH.END.VE TIC. A.S. ALIM FİYATI: 67260 GARANTİ: - (-) FATURA: 141205 - 15/12/2003 KESİN KABUL NO: 2007 - 13354 GARANTÖR ADI:. Arıza No : 474312		

TEKLİF NO 20256406
ÖDEME SÜRESİ 90
NOT : 20256406 NO LU TEKLİF MEKTUBU
MÜRACAT : NUR NAZİKE DEMİRBAŞ
E_MAIL nurnazike.demirbas@deu.edu.tr
TEL :

NOT :Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

FORM NO: MYS_0023

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

541.0083.003 SANTRIFUJ (SANTRIFUGE) TAMIRI	ADET	1
--	------	---

1. GENEL ÖZELLİKLER

2. DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(13314) SANTRIFUJ (SANTRIFUGE) TAMIRI

Açıklama : SANTRIFUJ (SANTRIFUGE) TAMIRI

- Hastanemizde bulunan santrifüj cihazına ait soğutma sisteminin tamir, bakım ve onarım işini kapsamaktadır.
- İstekli firma cihazın arıza tespitini cihazın bulunduğu alanda yapacaktır.
- İstekli firma; arıza tespiti yaparken cihaz üzerinde inceleme yapmak isterse; cihazın kullanıcı personeli veya ilgili birimin görevlendireceği personel gözetiminde bu işlemi gerçekleştirebilecektir. Arıza tespiti için cihazın firmaya gönderilmesi zorunlu olduğu durumda ise firma tarafından teslim tutanağı düzenlenecek ve firma yetkilisi cihazı ilgili birime teslim edilecektir. Arıza tespiti amaçlı cihaz firmaya ayrıca kargoyla gönderilmez.
- İhtiyaç duyulan onarım sonrasında, cihazın işlevsel ve fiziksel olarak %100 çalışmasını sağlamalı, yapılacak kısmi onarım kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- Teklif edilen onarım hizmeti onaydan itibaren idare tarafından belirlenen süre içerisinde tamamlanacaktır. Cihazın onarımı için yurtdışından parça gerekmesi durumunda bu süre hastane idaresinin onayı ve belgelendirilmek koşuluyla uzatılabilir.
- Yüklenici firma, tamiri gerçekleştirilen cihaz için tamir ve tamir aşamasındaki işçilik hatalarına karşı en az 6 ay garanti taahhütnamesi vereceklerdir.
- Cihazın onarımı sonrası yapılan işlemlerin yer aldığı teknik servis formu veya teknik bilgilendirme formu kabul sırasında teslim edilecektir.
- Tespit edilen arızalar giderilecek, cihazın tüm fonksiyonları eksiksiz çalışır durumda teslim edilecektir. Yapılan işlemlerden ek bir ücret talep edilmeyecektir.
- Yüklenici firma, tamir sonrası teslimat aşamasında cihazın tüm fonksiyonlarının çalıştığını, kullanıcı personel veya ilgili birimin görevlendireceği personele kontrol ettirerek teslimat işlemini gerçekleştirecektir.
- İstekli firma; inceleme işleminden sonra cihazın tüm fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için detaylı arıza tespiti yapmalı ve onarımında yapılacak işlemler ayrıntılı şekilde teklifle beraber teknik rapor olarak ibraz etmelidir.

A.Ş