



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20256414

İLAN

17/10/2025 00:00:00

HASTANEMİZ AŞAĞIDA BELİRTİLEN CİHAZ / ALET / MALZEMENİN BAKIM ONARIM HİZMETİ,

TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 23/10/2025 TARİHİ, SAAT 16:00

'E KADAR EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) ELDEN GETİRMELERİ VEYA İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

BEDİHA ÖZARSLAN

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

MAL / HİZMET	MİKTAR	İSTEK NEDENİ
1 TAM OTOMATİK CERRAHI ALET YIKAMA DEZENFEKSİYON VE KURUTMA CİHAZI BAKIM ONARIMI	1,00 ADET	Sigorta Atiriyor Olması
Marka/Model /Seri No : DEMİRBAŞ ADI: TAM OTOMATİK CERRAHI ALET YIKAMA , DEZENFEKSİYON VE KURUTMA CİHAZI (STERIS / AMSCO -7053) MARKA-MODEL: STERIS AMSCO-7053 SERI NO: 3630121008 Arıza No : 474502		

TEKLİF NO 20256414
ÖDEME SÜRESİ 90
NOT : 20256414 NO LU TEKLİF MEKTUBU
MÜRACAT : NUR NAZİKE DEMİRBAŞ
E_MAIL nurnazike.demirbas@deu.edu.tr
TEL :

NOT :Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

FORM NO: MYS_0023

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

541.0861.000	TAM OTOMATİK CERRAHİ ALET YIKAMA DEZENFEKSİYON VE KURUTMA CİHAZ/	ADET	1
--------------	--	------	---

1. GENEL ÖZELLİKLER

2. DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(13328) TAM OTOMATİK CERRAHİ ALET YIKAMA DEZENFEKSİYON VE KURUTMA CİHAZI BAKIM ONARIMI

Açıklama : TAM OTOMATİK CERRAHİ ALET YIKAMA DEZENFEKSİYON VE KURUTMA CİHAZI BAKIM ONARIMI

1. Bu şartname, hastane sterilizasyon ünitesinde bulunan tam otomatik cerrahi alet yıkama, dezenfeksiyon ve kurutma cihazının arıza veya elektriksel sorun (örneğin sigorta attırma vb.) durumlarında, cihazın yetkili servis tarafından çalışır hale getirilmesine ilişkin teknik esasları kapsar.
2. Cihaza yalnızca üretici veya ithalatçı firma tarafından yetkilendirilmiş servis müdahale edecektir. Servis, güncel yetki belgesini ve teknisyen kimlik bilgilerini idareye ibraz etmekle yükümlüdür.
3. Arıza bildirimi yapıldıktan sonra yetkili servis, en geç 24 saat içinde cihazın bulunduğu yere gelerek arızayı tespit edecektir. Cihaz, en geç 72 saat içinde çalışır durumda teslim edilmelidir.
4. Cihazın sigorta attırması, enerji bağlantısı sorunları, ısıtıcı, pompa, kart veya sensör arızaları dahil tüm teknik sorunlar, orijinal yedek parça ve üretici talimatlarına uygun şekilde giderilecektir.
5. Arıza giderildikten sonra cihaz üzerinde boş test döngüsü çalıştırılacak; su alma, ısıtma, püskürtme, kurutma ve devir işlemlerinin tamamı kontrol edilerek cihazın tam fonksiyonel çalıştığı belgelenmeden teslim yapılmayacaktır.
6. Her müdahale sonrası, yetkili servis tarafından imzalı ve kaşeli Servis Raporu düzenlenecektir. Raporda; arızanın tanımı, yapılan işlemler, değiştirilen parçalar, test sonucu ve cihazın "Çalışır Durumda Teslim Edilmiştir" ibaresi bulunmalıdır.
7. Cihazın aynı arızayı tekrarlaması veya eksik onarım nedeniyle tekrar devre dışı kalması halinde, yetkili servis ücretsiz olarak yeniden müdahale etmekle yükümlüdür. İdareye çalışır durumda teslim edilmeyen cihaz, onarım tamamlanmış sayılmaz.
8. Onarım yapılan kısım ve değiştirilen parçalar için en az 6 (altı) ay işçilik, 12 (on iki) ay yedek parça garantisi verilecektir.
9. Aynı arızanın bu süre içinde tekrarlanması halinde, servis ücretsiz olarak yeniden müdahale edecektir.

A.T