



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20256468

İLAN

23/10/2025 00:00:00

HASTANEMİZ AŞAĞIDA BELİRTİLEN CİHAZ / ALET / MALZEMENİN BAKIM ONARIM HİZMETİ,

TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN **30/10/2025 TARİHİ, SAAT 10:00**

'E KADAR EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) ELDEN GETİRMELERİ VEYA İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

BEDİHA ÖZARSLAN

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

MAL / HİZMET	MİKTAR	İSTEK NEDENİ
1 RADYOLOJİ / ANJİO / NUKLEER TIP CİHAZLARI BAKIMI (AYLIK/KİSMİ PARÇA DAHİL)	12,00 ADET	X
Marka/Model /Seri No : *		
Arıza No : *		

TEKLİF NO 20256468
ÖDEME SÜRESİ 90
NOT : 20256468 NO LU TEKLİF MEKTUBU
MÜRACAT : CEREN KURT
E_MAIL ceren.kurt@deu.edu.tr
TEL : 4122412

NOT :Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

FORM NO: MYS_0023



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

23/10/2025 10:38:37

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

541.0199.000	RADYOLOJİ / ANJİO / NUKLEER TIP CİHAZLARI BAKIMI (AYLIK/KİSMİ PARÇA D	ADET	12
--------------	---	------	----

1. GENEL ÖZELLİKLER

2. DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

T.C.
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
RADYOLOJİ CİHAZLARI KİŞİ PARÇA DÂHİL BAKIM-ONARIM ANLAŞMASI
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Bu şartname Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Radyoloji, Nükleer Tıp, Kardiyoloji, Ameliyathane ve Gündüz Hastanesi görüntüleme birimlerinde farklı tarhlerde satın alınmış olan ve EK-1 de listelenen sistemlerle, bunlara ait alt sistemlerin bakım-onarımı için yapılacak anlaşmaya ilişkin teknik şartları tanımlamaktadır.

2. Firmanın yüklendiği bakım ve onarım işlemleri OKAS Kodu: 50400000 olan (İbby ve hassas ekipmanların bakım ve onarım hizmetleri) ve EK-1’de ana modalite olarak verilen cihazlar ve EK-UPS ve EK-KLİMA ve EK-ENJEKTÖR ü de kapsar. Ek-1’de listede yer alan ana sistemler, ayrı ayrı f yalandırılacak ve listelenecektir. Cihazların satın alma ve garanti sonrası bakıma-onarımları ile ilgili düzenlenmiş bulunan kurallara göre istisnai parçaların neler olacağı ve garanti koşulları EK-2’de belirtilmiştir. Ayrıca Ek-1’de tüm cihazların kapsamları tek liste halinde belirtilmiştir.

Firma, her cihaz için fabrikanın öngördüğü standartlarda koruyucu bakım yapacaktır.

Koruyucu Bakım: Sistem(ler)de meydana gelebilecek arızaları önlemek, sistem performansını arttırmak, arıza olasılığını azaltmak, sistemin ömrünü uzatmak ve etkin çalışmasını sağlamak amacıyla yapılır. Bu bakım ar sistemleri üreticinin belirttiği standart ve zaman çizelgelerine göre yapılacaktır. Ek olarak firma bu bakım kapsamında sistemleri ve alt sistemleri uygun şekilde açar, temizleyici, koruyucu ve düzeltici nitelikte tamir ve girişimleri gerçekleştirir. Bu bakım gerektiğinde parça değiştirmeyi (monte etmeyi) de kapsayan her türlü girişim ve kontroldür. Gerektiğinde ve varsa sistem(ler)’i fabrikanın öngördüğü kalibrasyonu yapılır. Fabrika Kalibrasyonları sistemlerde her yıl en az 1 kez yapılır. Yapılan bakım sonucu her bir cihaz için bakım Kontrol Listesi (Check-list) verilecektir. Firma bu işlem sonunda form düzenleyecektir.

Onarım (Arıza Giderimi): Sistemin(lerin) tümünün ve/veya bir parçasının teknik prospektüslerinde belirtilen performans ve/veya fonksiyonlardan bir veya bir kaçını kısmen veya tamamen yerine getirilmemesi ve/veya bir hatanın veya eksikliğin ortaya çıkması durumunda sistem(lerin) performans veya fonksiyonlarının istenen/gereken düzeye gelmesi için firmanın yapacağı ve gerektiğinde parça değiştirmeyi(monte etmeyi) ve tamamlamayı, yazılım ve donanımın güncellemesini de kapsayan, sistemlerin tam fonksiyonlu çalışır hale gelmesi için gereken her türlü işlemdir (Sözleşme dönemi içinde cihaz veya sistemlerin sahip olduğu mevcut özelliklere ilişkindir).

Yedek Parça: Sistem(ler)de arızanın giderilmesi, tam kapasite çalışması için değiştirilmesi zorunlu olan her türlü parçayı ifade eder.

İstisnai Yedek Parça: Yedek parça tanımına uyan ancak diğerlerinden farklı olarak değişimi gerektiğinde ücreti idare tarafından gerekli işlemler gerçekleştirildikten sonra ödenecek EK-2’de listelenen yedek parçalardır.

Malzeme: Sistem(ler)in bakım ve onarım sırasında bakım için gerekli olan her türlü sarf, bakım, temizlik ve koruyucu malzemeyi kapsar.

3. Bakımlar Firma tarafından idarenin yazılı ve/veya sözlü bir isteği olması aranmaksızın ve bekleme-sizin sözleşme imzalanmasının ardından idare ile paylaşılan dönem ve takvime uygun olarak

yapılacaktır. Anlaşma periyodunda İdareye verilecek her türlü bilgi sende başında İdare ile paylaşılan iş akışı ve formlara uygun olarak gerçek estirilecektir. Firma yaptığı her bakım için bakımı yapan sorumlu kişinin adı- soyadı, temsil ettiği firma, firmadaki konumu, urvanı ve bakım tarih ve başlama ve bitiş saatlerinin yer aldığı bir rapor tutacaktır. Tutulan rapor Sistem Sorumlusu, Teknik Hizmetler Müdürlüğü ve İdareye onaylatılacaktır. Bu raporların birer kopyası onay sonrası Sistem Sorumlusuna, Teknik Hizmetler Müdürlüğü'ne ve İdare 'ye teslim edilecektir.

4. Arıza durumunda Firma, periyodik bakımları dışında ek olarak, Sistem(ler)in tümü veya bir bölümü için bakım işlemlerinin tümünü veya bir bölümünü ek bir ücret istemeksizin yerine getirecektir. Arıza teknik hizmetler müdürlüğü tarafından firmanın operasyon merkezine bildirilecek. arıza kayıt numarası verilmesinden sonra arızaya müdahale edilecektir.

5. Periyodik Bakımlar İdare'nin onayı ile normal çalışma saatleri içinde (08:00-17:00) "resmi tatil ve hafta sonları hariç olmak üzere" Teknik Hizmetler Müdürlüğü'nün bilgisi ve gözetiminde yapılacaktır. Teknik Hizmetler Biriminin bilgisi olmadan yapılan ya da takvimi değiştirilen bakımlarda İş Yapılmamış Kabul edilir.

6. Cihazda arıza meydana gelmesi halinde, kurumu yetkilisi, normal mesai gün ve saatleri içerisinde firmayı telefon, faks veya e-posta ile bilgilendirecektir. Firma arıza ihbarı kendisine iletiliği andan itibaren dincelikle arızayı uzaktan bilgisayar erişimi veya telefon ile en geç 6(altı) saat içerisinde gidermeye çalışacaktır. Uzaktan bilgisayar erişimi veya telefonu ile giderilmeyen arızalar için firma en geç 24(yirmi dört) saat içerisinde cihaza müdahale edecektir. Arızaya 24 saat içerisinde müdahale edilmemesi durumunda "çalışılmayan zaman" süresi başlayacaktır. Çalışılmayan zaman süresi mesai saatleri dikkate alınarak yapılacaktır.

7. Firma temsilcilerinin bakım ve onarımları zamanında yapabilmesi için, sözleşme imza tarihinde faal yette bulunan, İzmir'de yer eşik bir bürosu olması, kendi bürosu olmayanların ise bölgede ikamet eden en az 2 mühendisli "tam yetkili" bir teknik servisi olması zorunludur. Arıza bildirimleri firma online hatlından (call-center) yapılacaktır. Acil durumlarda direk iletişim için teknik servis elemanlarının isimleri ve iletişim bilgileri sözleşme imzalanırken İdareye teslim edilecektir. Birlikte firma teknik elemanlarının yeterlilik belgeleri (sertifikaları) teslim edilecektir.

8. Bakım ve Onarım işleminin yapılması için, sözleşme süresi sonuna kadar, Firma mutlaka yetkili konumda koordinasyondan sorumlu teknik en az bir kişi veya birim (bundan böyle sorumlu olarak geçecektir) görevlendirecektir. Diğer teknik elemanların ise, sayısı, adı-soyadı, teknik urvanları; sorumlu oldukları işlere/cihazlara göre ayrı ayrı belirlenerek, liste halinde Sözleşme kapsamındaki sistem(ler)in bakım ve onarımda bu teknik elemanlar sorumlunun denetiminde çalışacaktır. Sorumlu, mesai saatleri içinde ve dışında sürekli ulaşılabilir şekilde hizmet verecektir. Firmanın belirttiği teknik personel listesinde yer alan Teknik elemanların müdahale yeterliliği ve elemanların yetkinliğinden, teknik eğitim ve bilgisinden yukarıdaki firma sorumludur.

9. Firma mümkün olduğunca sorumlu elemanı değiştirmeyecektir. Kalıcı değişikliklerde İdareye yazılı olarak en geç 15 gün içinde bildirecektir.

10. Sözleşmede yer alan Sistem(ler)in kesintisiz çalışmasını sağlayacak şekilde gerekli malzemenin ve yedek parçaların zorunlu (minimum) stok miktarının saptanması, yurt içi ve/veya yurtdışı temini ve stokta bulundurulması Firma sorumluluğundadır. Firma kesintisiz çalışmayı mümkün olduğunca aksatmaksızın satın alma ve stoklama işlemleri programlayacak ve yapacaktır.

Prof. Dr. Mehmet
Dokuz Eylül U. T.F. İkt. Fak.
Dip. Tes. No: 872

Naciye Akın
Endüstri Mühendisi

11. Onarım için gerekli olan istisnai yedek parçaların temini istisnai yedek parça listesindeki koşullarda garantili olmak kaydıyla ücreti karşılığı ve Teknik Hizmetler Müdürlüğü "Parça Onarılamaz" raporuyla onay andıktan sonra Firma tarafından yapılacaktır. Firma, fiyat teklifi ile sık arızalananan **ücretli yedek parça (istisnai yedek parça)** listesini vermek zorundadır.

12. İstisnai yedek parça listesinde yer almayan yedek parça, sarf ve onarım malzemeleri Firma tarafından sözleşme süresi boyunca ücretsiz sağlanacaktır. Tamamen parça hariç olan sistemler istisnai parça listesinde yer almamaktadır. (Bu tip sistemler sadece işçilik anlaşmasına sahip olucukları için tüm yedek parçaları arızalandığından satın alınacaktır).

13. Cihazda arıza meydana gelmesi halinde, kurumu yetkilisi, normal mesai gün ve saatleri içerisinde firmayı telefon, faks veya e-posta ile bilgilendirecektir. Firma arıza ihbarı kendisine iletiliği andan itibaren öncelikle arızayı uzaktan bilgisayar erişimi veya telefon ile en geç 8(sekiz) saat içerisinde gidermeye çalışacaktır. Uzaktan bilgisayar erişimi veya telefon ile giderilemeyen arızalar için firma normal gün ve mesai saatleri içerisinde en geç 24 (yirmi dört) saat içerisinde cihaza müdahale edecektir. Parça değişimi gerektirmeyen arızalarda bildirimden sonra en geç 24 saatte, parça gerektiren arızalarla ise bildirimden itibaren, en geç 10 iş günü içinde arızayı gidermekle yükümlüdür. Gümrükte olabilecek beklemler belgelenmek koşulu ile hesaba katılmayacaktır. Bekleme süresi X-Ray tüpleri için 30 takvim gününü geçemez. Global lojistik problemleri ve diğer global koşullardaki bozulmaya istinaden parça tedarikinde gecikmeler yaşanabilir. Bu gibi mücbir durumlarda yüklenici idareye bilgi ve belgeleri sunarak süre uzatımı talep edebilir.

14. Çalışılmayan zaman; İdare'nin arızayı bildiriminden itibaren, Uzaktan bilgisayar erişimi veya telefon ile giderilemeyen arızalar için firma en geç 24 (yirmi dört) saat sonra başlar. Yirm dört saat içinde müdahale edilmesi durumunda çalışmaya devam eder, giderilemezse 10 iş günü sonra ceza uygulanmaya başlanacaktır. 10 yaşını geçen ekipmanlar için hastaneye yazılı bilgi vermek üzere bu süre uzatılabilir (maksimum süre uzatımı 1 ayı geçemez).

Herhangi bir şekilde bir arızanın düzeltilmesi bir parçanın sıfırdan üretilmesine veya bazı parçaların özel izinler ile yurda sokulmasına (radyoaktif kaynaklar gibi) bağlıysa ve toplam süre 10 işgünü geçecekse bu onarım İdarenin bilgisi ve onayı alınarak "büyük arıza" olarak adlandırılır. Bu durumda "büyük arıza talep formunu" Firma doldurur ve İdareye sunar.

15. Sözleşmede yer alan Sistemler'in haftanın 5 iş günü, günlük en az 9 saat ve yıllık toplamda en az %95 çalışırılık (up-time) ile kesintisiz çalışmasını sağlanacaktır. Bu amaçla, gerekli teknik malzemenin ve zorunlu yedek parça (minimum) stok miktarının sağlanması, yurt içinden ve/veya yurtdışından temini, stokta bulundurulması Firma plan ve sorumluluğundadır. %5 lik arıza sürenin aşılması durumunda, aşılın her bir gün için sözleşme bedelinin %0.2 (binde iki) si oranında gecikme cezası Yüklenicinin hakediş ödemelerinden kesilecektir. Uygulanan cezaların toplamı sözleşme bedelinin % 30(otuz) ile sınırlıdır. 10 yaşını geçen cihazlar ve yan ekipmanlar bu hesaba dahil değildir.

16. Firma, sözleşmede yer alan sistemlerin tümüne yapılan bakımlar için idareye veriler Bakım Cetvelini ve/veya Servis Raporu düzenleyerek gerekli imzaları attırdıktan sonra, sistem sorumlusuna, İdareye ve Teknik Hizmetler Müdürlüğüne teslim edecektir. Firma, tanımlı tüm ana cihazların periyodik bakımlarını yaptıktan sonra bakım bedeli öder. Bakım cetvelinin ve/veya Servis Raporunun teslim edilmediği süreler içindeki aylarda İdare, Firmanın bakım yapmadığını varsayarak ödeme yapmayacaktır. İlgili hakimler fabrikanın yapılmasını belirttiği standart ve periyotlarda yapılacaktır. Herhangi bir yanlış anlaşılmaya mahal vermemek adına: Eklerde belirtilen MA&TC cihazlarına



Naciye AY
Endüstri Müdürü

fabrikanın belirlediği standartlarda Yılda 1 Bakım yapılacaktır, Ana Cihaz listesinde belirtilen cihazlar için fabrikanın belirlediği standartlarda yapılacaktır.

17. Firma her onarım sonrası hazırladığı detaylı teknik servis raporunu bakım onarım cetveli ile birlikte İdareye teslim edecektir. Yüklenici firma tarafından tedarik edilen cihaz yedek parçaları Teknik depo üzerinden geçecektir. EK-1', EK-UPS, EK-KLİMALAR VE EK-ENJEKTÖR liste kapsamında çıkarılan ve takılan yedek parçaların imalat kodu ve/veya seri no'su ve fiyatları kayda geçirilecek ve ekinde kullanılan yedek parçalara ait faturalarla birlikte idareye teslim edecektir. EK-2'de belirtilen istisnai parçalar (ücretli karşılığı firmadan alınacaklar) dışında kalan parça, sarf ve malzemeler firma tarafından ücretsiz temin edilip takılacaktır. Cihaz yedek parçalarının kontrolleri ilgili teknik hizmetler atölyesi tarafından yapıldıktan sonra firma orijinal cihaza montajını yapacaktır. Ücretli alınacak parçalar için idare alternatif parça fiyatı ve alım araştırması yapabilir. Değişen yedek parçaları değişim sonrasında yükleniciye teslim edilir.

18. Firma sistemlerde arıza, performans azalmasına engel olmak için var olan tüm ücretsiz güncellemeleri idarenin talebini beklemeaksızın yapmakla yükümlüdür. Yapılan güncellemeler sonrası idarenin belirleyeceği kullanıcılar üç güne kadar eğitim eğer gerekiyorsa Firma yetkili elemanlarınca verilecektir.

19. Sözleşme süresi içinde,

- Yanlış işçilik/montaj/bakımından kaynaklanan nedenlerle ve/veya
- Firma tarafından periyodik olarak yapılması gereken kontrol, bakım ve onarımların yapılmaması (bakım ve onarım cetvelleri ve idare'nin yaptığı denetleme sonuçları dikkate alınacaktır) ve/veya
- Orijinal ya da muadili olmayan yanlış, kalitesiz, arızalı, ucuz, kullanılmış, yersiz, yetersiz adette yedek parça ve malzeme (yedek parça faturaları dikkate alınacaktır) kullanımı ve/veya
- Yanlış, kalitesiz, arızalı, ucuz, kullanılmış, yersiz, yetersiz işçilik ve/veya
- Orijinal değerinin altında, yetersiz ayarlanma,
- Tüm fonksiyonlarını yerine getirmeden çalışması,
- Cihazın Orijinal aksesuarlarındaki arıza, eksiklik, yetersizlik, vb. ile çalışma
- Cihaz çalışmasını engellemeyen ancak orijinalliğini yitirmiş, eksik, kusurlu, kırık veya değiştirilmiş Orijinal ya da muadili olmayan parça bulunması,

Sonucu arızalanan ve çalıştıramayan, randıman alınamayan, tüm fonksiyonlu çalışmayan, ya da eksik parçalı donanımlar ya da/veya sistem(ler)le ait parça(lar)ın yenileri Firma tarafından ücretsiz olarak değiştirilecektir. Değiştirme süresi için yukarıda verilen büyük onarım süreleri ile ilgili çalışmayan gün maddeleri aynen uygulanır. Yukarıda belirtilen durumlarda (Firma hatası) sistemlerin çalışmadığı gün kayıpları idari şartnamede tanımlanan şekilde firmadan tazmin edilecektir.

Sözleşme süresi içinde, idare, ihtiyaç duyulacak yedek aksam ve parça'larda, yenileştirilmiş ya da 2025'ten önce üretilmiş parçaların kullanılması ve bunların Türk Philips Ticaret A.Ş. tarafından gereğinde ithal edilmesinin bir sakıncası olmadığı kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. İş bu parçalar Philips marka olacaktır; cihazın orijinal görüntüsünü veya şeklini bozmayacaktır, kapalı kutusunda teslim edilecektir ve ita edilerek iş için taahhüt edilen performansı eksiksiz olarak sağlayacak nitelikte olacaktır.

20. Firma, bakım ve onarım hizmetlerini verebilmek için teknik eleman desteğini, yedek parça teminini ve diğer hususları İdare'nin işletme zararlarına yol açmayacak veya bu zararları asgariye indirecek şekilde sağlayacağını taahhüt edecektir. 10 yaşından küçük cihazların arızalı kalma süresinin belirlenen süreleri aşması ve/veya onarılmaması durumunda, cihazın birden fazla üniteden oluşması durumunda, firma gerekirse cihazın ilgili ünite veya ünitelerini değiştirmekle yükümlüdür. Bu tip değişimler için firmaya ayrıca bir ücret ödenmez. EK-1', EK-UPS, EK-KLİMALAR VE EK-ENJEKTÖR listesindeki 10 yaşında veya daha yeni yan ekipmanların sorumluluğu yükleniciye aittir. Bu listedeki 10 yaşını aşan yan ekipmanların (Klima, UPS ve Enjektör) arıza ve bakım sorumluluğu kuruma aittir. Yüklenici saha ziyaretleri esnasında yan ekipmanlarında inceleyecek ve hata/arıza gibi durumları kurumun yetkilendirdiği birime bildirecektir.

21. İdare bakım ve onarım sırasında Firma teknik elemanlarının Sözleşme kapsamındaki Sistem(ler)e girme yetkisi verecek ve çalışma sahası sağlayacaktır. Arıza bildirilen cihaz çalışır durumda ise ve arıza hasta görüntülenmesini engel değilse çalışmayan süre uygulaması cihazın firmaya tesliminden sonra hesaplanacaktır. Cihaz çalışır durumda ise çalışır süre cezası uygulanmaz. Bu şekildedeki çalışır durumda bulunan cihazların kısmi tamiri için İdare cihazı tamir için en geç 13.00 gibi firmaya teslim eder ve ertesi sabah mesai başlangıcında tamir edilmiş olarak geri alır. Çalışır durumda teslim edilen ve programlı tamiri yapılan bu cihazlar ertesi sabah idareye tamir edilmiş olarak teslim edilmese cezai işlem süreci başlar.

22. Firmanın yüklenildiği bakım ve onarım işlemleri EK-1', EK-UPS, EK-KLİMALAR VE EK-ENJEKTÖR detayları verilen ekipmanları bütün olarak tutanakla teslim alacaktır. Firma cihazlarda gördüğü eksiklikleri tutanakta belirleyecektir. Firma tespit ettiği arıza/eksikliği idareye bildirecek ve onarım için çözüm sürecini başlatacaktır. Tamamlanan eski bakım döneminden kalan bir eksik/arıza olması durumunda idare geçen dönemin yüklenicisinden düzeltme isteyebilir ve/veya teminatına rücu ettirebilir. Bu tespit sonrası oluşabilecek tüm arızalar bakım-onarım anlaşması kuralları içinde sözleşme yüklenicisi ile yürütülecektir.

23. Firma, idarenin onayını almak koşulu ile periyodik bakımların dışında, performansın artırılması, olası arızaların giderilmesi için ek bakım isteyebilir.

24. Firma madde 14'te bildirilen onarım süreleri içinde gideremediği arızalar nedeniyle cezai duruma düşmemek için arızalı cihaza denk, taşınabilir veya mobil cihazları arızalı cihaz yerine kuruma getirip kurabilir. Firmanın önerdiği eş cihazın kurulumu, kurumun değerlendirilmesi ve oturumu takiben kurulumu yapılabilir. Asıl cihazın arızası veya eksikliği giderilene kadar eş cihaz kurumda hizmet verecek, bakım ve kontrolleri firma tarafından yapılacaktır. Madde 14. de belirtilen süre içinde eş cihazın getirilip kurulması ve kurumun sunduğu hizmetin aksatılmaması durumunda cezai işlem uygulanmaz.

25. Yüklenici firma, sistemin rutin kalite kontrol ve kalibrasyon testlerinin orijinal servis dokümanında belirtilen biçimde veya güncel düzenlemelere, bilimsel literatüre ve yasalarla belirlenmiş son önerilere uygun olarak yapılmasından sorumludur.

Yüklenici Firma varolan sistemlerin PACS bağlantıları ile ilgili sorunlarda ve yeni entegre edilecek DICOM uyumlu cihazlarının PACS sistemine entegrasyonunda ve idarenin yeni bir PACS sistemi kurması

durumunda kendi cihazlarının yeni PACS sistemine entegrasyonunda (IP adres, Port, Application Entity vb) tanımlamalar ve konfigürasyonları için İdareye ücretsiz teknik destek vermektedir.

26. Bakım onarım anlaşması süreken sistemden İdare tarafından çıkarılacak cihazların (terkin, yüksek işletme maliyeti veya performans düşük ügü) bakım maliyetleri sistemden çıktıkları gün itibari ile ödeme listesinden düşürülür. Hesaplama da cihazın bakım onarım kapsamında kaldığı toplam gün bulunur. Bu süre toplam bakım onarım süresinden düşülerek cihazın bakım onarım dışında olacağı gün sayısı bulunur. Bu gün sayısı 365'e bölünerek cihazın sistem dışında kalacağı zaman oranı hesaplanır. İlgili cihaza yapılmış periyodik bakım ödemesi dikkate alınarak cihaz kontrattan çıkarılır. Eğer cihaz bir sonraki bakım periyodu öncesi terkine ayrılırsa bakımın içerdiği gün sayısına göre eksik gün sayısı bulunur ve idare alacağı (eksik gün sayısı / bir bakım periyodu gün sayısı X 1 periyot bakım ücreti (ürümü) ile) hesaplanarak bir sonraki faturadan düşürülür.

27. Bakım onarım anlaşması yapılan dönemde garantisi dolmuş olan Philips marka cihazlardan bakımı altına girecek yeni cihazlar, otomatik olarak o cihazın satın alma şartnamesinde yazıldığı (satın alma şartnamesinde yazılı bakım onarım hükümleri içerisinde verilen taahhütlere uygun olarak) şekilde bakım onarım kapsamına alınır. Bu cihazların bakım onarım kapsamında olacağı süre, sisteme girdiği tarihte başlar ve bakım onarım sözleşmesi son tarih göz önüne alınarak hesaplanır. Sonraki anlaşmalarda diğer cihazlarla birlikte değerlendirilir. Yeni eklenen cihazlar içinde bakım sözleşmesi maddesi geçerlidir.

28. Bakım onarım anlaşması dahilinde « tüm cihazların periyodik bakımları yapılırken tüm parametrelerinin ölçüm enmesi ve bu ölçümlerin sonucunda raporlarının Klinik Mühendislik Birimi'ne verilmesi gerekmektedir. Arıza kurumunda yapılamayan cihazların firmaya gönderimini Firma yetkilileri tarafından yapılacaktır.

29. Cihazın HEK olması vb. nelerle herhangi bir cihazın kullanımdan kaldırılmasına karar verildiği takdirde, İdare, yükleniciye yazılı bildiriminde bulunur. Cihazın kullanım dışı bırakıldığı gün itibari ile ödeme listesinden düşürülür. Sözleşme başlangıç tarihi ile cihazın kullanım dışı bırakıldığı gün arasındaki süreye tekabül eden kısmı Sözleşme Bedeli idare tarafından ödenecek ve cihaz HEK tarihi itibariyle sözleşmeden çıkarılacaktır. Diğer yandan cihaz veya cihazlara yönelik üretici firma tarafından yayınlanan End Of Life (EOL) (ömür sonu) tarihi itibari ile cihaza " Best Effort " olarak şekilde parça tedarik edilmeye çalışılacaktır. Bu sebeple parça tedariki yapılamadığı durumda Yüklenici'nin bakım onarım sorumluluğu düşecektir ve cihaz sözleşmeden çıkarılacaktır.

30. İş sırasında iş güvenliği tedbirlerini almaktan ve uygun alt yapıyı hazırlamaktan İdare sorumludur. Yüklenici bu hususta işi gerçekleştirirken sistemlerle karşı dikkatli ve titiz davranacak, arıza veya hasara hiçbir şekilde meydan vermeyecektir.

31. Teknik Şartnamede belirtilen hususlar dışında oluşabilecek itilaflarda ve cezai durumlarda idari şartname hükümleri geçerlidir.

32. Bu şartname 12 ay boyunca geçerlidir.

Prof. Dr. Naciye A. AN
Dokuz Eylül
Naciye A. AN
Endüstri Mühendisi

DOKUZ EYLÜL ÜNİV. TIP FAK. HAST.
Radyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Ali Kemal
Dış. No: 5789 / Teş. No: 74037

Prof. Dr. Recep BEKİŞ
Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi
Radyasyon Tıp An.
Dış. Teş. No: 5789

Cihaz/Ekipman	Seri No	Kapsam	Toplam Periyodik Bakım Sayısı	Servis Başlangıç Tarihi	Servis Bitiş Tarihi
Siemens CT 63 Client	71520	Yedek parça ve X-ray tüpü dahildir.	0		
Medison 7620 Li	135	Yedek parça, detektör ve X-ray tüpü dahildir.	1		
Medison 1 K172	320	Yedek parça, detektör ve X-ray tüpü dahildir.	2		
Porta Inspection-A2	6A05060102	Yedek parça	2		
Porta Inspection-A2	6A05060106	Yedek parça	2		
C-arm magnetometer buvectors	010	Yedek parça ve X-ray tüpü dahildir.	1		
MIRIL 75 Ultrasound System	U581550067	Yedek parça dahildir. Probe dahil.	1		
MIRIL 50 Ultrasound System	U5C1600027	Yedek parça dahildir. Probe dahil.	1		
U33 Ultrasonic System	0234P3M	Yedek parça dahildir. Probe dahil.	1		
ClearVue 35C Ultrasound System	52D128004B	Yedek parça dahildir. Probe dahil.	1		
CP50 Ultrasound System	5632205067	Yedek parça dahildir. Probe dahil.	1		
CM50 Ultrasound System	9587275126	Yedek parça dahildir. Probe dahil.	1		
MIRIL 50 Ultrasound System	U552100631	Yedek parça dahildir. Probe dahil.	1		
MIRIL 50 Ultrasound System	U552100697	Yedek parça dahildir. Probe dahil.	1		
MedTC 3000 Ultrasound System		Yedek parça dahildir.	1		

Naciye AYAN
Endüstri Mühendisi

DOKUZ EKİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAK. HAST.
RADYOLOJİ ANABİLİM DALI BAŞKAN
Doç. Dr. Ali BULUT
Etiler, Beşiktaş/İstanbul
Tic. Sic. No: 24359

Prof. Dr. Naciye ARIHAN YILMAZ
DOKUZ EKİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAK. HAST.
RADYOLOJİ ANABİLİM DALI BAŞKAN
Etiler, Beşiktaş/İstanbul
Tic. Sic. No: 89872

Prof. Dr. Zaferan EKİŞ
DOKUZ EKİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAK. HAST.
RADYOLOJİ ANABİLİM DALI BAŞKAN
Etiler, Beşiktaş/İstanbul
Tic. Sic. No: 10056

EX-1
MATC Çihaz listesi.

BÖLÜM VE DİĞER	Modality	TÜR	BAĞIRLA	MODEL	Seri no
İC HASTALIKLARI 1. SERVİS 5. KAT	MARTC	HASTABAŞI MONİTÖRÜ	Philips	CM 120	CN62623471
İC HASTALIKLARI 1. SERVİS 5. KAT	MARTC	HASTABAŞI MONİTÖRÜ	Philips	CM 120	CN62623441
MÖRÖLOJİ SERVİSİ 1. KAT	MARTC	HASTABAŞI MONİTÖRÜ	Philips	CM 120	CN62623442
DAHİLİYE 2 SERVİS - 5. KAT	MARTC	HASTABAŞI MONİTÖRÜ	Philips	CM 120	CN62623441
DAHİLİYE 2 SERVİS - 5. KAT	MARTC	HASTABAŞI MONİTÖRÜ	Philips	CM 120	CN62623440
DAHİLİYE 1 SERVİS - 5. KAT	MARTC	HASTABAŞI MONİTÖRÜ	Philips	CM 120	CN62623471
ARITMİ SERVİS 1. KAT	MARTC	HASTABAŞI MONİTÖRÜ	Philips	CM 120	CN62623467
ARITMİ SERVİS 2. KAT	MARTC	HASTABAŞI MONİTÖRÜ	Philips	CM 120	CN62623470
ARITMİ SERVİS 3. KAT	MARTC	HASTABAŞI MONİTÖRÜ	Philips	CM 120	CN62623466
SOĞUK HASTALIKLARI SERVİSİ 1. KAT	MARTC	HASTABAŞI MONİTÖRÜ	Philips	CM 120	CN62623465
BEYİN VE SINIR CİRAHİ SERVİSİ İNŞİS KAT	MARTC	HASTABAŞI MONİTÖRÜ	Philips	CM 120	CN62623447
KALP DAMAR CİR SERVİSİ 2. KAT	MARTC	HASTABAŞI MONİTÖRÜ	Philips	CM 120	CN62623446
KALP DAMAR CİR SERVİSİ 2. KAT	MARTC	HASTABAŞI MONİTÖRÜ	Philips	TC 20	CN62623445
ÜROLOJİ SERVİSİ 1. KAT	MARTC	HASTABAŞI MONİTÖRÜ	Philips	CM 120	CN62623443
KARDİYOLOJİ SERVİSİ 2. KAT	MARTC	HASTABAŞI MONİTÖRÜ	Philips	CM 120	CN62623442
KARDİYOLOJİ SERVİSİ 2. KAT	MARTC	HASTABAŞI MONİTÖRÜ	Philips	CM 120	CN62623418
KBR SERVİSİ 2. KAT	MARTC	HASTABAŞI MONİTÖRÜ	Philips	CM 120	CN62623448
KBR SERVİSİ 2. KAT	MARTC	HASTABAŞI MONİTÖRÜ	Philips	CM 120	CN62623447
ORTOPEDİ SERVİSİ 2. KAT	MARTC	HASTABAŞI MONİTÖRÜ	Philips	CM 120	CN62623444
KADIN YOĞUN SERVİSİ 1. KAT	MARTC	HASTABAŞI MONİTÖRÜ	Philips	CM 120	CN62623444
KAN TRANSFÜZYON SERVİSİ 1. KAT	MARTC	HASTABAŞI MONİTÖRÜ	Philips	CM 120	CN62623445
HEMODİYALİZ 1. KAT	MARTC	HASTABAŞI MONİTÖRÜ	Philips	CM 120	CN62623436
HEMODİYALİZ 1. KAT	MARTC	HASTABAŞI MONİTÖRÜ	Philips	CM 120	CN62623434
HEMODİYALİZ 1. KAT	MARTC	HASTABAŞI MONİTÖRÜ	Philips	CM 120	CN62623435
ANESTEZİ YOĞUN BAKIM	MARTC	HASTABAŞI MONİTÖRÜ	Philips	MX 550	UC671R2695
ANESTEZİ YOĞUN BAKIM	MARTC	HASTABAŞI MONİTÖRÜ	Philips	MX 550	UC671R2742
ANESTEZİ YOĞUN BAKIM	MARTC	HASTABAŞI MONİTÖRÜ	Philips	MX 550	DE671R2672
ANESTEZİ YOĞUN BAKIM	MARTC	HASTABAŞI MONİTÖRÜ	Philips	MX 550	DE671R2684

Naciye AYAN
Endüstri Mühendisi

DOĞRU EVLİLİK ÜZERİNE FAK. HAST.
Fakültesi Aile Birim. *[Signature]*
Prof. Dr. Alihan Altın

REC'D BERK

ANESTEZİ YOĞUN BAKIM	MA&TC	HASTA BAŞI MONİTÖRÜ	Philips	MIX 550	DE671R2689
ANESTEZİ YOĞUN BAKIM	MA&TC	HASTA BAŞI MONİTÖRÜ	Philips	MIX 550	DE671R2679
ANESTEZİ YOĞUN BAKIM	MA&TC	HASTA BAŞI MONİTÖRÜ	Philips	MIX 550	DE671R2683
ANESTEZİ YOĞUN BAKIM	MA&TC	HASTA BAŞI MONİTÖRÜ	Philips	MIX 550	DE671R2688
ANESTEZİ YOĞUN BAKIM	MA&TC	HASTA BAŞI MONİTÖRÜ	Philips	MIX 550	DE671R2677
ANESTEZİ YOĞUN BAKIM	MA&TC	HASTA BAŞI MONİTÖRÜ	Philips	MIX 550	DE671R2670
ANESTEZİ YOĞUN BAKIM	MA&TC	HASTA BAŞI MONİTÖRÜ	Philips	MIX 550	DE671R2671
ANESTEZİ YOĞUN BAKIM	MA&TC	HASTA BAŞI MONİTÖRÜ	Philips	MIX 550	DE671R2667
ANESTEZİ YOĞUN BAKIM	MA&TC	HASTA BAŞI MONİTÖRÜ	Philips	MIX 550	DE671R2668
ANESTEZİ YOĞUN BAKIM	MA&TC	HASTA BAŞI MONİTÖRÜ	Philips	MIX 550	DE671R2669
ANESTEZİ YOĞUN BAKIM	MA&TC	HASTA BAŞI MONİTÖRÜ	Philips	MIX 550	DE671R2675
ANESTEZİ YOĞUN BAKIM	MA&TC	HASTA BAŞI MONİTÖRÜ	Philips	MIX 550	DE671R2671
ANESTEZİ YOĞUN BAKIM	MA&TC	HASTA BAŞI MONİTÖRÜ	Philips	MIX 550	DE671R2679
ANESTEZİ YOĞUN BAKIM	MA&TC	HASTA BAŞI MONİTÖRÜ	Philips	MIX 550	DE671R2676
ANESTEZİ YOĞUN BAKIM	MA&TC	HASTA BAŞI MONİTÖRÜ	Philips	MIX 550	DE671R2674
ANESTEZİ YOĞUN BAKIM	MA&TC	HASTA BAŞI MONİTÖRÜ	Philips	MIX 550	DE671R2655
ANESTEZİ YOĞUN BAKIM	MA&TC	HASTA BAŞI MONİTÖRÜ	Philips	MIX 550	DE671R2670
ANESTEZİ YOĞUN BAKIM	MA&TC	HASTA BAŞI MONİTÖRÜ	Philips	MIX 550	DE671R2672
ANESTEZİ YOĞUN BAKIM	MA&TC	HASTA BAŞI MONİTÖRÜ	Philips	MIX 550	DE671R2671
ANESTEZİ YOĞUN BAKIM	MA&TC	HASTA BAŞI MONİTÖRÜ	Philips	MIX 550	DE671R2653
ANESTEZİ YOĞUN BAKIM	MA&TC	HASTA BAŞI MONİTÖRÜ	Philips	MIX 550	DE671R2677
ANESTEZİ YOĞUN BAKIM	MA&TC	HASTA BAŞI MONİTÖRÜ	Philips	MIX 550	DE671R2654
ANESTEZİ YOĞUN BAKIM	MA&TC	HASTA BAŞI MONİTÖRÜ	Philips	MIX 550	DE671R2677
ANESTEZİ YOĞUN BAKIM	MA&TC	HASTA BAŞI MONİTÖRÜ	Philips	MIX 550	DE671R2644
ANESTEZİ YOĞUN BAKIM	MA&TC	HASTA BAŞI MONİTÖRÜ	Philips	MIX 550	DE671R2684
ANESTEZİ YOĞUN BAKIM	MA&TC	HASTA BAŞI MONİTÖRÜ	Philips	MIX 550	DE671R2679
ANESTEZİ YOĞUN BAKIM	MA&TC	HASTA BAŞI MONİTÖRÜ	Philips	MIX 550	DE671R2652
ANESTEZİ YOĞUN BAKIM	MA&TC	HASTA BAŞI MONİTÖRÜ	Philips	MIX 550	DE671R2671
ANESTEZİ YOĞUN BAKIM	MA&TC	HASTA BAŞI MONİTÖRÜ	Philips	MIX 550	DE671R2673
ANESTEZİ YOĞUN BAKIM	MA&TC	HASTA BAŞI MONİTÖRÜ	Philips	MIX 550	DE671R2679

Prof. Dr. Naciye AYAN
Endüstriyel Tıp Uzmanı
Kardiyoloji AD.

Prof. Dr. Naciye AYAN
Endüstriyel Tıp Uzmanı
Kardiyoloji AD.

Naciye AYAN
Endüstriyel Tıp Uzmanı

Prof. Dr. Naciye AYAN
Endüstriyel Tıp Uzmanı
Kardiyoloji AD.

Naciye AYAN
Endüstriyel Tıp Uzmanı

ONKOLOJİ SERVİSİ	MA&TC	HASTA BAŞI MONİTÖRÜ	Philips	G40E	CN93920105
ONKOLOJİ SERVİSİ	MA&TC	HASTA BAŞI MONİTÖRÜ	Philips	G40F	
ONKOLOJİ SERVİSİ	MA&TC	HASTA BAŞI MONİTÖRÜ	Philips	G40F	CN93920103
ONKOLOJİ SERVİSİ	MA&TC	HASTA BAŞI MONİTÖRÜ	Philips	G40E	CN93920104
ONKOLOJİ SERVİSİ	MA&TC	HASTA BAŞI MONİTÖRÜ	Philips	G40E	CN93920089
ONKOLOJİ SERVİSİ	MA&TC	HASTA BAŞI MONİTÖRÜ	Philips	G40E	CN93920092
ONKOLOJİ SERVİSİ	MA&TC	HASTA BAŞI MONİTÖRÜ	Philips	G40E	CN93920078
ÇİFT KAT SERVİSİ 1	MA&TC	HASTA BAŞI MONİTÖRÜ	Philips	G40E	CN93920095
PSİKİYATRİ SERVİSİ	MA&TC	HASTA BAŞI MONİTÖRÜ	Philips	G40E	CN93920075
HEMATOLOJİ SERVİSİ	MA&TC	HASTA BAŞI MONİTÖRÜ	Philips	G40F	CN93920086
HEMATOLOJİ SERVİSİ	MA&TC	HASTA BAŞI MONİTÖRÜ	Philips	G40E	CN93920097
HEMATOLOJİ SERVİSİ	MA&TC	HASTA BAŞI MONİTÖRÜ	Philips	G40E	CN93920084
HEMATOLOJİ SERVİSİ	MA&TC	HASTA BAŞI MONİTÖRÜ	Philips	G40E	CN93920087
HEMATOLOJİ SERVİSİ	MA&TC	HASTA BAŞI MONİTÖRÜ	Philips	G40E	CN93920106

Özge Akdoğan
Endüstri Tıp Uzmanı

DOĞU EYLÜL ÜNİV. TIP FAK. HAST.
Radyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı
Beşiktaş, İstanbul
Dip No: 8139

Prof. Dr. Mehmet Bihmet YILMAZ
Dokuz Eylül Ü. Radyoloji AD.
Dip No: 88872

Prof. Dr. Mehmet Bihmet YILMAZ
Dokuz Eylül Ü. Radyoloji AD.
Dip No: 88872

BİLGİLER									
İstisna No	Çekim No	Çekim Tarihi	Çekim Yeri	Çekim Saati	Çekim Yeri	Çekim Yeri	Çekim Yeri	Çekim Yeri	Çekim Yeri
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
29	29	29	29	29	29	29	29	29	29
30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
34	34	34	34	34	34	34	34	34	34
35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
37	37	37	37	37	37	37	37	37	37
38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
39	39	39	39	39	39	39	39	39	39
40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
41	41	41	41	41	41	41	41	41	41
42	42	42	42	42	42	42	42	42	42
43	43	43	43	43	43	43	43	43	43
44	44	44	44	44	44	44	44	44	44
45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
46	46	46	46	46	46	46	46	46	46
47	47	47	47	47	47	47	47	47	47
48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
49	49	49	49	49	49	49	49	49	49
50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
51	51	51	51	51	51	51	51	51	51
52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
53	53	53	53	53	53	53	53	53	53
54	54	54	54	54	54	54	54	54	54
55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
56	56	56	56	56	56	56	56	56	56
57	57	57	57	57	57	57	57	57	57
58	58	58	58	58	58	58	58	58	58
59	59	59	59	59	59	59	59	59	59
60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
61	61	61	61	61	61	61	61	61	61
62	62	62	62	62	62	62	62	62	62
63	63	63	63	63	63	63	63	63	63
64	64	64	64	64	64	64	64	64	64
65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
66	66	66	66	66	66	66	66	66	66
67	67	67	67	67	67	67	67	67	67
68	68	68	68	68	68	68	68	68	68
69	69	69	69	69	69	69	69	69	69
70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
71	71	71	71	71	71	71	71	71	71
72	72	72	72	72	72	72	72	72	72
73	73	73	73	73	73	73	73	73	73
74	74	74	74	74	74	74	74	74	74
75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
76	76	76	76	76	76	76	76	76	76
77	77	77	77	77	77	77	77	77	77
78	78	78	78	78	78	78	78	78	78
79	79	79	79	79	79	79	79	79	79
80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
81	81	81	81	81	81	81	81	81	81
82	82	82	82	82	82	82	82	82	82
83	83	83	83	83	83	83	83	83	83
84	84	84	84	84	84	84	84	84	84
85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
86	86	86	86	86	86	86	86	86	86
87	87	87	87	87	87	87	87	87	87
88	88	88	88	88	88	88	88	88	88
89	89	89	89	89	89	89	89	89	89
90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
91	91	91	91	91	91	91	91	91	91
92	92	92	92	92	92	92	92	92	92
93	93	93	93	93	93	93	93	93	93
94	94	94	94	94	94	94	94	94	94
95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
96	96	96	96	96	96	96	96	96	96
97	97	97	97	97	97	97	97	97	97
98	98	98	98	98	98	98	98	98	98
99	99	99	99	99	99	99	99	99	99
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Prof. Dr. Mehmet Birhan YILMAZ
Dokuz Eylül Ü. Tıp Fak. Hast.
Resimoloji Ana Bilim Dalı Başkanı
Dış. No. 8899 / Tıp Fak. No. 8899

Prof. Dr. Mehmet Birhan YILMAZ
Dokuz Eylül Ü. Tıp Fak. Hast.
Resimoloji Ana Bilim Dalı Başkanı
Dış. No. 8899 / Tıp Fak. No. 8899

Prof. Dr. Mehmet Birhan YILMAZ
Dokuz Eylül Ü. Tıp Fak. Hast.
Resimoloji Ana Bilim Dalı Başkanı
Dış. No. 8899 / Tıp Fak. No. 8899

