



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

23/10/2025 00:00:00

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20256470

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 27/10/2025 TARİHİ, SAAT 17:00 'E/A KADAR
EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) ELDEN GETİRMELERİ VEYA
İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RICA OLUNUR.

BEDİHA ÖZARSLAN

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

	MİKTAR	ADET
1 TEE PROBU İCİN DEZENFEKTAN SOLUSYONU (YUKSEK DUZEY DEZENFEKTAN SOLUSYON)	25,00	ADET

ÖDEME SÜRESİ: 180 GÜN

TEKLİF NO : 20256470

NOT : 20256470 NO LU TEKLİF MEKTUBU

İLGİLİ KİŞİ : BELMA ÇELEK

TEL : 4122410

E-MAIL : belma.beker@deu.edu.tr

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

FORM NO: MYS_0072



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

22/10/2025 09:27:15

TEKNİK ŞARTNAME

11939 TEE PROBU İÇİN DEZENFEKTAN SOLÜSYONU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Solüsyon sadece aktif 0,5 ortofitalaldehit içermelidir.
2. Ürünün geçerli TİTUBB/ÜTS ruhsatı bulunmalı, teklifle birlikte aslı ya da onaylı olarak sunulmalıdır.
3. Formaldehit, fenol ve fenol bileşenleri içermemelidir.
4. Solüsyonun malzemeler ile teması sonucu en geç 12 dakika içinde yüksek düzey dezenfeksiyonu sağlayabilmelidir.
5. Ürün, aktive edildikten sonra pH'nın alkali 7,2 olması gerekmektedir.
6. Mikrobiyolojik etkinlik raporları sunulmalıdır.
7. Solüsyon, tüm tıbbi cihazların ürün tiplerine uygun olmalı, hasar vermemeli, korozyon oluşturmamalıdır.
8. Hoş olmayan ve çalışmayı engelleyici koku içermemelidir.
9. Solüsyonun görünümü berrak olmalıdır.
10. 3,8 lt. orijinal kapaklı HDPE bidonlarda kullanıma hazır olarak sunulmalıdır (Aktive edilen ürünler hariç). Kullanım öncesi gerekli pH'ın ayarlanması için aktivatörü ile birlikte verilmelidir.
11. Ürünün kullanım süresi dolduğunda bertarafı için her 3,8 lt'lik bidon için yeterli miktarda inhibitör madde ürünle birlikte paketlenmiş olarak teslim edilmelidir.
12. Bidon kapağı açıldıktan sonra ve organik atıklar ile bir araya geldiğinde pH'ı bozulmamalı ve stabil kalmalıdır.
13. Ürün etkinliğinin ölçülebilmesi için "minimum etkili konsantrasyonu" belirleyen test stripleri (3,8 litrelik bidon başına 10 adet) ücretsiz olarak sunulmalıdır. Test stripleri ürüne özel, lot numaralı ve kullanım süresi belirtilmiş olmalıdır.
14. Ürün ve ücretsiz striplerle birlikte, 1 adet PVC kaplı kullanım kılavuzu ve renk tablosu mutlaka bırakılmalıdır.
15. Solüsyonda depolama süresince tortu ya da çökelti oluşmamalıdır.
16. Ürünün en az 2 yıl raf ömrü olmalıdır.
17. Kullanım süresi (açılmamış orijinal ambalajda, açılmış ambalajda ve seyreltilmiş üründe) belirtilmelidir.
18. Ürün ile ilgili güvenlik bilgileri ve kullanım kılavuzu birlikte sunulmalıdır.
19. Değerlendirme için 3 adet 3,8 lt. orijinal ürün ile birlikte aktivatör, test stripleri, renk skalası, inhibitör ve istenen bilgileri içeren yalnızca bu ürüne özel eksiksiz bir dosya sunulmalıdır.
20. Numune olarak bırakılan ürünler hastanemizde denenerek uygunluk kararı verilecek ve Enfeksiyon Kontrol Komitesi tarafından onaylanacaktır.
21. Ürünlerin depoya teslimi sırasında Enfeksiyon Kontrol Komitesi tarafından gerekli görüldüğü takdirde komitenin belirteceği bir laboratuvaradan ücreti firmaya ait ve alınacak miktarın %1'ini geçmemek kaydıyla analiz yaptırılacaktır.
22. İSTENİLEN BİLGİLER
23. Stabilite Bilgileri :
 - 23.1. a. Etkin ve yardımcı maddelerde, bitmiş üründe stabilite testleri, şartları, kontrol yöntemleri, sonuçları ve değerlendirilmesi.
 - 23.2. b. Ürünün kullanma süresi ve saklama koşulları
24. 1. Prospektüs Bilgileri :
 - 24.1. a. Ticari adı,
 - 24.1. b. Formül mg/lt ya da % olarak,
 - 24.2. c. Etkiye ilişkin bilgi (etkili olduğu hedef mikroorganizmalar),
 - 24.3. d. Kullanım yeri ve buna göre düzenlenen talimat (şekil, yol, dilüsyon, zaman vs),
 - 24.4. e. Kullanılması sakıncalı yollar,

FORM NO: MYS_0053

Dr. Muhammed Çelikkale
Enfeksiyon Hast. ve
Kl. Mikrobiyoloji

Adnan Özkan
Seyhan Tektirici
A. B. K.



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

22/10/2025 09:27:15

- 24.5. f. İstenmeyen etkileri,
- 24.6. g. Diğer maddeler ile etkileşimleri
- 24.7. h. Özel saklama şekli,
- 24.8. i. Kullanıcılar için gerekli uyarılar ve korunma yöntemleri
- 24.9. j. LD 50 değeri,
- 24.10. k. Zehirlenme belirtileri, tedavisi varsa özel antidotu (gerektiğinde Ulusal Zehir Danışma Merkezinin (UZEM) ücretsiz 114 nolu özel telefonu arama uyarısı)
- 24.11. l. Kullanma süresi (açılmamış orijinal ambalajda, açılmış ambalajda ve seyreltilmiş üründe)
- 24.12. m. İzin sahibi firma adı adresi (ithal ürün prospektüslerinde üretici firma adı ve adresi) belirtilmelidir,
- 24.13. n. Ürün ile ilgili Güvenlik Bilgi Formu teklif mektubu ile beyan edilecek ve ürünün teslimatı aşamasında depoya teslim edilecektir.
25. 2. Etiket ve Ambalaj Bilgileri :
- 25.1. a. Ticari adı,
- 25.2. b. İmalatçı ve ithalatçı adı-adresi
- 25.3. c. Etken madde adı (INN)
- 25.4. d. Ruhsat tarihi ve sayısı
- 25.5. e. Etken madde adı ve miktarı (mg/lt ya da % olarak)
- 25.6. f. Kullanım amacı ve kullanım talimatı
- 25.7. g. Üretim ve son kullanım tarihi
- 25.8. h. Seri no
- 25.9. i. Miktar
- 25.10. j. Genel uyarılar ve sınıfa uygun tehlike uyarı işareti
- 25.11. k. LD 50 değeri
- 25.12. l. Zehirlenme belirtileri, tedavisi varsa özel antidotu ve uyarı yazısı
- 25.13. m. Barkod.
26. 10 günden uzun süreli etkisi olmalıdır.

Dr. Muhammed Gelle.
Enfeksiyon Hast. ve
Akl. Nöroloji

Aslantaş Özkanak
Saphir Belen
Afkan