



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20256041

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 07/10/2025 TARİHİ, SAAT 14:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) ELDEN GETİRMELERİ VEYA

İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

BEDİHA ÖZARSLAN

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	POTASYUM DIHİDROJEN FOST.	1,00	KİLOGRAM
2	SODYUM DIHİDROJEN FOSF (1 KG)	1,00	KİLOGRAM
3	ASETİK ASİT GLASİYEL (2.5 LT)	16,00	ADET
4	GIEMSA BOYA SOLUSYONU 500ML.LİK	1,00	ADET
5	TRİPSİN	1,00	GRAM
6	POTASYUM KLORİD	500,00	GRAM
7	CRI DU CHAT PROB	5,00	TEST

ÖDEME SÜRESİ: 90 GÜN

TEKLİF NO : 20256041

NOT : GENETİK KİMYASAL

İLGİLİ KİŞİ : ERİNÇ ERGEN

TEL :

E-MAIL : erinc.ergen@deu.edu.tr

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

152.0053.000	POTASYUM DIHİDROJEN FOST.	KİLOGRAM	1
152.0063.000	SODYUM DIHİDROJEN FOSF (1 KG)	KİLOGRAM	1
152.0262.000	ASETİK ASİT GLASİYEL (2.5 LT)	ADET	16
157.0049.000	GIEMSA BOYA SOLUSYONU 500ML.LİK	ADET	1
149.0140.000	TRIPSİN	GRAM	1
152.0362.000	POTASYUM KLORİD	GRAM	500
142.0475.000	CRI DU CHAT PROB	TEST	5

1.GENEL ÖZELLİKLER


2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

DEU GENETİK HASTALIKLAR DEĞERLENDİRME MERKEZİ 2025 YILI TB6 2024
TRİPSİN TEKNİK ŞARTNAMESİ 149. 0140. 006

- 1-TOZ ŞEKLİNDE PLASTİK KUTU İÇİNDE OLMALIDIR.
- 2-LABORATUVAR ÇALIŞMASINA UYGUN OLMALIDIR.
- 3-KUTU ÜSTÜNDE LOT NO AYRINTILI OLARAK BULUNMALIDIR.
- 4-SARF MALZEME TESLİM EDİLDİĞİ TARİHTEN İTİBAREN EN AZ İKİ YIL SONRAYA UYGUN SON KULLANMA TARİHİNE SAHİP OLMALIDIR.
- 5-LABORATUVARDA KULLANIMI SIRASINDA SONUÇ VERMEMESİ ÇALIŞMAMASI DURUMUNDA SATICI FİRMAYA KOŞULSUZ İADE EDİLECEKTİR. İLGİLİ RAPOR BİR TEKNİSYEN VE BİR ÖĞRETİM GÖREVLİSİ TARAFINDAN DÜZENLENECEKTİR.
- 6-TAŞIMA KURALLARINA UYGUN OLARAK MERKEZ LAB. DEPOSUNA TESLİM EDİLMELİDİR.


Dr. Öğr. Üyesi Mehmet KOÇABEY


Prof. Dr. Ahmet Okay ÇAĞLAYAN

**DEU GENETİK HASTALIKLAR DEĞERLENDİRME MERKEZİ 2025 YILI 157.0049.000
GIEMSA TEKNİK ŞARTNAMESİ PAT 7650**

- 1- GIEMSA BOYA SOLUSYONU PLASTİK ŞİŞELERDE OLMALIDIR.
- 2-ŞİŞE ÜSTÜNDE CE BELGESİ, LOT NO AYRINTILI OLARAK BULUNMALIDIR.
- 3- GIEMSA BOYA SOLÜSYONU, LABORATUVARDA KULLANIMI SIRASINDA SONUÇ VERMEMESİ, ÇALIŞMAMASI DURUMUNDA SATICI FİRMAYA KOŞULSUZ İADE EDİLECEKTİR.İLGİLİ RAPOR BİR TEKNİSYEN VE BİR ÖĞRETİM GÖREVLİSİ TARAFINDAN DÜZENLENECEKTİR.
- 4-SARF MALZEME TESLİM EDİLDİĞİ TARİHTEN İTİBAREN EN AZ İKİ YIL SONRAYA UYGUN SON KULLANMA TARİHİNE SAHİP OLMALIDIR.
- 5- GIEMSA BOYA SOLUSYONU TAŞIMA KURALLARINA UYGUN OLARAK MERKEZ LAB. DEPOSUNA TESLİM EDİLMELİDİR.
- 6-MALZEME TESLİMİ FİRMA YETKİLİSİ TARAFINDAN ELDEN İMZA KARŞILIĞI MERKEZ LAB. DEPOSUNA YAPILACAKTIR.


Dr. Öğr. Üyesi Mehmet KOCABEY


Prof.Dr. Ahmet Okay ÇAĞLAYAN

TEKNİK ŞARTNAME

152 . 0362 . 000

POTASYUM KLORÜR (KCl) ÇÖZELTİSİ 100 ML

1. 100 ml.lik ambalajlarda olmalıdır.
2. %0.075 Molar konsantrasyonda olmalıdır.
3. +2 ile +8 C arasında saklama koşulları olmalıdır.
4. Steril olmalıdır.
5. 2 yıllık son kullanım süresi olmalıdır.

Elif KUTLU ÖZEN
Lab. Tekn.



Prof. Dr. Özgür ALTUNGÖZ



**DEU GENETİK HASTALIKLAR DEĞERLENDİRME MERKEZİ 2025 YILI
KH2PO4 TEKNİK ŞARTNAMESİ 152.0053.000**

- 1-TOZ ŞEKLİNDE PLASTİK KUTU İÇİNDE BULUNMALIDIR.
- 2-LABORATUVAR ÇALIŞMASINA UYGUN OLMALIDIR.
- 3-KUTU ÜSTÜNDE LOT NUMARASI AYRINTILI OLARAK BULUNMALIDIR.
- 4-SARF MALZEME TESLİM EDİLDİĞİ TARİHTEN İTİBAREN EN AZ İKİ YIL SONRAYA UYGUN SON KULLANMA TARİHİNE SAHİP OLMALIDIR.
- 5-KH2PO4, LABORATUVARDA KULLANIMI SIRASINDA SONUÇ VERMEMESİ, ÇALIŞMAMASI DURUMUNDA SATICI FİRMAYA KOŞULSUZ İADE EDİLECEKTİR. İLGİLİ RAPOR BİR TEKNİSYEN VE BİR ÖĞRETİM GÖREVLİSİ TARAFINDAN DÜZENLENECEKTİR.
- 6-TAŞIMA KURALLARINA UYGUN OLARAK LABORATUVARA TESLİM EDİLMELİDİR.



Dr. Öğr. Üyesi Mehmet KOCABEY


Prof. Dr. Ahmet Okay ÇAĞLAYAN

**DEU GENETİK HASTALIKLAR DEĞERLENDİRME MERKEZİ 2025 YILI
NA2HPO4 TEKNİK ŞARTNAMESİ 152-0063.000**

- 1-500 GRAMLIK TOZ ŞEKLİNDE PLASTİK KUTU İÇİNDE OLMALIDIR.
- 2-LABORATUVAR ÇALIŞMASINA UYGUN OLMALIDIR.
- 3-KUTU ÜSTÜNDE LOT NO AYRINTILI OLARAK BULUNMALIDIR.
- 4-SARF MALZEME TESLİM EDİLDİĞİ TARİHTEN İTİBAREN EN AZ İKİ YIL SONRAYA UYGUN SON KULLANMA TARİHİNE SAHİP OLMALIDIR.
- 5- NA2HPO4, LABORATUVARDA KULLANIMI SIRASINDA SONUÇ VERMEMESİ, ÇALIŞMAMASI DURUMUNDA SATICI FİRMAYA KOŞULSUZ İADE EDİLECEKTİR. İLGİLİ RAPOR BİR TEKNİSYEN VE BİR ÖĞRETİM GÖREVLİSİ TARAFINDAN DÜZENLENECEKTİR. EDİLECEKTİR.
- 6- NA2HPO4 TAŞIMA KURALLARINA UYGUN OLARAK MERKEZ LAB.DEPOSUNA TESLİM EDİLMELİ.
- 7-MALZEME TESLİMİ FİRMA YETKİLİSİ TARAFINDAN ELDEN İMZA KARŞILIĞI MERKEZ LAB.DEPOSUNAYAPILACAKTIR.



Dr. Öğr. Üyesi Mehmet KOCABEY


Prof. Dr. Ahmet Okay ÇAĞLAYAN

**DEU GENETİK HASTALIKLAR DEĞERLENDİRME MERKEZİ 2025 YILI 152. 0262. 006
GLASIYEL ASETİK ASİT TEKNİK ŞARTNAMESİ KİM 1161**

- 1- ASETİK ASİT 2,5 LT LİK KOYU RENK CAM ŞİŞELERDE OLMALIDIR.
- 2-ŞİŞE ÜSTÜNDE CE BELGESİ, LOT NO AYRINTILI OLARAK BULUNMALIDIR.
- 3- İLGİLİ KİMYASALIN, LABORATUVARDA KULLANIMI SIRASINDA SONUÇ VERMEMESİ, ÇALIŞMAMASI DURUMUNDA SATICI FİRMAYA KOŞULSUZ İADE EDİLECEKTİR.İLGİLİ RAPOR BİR TEKNİSYEN VE BİR ÖĞRETİM GÖREVLİSİ TARAFINDAN DÜZENLENECEKTİR.
- 4-SARF MALZEME TESLİM EDİLDİĞİ TARİHTEN İTİBAREN EN AZ BİR YIL SONRAYA UYGUN SON KULLANMA TARİHİNE SAHİP OLMALIDIR.
- 5- KİMYASAL TAŞIMA KURALLARINA UYGUN OLARAK MERKEZ LAB.DEPOSUNA TESLİM EDİLMELİDİR.
- 6-MALZEME TESLİMİ FİRMA YETKİLİSİ TARAFINDAN ELDEN İMZA KARŞILIĞI MERKEZ LAB. DEPOSUNA YAPILACAKTIR.


Dr. Öğr. Üyesi Mehmet KOCABEY


Prof.Dr. Ahmet Okay ÇAĞLAYAN

**DEU GENETİK HASTALIKLAR DEĞERLENDİRME MERKEZİ 2025 YILI
CRİ-DU-CHAT SENDROMU FISH PROBU TEKNİK ŞARTNAMESİ 142.0475.000**

1. PROB CRİ-DU CHAT LOKUSUNU (5p) ORTAYA ÇIKARACAK ÖZELLİKTE OLMALIDIR.
2. PROB PERİFERİK KAN KÜLTÜRÜ VE ÇEŞİTLİ HÜCRE KÜLTÜRÜ NUMUNELERİNDEN YAPILACAK MOLEKÜLER SİTOGENETİK YÖNTEMLERDE KULLANILMAK ÜZERE ÜRETİLMİŞ FISH PROBU OLMALIDIR.
3. PROB MİKRODELESYON SENDROMUNUN KRİTİK BÖLGESİNİ VE AYNI KROMOZOM ÜZERİNDEKİ BİR KONTROL BÖLGESİNİ FARKLI RENKLERLE BOYAMALIDIR.
4. PROBLAR DİREK OLARAK İŞARETLENMİŞ OLMALIDIR VE HİBRİDİZASYON SOLÜSYONU İLE ÖNCEDEN KARIŞTIRILMIŞ VEYA KARIŞTIRILMAYA HAZIR HALDE BULUNMALIDIR.
5. PROBLAR SIVI HALDE OLMALI, DAPI, LAM-LAMEL VE RUBBER CEMENT YAPIŞTIRICISI İLE BİRLİKTE TESLİM EDİLMELİDİR.
6. PROB TRANSPORTU 2-8 °C'DE IŞIK ALMAYACAK AMBALAJDA YAPILMALIDIR. AMBALAJ ÜZERİNDE İÇERİĞİ, LOT NUMARASI VE SON KULLANMA TARİHİ BULUNMALIDIR. AMBALAJ İÇERİSİNDE PROBUN PROTOKOLÜNÜ İÇEREN PROSPEKTÜS OLMALIDIR.
7. PROB ULUSLARARASI GEÇERLİLİĞİ OLAN "CE" VE "İN VİTRO DİAGNOSTİK" (IVD) ONAY BELGESİNE SAHİP OLMALIDIR.
8. SON KULLANMA TARİHİ TESLİM EDİLDİĞİ TARİHTEN İTİBAREN 1 YILDAN AZ OLMAMALIDIR.
9. PROBUN İLGİLİ LABORATUVARDA ÇALIŞMAMASI DURUMUNDA KOŞULSUZ İADESİ GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR. ÇALIŞMADIĞININ GÖSTERİLMESİ İÇİN BİR SAĞLIK TEKNİSYENİ VE BİR ÖĞRETİM GÖREVLİSİNİ ORTAK DÜZENLEDİĞİ RAPOR YETERLİ OLACAKTIR.


Dr. Öğr. Üyesi Mehmet KOCABEY


Prof. Dr. Ahmet Okay ÇAĞLAYAN