



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

07/10/2025 00:00:00

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20256148

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

İHALE İLE

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN

10/10/2025

TARİHİ, SAAT

17:00

'E/A KADAR

YAKLAŞIK MALİYET TESPİTİ İÇİN

TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ)

ELDEN GETİRMELERİ VEYA

İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

BEDİHA ÖZARSLAN

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	PROTEİN KALINTI TESTİ	312,00	ADET
---	-----------------------	--------	------

ÖDEME SÜRESİ:

GÜN

TEKLİF NO

: 20256148

NOT

: ÖDEME 180GÜN

İLGİLİ KİŞİ

: BELMA ÇELEK

TEL

: 4122410

E-MAIL

: belma.beker@deu.edu.tr

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

1/2



DOKUZ EYLÜL
ÜNİVERSİTESİ
HASTANESİ

HIZLI SONUÇ VEREN PROTEİN KALINTI TESTİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Protein testi yıkayıcılar-dezenfekte cihazları, ultrasonik temizleyiciler, endoskoplar ve diğer temizlenmesi zor cerrahi aletlerin yüzeyleri üzerinde geri bırakılan kalıntı proteinleri tespit etme kabiliyeti olan hızlı bir test olmalıdır.
2. Protein testi bileşenleri Boya Tescilli ve %01-10, Fosforik Asit %05-10, Metanol %2-5 oranında olmalıdır.
3. Protein kalıntı testi Oda sıcaklığında 10 saniyede 1µg hassasiyete ulaşmalıdır. Kullanıcı için 10 saniye içinde sonuç alınabilir olmalıdır.
4. Bu test 1 µg (mikro gram) hassasiyeti ile protein kalıntılarını 20 µg (mikro gram) a kadar tespit edebilir olmalıdır.
6. Bu protein testi klinik kimya içinde kullanılan bir boya-bağlama solüsyonu (çözeltilisine) esaslı olmalıdır.
7. Kullanılması kolay olmalı ve inkübasyon gerektirmemelidir.
8. Protein kalıntı testi Her şişecik şeffaf plastikten imal edilmiş olup vidalı kapaklı olmalıdır vida kapakları sızdırmazlık özelliği olan contalı olmalıdır.
11. Protein kalıntı test kutusu, kutusunun içinde bulunan protein testlerini fiziki darbelerden koruya bilecek özellikte olmalıdır.
13. Protein kalıntı testinin swap için yerleştirildiği vida kapaklı yerleştirileceği bir hücreye sahip olmalıdır.
14. Protein kalıntı testi tüplerinin üzerinde etiket olmalıdır. Test tarihinin, negatif ve pozitif değerlendirmenin yapılacağı yazılabilir ve işaretlenebilir alanları olmalıdır.
15. Protein kalıntı testi tüpün üzerindeki etiket üzerinde referans rengi gösteren renk şeriti olmalıdır.
16. Protein kalıntı testi Endoskop veya benzeri aletlerin yüzeylerinden sürüntü ile materyal almak için orjinal kit içinde kendinden nemli swap olmalıdır. Bu swaplar vida kapaklı swap olmalıdır.
17. Protein kalıntı testi ani NET renk değişimi gerçekleştirmelidir. Kutu içerisinden çıkan pamuklu çubuk mataryele sürüldükten sonra şişe içindeki sıvı 5-10 saniye temas ettirildiğinde Protein varlığında farklı renge dönmelidir.
18. Renk değişimi yüzey temizliğinin yarı-kantitatif bir ölçümünü sağlamalıdır. Protein varlığını gösteren renk ne kadar çok koyulaşırsa o kadar çok protein varlığı olduğunu göstermelidir.
19. Protein kalıntı testi Kullanım alanları Endoskoplar,WD/ Ultrasonik yüzeyler ve Cerrahi aletler üzerinde olmalıdır.

TARİH :	
ONAYLAYAN : Feride KOSKA MSÜ.Sorumlusu 	ONAYLAYAN : Hüsnü Demir Sağlık Memuru