



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Teklif No: 20256902

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN 20/11/2025 TARİHİ, SAAT 14:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARIÇ) ELDEN GETİRMELERİ VEYA

İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

BEDİHA ÖZARSLAN

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	PARALEL TELESKOP(OPTİK) CALISMA KANALLI 23 CM 10 MM 0°	1,00	ADET
2	DİSEKSİYON VE KAVRAMA KISA CENE FORSEPSİ 5 MM 43 CM	1,00	ADET
3	MONOPOLAR UZUN EGRI MAKAS IC AKSAM 5 MM 43 CM	1,00	ADET
4	CLINCIH GRASPER 5 MM 43 CM	1,00	ADET
5	MONOPOLAR UZUN EGRI MAKAS 5 MM 43 CM	1,00	ADET

ÖDEME SÜRESİ: 30 GÜN

TEKLİF NO : 20256902

NOT : TEKLİFLERDE MARKA MODEL VE ÜTS BELİRTİLMELİDİR.

İLGİLİ KİŞİ : BINAY YEŞİLYAYLA

TEL : 4123945

E-MAIL : binay.yesilyayla@deu.edu.tr

* TEKLİFLE BİRLİKTE TEKNİK ŞARTNAMEYE CEVAP YAZISI VERİLECEKTİR.TEKNİK ŞARTNAMEYE CEVAP YAZISI OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

* TEKLİFLE BİRLİKTE MARKA, MODEL VE UBB KODLARININ DA VERİLMESİ GEREKMEKTEDİR

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

442.3918.000	PARALEL TELESKOP(OPTİK) CALISMA KANALLI 23 CM 10 MM 0°	ADET	1
442.3919.000	DİSEKSİYON VE KAVRAMA KISA CENE FORSEPSİ 5 MM 43 CM	ADET	1
442.3920.000	MONOPOLAR UZUN EGRI MAKAS IC AKSAM 5 MM 43 CM	ADET	1
442.3921.000	CLINCIH GRASPER 5 MM 43 CM	ADET	1
442.3922.000	MONOPOLAR UZUN EGRI MAKAS 5 MM 43 CM	ADET	1

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(13427) MONOPOLAR UZUN EGRI MAKAS IC AKSAM 5 MM 43 CM

Açıklama : MONOPOLAR UZUN EGRI MAKAS IC AKSAM 5 MM 43 CM

1. Makas iç aksamı çocuk cerrahisi ameliyathanesinde kullanılan Storz marka laparoskopik el aletleri ile tam uyumlu çalışmalıdır.
2. Şaft uzunluğu en fazla 43 cm olmalıdır.
3. Unipolar koagulasyon kullanımına uygun olmalıdır.
4. Çift çene hareketli olmalıdır.
5. Eğri, kesici bıçaklar testere dişli ve kaşık şeklinde olup, kesici bıçakların uzunluğu 20 mm olmalı
6. Evsaf katalog no; Karl Storz K.N. 34410MS veya eşdeğeri olmalıdır.
7. 2(iki) yıl garantili olmalıdır.

C.U

(13426) CLINCIH GRASPER 5 MM 43 CM

Açıklama : CLINCIH GRASPER 5 MM 43 CM

1. Forseps çocuk cerrahisi ameliyathanesinde kullanılan Storz marka laparoskopik el aletleri ile tam uyumlu çalışmalıdır.
2. 360° dönebilir özellikte olmalı,
3. Parçalarına ayrılabilmesi ve bu parçalarının kolaylıkla sökülüp takılabilmesi için "Click" kilit sistemli olmalı,
4. Çapı 5 mm ve uzunluğu 43 cm. olmalı,
5. Unipolar koagulasyon için yalıtılmış ve pin konnektörlü olmalı,
6. Atravmatik, delikli ve çift çene hareketli olmalı,
7. Evsaf katalog no; Karl Storz K.N. 33456AF veya eşdeğeri olmalıdır.
8. Aşağıdaki parçalardan oluşmalıdır:
 - 8.1. 1 Adet Plastik Kabza, raketli, hem kilitli hem de kilitsiz kullanıma uygun olmalıdır,

8.2. 1 Adet Yalıtılmış Dış Tüp

8.3. 1 Adet Forseps uç aksamı.

9. 2(iki) yıl garantili olmalıdır.

C.U

(13424) **MONOPOLAR UZUN EGRI MAKAS 5 MM 43 CM**

Açıklama : MONOPOLAR UZUN EGRI MAKAS 5 MM 43 CM

1. Makas çocuk cerrahisi ameliyathanesinde kullanılan Storz marka laparoskopik el aletleri ile tam uyumlu çalışmalıdır.
2. 360° dönebilir özellikte olmalıdır.
3. Parçalarına ayrılabilmesi ve bu parçalarının kolaylıkla sökülüp takılabilmesi için kilit sistemli olmalıdır,
4. Çapı en fazla 5 mm ve uzunluğu en fazla 43 cm olmalıdır.
5. Unipolar koagulasyon için yalıtılmış ve pin konnektörlü olmalıdır.
6. Çift çene hareketli olmalıdır.
7. Eğri, kesici bıçaklar testere dişli ve kaşık şeklinde olup, kesici bıçakların uzunluğu 20 mm olmalıdır.
8. Evsaf katalog no; Karl Storz K.N. 34451MA veya eşdeğeri olmalıdır.
9. Aşağıdaki parçalardan oluşmalıdır:
 - 9.1. 1 Adet Plastik Kabza, raket kilit mekanizması
 - 9.2. 1 Adet Yalıtılmış Dış Tüp
 - 9.3. 1 Adet Makas iç aksamı.
10. 2(iki) yıl garantili olmalıdır.

C.U

(13423) **PARALEL TELESKOP(OPTİK) CALISMA KANALLI 23 CM 10 MM 0°**

Açıklama : PARALEL TELESKOP(OPTİK) CALISMA KANALLI 23 CM 10 MM 0°

1. 0 derece olmalıdır.
2. 10 mm çapında ve 23 cm çalışma uzunluğunda olmalıdır.
3. Fiber Optik ışık transmisyonu olmalıdır.
4. 6 mm lik enstrüman kullanılabilecek çalışma kanalına sahip olmalıdır.
5. Otoklava girmemelidir.
6. Teleskop standart, yüksek ve ultra yüksek (SD, Full HD ve 4K) çözünürlükteki endoskopik görüntüleme sistemlerinde uygun görüntüyü verebilecek özellikte olmalıdır.
7. Evsaf katalog no; Karl Storz K.N. 26034AAV veya eşdeğeri olmalıdır.
8. 2(iki) yıl garantili olmalıdır.

C.U

(13425) DİSEKSİYON VE KAVRAMA KISA CENE FORSEPSİ 5 MM 43 CM

Açıklama : DİSEKSİYON VE KAVRAMA KISA CENE FORSEPSİ 5 MM 43 CM

1. Forseps çocuk cerrahisi ameliyathanesinde kullanılan Storz marka laparoskopik el aletleri ile tam uyumlu çalışmalıdır.
2. 360° dönebilir özellikte olmalı,
3. Parçalarına ayrılabilmesi ve bu parçalarının kolaylıkla sökülüp takılabilmesi için kilit sistemli olmalı,
4. Çapı max. 5 mm ve uzunluğu 43 (± 1) cm olmalı,
5. Unipolar koagulasyon için yalıtılmış ve pin konnektörlü olmalı,
6. Çift çene hareketli ve uzun olmalı,
7. Evsaf katalog no; Karl Storz K.N. 33451MD veya eşdeğeri olmalıdır.
8. Aşağıdaki parçalardan oluşmalıdır:
 - 8.1. 1 Adet Plastik Kabza, raket kilit mekanizması
 - 8.2. 1 Adet Yalıtılmış Dış Tüp
 - 8.3. 1 Adet Forseps iç aksamı.
9. 2(iki) yıl garantili olmalıdır.

C.U