



## Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Teklif No: 20256712

### İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 07/11/2025 TARİHİ, SAAT 14:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARIÇ) ELDEN GETİRMELERİ VEYA

İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

BEDİHA ÖZARSLAN

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

#### ALIM KONUSU MALZEMELER

#### MİKTAR

|    |                                           |       |      |
|----|-------------------------------------------|-------|------|
| 1  | WESTCOTT(VESKOT) MAKAS                    | 2,00  | ADET |
| 2  | DESCEMET INSIZYON KANCASI                 | 3,00  | ADET |
| 3  | DESCEMET KAZIYICI                         | 2,00  | ADET |
| 4  | INFANT GOZ SPEKULUMU (BARRAQUER TIPINDE ) | 50,00 | ADET |
| 5  | GOZ MAKASI                                | 5,00  | ADET |
| 6  | KAPSULEREKSİS FORCEPSİ                    | 5,00  | ADET |
| 7  | COLIBRI FORCEPSİ                          | 2,00  | ADET |
| 8  | KAPSULTOMİ MAKASI                         | 2,00  | ADET |
| 9  | GOZ SPEKULUMU                             | 5,00  | ADET |
| 10 | DİKİS MAKASI                              | 2,00  | ADET |

ÖDEME SÜRESİ: 30 GÜN

TEKLİF NO : 20256712

NOT : TEKLİFLERDE MARKA MODEL VE ÜTS BELİRTİLMELİDİR.

İLGİLİ KİŞİ : BINAY YEŞİLYAYLA

TEL : 4123945

E-MAIL : binay.yesilyayla@deu.edu.tr

\* TEKLİFLE BİRLİKTE TEKNİK ŞARTNAMEYE CEVAP YAZISI VERİLECEKTİR.TEKNİK ŞARTNAMEYE CEVAP YAZISI OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

\* TEKLİFLE BİRLİKTE MARKA, MODEL VE UBB KODLARININ DA VERİLMESİ GEREKMEKTEDİR

\*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

# DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

## Uygulama ve Araştırma Hastanesi

### TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

|              |                                           |      |    |
|--------------|-------------------------------------------|------|----|
| 442.0008.000 | WESTCOTT(VESKOT) MAKAS                    | ADET | 2  |
| 442.3909.000 | DESCEMET INSIZYON KANCASI                 | ADET | 3  |
| 442.3910.000 | DESCEMET KAZIYICI                         | ADET | 2  |
| 442.3911.000 | INFANT GOZ SPEKULUMU (BARRAQUER TIPINDE ) | ADET | 50 |
| 442.3912.000 | GOZ MAKASI                                | ADET | 5  |
| 442.3913.000 | KAPSULEREKSIS FORCEPSİ                    | ADET | 5  |
| 442.3914.000 | COLIBRI FORCEPSİ                          | ADET | 2  |
| 442.3915.000 | KAPSULTOMİ MAKASI                         | ADET | 2  |
| 442.3916.000 | GOZ SPEKULUMU                             | ADET | 5  |
| 442.3917.000 | DIKIS MAKASI                              | ADET | 2  |

### 1.GENEL ÖZELLİKLER

### 2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

#### (13378) INFANT GOZ SPEKULUMU (BARRAQUER TIPINDE )

##### Açıklama : INFANT GOZ SPEKULUMU (BARRAQUER TIPINDE )

1. Prematüre bebeklerde kullanım için uygun olmalıdır. Kapak tutacaklarının uzunluğu 7mm ve aletin toplam uzunluğu 34mm olmalıdır. Tel şeklinde yaylı yapıda ve paslanmaz çelikten üretilmiş olmalıdır. Aletin üzerinde markası, kod numarası ve CE işareti silinmeyecek şekilde bulunmalıdır.
2. En az 2 (iki) yıl garantili olmalıdır.

A.T

#### (13376) COLIBRI FORCEPSİ

##### Açıklama : COLIBRI FORCEPSİ

1. Sütür işlemlerinde kullanılmak üzere özel olarak üretilmiş, mikro colibri tipinde olmalıdır. Hassas yapıda, 0,12mm 1x2 dişlere sahip ve 5mm bağlama platformlu olmalıdır. Toplam uzunluğu 77mm olmalıdır. Elcik yapısı düz ve tutacak yerleri tırtıklı olmalı, elden kaymayı önleyici özellikte olmalıdır.Sap kısmı yassı paslanmaz çelikten üretilmiş olup, aletin üzerinde markası, kod numarası ve CE işareti silinmeyecek şekilde yazılı olmalıdır.
2. En az 2 (iki) yıl garantili olmalıdır.

A.T

#### (13373) WESTCOTT(VESKOT) MAKAS

##### Açıklama : WESTCOTT(VESKOT) MAKAS

1. Westcott model makası standart bıçaklara sahip, künt uçlu,kavisli yapıda ve toplam uzunluğu 120mm olmalıdır. Elcik yapısı düz ve tutacak yerleri tırtıklı yapıda elden kaymayı önleyici olmalıdır. Sap kısmı yassı paslanmaz çelikten üretilmiş olup, aletin üzerinde markası, kod numarası ve CE işareti silinmeyecek şekilde yazılı olmalıdır.

2. En az 2 (iki) yıl garantili olmalıdır.

A.T

### (13377) DESCOMET INSIZYON KANCASI

#### Açıklama : DESCOMET INSIZYON KANCASI

1. Künt uçlu yapıda olmalı,ucu 0,2mm çapında olmalı ve alıcının gözünde Descemetorhexis bölgesini işaretlemek için kullanılabilir olmalıdır. Toplam uzunluğu 103mm olmalıdır. Paslanmaz çelikten üretilmiş olup, aletin üzerinde markası, kod numarası ve CE işareti silinmeyecek şekilde bulunmalıdır.
2. En az 2 (iki) yıl garantili olmalıdır.

A.T

### (13370) GOZ MAKASI

#### Açıklama : GOZ MAKASI

1. Bonn tipinde, çok hassas yapıda, keskin uçlu, kavisli olmalı; uçtan bağlantı noktasına 19mm uzunluğunda ve toplam uzunluğu 90mm olmalıdır. Paslanmaz çelikten üretilmiş olup ,yassı, parmakların içeri girmesini sağlayan yuvarlak ergonomik elciklere sahip olmalı ve aletin üzerinde markası, kod numarası ve CE işareti silinmeyecek şekilde yazılı olmalıdır.
2. En az 2 (iki) yıl garantili olmalıdır.

A.T

### (13372) DIKIS MAKASI

#### Açıklama : DIKIS MAKASI

1. (Fine tipi) İnce uçlu, düz yapıda olmalıdır. 14mm uzunluğunda bıçaklara sahip,keskin uçlu ve toplam uzunluğu 110mm olmalıdır. Paslanmaz çelikten üretilmiş olup, aletin üzerinde markası, kod numarası ve CE işareti silinmeyecek şekilde yazılı olmalıdır.
2. En az 2 (iki) yıl garantili olmalıdır.

A.T

### (13379) DESCOMET KAZIYICI

#### Açıklama : DESCOMET KAZIYICI

1. 1mm yarım daire şeklinde uca sahip olmalı ve alıcının Descemet membranını kazımak için kullanılabilir olmalıdır. Toplam uzunluğu 103mm olmalıdır. Paslanmaz çelikten üretilmiş olup, aletin üzerinde markası, kod numarası ve CE işareti silinmeyecek şekilde bulunmalıdır.
2. En az 2 (iki) yıl garantili olmalıdır.

A.T

**(13371) KAPSULEREKSİS FORCEPSİ**

**Açıklama : KAPSULEREKSİS FORCEPSİ**

1. Çok hassas tipte olmalıdır. Birbirine kenetlenen mikro tırtıklı uçlara sahip, 13 mm kavisli şaftlı ve açılı yapıda olmalıdır. Toplam uzunluğu 98mm olmalıdır. Paslanmaz çelikten üretilmiş olup, aletin üzerinde markası, kod numarası ve CE işareti silinmeyecek şekilde yazılı olmalıdır.
2. En az 2 (iki) yıl garantili olmalıdır.

A.T

**(13375) KAPSULTOMİ MAKASI**

**Açıklama : KAPSULTOMİ MAKASI**

1. Kavisli yapıda ve keskin uçlu olmalıdır. 9 mm uzunluğunda bıçaklara sahip, mafsal genişliği 1.8mm ve toplam uzunluğu 88mm olmalıdır. Paslanmaz çelikten üretilmiş olup, aletin üzerinde markası, kod numarası ve CE işareti silinmeyecek şekilde yazılı olmalıdır.
2. En az 2 (iki) yıl garantili olmalıdır.

A.T

**(13369) GOZ SPEKULUMU**

**Açıklama : GOZ SPEKULUMU**

1. Lieberman -Tennant- tipi göz spekulumu olmalı, temporal yerleşim için 15mm açık ayarlanabilir bıçakları olmalı ve toplam uzunluğu 80mm olmalıdır. Paslanmaz çelikten üretilmiş olup aletin üzerinde markası, kod numarası ve CE işareti silinmeyecek şekilde yazılı olmalıdır.
2. En az 2 (iki) yıl garantili olmalıdır.

A.T