



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20257916

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

İHALE İLE

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN 29/12/2025 TARİHİ, SAAT 14:00 'E/A KADAR

YAKLAŞIK MALİYET TESPİTİ İÇİN

TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) ELDEN GETİRMELERİ VEYA

İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

KADRİYE SOYLU

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	QUNTIFERON TB (ELISA) TESTİ	600,00	TEST
---	-----------------------------	--------	------

ÖDEME SÜRESİ: 180 GÜN

TEKLİF NO : 20257916

NOT : QUANTIFERON TB

İLGİLİ KİŞİ : ERİNÇ ERGEN

TEL :

E-MAIL : erinc.ergen@deu.edu.tr

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

142.0586.000	QUNTIFERON TB (ELISA) TESTİ	TEST	600
--------------	-----------------------------	------	-----

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

Quantiferon TB Teknik Şartnamesi

1. Kit ELISA yöntemi ile çalışmalıdır.
2. Kit ile TB bakterisine karşı spesifik CD4 ve CD8 T lenfosit INF-gamma yanıtı kantitatif olarak tespit edilebilmelidir.
3. Kit içeriğinde 4 tüp bulunmalıdır. Direkt olarak lityum heparinize tüpe kan alınmamalı, kan 4 tüpe alınarak çalışma planlanmalıdır.
4. Kit içeriğinde çalışma için gerekli özel kan alma tüpleri (Nil kontrol, Mitojen kontrol, TB1 ve TB2 Antijen) bulunmalıdır.
5. Kit içeriğindeki TB Antijen tüpleri iki tane olmalıdır. Bunlardan biri CD4 düzeyine, diğeri ise hem CD4 hem de CD8 düzeyine bakmalıdır.
6. TB bakterisine karşı spesifik CD4 ve CD8 T lenfosit INF-gamma yanıt çalışmasında her bir tüp için gerekli tam kan miktarı 1ml olmalıdır.
7. Kit örnek olarak plazma kullanılmalı ve mononükleer hücre izolasyonu gerektirmemelidir.
8. Kan alma tüpünde TB bakterisine karşı spesifik CD4 INF-gamma yanıtı için, ESAT-6/CFP-10 uzun peptid antijenleri, CD8 INF-gamma yanıtı için CFP-10 kısa peptid antijenleri bulunmalıdır. İhaleye katılan firma bunu kit kitapçığında belgelemelidir.
9. 37°C de inkübe edilen ve plazmaları ayrılmış örnekler, çalışmaya kadar 2-8°C de en az 15 gün saklanabilmelidir.
10. Kit içeriğinde INF-gamma standardı bulunmalıdır.
11. Kit ile TB bakterisine karşı spesifik CD4 ve CD8 T lenfosit INF- gama yanıtı kantitatif olarak tespit edilebilmelidir.
12. Firmalar, raf ömrü 1yıl olan kit önermeli ve teslimat öncesi laboratuvarın onayını almalıdır.
13. Teklif veren firma laboratuvara kit ile uyumlu bir adet ELISA yıkayıcı ve okuyucu cihazı sağlamalıdır. Bu cihaz kitlerin tüketimine kadar kurumda kalmalıdır. Ayrıca cihazın yeterli olmadığı durumlarda (test sayısı artışı vb.) firmaya bilgi verilmesi halinde daha kapsamlı bir cihazın laboratuvara kurulması konusunda firma teklif vermelidir.
14. Kit ile birlikte analiz programı verilmeli, analiz programı ile elde edilen veriler otomatik olarak hesaplanabilmelidir. Sonuçlar LIS'e otomatik olarak aktarılabilmelidir.
15. Sonuçlar IU/ml olarak verilebilmelidir.
16. Kit FDA ve CEIVD onayına sahip olmalıdır.
17. Teklif edilecek kit, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) TB enfeksiyonunun teşhisi için alternatif interferon gama salınım tahlillerinin kullanımı beyanındaki uygunluk verilen testlerden biri olmalı ve ihale belgeleri ile belgelendirebilmelidir.



18. Teklif veren firmalar üretici firmanın tek yetkili temsilcisi olmalı veya Türkiye’de tek yetkili distribütörü tarafından yetkilendirilmiş olmalıdır.



Doç.Dr. Özgür Appak

Prof. Dr. Alpay Özbek

