



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20258220

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 05/01/2026 TARİHİ, SAAT 17:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) ELDEN GETİRMELERİ VEYA

İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

KADRİYE SOYLU

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	%3 HIDROJEN PEROKSİT(OKSİJENLİ SU) 1000 CC. LİK	60,00	ADET
2	DENTAL ENJEKTORU	1.500,00	ADET
3	LANSET	12.000,00	ADET
4	ST. KONİK TAB.TUP 50 ML (PLS.)	150,00	ADET
5	GAZ PED PAMUKLU 10X30	30.000,00	ADET
6	GAZ RULO SARGI 5 X 5	2.000,00	ADET
7	10 MİKROLİTRE LİK STERİL OZE (HALKA UCLU)	8.000,00	ADET
8	IDRAR TOPLAMA KABI (24 SAAT LİK)	325,00	ADET
9	SEFFAF KİLİTLİ POSET (26 X 36 CM) (KORONER SERVİS)	10.000,00	ADET
10	KALEM İGNESİ (4 -5 MM.)	9.000,00	ADET

ÖDEME SÜRESİ: 180 GÜN

TEKLİF NO : 20258220

NOT : 20258220 NO LU TEKLİF MEKTUBU

İLGİLİ KİŞİ : BELMA ÇELEK

TEL : 4122410

E-MAIL : belma.beker@deu.edu.tr

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20258220

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 05/01/2026 TARİHİ, SAAT 17:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) ELDEN GETİRMELERİ VEYA

İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

KADRIYE SOYLU

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

11	CERRAHI ALET KORUYUCU SLIKON HORTUM	250,00	METRE
12	ETİLEN OKSİT STERİLİZATORU KARTUSU (3M ETİLEN OKSİT CİHAZINA UYUMLU)	100,00	ADET
13	PARAFİN KG'LIK	50,00	ADET
14	DEFİBRİLATOR KAGIDI (PHILIPS DFM100 DEFİBRİLATOR UYUMLU)	50,00	ADET
15	ULTRASONİK YIKAMA KİRLİLİK ORANI TEST İNDİKATORU	150,00	ADET
16	PROTEİN KALINTI TESTİ	60,00	ADET

ÖDEME SÜRESİ: 180 GÜN

TEKLİF NO : 20258220

NOT : 20258220 NO LU TEKLİF MEKTUBU

İLGİLİ KİŞİ : BELMA ÇELEK

TEL : 4122410

E-MAIL : belma.beker@deu.edu.tr

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

2/11

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

303.0020.000	%3 HIDROJEN PEROKSİT(OKSİJENLİ SU) 1000 CC. LİK	ADET	60
300.0001.000	DENTAL ENJEKTÖRÜ	ADET	1500
293.0102.000	LANSET	ADET	12000
293.0139.000	ST. KONİK TAB.TUP 50 ML (PLS.)	ADET	150
296.0007.000	GAZ PED PAMUKLU 10X30	ADET	30000
296.0011.000	GAZ RULO SARGI 5 X 5	ADET	2000
293.0173.000	10 MIKROLİTRE LİK STERİL OZE (HALKA UÇLU)	ADET	8000
306.0068.000	İDRAR TOPLAMA KABI (24 SAATLİK)	ADET	325
298.0439.000	SEFFAF KİLİTLİ POSET (26 X 36 CM) (KORONER SERVİS)	ADET	10000
300.0046.000	KALEM İGNESİ (4 -5 MM.)	ADET	9000
297.0123.000	CERRAHI ALET KORUYUCU SLİKON HORTUM	METRE	250
297.0124.000	ETİLEN OKSİT STERİLİZATÖRÜ KARTUSU (3M ETİLEN OKSİT CİHAZINA UYUMLU)	ADET	100
298.0512.000	PARAFİN KG'LİK	ADET	50
292.0070.000	DEFİBRİLATÖR KAGIDI (PHILIPS DFM100 DEFİBRİLATÖR UYUMLU)	ADET	50
297.0165.000	ULTRASONİK YIKAMA KİRLİLİK ORANI TEST İNDİKATÖRÜ	ADET	150
297.0175.000	PROTEİN KALINTI TESTİ	ADET	60

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(5670) SEFFAF KİLİTLİ POSET (26 X 36 CM) (KORONER SERVİS)

Açıklama : SEFFAF KİLİTLİ POSET (26 X 36 CM) (KORONER SERVİS)

- LDPE malzemeden üretilmiş olmalıdır.
- (5X5), (8X10), (16X13), (25X30), (26X36),(21X27),(30X50) boyutlarında değişik ebatları olmalıdır.
- Şeffaf renkte olmalıdır.
- Poşet elle tamamen kilitlenebilecek mekanizmaya sahip olmalıdır.
- Poşet yüzeyleri düz pürüzsüz olmalı, üretim hataları içermemelidir.
- Kenarlarında, kesim yerlerinde çapak olmamalıdır.
- Poşetler 1000'lik veya 2000'lik paketler halinde teslim edilmelidir.
- Paketler barkotlu olmalıdır.
- En az 10 adet numune bırakılmalıdır.

10. Şartnameye uymayan ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır.
11. Ürün yırtılma ve delinmelere karşı dayanıklı olmalıdır.

(3811) DENTAL ENJEKTORU

Açıklama : DENTAL ENJEKTORU

1. 30 gauge özellikli iğne olmalıdır.
2. En az 2 yıl miyatlı olmalıdır.
3. 2 cc 0,40x50 mm %6 eğimli,sivri uç merkezde montoksit siyah pistonlu kauçuk başlı olmalı,3 parça olmalıdır.
4. Muayene komisyonunca beğenilmeyen enjektör uçları alınmayacaktır.
5. Kutuların üzerinde barkot olmalıdır.
6. Enjektör üzerindeki yazılar silinmez özellikte olmalıdır.
7. Paketi kolay açılır özellikte olmalıdır.

(4534) ST. KONIK TAB.TUP 50 ML (PLS.)

Açıklama : ST. KONIK TAB.TUP 50 ML (PLS.)

1. Ultra şeffaf saf polipropilen den üretilmiş steril olmalıdır.
2. Her paketin üzerinde lot numarası, üretim tarihi, sterilizasyon tanımı vs bilgiler olmalıdır.
3. Kapaklar tam sızdırmazlık sağlamalıdır.
4. Hacim çizgileri gövde üzerinde kalıcı olarak kabartma şeklinde basılmalıdır.
5. 0.5-5 cc aralığında da derecelendirilmiş olmalıdır.
6. Kapak üzerinde ve gövde kısmında kalemle yazı yazılacak şekilde rodajlanmış olmalıdır.
7. Ürün ambalajı (kutu/poşet) olmalıdır.
8. Ürün ambalajı üzerinde barkot basılmış olmalıdır.
9. Üretici firma laboratuvarında denenmek ve şahit numune olarak saklanmak için 20 adet numune temin etmelidir.

(7384) İDRAR TOPLAMA KABI (24 SAATLİK)

Açıklama : İDRAR TOPLAMA KABI (24 SAATLİK)

1. İdrar toplama kabı plastik ve kapaklı olmalı, kapak sızdırmamalı ve vidalı olmalıdır.
2. İdrar toplama kabı 2.5 - 3 litre olmalıdır.
3. İdrar toplama kabı delik, yırtık, bütünlüğü bozuk olmamalıdır.

- İdrar toplama kabının üstte bulunan kapak dışında örnek almaya yarayan, yanda sızdırmaz kapaklı bir çıkışı olmalıdır.
- 500 ml'den başlayıp 2500 - 3000 ml'ye kadar ölçer derecesi bulunmalıdır. Ölçüm miktarı doğru ölçeklendirilmelidir.
- Delik, kapakları bozuk olan idrar toplama kaplarını firma değıştirecektir.
- Üretici firma CE,ISO,TSE belgelerinden en az birine sahip olmalıdır.
- Numune olarak bırakılan ürünler hastanemizde denenerek uygunluk kararı verilecektir. Bu nedenle 3 adet numune bırakılmalıdır.
- Şartnameye uymayan ürünler değerdendirmeye alınmayacaktır.
- İdrar toplama kabı delinmelere karşı dayanıklı olmalıdır.
- Ürünün içindeki idrar miktarını gösterecek şeffaflıkta olmalıdır.
- Ürünün üretim ve son kullanma tarihleri olmalıdır.
- Firma miadının dolmasına 6 ay kalmış ürünleri ileri miad tarihli ürünlerle değıştirmelidir.

(12014) %3 HIDROJEN PEROKSİT(OKSİJENLİ SU) 1000 CC. LİK

Açıklama : %3 HIDROJEN PEROKSİT(OKSİJENLİ SU) 1000 CC. LİK

- Aşağıda belirtilen katalog numaralarına tekâmül eden özellikler söz konusu malzemelerin teknik şartnamelerinin aslını teşkil etmektedir.
 - 303.0020.000 kod numaralı Hidrojen Peroksit için SİGMA 216763 veya muadili olmalıdır.
 - 298.0070.000 kod numaralı Vazelin Katı (KG) için SİGMA 330779 veya muadili olmalıdır.
- Üretici firma laboratuvarında denenmek ve şahit numune olarak saklanmak için numune temin etmelidir.
- Şartnameye uymayan ürünler değerdendirmeye alınmayacaktır.
- Ürün ile ilgili Güvenlik Bilgi Formu teklif mektubu ile beyan edilecek ve ürünün teslimatı aşamasında depoya teslim edilecektir.

(194) LANSET

Açıklama : LANSET

- Lanset paslanmaz ve kaliteli çelikten yapılmış olmalıdır.
- Lanset ucu keskin, çapaksız ve tırtıksız olmalıdır.
- Her ürün tek tek steril ambalajda olmalıdır. Ambalajı yırtılmış ürünler firma tarafından değıştirilmelidir.
- Lanset ambalajını açma kısmı, lansetin arkası olmalı, yaralamaya sebep olmamalıdır.
- 200 adetlik paketlerde ambalajlanmış olmalıdır. Paket üzerinde barkot bulunmalıdır.
- Numune olarak bırakılan ürünler hastanemizde denenerek uygunluk kararı verilecektir.Bu nedenle 1 kutu numune bırakılmalıdır.
- Şartnameye uymayan ürünler değerdendirmeye alınmayacaktır.

8. CE belgesi olmalıdır.
9. Ambalaj üzerinde üretim ve son kullanma tarihi yazılı olmalıdır.
10. Lansetin keskin ucunun uzunluğu 3 mm geçmemelidir.
11. Kullanım sırasında eğilme, bükülme olmamalıdır.
12. Ürünün imal tarihi ve son kullanma tarihi olmalıdır.
13. Firma miadının dolmasına 6 ay kalmış ürünleri ileri miad tarihli ürünlerle değiştirmelidir.

(3315) GAZ PED PAMUKLU 10X30

Açıklama : GAZ PED PAMUKLU 10X30

1. Gazlı bez hidrofil pamuk ile hazırlanmış olmalıdır.
2. Gaz ped pamuklu 10cmx30cm ölçülerinde, açık hali 60cmx40cm (+/- 1cm) dikdörtgen biçiminde olmalıdır.
3. İstenilen boyutlarda kesilmiş gazlı bez hidrofil pamuğu tamamen sarmalı ve kenarlar iplik vermeyecek şekilde içe katlanmış olmalıdır.
4. Gaz ped pamukluda kullanılan gaz bezi TS 14079 a uygun olmalıdır.
5. Kullanılan gazlı bez 20 tel olmalıdır. (+/- 1 tel olabilir.)
6. Atkı ve çözümler arasındaki uzaklık eşit olup, bezin homojen bir görünümü olmalıdır.
7. Apreli olmamalı, her hangi bir boya içermemelidir; durmakla sararmış olmayıp her hangi bir şekilde kirlili görünmemelidir.
8. Ürün temiz ve kokusuz olmalıdır.
9. Ürün üzerinde kir,elyaf artıkları,yağ lekesi,yabancı cisimler,ek yeri ve parça bulunmamalıdır.
10. Gazlı bezde delik,kesik,yırtık vb. görünüş bozuklukları olmamalıdır.
11. Ürünün emiciliği iyi olmalıdır.
12. Hidrofil pamuk, ped içinde görünüşte homojen dağılımlı yerleştirilmiş olmalıdır. En az 12gr (+/- 2gr) hidrofil pamuk içermelidir.
13. 25-30 adetlik kâğıt ya da polietilen ambalajlarda ve kolilenerek teslim edilmelidir.
14. Her bir karton kolide en fazla 750 ürün bulunmalıdır.
15. Paketler üzerinde en az aşağıdaki bilgiler okunaklı ve silinmeyecek şekilde yazılı olmalıdır.
 - 15.1. Firmanın ticari ünvanı adresi ve/veya tescilli markası,
 - 15.2. Hidrofil olduğu,
 - 15.3. Anma boyutları ve adedi,
 - 15.4. Üretim tarihi,
 - 15.5. Standardın işaret ve numarası(TS 14079)
 - 15.6. Seri ve parti numarası.

16. Non-steril olmalıdır.
17. Ürün CE işaretli olmalı CE belgesi sunulmalıdır.
18. Değerlendirme için şartnamede belirtilen özellikleri taşıyan en az 50 adet ürün numune olarak bırakılmalıdır.
19. Muayene komisyonun gerek görmesi halinde Dokuz Eylül Üniversitesi Tekstil Mühendisliğine yeterli sayıda numune analiz için gönderilebilecek, analiz üretici/satıcı firmaya ait olacaktır.
20. Yüklenici firmanın depoya teslim edeceği ürünler numuneler ile aynı özellikte olmalıdır.

(7008) CERRAHI ALET KORUYUCU SLİKON HORTUM

Açıklama : CERRAHI ALET KORUYUCU SLİKON HORTUM

1. % 100 SİLİKONDAN YAPILMIŞ OLMALIDIR.
2. 134 DERECE VE ÜZERİ ISILARA VE BUHAR STERİLİZASYON İŞLEMİNE DAYANIKLI OLMALIDIR.
3. ÜZERİNDE HERHANGİ BİR ŞEKİLDE SİLİKON ÇAPAK, KALINTI, KİR VS. OLMAMALI, PÜRÜZSÜZ BİR YÜZEYE SAHİP OLMALIDIR.
4. ORTA SERTLİKLE OLMALIDIR.
5. ALET UCU KORUYUCUSU OLARAK KULLANILACAĞI İÇİN GEREKLİ ESNEKLİKTE OLMALIDIR.
6. BİRÇOK KEZ KULLANIM VE BUHAR STERİLİZASYON İŞLEMLERİ SONRASI DEFORME OLMAMALIDIR.
7. HORTUMUN İÇ ÇAPI 3 MM, DIŞ ÇAPI 5 MM OLMALIDIR. (+/- 1 MM)
8. ÜRÜNÜN DEĞERLENDİRİLEBİLMESİ İÇİN 1 METRE SİLİKON HORTUM ÜZERİNDE MARKA BİLGİLERİ OLACAK ŞEKİLDE NUMUNE OLARAK BIRAKILMALIDIR.
9. ÜRÜN İLE İLGİLİ TÜM BİLGİLER DOSYA HALİNDE NUMUNE İLE BİRLİKTE MUTLAKA TESLİM EDİLMELİDİR.
10. ÜRÜNÜN MARKASI, LOT NUMARASI, ÜRETİM VE SON KULLANIM TARİHLERİ KOLİ/PAKET ÜZERİNDE BELİRTİLMİŞ OLMALIDIR.
11. SİLİKON HORTUMLAR PAKETLENMİŞ TESLİMİ YAPILMALIDIR.

(9186) DEFİBRİLATOR KAGIDI (PHILIPS DFM100 DEFİBRİLATOR UYUMLU)

Açıklama : DEFİBRİLATOR KAGIDI (PHILIPS DFM100 DEFİBRİLATOR UYUMLU)

1. 50 mm eninde ve 20 metre uzunluğunda olmalıdır.
2. Kırmızı kareli ve rulo şeklinde olmalıdır.
3. Termal kağıttan üretilmiş olmalıdır.
4. Kutuların üzerinde ebatları yazmalıdır.
5. Numunesi Philips DFM100 defibrilatör cihazında denenerek uygunluk alınacaktır.

(4530) 10 MİKROLİTRELİK STERİL OZE (HALKA UCLU)

Açıklama : 10 MİKROLİTRELİK STERİL OZE (HALKA UCLU)

1. Özeler 10 mikrolitre hacimli, polistirenden yapılmış, ince saplı olmalıdır.
2. Poşetli (en fazla 20 adet içeren) , steril ve tek kullanımlık olmalıdır
3. Özeler besiyerine zarar vermemeleri için, yüzeyi düzgün, esnek ve yumuşak olmalıdır.
4. Özenin tutulan uzun kısmı, ekim işlemi sırasında kavramaya uygun, düz olmalıdır.
5. Yuvarlak olan uç kısmı, sıvı örneği kolaylıkla almaya elverişli olmalıdır.
6. Ürün ambalajı üzerinde barkod basılmış olmalıdır.
7. Üretici firma laboratuvarında denenmek ve şahit numune olarak saklamak için 20 adet numune temin etmelidir.

(5919) KALEM İGNESİ (4 -5 MM.)

Açıklama : KALEM İGNESİ (4 -5 MM.)

1. İğneler paslanmaz çelik, steril ve tek kullanımlık olmalıdır.
2. Kalem iğneleri tüm kalemlerle uyumlu olmalıdır.
3. Kalem iğnesi 4 mm uzunluğunda olmalıdır.
4. İğnelerin kaleme kolaylıkla takılıp çıkarılabilmesini sağlayan vidalama sistemi bulunmalıdır.
5. İğne ucunda enjeksiyon sırasında acı hissi oluşmasını engelleyen silikon kaplama bulunmalıdır.
6. Lateks içermemelidir.
7. CE belgesine sahip olmalıdır.
8. Raf ömrü 60 ay (5 yıl) olmalıdır.
9. Kalem iğnesinin içte bulunan kapağı görme sorunu olan hastaların dikkatini çekmesi için farklı renkte olmalıdır.
10. 100'lük kutular halinde teslim edilmelidir. Kutu üzerinde barkod bulunmalıdır.
11. Numune olarak bırakılan ürünler hastanemizde denenerek uygunluk kararı verilecektir. Bu nedenle 100 adet numune bırakılmalıdır.
12. Şartnameye uygun olmayan ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır.
13. İnce duvar teknolojisi ile üretilmiş olmalı bu sayede iğne dış çapı sabit olmasına rağmen, iç çapı genişletilmiş olmalıdır. İğneden insülin akışı kolay ve pistonu uygulanan güç az olmalıdır.
14. Beş kesitli iğne ucu geometrisine sahip olmalı bu sayede cilde kolay girerek travmayı azaltmalıdır.
15. Ambalaj üzerinde üretim ve SKT belirtilmelidir.

(10899) ULTRASONİK YIKAMA KIRLILIK ORANI TEST İNDİKATORU

Açıklama : ULTRASONİK YIKAMA KIRLILIK ORANI TEST İNDİKATORU

1. Ürün tek kullanımlık olmalıdır.Ultrasonik yıkama cihazlarının temizleme etkinliğinin rutin olarak izlenmesi için tasarlanmış olmalıdır.
2. Kirlilik Testi, üzerinde sentetik test kiri bulunan tek kullanımlık metal indikatörlü şerit ve bu şeridin yerleştirileceği holder'dan (tutaç) oluşmalıdır.
3. Sentetik test kiri, insan kanı ve dokusunu test etmemelidir.
4. Ürün not alınan/yazılan alana sahip olmalıdır.
5. Ürün ezilmez, paslanmaz ve zımbalanabilir özelliklere sahip olmalıdır.
6. Kullanılan test kiri , herhangi bir şekilde ağır metal, kansorejen madde içermemelidir. İhale dosyasında insan sağlığına zarar vermediğine dair belge sunulmalıdır.
7. Ultrasonik Yıkama etkinlik test indikatörü, kçşeleri keskin hatlara sahip olduğunda kullanıcıya zarar vermekte ve tehlike oluşturabileceğinden dolayı ürünün köşeleri oval olmalıdır.
8. Ürünün üzerinde lot numarası imalat ve son kullanım tarihi olmalıdır.
9. Kirlilik test indikatörleri ile braber paslanmaz çelikten 2 (iki) adet Holder ücretsiz verilmelidir.
10. Ürünün EN ISO 15883-5, Ultrasonik cihazı rutin kontrolü için gerekleri yerine getirmiş olduğu akredite bir kuruluş bir kuruluş tarafından belgelenmeli ya da EN ISO 15883-1 e göre deklarasyon testleri yapılmış olmalıdır. Bu test sonuçları ihale dosyasında sunulmalıdır.
11. Her bir ürün ya da ürün paketleri test kirinin özelliğinin bozulmadan korunmasını sağlamak amacı ile nem ve toz gibi ortam koşullarından etkilenmemesi için kaplanmış veya vakumlu paketlerde ambalajlanmış olacaktır.
12. Raf ömrü hastaneye teslim tarihi itibarıyla en az 12 ay olmalıdır.
13. Ürünler normal oda koşullarında saklanabilmelidir. (18-30 derece C sıcaklık, %35-60 nem)
14. Ürünle ilgili tüm bilgileri içeren dökümanlar ve referans listesi uygun hazırlanmış dosya halinde numune tesliminde verilmelidir.
15. Numune olarak orijinal pkatinde en az 30 adet ürün, holder ve görsel değerlendirme tablosu bırakılmalıdır.
16. Ürün ile birlikte en az 2 görsel kirlilik oranının v geçerli görümün görüleb,leceği muhtemel sorunları ve sorun gidermek için gerekli çözümleri içeren değerlendirme içerikli, PVC kaplı resimli, renkli değerlendirme tablosundan 6 adet verilecektir.
17. Şartnameye uymayan ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır.

(3317) GAZ RULO SARGI 5 X 5

Açıklama : GAZ RULO SARGI 5 X 5

1. Pamuk ipliğinden dokunmuş olmalıdır.
2. Gaz rulo sargıda kullanılan gaz bezi TS 14079'a uygun olmalıdır.
3. Apreli olmamalı, herhangi bir boya içermemeli, kirli görünmemelidir.
4. Gaz kompres (tampon) kasarlanmış, beyaz, temiz ve kokusuz olmalıdır.
5. Gaz bezinin atkı-çözgü teli sayısı değerleri; çözgü teli sayısı cm başına (en az) 12tel (+/-1) , atkı sayısı cm başına(en az)8tel(+/-) olmalıdır.
6. Atkı ve çözgüler arasındaki uzaklık eşit olup, bezin homojen bir görünümü olmalıdır.
7. Birim alan kütlesi en az 27 gr/m2 olmalıdır.
8. Kopma mukavemeti (çözgü yönünde) (en az) kgf 8 olmalı, ameliyat esnasında ekartörde kopmamalıdır.

9. Eni 5cm, 10cm, 15cm, 20cm, boyu ise 5 metre olmalıdır.
10. Her boy rulonun kenarları atmayacak şekilde örgülü olmalıdır.
11. Parmak ile basınç uygulandığında gazlı bezin dokuması bozulmamalı, birbirinden ayrılmamalıdır.
12. El ile koparılabilmeli ve koparıldıktan sonra koparılan bölümlerde dokuma bozukluğu ya da liflenme olmamalıdır.
13. Gaz rulo sargıda buhar sterilizasyon işlemi sonrası form bozukluğu görülmemelidir.
14. Non - steril olmalıdır.
15. Teklif edilen ürün T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na (TİTUBB) kayıtlı olmalıdır. Belgesi sunulmalıdır.
16. Her bir rulo nemden ve sudan etkilenmeyi engelleyecek naylon ambalaj/koruyucu kılıf içerisinde olmalıdır.
17. Bu paketler taşımaya uygun sayılarda karton ambalajlarda teslim edilmelidir.
18. Ürün kolileri üzerinde aşağıdaki bilgiler okunaklı ve silinmeyecek şekilde yazılı olmalıdır.
 - 18.1. Firmanın ticari ünvanı adresi ve/veya tescilli markası,
 - 18.2. Hidrofil olduğu,
 - 18.3. Anma boyutları ve adedi,
 - 18.4. Üretim tarihi,
 - 18.5. Atkı-çözümlü teli sayısı,
 - 18.6. Standardın işaret ve numarası(TS 14079),
 - 18.7. Seri ve parti numarası. barkodu
19. Her bir ürün poşetinin üzerinde de aşağıdaki bilgiler okunaklı ve şekilde basılı olmalıdır.
 - 19.1. Firmanın ticari ünvanı adresi ve/veya tescilli markası,
 - 19.2. Hidrofil olduğu,
 - 19.3. Standardın işaret ve numarası(TS 14079),
 - 19.4. Seri ve parti numarası./ barkodu
20. Değerlendirme için her boydan, ürün üzerinde lot numarası, firma ve ürün bilgisi bulunan en az 10 adet gaz rulo sargı numune olarak bırakılmalıdır.
21. Muayene komisyonun gerek görmesi halinde Dokuz Eylül Üniversitesi Tekstil Mühendisliğine yeterli sayıda numune analiz için gönderilebilecek, analiz üretici/satıcı firmaya ait olacaktır.
22. Yüklenici firmanın depoya teslim edeceği ürünler numuneler ile aynı özelliği taşıyor olmalıdır.

(7142) ETİLEN OKSİT STERİLİZATORU KARTUSU (3M ETİLEN OKSİT CİHAZINA UYUMLU)

Açıklama : ETİLEN OKSİT STERİLİZATORU KARTUSU (3M ETİLEN OKSİT CİHAZINA UYUMLU)

1. Kaset, kullanılmakta olan 3M Steri Vac marka model Etilen Oksit Gaz sterilizatöründe kullanıma uygun, Boyutları; Çap:38mm=%1, Yükseklik:165mm=%1 ve 4-100 tipinde olmalıdır
2. Etilen oksit sterilizasyonu güvenliği açısından uygunluğu üretici firma tarafından onaylı olmalıdır. Onay belgesi ihale dosyasında sunulmalıdır.
3. Tüpler %100 etilen oksit gazı ihtiva etmelidir.
4. Tüplerin içindeki etilen oksit gazı net 100 gr. olmalıdır.
5. Kartuşların ağız sızdırmaz contalı ve EPA'dan (Dünya Çevre ve İnsan Sağlığı Koruma Bürosu) numaralandırılmış olmalı ve bu numara kartuşun üzerinde yazılı olmalıdır. Bu numaraya ait belgelendirme tarafımıza ihale dosyasında sunulmalıdır.
6. Gazın içinde olduğu kartuş alüminyumdan mamul olmalı. Herhangi bir düşme çarpma esnasında şekil değiştirmeyecek, delinmeyecek, içindeki etilen oksit sızdırma ihtimali olmayacak kalınlıkta olmalıdır.
7. Cihazın kartuş haznesinde düzgün yerleştirilmesi ve sızdırmazlık sağlaması için tüplerin alt yüzeyi düz olmalıdır.
8. Kartuşun alüminyum kalınlığı DOT2Q'nun gerekliliklerini karşılamalı ve kartuş kalınlığı 0,42mm olmalıdır.
9. Üzerinde lot numarası bulunmalıdır.
10. Etilen Oksit Gaz Kartuşundaki gaz miktarı, sterilizatör cihazı kabini içerisinde 730±10 miligram /litre EO gaz konantrasyonunu sağlamalıdır.
11. Raf ömrü hastaneye teslim tarihi itibarıyla en az 1 yıl olmalıdır.
12. Kartuş oda koşullarında 15-30°C arasında saklanabilmeli ve depolanabilmelidir.
13. Kartuşlar maksimumum 15 lik kutularda birbirine çarpmayacak, ayrı ayrı durabilecek şekilde ambalajlanmış olmalıdır.
14. Kartuşların üzerinde Türkçe uyarı ve kullanma talimatı olmalıdır.
15. Her 25 adet Etilen Oksit Gaz Kartuşu ile beraber mevcut Etilen Oksit Gaz Sterilizatörüne uygun 1(adet) printer kağıdı verilmelidir.
16. Yüklenici firma , bir ay öncesinde bildirdiği takdirde, son kullanım tarihi yaklaşılan malzemeleri yeni miatlı olanlar ile değiştirmelidir.
17. numune olarak orijinal kapalı ambalajında 1 kaset verilecektir.
18. Kullanımı sırasında üretim hatası olduğu saptanan ürünler firma tarafından ücretsiz yenisi ile değiştirilecektir.
19. %100 lük 100 gr'lık etilen oksit gaz kartuşlarında, kartuşa ait son kullanma tarihi orijinal fabrika baskısı olacak şekilde tüpün üzerinde olmalıdır
20. Ürünle ilgili tüm bilgileri içeren dökümanlar ürüne özel hazırlanmış dosya halinde numune tesliminde verilmelidir.