



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20257282

İLAN

03/12/2025 00:00:00

HASTANEMİZ AŞAĞIDA BELİRTİLEN CİHAZ / ALET / MALZEMENİN BAKIM ONARIM HİZMETİ,

TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN **08/12/2025 TARİHİ, SAAT 10:00**

'E KADAR EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) ELDEN GETİRMELERİ VEYA İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

BEDİHA ÖZARSLAN

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

MAL / HİZMET	MİKTAR	İSTEK NEDENİ
1 GAMA PROBE CİHAZI BAKIM-ONARIMI (CRYSTAL PHOTONICS MARKA)	1,00 ADET	ameliyathanede kullanılan gama probu arızalı
Marka/Model /Seri No : SICIL NO: 150001893 REFERANS NO: RF15001893 DEMİRBAŞ ADI: GAMA PROB (RADYOİZOTOP DEDEKTOR SİSTEMİ) / (MARKA:CRYSTAL PROBE / MODEL:SG-04) MARKA-MODEL: CRYSTAL SG-04 SERİ NO: CXS-SG041236 Ayn No: 49783Ozel Dno: TKKY NOTU: ZİMMET: GÜLCAN ÖZTÜRK KAYNAR - 10/04/2025 BULUNDUĞU YER: AMELİYATHANE(AMELİYATHANE SORUMLUSU) TEDARİKÇİ ADI: NEPHA TIBBİ CİHAZLAR SAN. VE TİC. A.Ş. ALIM FİYATI: 57348 GARANTİ: H - (10/12/2015 - 10/12/2018) FATURA: - KESİN KABUL NO: 2015 - 12925 GARANTÖR ADI:. Arıza No : 478380		

TEKLİF NO 20257282
ÖDEME SÜRESİ 90
NOT : 20257282 NO LU TEKLİF MEKTUBU
MÜRACAT : PINAR ARISOY
E_MAIL pinar.arisoy@deu.edu.tr
TEL : 4122406

NOT :Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

FORM NO: MYS_0023

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

541.0725.001	GAMA PROBE CİHAZI BAKIM-ONARIMI (CRYSTAL PHOTOTONICS MARKA)	ADET	1
--------------	---	------	---

1. GENEL ÖZELLİKLER

2. DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(12812) GAMA PROBE CİHAZI BAKIM-ONARIMI (CRYSTAL PHOTOTONICS MARKA)

Açıklama : GAMA PROBE CİHAZI BAKIM-ONARIMI (CRYSTAL PHOTOTONICS MARKA)

1. Cihazın prob tamiri yetliki servisince yapılmıştır.
2. Cihazın yetkili servisince onaylı kalibrasyon sertifikası verilmelidir.
3. Cihazın tamiri yapıldıktan sonra klinik mühendislik tarafından onaylanmalıdır.

N.A