



# DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

## Uygulama ve Araştırma Hastanesi

### Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20257208

İLAN

02/12/2025 00:00:00

HASTANEMİZ AŞAĞIDA BELİRTİLEN CİHAZ / ALET / MALZEMENİN BAKIM ONARIM HİZMETİ,

**TEKLİF ALMA SURETİYLE** SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN **05/12/2025 TARİHİ, SAAT 10:00**

'E KADAR EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) ELDEN GETİRMELERİ VEYA İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

BEDİHA ÖZARSLAN

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

| MAL / HİZMET                                                   | MİKTAR                                                   | İSTEK NEDENİ |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|
| 1 ENDOSKOPIK GORUNTULEME SİSTEMİ<br>(ENDOVIZYON) BAKIM-ONARIMI | 1,00 ADET                                                | Arızalanması |
| Marka/Model /Seri No :                                         | MARKA : STORZ<br>MODEL : 26432020<br>SERI NO : HE05054-B |              |
| Arıza No :                                                     | 477037                                                   |              |

TEKLİF NO 20257208

ÖDEME SÜRESİ 90

NOT : 20257208 NO LU TEKLİF MEKTUBU

MÜRACAT : CEREN KURT

E\_MAIL ceren.kurt@deu.edu.tr

TEL : 4122412

NOT :Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

FORM NO: MYS\_0023



# DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

## Uygulama ve Araştırma Hastanesi

### Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20257208

İLAN

02/12/2025 00:00:00

HASTANEMİZ AŞAĞIDA BELİRTİLEN CİHAZ / ALET / MALZEMENİN BAKIM ONARIM HİZMETİ,

**TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 05/12/2025 TARİHİ, SAAT 10:00**

E KADAR EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) ELDEN GETİRMELERİ VEYA İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

BEDİHA ÖZARSLAN

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

| MAL / HİZMET                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MİKTAR    | İSTEK NEDENİ                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|
| 2 ENDOSKOPIK GORUNTULEME SİSTEMİ<br>(ENDOVIZYON) BAKIM-ONARIMI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,00 ADET | GENEL CERRAHİ ENDOVİZYON SİSTEMİ KAYIT<br>CİHAZI ARIZALI |
| <b>Marka/Model /Seri No :</b> SICIL NO: 200000870<br>REFERANS NO: RF20000870<br>DEMİRBAŞ ADI: ENDOSKOPIK (LAPAROSKOPIK) -ENDOVIZYON(KULE SİSTEMİ ) (STORZ / TC200 -<br>FS-P2604D+TC300+TH100+20161401-<br>1+495NCSC+UI400+20400027+WD350+39501B2+39301Z3TS+E01-L+D-<br>EPT2+30103EP+30103M2+30103H8+03120-10)<br>MARKA-MODEL: KARL STORZ TC200-FS-P2604D+TC300+TH100+20161401-<br>1+495NCS+UI400+20400027+WD350+39501B2+39301Z3TS+E01-L+D-<br>EPT2+30103EP+30103M2+30103H8+03120-10<br>SERİ NO: ZQ104528<br>Ayn No: 78612Ozel Dno:<br>TKKY NOTU:<br>ZİMMET: GÜLCAN ÖZTÜRK KAYNAR - 10/04/2025<br>BULUNDUĞU YER: AMELİYATHANE(AMELİYATHANE SORUMLUSU)<br>TEDARİKÇİ ADI: GENTEK MEDİKAL VE TEKNİK CİHAZLAR TİCARET SANAYİ A.Ş.<br>ALIM FİYATI: 504900<br>GARANTİ: H - (20/02/2020 - 20/02/2023)<br>FATURA: -<br>KESİN KABUL NO: 2020 - 1363<br>GARANTÖR ADI:.<br><b>Arıza No :</b> 477039 |           |                                                          |

TEKLİF NO 20257208  
ÖDEME SÜRESİ 90  
NOT : 20257208 NO LU TEKLİF MEKTUBU  
MÜRACAT : CEREN KURT  
E\_MAIL ceren.kurt@deu.edu.tr  
TEL : 4122412

NOT :Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

FORM NO: MYS\_0023



# DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

## Uygulama ve Araştırma Hastanesi

### Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20257208

İLAN

02/12/2025 00:00:00

HASTANEMİZ AŞAĞIDA BELİRTİLEN CİHAZ / ALET / MALZEMENİN BAKIM ONARIM HİZMETİ,

**TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 05/12/2025 TARİHİ, SAAT 10:00**

'E KADAR EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) ELDEN GETİRMELERİ VEYA İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

BEDİHA ÖZARSLAN

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

#### MAL / HİZMET

#### MİKTAR

#### İSTEK NEDENİ

|   |                                                                                                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | ENDOVIZYON SİSTEMİ KAMERA KONTROL<br>UNITESİ TAMIRI ( KARL STORZ ENDOVIZYON<br>SİSTEMİ UYUMLU) | 4,00 ADET | üroloji bölümüne ait endovizyon sisteminin ekranı<br>arızalıdır / kbb endovizyon sisteminin kamera ünitesi<br>arızalı / GENEL CERRAHİ ENDOVIZYON SİSTEMİNE<br>AİT KAMERA ÜNİTESİNİN BAĞLANTI SOKETİNDE<br>ARIZA VAR / KBB BÖLÜMÜNDE KULLANILAN<br>ENDOVIZYON KULESİNİN KAMERA ÜNİTESİNİN<br>SOKET KISMI ARIZALIDIR |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Marka/Model /Seri No :** SICIL NO: 100001707  
REFERANS NO: RF10001708  
DEMİRBAŞ ADI: ENDOVIZYON (DİJİTAL GORUNTULEME) SİSTEMİ (KARL STORZ / HD)  
MARKA-MODEL: KARL STORZ U-112  
SERİ NO: VZ675778-P  
Ayn No: 35985Ozel Dno:  
TKKY NOTU:  
ZİMMET: GÜLCAN ÖZTÜRK KAYNAR - 10/04/2025  
BULUNDUĞU YER: AMELİYATHANE(AMELİYATHANE SORUMLUSU)  
TEDARİKÇİ ADI: GENTİP MEDİKAL VE TEKNİK CİH. LTD.STİ.  
ALIM FİYATI: 143413,2  
GARANTİ: H - (05/10/2010 - 05/10/2013)  
FATURA: -  
KESİN KABUL NO: 2010 - 29700  
GARANTÖR ADI: / SICIL NO: 090000948  
REFERANS NO: RF09000948  
DEMİRBAŞ ADI: ENDOVIZYON (DİJİTAL GORUNTULEME) SİSTEMİ (KARL STORZ / HD)  
MARKA-MODEL: KARL STORZ HD  
SERİ NO:  
Ayn No: 31753Ozel Dno:

**TEKLİF NO** 20257208  
**ÖDEME SÜRESİ** 90  
**NOT** : 20257208 NO LU TEKLİF MEKTUBU  
**MÜRACAT** : CEREN KURT  
**E\_MAIL** ceren.kurt@deu.edu.tr  
**TEL** : 4122412

**NOT :**Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

FORM NO: MYS\_0023



# DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

## Uygulama ve Araştırma Hastanesi

### Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20257208

İLAN

02/12/2025 00:00:00

HASTANEMİZ AŞAĞIDA BELİRTİLEN CİHAZ / ALET / MALZEMENİN BAKIM ONARIM HİZMETİ,

**TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 05/12/2025 TARİHİ, SAAT 10:00**

'E KADAR EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) ELDEN GETİRMELERİ VEYA İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

BEDİHA ÖZARSLAN

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

MAL / HİZMET

MİKTAR

İSTEK NEDENİ

TKKY NOTU:

ZİMMET: GÜLCAN ÖZTÜRK KAYNAR - 10/04/2025

BULUNDUĞU YER: AMELİYATHANE(AMELİYATHANE SORUMLUSU)

TEDARİKÇİ ADI: TIBBİ BİLİMSEL AKTİVİTELER DESTEKLEME DERNEĞİ

ALIM FİYATI: 118118,52

GARANTİ: H - (15/12/2008 - 15/12/2010)

FATURA: 336187 - 15/12/2008

KESİN KABUL NO: 2009 - 21813

GARANTÖR ADI: / SICIL NO: 200000869

REFERANS NO: RF20000869

DEMİRBAŞ ADI: ENDOSKOPIK (LAPAROSKOPIK) -ENDOvizyon(KULE SİSTEMİ ) (STORZ / TC200 -

FS-P2604D+TC300+TH100+20161401-

1+495NCSC+UI400+20400027+WD350+39501B2+39301Z3TS+E01-L+D-

EPT2+30103EP+30103M2+30103H8+03120-10)

MARKA-MODEL: KARL STORZ TC200-FS-P2604D+TC300+TH100+20161401-

1+495NCS+UI400+20400027+WD350+39501B2+39301Z3TS+E01-L+D-

EPT2+30103EP+30103M2+30103H8+03120-10

SERİ NO: ZQ104091

Ayn No: 78611Ozel Dno:

TKKY NOTU:

ZİMMET: GÜLCAN ÖZTÜRK KAYNAR - 10/04/2025

BULUNDUĞU YER: AMELİYATHANE(AMELİYATHANE SORUMLUSU)

TEDARİKÇİ ADI: GENTEK MEDİKAL VE TEKNİK CİHAZLAR TİCARET SANAYİ A.Ş.

ALIM FİYATI: 504900

GARANTİ: H - (20/02/2020 - 20/02/2023)

FATURA: -

KESİN KABUL NO: 2020 - 1363

GARANTÖR ADI: / SICIL NO: 200000867

TEKLİF NO 20257208

ÖDEME SÜRESİ 90

NOT : 20257208 NO LU TEKLİF MEKTUBU

MÜRACAT : CEREN KURT

E\_MAIL : ceren.kurt@deu.edu.tr

TEL : 4122412

NOT :Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

FORM NO: MYS\_0023



# DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

## Uygulama ve Araştırma Hastanesi

### Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20257208

İLAN

02/12/2025 00:00:00

HASTANEMİZ AŞAĞIDA BELİRTİLEN CİHAZ / ALET / MALZEMENİN BAKIM ONARIM HİZMETİ,

**TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 05/12/2025 TARİHİ, SAAT 10:00**

'E KADAR EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) ELDEN GETİRMELERİ VEYA İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

BEDİHA ÖZARSLAN

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

MAL / HİZMET

MİKTAR

İSTEK NEDENİ

REFERANS NO: RF20000867  
DEMİRBAŞ ADI: ENDOSKOPIK (LAPAROSKOPIK) CERRAHI GORUNTULEME SISTEMI (ENDOVIZYON -KULE SISTEMI ) / KBB AMELİYAHANESİ (KARL STORZ / TC200+FS-P2604D+TC301+TH110+20161401-1+495NA+E01-L)  
MARKA-MODEL: KARL STORZ TC200+FS-P2604D+TC301+TH110+20161401-1+495NA+E01-L  
SERİ NO: ZQ820094-P  
Ayn No: 78609Ozel Dno:  
TKKY NOTU:  
ZİMMET: GÜLCAN ÖZTÜRK KAYNAR - 10/04/2025  
BULUNDUĞU YER: AMELİYATHANE(AMELİYATHANE SORUMLUSU)  
TEDARİKÇİ ADI: GENTEK MEDİKAL VE TEKNİK CİHAZLAR TİCARET SANAYİ A.Ş.  
ALIM FİYATI: 248400  
GARANTİ: H - (20/02/2020 - 20/02/2023)  
FATURA: -  
KESİN KABUL NO: 2020 - 1363  
GARANTÖR ADI:.  
Arıza No : 472090 / 475699 / 477035 / 477031

TEKLİF NO 20257208  
ÖDEME SÜRESİ 90  
NOT : 20257208 NO LU TEKLİF MEKTUBU  
MÜRACAT : CEREN KURT  
E\_MAIL ceren.kurt@deu.edu.tr  
TEL : 4122412

NOT :Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

FORM NO: MYS\_0023

# DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

## Uygulama ve Araştırma Hastanesi

### TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

|              |                                                                  |      |   |
|--------------|------------------------------------------------------------------|------|---|
| 541.0713.000 | ENDOSKOPIK GORUNTULEME SISTEMI (ENDOVIZYON) BAKIM-ONARIMI        | ADET | 1 |
| 541.0713.001 | ENDOSKOPIK GORUNTULEME SISTEMI (ENDOVIZYON) BAKIM-ONARIMI        | ADET | 1 |
| 541.0793.001 | ENDOVIZYON SISTEMI KAMERA KONTROL UNITESI TAMIRI ( KARL STORZ EN | ADET | 4 |

#### 1. GENEL ÖZELLİKLER

#### 2. DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(12024) ENDOSKOPIK GORUNTULEME SISTEMI (ENDOVIZYON) BAKIM-ONARIMI

Açıklama : ENDOSKOPIK GORUNTULEME SISTEMI (ENDOVIZYON) BAKIM-ONARIMI

- Arızalı cihazın tamirini yapacak olan firmalar, arızalı cihazın yetkili servisi olduğunu veya TSE den alınmış endovizyon görüntüleme sistemi tamiri yapabilir yeterlilik belgesi ile belgelendireceklerdir.
- Yüklenici firma, tamiri gerçekleştirilen cihaz için tamir ve tamir aşamasındaki işçilik hatalarına karşı (sarf malzemeleri ve kullanıcı kaynaklı hasarlar hariç) en az 6 ay garanti taahhütnamesi vereceklerdir.
- İstekli firma cihazın arıza tespitini bölümde veya Klinik Mühendislik Biriminde yapacaktır.Arıza tespiti için cihazın firmaya gönderilmesi zorunlu olduğu durumda ise Klinik Mühendislik tarafından teslim tutanağı düzenlenecek ve firma yetkilisi cihazı klinik mühendislikten teslim edilecektir. Arıza tespiti amaçlı cihaz firmaya ayrıca kargoyla gönderilmez.
- İstekli firma; arıza tespiti yaparken cihaz üzerinde inceleme yapmak isterse; cihazın kullanıcı personeli veya Klinik Mühendislik Biriminin görevlendireceği personel gözetiminde bu işlemi gerçekleştirebilecektir.
- İstekli firma; inceleme işleminden sonra cihazın tüm fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için detaylı arıza tespiti yapmalı ve onarımında yapılacak işlemler ayrıntılı şekilde teklifle beraber teknik rapor olarak ibraz etmelidir.
- İhtiyaç duyulan onarım sonrasında, cihazın işlevsel ve fiziksel olarak %100 çalışmasını sağlamalıdır. Tespit edilen arızalar giderilecek, varsa kalibrasyon işlemleri yapılacak, cihazın tüm fonksiyonları eksiksiz çalışır durumda teslim edilecektir. Yapılan işlemlerden ek bir ücret talep edilmeyecektir.
- Yapılacak kısmi onarım kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- Cihazın onarımı sonrası yapılan işlemlerin yer aldığı teknik servis formu veya teknik bilgilendirme formu kabul sırasında teslim edilecektir.
- Yüklenici firma, tamir sonrası teslimat aşamasında cihazın tüm fonksiyonlarının çalıştığını, kullanıcı personel veya Klinik Mühendislik Biriminin görevlendireceği personele kontrol ettirerek teslimat işlemini gerçekleştirecektir.
- Teklif edilen onarım hizmeti onaydan itibaren 5 (beş ) iş günü içerisinde tamamlanacaktır. Cihazın onarımı için yurtdışından parça gerekmesi durumunda bu süre hastane idaresinin onayı ve belgelendirilmek koşuluyla uzatılabilir.

N.A

# DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

## Uygulama ve Araştırma Hastanesi

(12635) ENDOVIZYON SİSTEMİ KAMERA KONTROL UNİTESİ TAMİRİ ( KARL STORZ ENDOVIZYON SİSTEMİ UYUMLU)

Açıklama : ENDOVIZYON SİSTEMİ KAMERA KONTROL UNİTESİ TAMİRİ ( KARL STORZ ENDOVIZYON SİSTEMİ UYUMLU)

1. Arızalı cihazın tamirini yapacak olan firmalar, arızalı cihazın yetkili servisi olduğunu belgelendireceklerdir.
2. Yüklenici firma, tamiri gerçekleştirilen cihaz için tamir ve tamir aşamasındaki işçilik hatalarına karşı (sarf malzemeleri ve kullanıcı kaynaklı hasarlar hariç) onarım yapılan cihaz ve/veya yedek parça değişimi yapılan malzemeler için en az 6(altı) aylık garanti taahhütnamesi verecektir.
3. İstekli firma cihazın arıza tespitini bölümde veya Klinik Mühendislik Biriminde yapacaktır.Arıza tespiti için cihazın firmaya gönderilmesi zorunlu olduğu durumda ise Klinik Mühendislik tarafından teslim tutanağı düzenlenecek ve firma yetkilisi cihazı klinik mühendislikten teslim edilecektir. Arıza tespiti amaçlı cihaz firmaya ayrıca kargoyla gönderilmez.
4. İstekli firma; arıza tespiti yaparken bulunduğu alanda yapabiliyorsa cihazın kullanıcı personeli veya Klinik Mühendislik Biriminin görevlendireceği personel gözetiminde bu işlemi gerçekleştirecektir.Yapamıyorsa hastane idaresinin onay vermesi halinde kendi servisinde arıza tespiti yapacaktır.
5. İstekli firma; inceleme işleminden sonra cihazın tüm fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için detaylı arıza tespiti yapmalı ve onarımında yapılacak işlemler ayrıntılı şekilde düzenlediği teknik servis arıza tespit formunda belirtilecek ve ayrıca fiyat teklifi ile birlikte hastane idaresine ibraz etmelidir.
6. Firma sipariş almadan onarım yapmamalıdır, yapması durumunda; oluşabilecek olumsuz durumlar için tutanak tutularak cezai işlem başlatılır.İhtiyaç duyulan onarım sonrasında, cihazın işlevsel ve fiziksel olarak %100 çalışmasını sağlamalıdır. Tespit edilen arızalar giderilecek, varsa fonksiyonel kalibrasyon işlemleri yapılacak, cihazın tüm fonksiyonları eksiksiz çalışır durumda teslim edilecektir. Yapılan işlemlerden ek bir ücret talep edilmeyecektir.
7. Yapılacak kısmi onarım kesinlikle kabul edilmeyecektir.
8. Cihazın onarımı sonrası yapılan işlemlerin yer aldığı teknik servis formu veya teknik bilgilendirme formu kabul sırasında teslim edilecektir.
9. Yüklenici firma, tamir sonrası teslimat aşamasında cihazın tüm fonksiyonlarının çalıştığını, kullanıcı personel veya Klinik Mühendislik Biriminin görevlendireceği personele kontrol ettirerek teslimat işlemini gerçekleştirecektir.
10. Teklif edilen onarım hizmeti onaydan itibaren 5 (beş ) iş günü içerisinde tamamlanacaktır. Cihazın onarımı için yurtdışından parça gerekmesi durumunda bu süre hastane idaresinin onayı ve belgelendirilmek koşuluyla uzatılabilir.

N.A

(12024) ENDOVIZYON SİSTEMİ KAMERA KONTROL UNİTESİ TAMİRİ ( KARL STORZ ENDOVIZYON SİSTEMİ UYUMLU)

Açıklama : ENDOVIZYON SİSTEMİ KAMERA KONTROL UNİTESİ TAMİRİ ( KARL STORZ ENDOVIZYON SİSTEMİ UYUMLU)

1. Arızalı cihazın tamirini yapacak olan firmalar, arızalı cihazın yetkili servisi olduğunu veya TSE den alınmış endovizyon görüntüleme sistemi tamiri yapılabilir yeterlilik belgesi ile belgelendireceklerdir.
2. Yüklenici firma, tamiri gerçekleştirilen cihaz için tamir ve tamir aşamasındaki işçilik hatalarına karşı (sarf malzemeleri ve kullanıcı kaynaklı hasarlar hariç) en az 6 ay garanti taahhütnamesi vereceklerdir.
3. İstekli firma cihazın arıza tespitini bölümde veya Klinik Mühendislik Biriminde yapacaktır.Arıza tespiti için cihazın firmaya gönderilmesi zorunlu olduğu durumda ise Klinik Mühendislik tarafından teslim tutanağı düzenlenecek ve firma yetkilisi cihazı klinik mühendislikten teslim edilecektir. Arıza tespiti amaçlı cihaz firmaya ayrıca kargoyla gönderilmez.

# DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

## Uygulama ve Araştırma Hastanesi

4. İstekli firma; arıza tespiti yaparken cihaz üzerinde inceleme yapmak isterse; cihazın kullanıcı personeli veya Klinik Mühendislik Biriminin görevlendireceği personel gözetiminde bu işlemi gerçekleştirebilecektir.
5. İstekli firma; inceleme işleminden sonra cihazın tüm fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için detaylı arıza tespiti yapmalı ve onarımında yapılacak işlemler ayrıntılı şekilde teklifle beraber teknik rapor olarak ibraz etmelidir.
6. İhtiyaç duyulan onarım sonrasında, cihazın işlevsel ve fiziksel olarak %100 çalışmasını sağlamalıdır. Tespit edilen arızalar giderilecek, varsa kalibrasyon işlemleri yapılacak, cihazın tüm fonksiyonları eksiksiz çalışır durumda teslim edilecektir. Yapılan işlemlerden ek bir ücret talep edilmeyecektir.
7. Yapılacak kısmi onarım kesinlikle kabul edilmeyecektir.
8. Cihazın onarımı sonrası yapılan işlemlerin yer aldığı teknik servis formu veya teknik bilgilendirme formu kabul sırasında teslim edilecektir.
9. Yüklenici firma, tamir sonrası teslimat aşamasında cihazın tüm fonksiyonlarının çalıştığını, kullanıcı personel veya Klinik Mühendislik Biriminin görevlendireceği personele kontrol ettirerek teslimat işlemini gerçekleştirecektir.
10. Teklif edilen onarım hizmeti onaydan itibaren 5 (beş ) iş günü içerisinde tamamlanacaktır. Cihazın onarımı için yurtdışından parça gerekmesi durumunda bu süre hastane idaresinin onayı ve belgelendirilmek koşuluyla uzatılabilir.

N.A

### (12635) ENDOSKOPIK GORUNTULEME SISTEMI (ENDOVIZYON) BAKIM-ONARIMI

#### Açıklama : ENDOSKOPIK GORUNTULEME SISTEMI (ENDOVIZYON) BAKIM-ONARIMI

1. Arızalı cihazın tamirini yapacak olan firmalar, arızalı cihazın yetkili servisi olduğunu belgelendireceklerdir.
2. Yüklenici firma, tamiri gerçekleştirilen cihaz için tamir ve tamir aşamasındaki işçilik hatalarına karşı (sarf malzemeleri ve kullanıcı kaynaklı hasarlar hariç) onarım yapılan cihaz ve/veya yedek parça değişimi yapılan malzemeler için en az 6(altı) aylık garanti taahhütnamesi verecektir.
3. İstekli firma cihazın arıza tespitini bölümde veya Klinik Mühendislik Biriminde yapacaktır. Arıza tespiti için cihazın firmaya gönderilmesi zorunlu olduğu durumda ise Klinik Mühendislik tarafından teslim tutanağı düzenlenecek ve firma yetkilisi cihazı klinik mühendislikten teslim edilecektir. Arıza tespiti amaçlı cihaz firmaya ayrıca kargoyla gönderilmez.
4. İstekli firma; arıza tespiti yaparken bulunduğu alanda yapabiliyorsa cihazın kullanıcı personeli veya Klinik Mühendislik Biriminin görevlendireceği personel gözetiminde bu işlemi gerçekleştirecektir. Yapamıyorsa hastane idaresinin onay vermesi halinde kendi servisinde arıza tespiti yapacaktır.
5. İstekli firma; inceleme işleminden sonra cihazın tüm fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için detaylı arıza tespiti yapmalı ve onarımında yapılacak işlemler ayrıntılı şekilde düzenlediği teknik servis arıza tespit formunda belirtilecek ve ayrıca fiyat teklifi ile birlikte hastane idaresine ibraz etmelidir.
6. Firma sipariş almadan onarım yapmamalıdır, yapması durumunda; oluşabilecek olumsuz durumlar için tutanak tutularak cezai işlem başlatılır. İhtiyaç duyulan onarım sonrasında, cihazın işlevsel ve fiziksel olarak %100 çalışmasını sağlamalıdır. Tespit edilen arızalar giderilecek, varsa fonksiyonel kalibrasyon işlemleri yapılacak, cihazın tüm fonksiyonları eksiksiz çalışır durumda teslim edilecektir. Yapılan işlemlerden ek bir ücret talep edilmeyecektir.
7. Yapılacak kısmi onarım kesinlikle kabul edilmeyecektir.
8. Cihazın onarımı sonrası yapılan işlemlerin yer aldığı teknik servis formu veya teknik bilgilendirme formu kabul sırasında teslim edilecektir.

# DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

## Uygulama ve Araştırma Hastanesi

9. Yüklenici firma, tamir sonrası teslimat aşamasında cihazın tüm fonksiyonlarının çalıştığını, kullanıcı personel veya Klinik Mühendislik Biriminin görevlendireceği personele kontrol ettirerek teslimat işlemini gerçekleştirecektir.
10. Teklif edilen onarım hizmeti onaydan itibaren 5 (beş ) iş günü içerisinde tamamlanacaktır. Cihazın onarımı için yurtdışından parça gerekmesi durumunda bu süre hastane idaresinin onayı ve belgelendirilmek koşuluyla uzatılabilir.

N.A

(12635)

**ENDOVIZYON SİSTEMİ KAMERA KONTROL UNİTESİ TAMIRI ( KARL STORZ ENDOVIZYON SİSTEMİ UYUMLU)**

**Açıklama : ENDOVIZYON SİSTEMİ KAMERA KONTROL UNİTESİ TAMIRI ( KARL STORZ ENDOVIZYON SİSTEMİ UYUMLU)**

1. Arızalı cihazın tamirini yapacak olan firmalar, arızalı cihazın yetkili servisi olduğunu belgelendireceklerdir.
2. Yüklenici firma, tamiri gerçekleştirilen cihaz için tamir ve tamir aşamasındaki işçilik hatalarına karşı (sarf malzemeleri ve kullanıcı kaynaklı hasarlar hariç) onarım yapılan cihaz ve/veya yedek parça değişimi yapılan malzemeler için en az 6(altı) aylık garanti taahhütnamesi verecektir.
3. İstekli firma cihazın arıza tespitini bölümde veya Klinik Mühendislik Biriminde yapacaktır.Arıza tespiti için cihazın firmaya gönderilmesi zorunlu olduğu durumda ise Klinik Mühendislik tarafından teslim tutanağı düzenlenecek ve firma yetkilisi cihazı klinik mühendislikten teslim edilecektir. Arıza tespiti amaçlı cihaz firmaya ayrıca kargoyla gönderilmez.
4. İstekli firma; arıza tespiti yaparken bulunduğu alanda yapabiliyorsa cihazın kullanıcı personeli veya Klinik Mühendislik Biriminin görevlendireceği personel gözetiminde bu işlemi gerçekleştirecektir.Yapamıyorsa hastane idaresinin onay vermesi halinde kendi servisinde arıza tespiti yapacaktır.
5. İstekli firma; inceleme işleminden sonra cihazın tüm fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için detaylı arıza tespiti yapmalı ve onarımında yapılacak işlemler ayrıntılı şekilde düzenlediği teknik servis arıza tespit formunda belirtilecek ve ayrıca fiyat teklifi ile birlikte hastane idaresine ibraz etmelidir.
6. Firma sipariş almadan onarım yapmamalıdır, yapması durumunda; oluşabilecek olumsuz durumlar için tutanak tutularak cezai işlem başlatılır.İhtiyaç duyulan onarım sonrasında, cihazın işlevsel ve fiziksel olarak %100 çalışmasını sağlamalıdır. Tespit edilen arızalar giderilecek, varsa fonksiyonel kalibrasyon işlemleri yapılacak, cihazın tüm fonksiyonları eksiksiz çalışır durumda teslim edilecektir. Yapılan işlemlerden ek bir ücret talep edilmeyecektir.
7. Yapılacak kısmi onarım kesinlikle kabul edilmeyecektir.
8. Cihazın onarımı sonrası yapılan işlemlerin yer aldığı teknik servis formu veya teknik bilgilendirme formu kabul sırasında teslim edilecektir.
9. Yüklenici firma, tamir sonrası teslimat aşamasında cihazın tüm fonksiyonlarının çalıştığını, kullanıcı personel veya Klinik Mühendislik Biriminin görevlendireceği personele kontrol ettirerek teslimat işlemini gerçekleştirecektir.
10. Teklif edilen onarım hizmeti onaydan itibaren 5 (beş ) iş günü içerisinde tamamlanacaktır. Cihazın onarımı için yurtdışından parça gerekmesi durumunda bu süre hastane idaresinin onayı ve belgelendirilmek koşuluyla uzatılabilir.

M.D