



# DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

11/02/2025 00:00:00

## Uygulama ve Araştırma Hastanesi

### Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 2025785

## İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN 14/02/2025 TARİHİ, SAAT 10:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) ELDEN GETİRMELERİ VEYA

İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

BEDİHA ÖZARSLAN

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

### ALIM KONUSU MALZEMELER

### MİKTAR

|   |               |       |      |
|---|---------------|-------|------|
| 1 | MAKAS         | 50,00 | ADET |
| 2 | TIRNAK MAKASI | 50,00 | ADET |

ÖDEME SÜRESİ: GÜN

TEKLİF NO : 2025785

NOT : ÖDEME 180GÜN

İLGİLİ KİŞİ : BELMA ÇELEK

TEL : 4122410

E-MAIL : belma.beker@deu.edu.tr

\*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

1/2



# DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

## Uygulama ve Araştırma Hastanesi

31/01/2025 10:06:11

### TEKNİK ŞARTNAME

#### 12684 MAKAS

1. Paslanmaz çelik olmalıdır.
2. Alet üzerinde markası, modeli, üretim yeri, CE işareti ve katalog numarası olmalıdır.
3. Aletin boyu 10-12 cm olmalıdır.
4. İlk kullanıcı tarafından açılabilir düzenekte olmalıdır. Böylece daha önceden açılması ve kullanılması önlenmiş olmalıdır.

**Prof. Dr. Ayça Toprak ERGÖNEN**  
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  
Adli Tıp Anabilim Dalı  
Diploma No: 88307



# DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

## Uygulama ve Araştırma Hastanesi

31/01/2025 10:04:30

### TEKNİK ŞARTNAME

#### 12685 TIRNAK MAKASI (BUYUK)

1. Metal olmalıdır.
2. Boyutu 7-8 cm aralığında olmalıdır.
3. Ağız keskin olmalıdır.
4. Paslanmaz özellikte olmalıdır.

Prof. Dr. Akça Toprak ERGÖNEN  
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  
Adli Tıp Anabilim Dalı  
Diploma No: 88307

12