



Uygulama ve Araştırma Hastanesi Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 2025659

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN 11/02/2025 TARİHİ, SAAT 10:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) ELDEN GETİRMELERİ VEYA

İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

BEDİHA ÖZARSLAN
MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

ALIM KONUSU MALZEMELER	MİKTAR
1 PERİFERİK ORGULU MİKRO KATETER (CİFT İSARETLİ)(SUT KODU:GR2015)	30,00 ADET

ÖDEME SÜRESİ: 180 GÜN

TEKLİF NO : 2025659

NOT : TEKLİFLER MARKA MODEL BELİRTİLMELİDİR.

İLGİLİ KİŞİ : SIMGE ÖZBAY

TEL : 2324122408

E-MAIL : simge.ozbay@deu.edu.tr

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

1/2

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

218.0314.000	PERİFERİK ORGULU MİKRO KATETER (CİFT İSARETLİ)(SUT KODU:GR2015)	ADET	30
--------------	---	------	----

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(12833) PERİFERİK ORGULU MİKRO KATETER (CİFT İSARETLİ)(SUT KODU:GR2015)

Açıklama : PERİFERİK ORGULU MİKRO KATETER (CİFT İSARETLİ)(SUT KODU:GR2015)

1. Mikrokateter, intravasküler uygulama için uygun bir sistemdir.
2. Mikrokateter 3 tabakalı bir yapıdadır. En içte PTFE, ortada Tungsten spiral coil, dışta poliüretan M coat kaplamadır.
3. Mikrokateter distalden 30mm boyunca altın koile sahip olmalı, böylece radyopasitesi yüksektir.
4. Tel içinde set halinde olmalıdır.
5. Mikrokateterin en dışı hidrofilik kaplamalıdır.
6. 2.4 F mikrokateterin maksimum basıncı 750 psi, 2.8F mikrokateterin maksimum basıncı 900 psi'dir
7. 2.4 F mikrokateterin dış çapı proksimalde 2.9 F olmalı, 2.8 F mikrokateterin dış çapı proksimalde 3 F'dir.
8. Mikrokateterin kullanım uzunluğu 2.4 F için 130cm veya 150cm, 2.8 F için 130cm'dir.
9. 2.4 F Mikrokateterin 0.023" genişliğindeki iç lümeni 0,018" kılavuz tel ile olmalıdır.
10. Mikrokateter floroskopi altında görülebilir.
11. Mikro kateterin uç kısmı yumuşak ve atravmatiktir.
12. Mikrokateter tek tek ambalajlanmış steril paketlerde ve paket üzerinde uluslararası standartlara uygun ölçüleri, kod numarası, lot numarası ve son kullanma tarihi belirtilmektedir.
13. GENEL ÖZELLİKLER

13.1. Teklif edilen ürünün ambalajında UBB kodu, son kullanma tarihi ve lot numarası bulunmalıdır.

13.2. Teklif edilen ürünün son kullanma tarihi, teslim tarihinden başlamak üzere en az 2 yıl olmalıdır.

13.3. Yüklenici firma, idarenin firmaya üç ay öncesinde bildirmesi durumunda son kullanım tarihi yaklaşan malzemeleri aynı özellikteki yeni miatlı olan ürünler ile değiştirmelidir.

13.4. Teklif edilen ürün; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bedeli karşılanacak Tıbbi Malzeme listelerindeki SUT kodları ile eşleşmiş olmalı, SGK' nun ilgili web sayfasından alınan çıktı ile belgelenmeli ve ürünün tüketilmesine kadar eşleşmiş kalacağı taahhüdünü yazılı beyan etmelidir.

13.5. Teklif edilen ürün, Ürün Takip Sistemi (ÜTS) ` ne kayıtlı olmalıdır. Ayrıca; Yüklenici firma ürünlerin teslimi sırasında Ürün Takip Sistemi (ÜTS) `nde satın alınan ürünün kurumumuza satıldığını bildirmelidir.

13.6. Malzemeyi teklif eden firma; üretici, ithalatçı veya bayi olarak Ürün Takip Sistemine (ÜTS), kayıtlı olmalı ve kayıtlı olduğuna dair belgeyi ibraz etmelidir.