



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20251422

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 18/03/2025 TARİHİ, SAAT 14:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) ELDEN GETİRMELERİ VEYA

İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

BEDİHA ÖZARSLAN

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	CEKER OCAK	1,00	ADET
---	------------	------	------

ÖDEME SÜRESİ: GÜN

TEKLİF NO : 20251422

NOT : ÖDEMELER 90 GÜNDÜR. TEKLİFLERDE MARKA VE MODEL BELİRTİLMELİDİR.

İLGİLİ KİŞİ : BINAY YEŞİLYAYLA

TEL : 4123945

E-MAIL : binay.yesilyayla@deu.edu.tr

* TEKLİFLE BİRLİKTE TEKNİK ŞARTNAMEYE CEVAP YAZISI VERİLECEKTİR. TEKNİK ŞARTNAMEYE CEVAP YAZISI OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

* TEKLİFLE BİRLİKTE MARKA, MODEL VE UBB KODLARININ DA VERİLMESİ GEREKMEKTEDİR

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

441.0033.000	CEKER OCAK	ADET	1
--------------	------------	------	---

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(12758) CEKER OCAK

Açıklama : CEKER OCAK

- 1200x750x2300 ölçülerinde ana gövde 1.2 m DKP sacdan imal olup tamamen asitlere dayanıklı elektrostatik boya ile boyanıp istenilen standart sıcaklık derecesinde fırınlanmış olmalıdır.
- Kabin içinde evye ve su girişleri bulunmalı asitlere dayanıklı olmalıdır.
- Kabin aydınlatma lambası cihazın içini aydınlatacak şekilde dizayn edilip cihazın dış ön panosunda montajlı olmalıdır. (asit buharlarından etkilenmemesi için) Giyotin cam damperli olup darbe ve ısıya dayanıklı otomatik olmalıdır.
- Hava emiş motoru asit ve buharlara karsın dayanıklı en az 1400m3 gücünde olup kademe hız ayarlı olmalıdır.
- Çalışma zemini asitlere dayanıklı compact malzeme ile üretilmiş olmalıdır.
- Alt dolabı çeker ocakla aynı malzemeden imal edilmiş olmalı, ve alt dolapta da hava emiş sistemine dahil olmalıdır.
- Ön kumanda panosu motorun kademeli olarak ayarlana bilmesi (hızının) hız kumanda ayar düğmesi bulunmalıdır.
- Su kumanda vanası cihazdaki suyu açmak ve kapamak için cihazda 1 adet su vanası olmalıdır.
- Cihaza elektrik (enerji) geldiğini gösterir kedi gözü lambalar olacaktır.
- Kabin camı çeker ocak camı 6mm damperlenmiş darbe ve ısıya dayanıklı çerçeveli cam olmalıdır.
- Giyotin cam istenilen seviyede durabilen yapıda tasarlanmış olmalıdır.
- Taşıyıcı halatlar çelik olacak dışı kaplama ve/veya naylon yapıda olacak.Halat çapı en 6mm olacaktır.
- Çeker ocağın montajı, egzoz (baca) hattının borulaması, cihazın ve fanın elektrik tesisatı bağlantılarının idarece gösterilen panoya kadar kablolaması, idare tarafından gösterilen panoya sigortalı bağlantıları için delme kırma ve onarma, bağlantı işlemleri yüklenici firma tarafından yapılacak ve çeker ocak tamamen çalışır vaziyette teslim edilecektir. Bu işlemler için firma ek bir ücret talep etmeyecektir.
- Egzoz fanının kapasitesi çeker ocaktan emilen özellikle Solüsyon, vb. buharlarını, 100-125 mm çapında, yaklaşık 10 m boyda (net kanal boyu montaj yerinde ölçülerek alınacaktır) sert PVC borudan tahliye edebilecek basınç ve debi kapasitesinde olmalıdır. Çeker ocak üstünden, buhar tahliye alanına kadar döşenecek olan sert PVC boru boyu firma tarafından alınacaktır. Sert PVC boru tesisatı ve bağlantı malzemeleri firma tarafından temin edilecek, montajı yapılacak veya dış firmaya yaptırılacaktır. Bu işlemler için firma ek bir ücret talep etmeyecektir.
- Arıza bildiriminden sonra 48 saat içinde cihaza müdahale edilecek ve en geç 7 gün içinde/ bütün fonksiyonlarıyla çalıştırılacaktır. Arızalı geçen süre garanti süresinden/ sayılmayacak ve belirlenen süreyi aşan her gün için arızalardan dolayı oluşan hizmet kaybı firmaya cezai müeyyide olarak uygulanacaktır.
- Satıcı firma, cihazı ücretsiz olarak monte edecek ve tüm malzeme ve aksesuarları ile çalışır durumda teslim edecektir. Montaj için gerekli tüm malzeme ve masraflar firma tarafından karşılanacaktır. Cihaz bağlantısı ve egzoz (baca) fanının bağlantısı içinde yapılan tüm elektrik tesisat montajları ve sonrası olabilecek arızalar cihaz garantisi kapsamında sayılacak, tesisat nedeni ile olabilecek direkt ve dolaylı hasarlar firma tarafından garanti kapsamında giderilecektir.
- Firmalar şartname maddelerine ayrı ayrı ve Türkçe olarak şartnamedeki sıraya göre cevap vereceklerdir. Bu cevaplar ' marka, model, cihazı teklifimizin şartnameye uygunluk belgesi' başlığı altında ayrı bir kağıda yazılmış ve imzalanmış olmalıdır. Bu cevaplar orijinal dokümanları ile karşılaştırıldığında herhangi bir farklılık bulunursa firma ihale dışı kalacaktır.



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

11/03/2025 10:59:51

18. 6502 sayılı tüketicinin korunması kanununun ilgili maddelerinde belirtmiş olduğu garanti şartları geçerlidir.

A.T