



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

11/03/2025 00:00:00

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20251418

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 14/03/2025 TARİHİ, SAAT 10:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) ELDEN GETİRMELERİ VEYA

İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

BEDİHA ÖZARSLAN

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	FLASTER 5X5 (KAGIT)	2.500,00	ADET
2	ELYAF GALOS (TEK)	5.000,00	ADET
3	FINIDIK TAMPON (8 CM X 8 CM)	175,00	ADET

ÖDEME SÜRESİ: 180 GÜN

TEKLİF NO : 20251418

NOT : ÖDEME 180GÜN

İLGİLİ KİŞİ : BELMA ÇELEK

TEL : 4122410

E-MAIL : belma.beker@deu.edu.tr

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

1/2



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

13/01/2025 11:27:45

TEKNİK ŞARTNAME

3619 FLASTER (KAĞIT)

1. Malzemenin dokuması non-woven olmalıdır.
2. Gözenekli olmalı, cildin hava almasını sağlamalıdır.
3. Cildi tahriş edici ve alerji yapıcı özelliği olmamalıdır.
4. Yapıştığı yüzeyde kalıntı bırakmamalıdır.
5. Sıvı ve ter yapışkanlığını kaybettirmemelidir.
6. İstenildiğinde elle kolay ve düzgün yırtılabilir özelliği olmalıdır.
7. Röntgen ışınlarına geçirgen olmalıdır.
8. 10'luk paketler halinde teslim edilmelidir.
9. Kutu üzerinde üretici firma adı, imalat tarihi, son kullanma tarihi ve lot numaraları bulunmalıdır.
10. Kutu üzerinde barkot bulunmalıdır.
11. Raf ömrü en az 2 yıl olmalıdır.
12. Numune olarak bırakılan ürünler hastanemizde denenerek uygunluk kararı verilecektir. Bu nedenle 10 adet numune bırakılmalıdır.
13. Kağıt beyaz renkte olacaktır, karışık renkli ve kirlilik gösteren karışım ihtiva etmemelidir.
14. Flasterler 5cmx5m ölçülerinde olmalıdır.
15. Şartnameye uymayan ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır.
16. CE belgesi olmalıdır.
17. Flasterin açarken kendi üstünden rahat ayrılma özelliği olmalıdır.
18. Kağıdın tek yüzü pürüzsüz, muntazam dağıtılmış boşluksuz yapışkan madde ihtiva etmelidir.
19. Flaster tekli ambalajlarda olmalıdır.
20. Kalemle üzerine yazı yazılabilmelidir.

Kazım KANDEMİR

Kazım KANDEMİR



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

13/01/2025 16:01:18

TEKNİK ŞARTNAME

11617 ELYAF GALOŞ

1. Galoşun kumaşı non-woven olmalıdır.
2. Çift galoşun ağırlığı 25 gr'dan aşağı olmamalıdır.
3. Galoşun taban boyu 45 no'dan aşağı olmamalıdır.
4. Galoşun gövde ve tabanı aynı kalitede kumaştan olup taban tek kumaştan olmamalıdır.
5. Galoşun taban ve ağız kenarları overlok dikişi olmalıdır.
6. Ağızda kaliteli lastik kullanılmalıdır.
7. Sık yıkamaya ve yüksek ısıya dayanıklı olmalıdır.
8. Galoş giyim sırasında ağız ve ön birleşim dikişlerinden patlamayacak şekilde dikilmelidir.
9. Galoşun gövdesi tek parçadan oluşup birleşim yeri ön taraftaki dikiş ile sabitleştirilmelidir.
10. Yüz adetlik bağlar halinde barkotlanmış 500'lük veya 1000'lik ambalajlarda teslim edilmelidir.
11. Tek renk (lacivert veya yeşil) non-woven kumaştan yapılmış olmalıdır.
12. Numune olarak bırakılan ürünler hastanemizde denenerek uygunluk verilecektir. 10 adet numune bırakılmalıdır.

Gökhan PETLİVAN
Gen. Anz. Mdr. Sor.
[Signature]

Kazım KANDEMİR
[Signature]



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

13/12/2024 15:54:24

TEKNİK ŞARTNAME

12301 FINDIK TAMPON (8 CM X 8 CM , 12 CM X 12 CM)

1. TS 14709'a uygun olmalıdır.
2. Açıldığında 8 cm x 8 cm , 12 cm x 12 cm kesiminde olup içe doğru kıvrılarak yuvarlatılmış olmalıdır.
3. Fındık tampon hidrofil gaz bezinin istenen boyutlarda kesilerek kenarlarının iplik vermeyecek şekilde kıvrılarak katlanması ile hazırlanmış olmalıdır.
4. Fındık tampon atkı-çözümlü teli sayısı değerleri; çözgü teli sayısı cm başına 12(+/-1) tel , atkı sayısı cm başına 8 (+/-1) tel olmalıdır. Ürün toplamda 20(+/-1) tel olmalıdır.
5. Ürün üzerinde eksik atkı ya da çözgü içeren alan (tel kaçıkları gibi) olmamalıdır.
6. Apreli olmamalı , herhangi bir boya içermemelidir; kirli görünmemelidir.
7. Fındık tampon kaşarlanmış, beyaz temiz ve kokusuz olmalıdır.
8. Üzerinde kir elyaf artıkları yağ lekesi yabancı cisimler ek yeri v parça bulunmamalıdır.
9. Fındık tampon üst yüzeylerinde delik kesik yırtık vb. görünüş bozuklukları olmamalı, her tele dikili olmalıdır.
10. Fındık tampon kenarları iplik vermeyecek şekilde içe katlanmış olmalıdır.
11. Hasta güvenliği açısından radyopak iplik tampon içinde kesinlikle serbest olmamalı, her tele dikili olmalıdır. Fındık tampon üzerinden kolayca çıkmamalıdır.
12. Radyopak iplikler monoflaman karakterli mavi renkte olmalı ve buhar sterilizasyonuna dayanıklı olmalı, parçalanmamalı çekmemeli X ışını ile görülebilmelidir.
13. Radyopak iplikler toksik etki göstermemelidir. Belgesi sunulmalıdır.
14. 40-50 adetlik polietilen ambalajlarda ve kolilenmiş olarak teslim edilmelidir.
15. Karton kolilerin bütünlüğü tam olmalıdır.
16. Paketler üzerinde en az aşağıdaki bilgiler okunaklı ve silinmeyecek şekilde yazılı olmalıdır.
- 16.1. Firmanın ticari ünvanı adresi ve /veya tescilli markası,
- 16.2. Hidrofil olduğu
- 16.3. Anma boyutları ve adedi
- 16.4. Üretim tarihi
- 16.5. Standartın işaret ve numarası (TS 14079)
- 16.6. Seri ve parti numarası
17. Non-steril olmalıdır.
18. Teklif edilen ürün T.C. İlç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na (TITUB) kayıtlı olmalıdır. Belgesi sunulmalıdır.
19. Değerlendirme için en az 30 adet orijinal paketlenmiş ürün numune olarak bırakılmalıdır. Numunelerin tamamı belirtilen özellikte radyopak ipliklere sahip X-R 'li olmalıdır.
20. Muayene Komisyonun gerek görmesi halinde Dokuz Eylül Üniversitesi Tekstil Mühendisliğine yeterli sayıda numune analiz için gönderilebilecek, analiz üretici/satıcı firmaya ait olacaktır.
21. Yüklenici firmanın depoya teslim edeceği ürünler numuneler ile aynı özellikte olmalıdır.

Şükran AVCU
Ameliyathane
Sorumlu Hemşiresi

Hemşire! Sema Akın