



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

05/03/2025 00:00:00

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20251325

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 07/03/2025 TARİHİ, SAAT 17:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) ELDEN GETİRMELERİ VEYA İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

BEDİHA ÖZARSLAN

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	KONSANTRİK İGNE ELEKTROT (50 MM X 0.46 MM)	200,00	ADET
---	--	--------	------

ÖDEME SÜRESİ: GÜN

TEKLİF NO : 20251325

NOT : ÖDEME 90 GÜN

İLGİLİ KİŞİ : BELMA ÇELEK

TEL : 4122410

E-MAIL : belma.beker@deu.edu.tr

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

1/2

TEKNİK ŞARTNAME

12865 KONSANTRİK İĞNE ELEKTROT (50 MM X 0.46 M)

1. Konsantrik iğne elektrot, 50mmx0.46 mm uzunluk (26G) ve çapta olmalıdır. Kayıt alanı 0.07 mm kare olmalıdır.
2. İğne elektrot mutlaka hasta konforunu artıran ve acısız giriş kolaylığı sağlayan optimal keskinlikte silikon kaplanmış (coated) iğne vce dış kanülü paslanmaz çelikten olmalıdır.
3. Güvenilir ve doğru sinyal algılama sağlayan hassas merkezli paslanmaz çelik çekirdekli iğne olmalıdır.
4. Yeniden pozisyonlandırmanın sürtünmesiz şekilde kolaylıkla yapılmasını sağlamak için mutlaka silikon kaplanmış olmalıdır.
5. Mutlaka gamma irradiation tipte steril edilmiş olmalıdır ve ilgili yönetmeliklere uygun şekilde ürün veya kataloğunda bu husus gösterilmelidir.
6. Doğru kayıt ve sinyal kalitesi için düşük empedans değerlerine sahip olmalıdır.
7. Üzerinde mutlaka kayıt alanı yönünü gösteren gösterge ve renk kodlu tutma göbeği yer almalıdır. Renk kodlu tutma tutma göbeği mutlaka her yönde sıkı bir şekilde yerleştirilebilme esnekliğine sahip olmalıdır.
8. İğne kablosuna takıldığında kavrama yeri en az 1 cm uzunluğunda, tutma göbeği kavrama yeri olmalı ve iğne üzerindeki konnektör/iğne tutucu giriş noktası her yönden takılabilir dairesel çelik yuvaya sahip olmalıdır.
9. Her 250 adet iğne için 1 adet 1.5 metre uzunluğunda 5-pin DIN konnektöre sahip her yönden takmaya serbest iğne tutucu verilmelidir. İğne elektrodun bitişi pogo pin olmalıdır.
10. İğne ambalajı tek yönlü hava geçirgenliği olan buhar , nem dengeleyici Tyvek® teknolojide olmalıdır ve firma bunu ürünün orjinal kataloğunda göstermelidir.
11. 25 adetlik karton kutularda teslim edilmelidir. Kutuların üzerinde ürün ile ilgili renk kodu, ürün kodu, sterilizasyon bilgisi, son tüketim tarihi gibi yönetmeliğe uygun bilgileri içeren lot bilgileri yer almalıdır.
12. Artefakta sebep olmamalıdır.Cihaz ile tam uyumlu çalışmalıdır.
13. RoHS uygunluğu olmalıdır.
14. Sınıf II A sınıfında ve Annex II of Directive 93/42/EEC normlarına uygun olmalıdır. CE belgesi ve uygunluk beyanı mutlaka belgelenmelidir.
15. Ürün ÜTS kodu mutlaka bulunmalıdır.
16. Ürün menşei Avrupa birliği ülkeleri (EU), Uk, İrlanda, Amerika, Kanada dışında olmamalıdır.
17. İğnelerin koruyucu tüpleri polyethylene olmalıdır. Üzerinde renk kodları kapağı ABS (Acrylonitrille-Butadlene_Styrene) olmalıdır.

Dr. Enur ŞAHİN
Dokuz Eylül Üniv. Tıp Fak.
Fizik Ted. ve Reh. A.D.
Dip. No: 163 Dip. Tes. No: 83108



Prof. Dr. Emine Özlem ŞENOCAK
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzm.
Dip. No: 638
Dip. Tescil No: 53035