



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20251391

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 14/03/2025 TARİHİ, SAAT 14:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) ELDEN GETİRMELERİ VEYA

İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

BEDİHA ÖZARSLAN

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	DIJİTAL(DIGITAL) TANSİYON ALETİ	20,00	ADET
---	---------------------------------	-------	------

ÖDEME SÜRESİ: GÜN

TEKLİF NO : 20251391

NOT : ÖDEMELER 90 GÜNDÜR. TEKLİFLERDE MARKA VE MODEL BELİRTİLMELİDİR.

İLGİLİ KİŞİ : BINAY YEŞİLYAYLA

TEL : 4123945

E-MAIL : binay.yesilyayla@deu.edu.tr

* TEKLİFLE BİRLİKTE TEKNİK ŞARTNAMEYE CEVAP YAZISI VERİLECEKTİR. TEKNİK ŞARTNAMEYE CEVAP YAZISI OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

* TEKLİFLE BİRLİKTE MARKA, MODEL VE UBB KODLARININ DA VERİLMESİ GEREKMEKTEDİR

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

442.0727.000	DIJITAL(DIGITAL) TANSİYON ALETİ	ADET	20
--------------	---------------------------------	------	----

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(12873) DIJITAL(DIGITAL) TANSİYON ALETİ

Açıklama : DIJITAL(DIGITAL) TANSİYON ALETİ

- Bu şartname Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi kliniklerinde kullanılmak üzere "Erişkin Dijital Tansiyon Aleti " nin teknik özellikleri, yardımcı ekipman ve aksesuarları ve ilgili diğer hususlarını kapsamaktadır:
- Vazgeçilmez Teknik Özellikler:
 - Cihazın kullanımı kolay olmalıdır.
 - Cihaz tek tuş ile açılıp kapanmalıdır.
 - Cihaz düzensiz nabız atışlarını ve hipertansiyonu ölçmelidir.
 - Cihazın kolay okunabilen LCD ekranı olmalıdır.
 - Cihazda kan basıncına göre otomatik olarak ayarlanan akıllı şişirme teknolojisi Intellisense özelliği olmalıdır.
 - Ürün kutudan kullanıma hazır şekilde çıkmalıdır.
 - Cihaz ölçülen son ölçümü göstermelidir.
 - Cihazın AC adaptör bağlantısı olmalıdır.
 - Cihazın son ölçüm ortalaması olmalıdır.
 - Cihazın manşet ölçüsü 22-32 cm veya 27-35 cm olmalıdır.
 - Cihaz CE belgeli olmalıdır.
 - Kan basıncı ölçüm aralığı: 20-280 mm/Hg arası olmalıdır.
 - Nabız: 40 ila 180 atış/dk arası olmalıdır.
 - Kan basıncı doğruluk oranı: +/- %3 mm/Hg olmalıdır.
 - Nabız: Görüntülenen değer +/- %5 olmalıdır.
 - Manşet şişmesi: Elektrik pompası fuzzy-logic olmalıdır.
 - Manşet sönmesi: Otomatik basınç tahliye valfi olmalıdır.
 - 1,5V AA kalem pil ile çalışmalıdır ve cihaz ile birlikte 4(dört) adet verilmelidir.
 - Garanti koşulları: Ölçüm cihazı 5 yıl, manşet: 1yıl, garantili olmalıdır.
 - Elektrik çarpması koruması Dahili ME pil, ME II adaptör olmalıdır.
 - IP20 yabancı madde çarpmalarına ve su damlalarına dayanıklılık olmalıdır.
 - Çalışma koşulları +10°C ila +40°C; %30-85 Bağıl nem; 700-1060 hPa olmalıdır.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

3. Teklif edilen sistemin ÜTS (Ulusal Bilgi Bankası) kaydı bulunmalı ve bu durumu faturada belgelendirmelidir.
4. Kabul ve muayene sırasında firmadan cihazın teknik özellikleri ve performansına ilişkin testlerin yapılması istenildiğin de gerekli personel veya düzeneği firma ücretsiz olarak sağlayacaktır. Kabul ve muayene de oluşabilecek kaza ve hasarlardan satıcı firma sorumludur.

N.A