



Uygulama ve Araştırma Hastanesi Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20252146

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN 17/04/2025 TARİHİ, SAAT 14:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) ELDEN GETİRMELERİ VEYA

İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

BEDİHA ÖZARSLAN

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	GLUKOZ 6 FOSFAT	400,00	TEST
---	-----------------	--------	------

ÖDEME SÜRESİ: 180 GÜN

TEKLİF NO : 20252146

NOT : GLUKOZ 6 FOSFAT

İLGİLİ KİŞİ : ERİNÇ ERGEN

TEL :

E-MAIL : erinc.ergen@deu.edu.tr

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

146.0034.000	GLUKOZ 6 FOSFAT	TEST	400
--------------	-----------------	------	-----

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

GLUKOZ 6-FOSFAT DEHİDROGENAZ (G6PDH) ANALİZ KİTİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Bu teknik şartname ile 400 testlik G6PDH ölçümü yapabilen analiz kiti alınacaktır.
2. Glukoz 6 fosfat Dehidrogenaz kiti Merkez laboratuvarda mevcut analizörlerin aplikasyonuna uygun olmalıdır.
3. Analiz kiti kinetik UV ölçüm ile insan tam kanında sonuç vermeye uygun olmalıdır.
4. Tüm kitler üretici firmaya ait orijinal etiketi taşımalı, etiketin üzerinde son kullanma tarihi, seri numarası ve saklama koşulları belirtilmelidir.
5. Analiz için gerekli olacak kalite kontrol seti, kalibratör, eritrosit lizis tamponu ilgili firma tarafından karşılanmalıdır.
6. Teklif edilen kitlerin uygunluğu Merkez Laboratuvarı yöntem onaylama prosedürüne göre değerlendirilecektir. Bunun için gerekli en az 10 test demonstrasyon için verilecektir. Daha önce çalışılan kitler için demonstrasyon istenmeyebilir.
7. Kitler en az 18 ay miyadlı olmalıdır. Daha az miyadlı kitler için teklif veren firma son kullanım tarihine 2 ay kala Merkez laboratuvar yönetiminin talebi doğrultusunda kitleri değiştirmekle yükümlüdür.
8. Miyadları süresince kitlerle ilgili olarak ya da standart, kalibratör ve kontrollere bağlı hatalı sonuç alınan durumlarda kitlerin ya da malzemelerin sorunsuz çalışan yenileri ile değiştirilmesi garanti edilmelidir. Kit ile ilgili sorun beyan edildikten sonra en geç iki ay içerisinde yenisi laboratuvara teslim edilecektir. Bu süre içinde teslim edilmeyen kitlere bağlı Merkez Laboratuvarında çalışılmayan testler ilgili firma tarafından birim sorumlusunun uygun gördüğü standartlara sahip başka bir merkezde ücretsiz olarak çalıştırılacaktır.

Prof .Dr. Pınar AKAN

Prof. Dr. Sezer UYSAL