



## Uygulama ve Araştırma Hastanesi Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20252149

### İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 17/04/2025 TARİHİ, SAAT 14:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) ELDEN GETİRMELERİ VEYA

İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

BEDİHA ÖZARSLAN  
MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

#### ALIM KONUSU MALZEMELER

#### MİKTAR

| ALIM KONUSU MALZEMELER     | MİKTAR        |
|----------------------------|---------------|
| 1 GİZLİ KAN TESTİ (MANUEL) | 1.250,00 TEST |

ÖDEME SÜRESİ: 180 GÜN

TEKLİF NO : 20252149

NOT : GİZLİ KAN TESTİ

İLGİLİ KİŞİ : ERİNÇ ERGEN

TEL :

E-MAIL : erinc.ergen@deu.edu.tr

\*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

1/2



# DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

## Uygulama ve Araştırma Hastanesi

14/04/2025 12:27:19

### TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

|              |                          |      |      |
|--------------|--------------------------|------|------|
| 146.0057.000 | GIZLI KAN TESTI (MANUEL) | TEST | 1250 |
|--------------|--------------------------|------|------|

#### 1.GENEL ÖZELLİKLER

#### 2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

## DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI

### GAİTADA GİZLİ KAN TESTİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Bu teknik şartname ile teklif veren firmalardan toplam 1200 testlik gaitada gizli kan testi analizine yönelik kit ve solüsyon istenmektedir.
2. Ölçüm kiti kaset olmalıdır ve sonuçlara dışkı örneğinde bakılmalıdır.
3. Kaset testler insan hemoglobinine duyarlı olmalıdır, gıdalarla alınabilecek hayvan menşeli Hb ler ile reaksiyona girmemeli ve bu şekilde yalancı pozitif sonuçlara yol açmamalıdır
4. Kit immunokromatografik prensiple çalışmalıdır.
5. Kaset ile birlikte örnek toplama tüpü verilmelidir. Ekstraksiyon solüsyonu tüp içinde hazır olmalıdır.
6. Hemoglobine duyarlılığı 20 ng/ml ye kadar olmalıdır.
7. Ambalajlar üzerinde üretici firma adı, test adedi, son kullanma tarihi, lot numarası olmalıdır.
8. Kitler teslim alma tarihinden itibaren en az 6 ay miyadlı olacaktır. Miyadı yaklaşan ürünler son kullanma tarihine en az 2 ay kala firmaya haber verilmek kaydıyla değiştirilecektir.
9. Kitlerin doğru çalıştığını gösteren internal kontrol kit içinde yer almalıdır.
10. Rutin çalışmalar esnasında kitlerle ilgili problem yaşanması durumunda yeni lot numaralı sorunsuz çalışan kitlerle değişim sağlanacaktır.
11. Kurumun talebi doğrultusunda firmalar teklif ettikleri kit için açılmamış orijinal ambalajında 1 (bir) kutu kiti pozitif kontrol serumu ile birlikte teklif verme esnasında ihale komisyonuna deneme amaçlı sunacaklardır.

Prof.Dr.Emel Altekin

Prof.Dr.Murat Örmen