



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Teklif No: 20252272

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

İHALE İLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 24/04/2025 TARİHİ, SAAT 14:00 'E/A KADAR

YAKLAŞIK MALİYET TESPİTİ İÇİN

TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) ELDEN GETİRMELERİ VEYA

İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

Başak KAYA

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	KRIYOTERAPİ CİHAZI(CRYO CİHAZI)	1,00	ADET
---	---------------------------------	------	------

ÖDEME SÜRESİ: 30 GÜN

TEKLİF NO : 20252272

NOT : TEKLİFLERDE MARKA MODEL VE UTS BELİRTİLMELİDİR.

İLGİLİ KİŞİ : BINAY YEŞİLYAYLA

TEL : 4123945

E-MAIL : binay.yesilyayla@deu.edu.tr

* TEKLİFLE BİRLİKTE TEKNİK ŞARTNAMEYE CEVAP YAZISI VERİLECEKTİR.TEKNİK ŞARTNAMEYE CEVAP YAZISI OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

* TEKLİFLE BİRLİKTE MARKA, MODEL VE UBB KODLARININ DA VERİLMESİ GEREKMEKTEDİR

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

442.0460.000	KRIYOTERAPI CİHAZI(CRYO CİHAZI)	ADET	1
--------------	---------------------------------	------	---

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(12932) KRIYOTERAPI CİHAZI(CRYO CİHAZI)

Açıklama : KRIYOTERAPI CİHAZI(CRYO CİHAZI)

1. Cryo cihazı uygun problemleriyle katarakt, glokom ve retina ameliyatlarında kullanılabilir.
2. N2O veya medikal CO2 gaz tipleri ile çalışabilir ve dondurma işlevini yapabilir.
3. Cihaz üzerinde probun, gaz tankının ve dondurma işlem süresinin bilgisini veren ekran bulunmalıdır.
4. Cihazın ayak kontrol pedalı olmalıdır. Dondurma, prob temizleme ve modlar arası geçiş işlemleri ayak pedal ile kontrol edilebilir.
5. Cryo cihazının tek kullanımlık ve reusable oftalmik prob seçenekleri olmalıdır. Problar cihaza takıldığında prob otomatik olarak cihaz tarafından algılanabilir.
6. Continuous dondurma moduna sahip olmalıdır.
7. Cihazın ekranı üzerinden probun, gaz tankının ve dondurma işlem süresi görülebilir.
8. Cihaza yeni bir prob takıldığında sistem otomatik olarak prob temizleme işlemini 90 sn boyunca yapmalıdır.
9. Farklı özelliklerde retina, glokom, katarakt, vitreus probu seçenekleri olmalıdır.
10. Cryo cihazı, dondurma işlemi bitirildiğinde otomatik olarak defrost yapmalıdır.
11. Kullanılan reusable problemler steril edilebilir olmalıdır. Bunun için otoklav kullanılabilir.
12. Cihazla birlikte 1 adet retina probu, 1 adet glokom probu ve 1 adet kapak probu verilmelidir.
13. Problar paslanmaz çelikten olmalı, otoklavda 134 oC'ye kadar steril edilebilir.
14. Cihazın ağırlığı 4.5 kg'ı geçmemelidir.
15. Cihazın tüm bağlantıları kolay bir şekilde yapılmalı ve gerekli olabilecek bağlantı aparatları cihazla birlikte verilmelidir.
16. En az 2 (iki) yıl garantili olmalıdır.

N.A