



## Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Teklif No: 20252338

### İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 28/04/2025 TARİHİ, SAAT 14:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARIÇ) ELDEN GETİRMELERİ VEYA

İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

BEDİHA ÖZARSLAN

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

#### ALIM KONUSU MALZEMELER

#### MİKTAR

ALIM KONUSU MALZEMELER	MİKTAR
1 FLEXIBLE NAZO FARINGO LARINGOSKOP (ENDOSKOP) CİHAZI	1,00 ADET

ÖDEME SÜRESİ: 90 GÜN

TEKLİF NO : 20252338

NOT : ÖDEMELER 90 GÜNDÜR. TEKLİFLERDE MARKA , MODEL VE UTS KODU BELİRTİLMELİDİR.

İLGİLİ KİŞİ : BINAY YEŞİLYAYLA

TEL : 4123945

E-MAIL : binay.yesilyayla@deu.edu.tr

\* TEKLİFLE BİRLİKTE TEKNİK ŞARTNAMEYE CEVAP YAZISI VERİLECEKTİR. TEKNİK ŞARTNAMEYE CEVAP YAZISI OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

\* TEKLİFLE BİRLİKTE MARKA, MODEL VE UBB KODLARININ DA VERİLMESİ GEREKMEKTEDİR

\*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

# DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

## Uygulama ve Araştırma Hastanesi

### TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

442.3737.000	FLEXIBLE NAZO FARINGO LARINGOSKOP (ENDOSKOP) CİHAZI	ADET	1
--------------	---	------	---

### 1.GENEL ÖZELLİKLER

### 2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

#### (12540) FLEXIBLE NAZO FARINGO LARINGOSKOP (ENDOSKOP) CİHAZI

##### Açıklama : FLEXIBLE NAZO FARINGO LARINGOSKOP (ENDOSKOP) CİHAZI

1. Flexible Naso Pharyngo Laryngoscope saha görüş açısı en fazla 70 derece olmalıdır.
2. Flexible Naso Pharyngo Laryngoscope eğilip bükülme kabiliyeti yutma bozuklukların teşhisi için 180 derece yukarı ve 90 derece aşağı olmalıdır.
3. Flexible Naso Pharyngo Laryngoscope (insertion tube) dış çapı 3.5 mm olmalıdır.
4. Fiberskop' un son uç (distal end) kısmın dış çapı 3.5 mm olmalıdır.
5. Flexible Naso Pharyngo Laryngoscope çalışma uzunluğu 300 mm olmalıdır.
6. Flexible Naso Pharyngo Laryngoscope komple dezenfeksiyon sıvısı içine batırılabilir.
7. Flexible Naso Pharyngo Laryngoscope son uç kısmında 4 adet ışık demeti olmalıdır.
8. Flexible Naso Pharyngo Laryngoscope fotoğraf amaçlı kullanılabilir.
9. Işık kaynağına giriş soketi kendi etrafında dönebilme yeteneğine sahip olmalıdır.
10. Cihazın içinde kullanılan fiberler 1. sınıf kalite niteliğinde olmalı, görüntü parlaklığı ve rezolüsyon net olmalıdır.
11. Flexible Naso Pharyngo Laryngoscope üzerinde farklı renkte netlik halkası bulunmalıdır.
12. Aşağıdaki malzemeler ile birlikte set halinde verilmelidir:- 1 Adet Orijinal Taşıma Çantası- 1 Adet Gaz Sterilizasyon Valfi- 1 Adet Kaçak Test Cihazı1 Adet
13. Teklifler ile birlikte tanıtıcı broşür ve katalogların verilmesi ve teklif edilen malzemelerin Şartnameye Uygunluk Belgesinde belirtilen özelliklerinin kataloglar ile teyit edilmesi gerekmektedir.
14. Satıcı firma teklif ettiği cihazın imalatçısının Türkiye temsilcisi olduğunu gösterir güncel noter onaylı Temsilcilik Belgesini teklifine eklemek zorundadır.
15. Teklif veren firmalar, aşağıda tanımlanan sistemin bütünlüğünü bozmadan, seti oluşturan kalemlerin her birine teklif vermelidir, kısmi teklifler değerlendirmeye alınmaz.
16. Seti oluşturan parçalar aşağıda belirtilen özellikleri taşımaları ve bu parçalar birbiri ile uyum içerisinde çalışmalıdır.
17. Teklif edilen ürünün, Avrupa Birliği tarafından hazırlanan ve uyulması gereken asgari sağlık, emniyet ve çevre koruması koşullarını düzenleyen bağlayıcı mevzuata ve direktiflere uygunluğunu gösteren işaret ?CE? (Conformité Européenne) işaretli olmalıdır. İlgili EC Sertifikası teklif dosyası ekinde verilmelidir.
18. Teklif edilen ürünün, teknik şartnamede istenilen özellikleri, istekli firma tarafından taahhüt edilmiş ve cihazların kataloglarında yazılı olsa dahi; Satın Alma veya Muayene Kabul Komisyonu istediği takdirde istekli firma bu özellikleri uygulamalı olarak göstermek (demonstrasyon yapmak) zorundadır. Bu demonstrasyonda; "opsiyonel olan" veya "ileride istenebilecek" özelliklerde komisyon tarafından görülmek istenirse, istekli firma bu özellikleri de gösterecektir. Teknik şartnamede istenen özellikleri demonstrasyonda gösteremeyen isteklinin teklifi, teklif dışı bırakılacaktır. Demonstrasyonla ilgili personel ve düzeneği firmalar ücretsiz sağlayacaktır.

# DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

## Uygulama ve Araştırma Hastanesi

19. Teklif edilen cihazlar en az iki (2) yıl süreyle kullanıcı hatasına bağlı olmayan, montaj ve imalat hatalarına karşı garantili olacak, teklif veren firmalar, imalatçı firmanın vermiş olduğu güncel noter onaylı Garanti Belgesini teklife ekleyeceklerdir. Garanti süresinin dolmasından sonraki 10 yıl boyunca ücreti karşılığında yedek parça temini ve servis garantisi verilecek, teklif veren firmalar, imalatçı firmanın vermiş olduğu güncel noter onaylı 10 yıllık yedek parça ve servis temini Garanti Belgesi tekliflere eklenecektir.
20. Hâlihazırda kullanılan karekod programı ve okuyucuları ile uyumlu olmalıdır. Alet, cihazlar vb. üzerlerindeki karekod dan okuma işlemi yapıldığında, kurumumuzun belirttiği karekodlar sistemde görüntülenecektir. Cerrahi aletin üzerinde fabrika çıkışlı ardışık numaralandırma olmalıdır. Kurumumuzda kullanılan karekod programı sayesinde karekod içerik bilgileri kurumumuzun ilgili birimleri tarafından içeriğinin yazılması sağlanacaktır.
21. Ardışık olmayan, okuyucunun okumadığı karekodlar yüklenici tarafından karekod uygulaması yapılacaktır. Bu uygulamanın yapılması durumunda şartnamede belirtilen garanti şartları geçerli olacaktır.
22. Karekod yazılmasına uygun olmayan, (malzeme yapısı, kalınlığı, yazılacak alan olmaması vb.) spesifik aletler için üretici ve/veya distribütör onaylı gerekçe yazısına istinaden karekod barkod uygulama şartı aranmayacaktır.

A.T