



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20253053

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN 23/05/2025 TARİHİ, SAAT 16:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) ELDEN GETİRMELERİ VEYA

İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

BEDİHA ÖZARSLAN

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	GENETİK LABORATUVARI DIS KALITE KONTROLU HİZMETİ (TROMBOFİLİ PANELİ İCİN)	1,00	ADET
2	GENETİK LABORATUVARI DIS KALITE KONTROLU HİZMETİ (QF-PCR TESTİ İCİN)	1,00	ADET

ÖDEME SÜRESİ: 90 GÜN

TEKLİF NO : 20253053

NOT : 20253053 NO LU TEKLİF MEKTUBU

İLGİLİ KİŞİ : NUR NAZİKE DEMİRBAŞ

TEL :

E-MAIL : nurnazike.demirbas@deu.edu.tr

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

511.0579.000	GENETİK LABORATUVARI DIS KALITE KONTROLU HİZMETİ (TROMBOFİLİ PANELİ İÇİN)	ADET	1
511.0580.000	GENETİK LABORATUVARI DIS KALITE KONTROLU HİZMETİ (QF-PCR TESTİ İÇİN)	ADET	1

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ
GENETİK HASTALIKLAR DEĞERLENDİRME MERKEZİ
DIŞ KALİTE KONTROL TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1) Alımı yapılacak dış kalite kontrol (DKK) programı, kantitatif floresan PCR (QF-PCR) testi için PCR amplifikasyon ve fragmanların kapiller elektroforezde ayrıştırılması üzerinden analiz esasına dayalı olmalıdır.
- 2) DKK örnek dağıtım sıklığı yılda en az 1 (bir) kez olmalıdır.
- 3) DKK örnekleri; Kromozom 13, 18 ve 21 ile cinsiyet kromozomlarında sayısal anomali içeren veya içermeyen örneklerden oluşmalıdır.
- 4) DKK örnekleri ile ilgili özet vaka bilgisi verilmelidir.
- 5) DKK örneklerinin hangi tarihler arasında çalışılması gerektiği bildirilmelidir.
- 6) DKK örnekleri uluslararası madde gönderim ve biyogüvenlik kurallarına uygun olarak gönderilmelidir.
- 7) Yüklenici firma; DKK örneklerinin uygun taşıma kurallarına göre soğuk zincirde teslimatını sağlamalıdır.
- 8) Sonuçlar internet ortamında takip edilebilecek şekilde izlenebilmelidir.


Dr. Öğr. Üst. Mehmet Kocabaş
Tıbbi Genetik AD


Prof. Dr. Mehmet Okay
SAĞLAYAN

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ

GENETİK HASTALIKLAR DEĞERLENDİRME MERKEZİ

DIŞ KALİTE KONTROL TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1) Alımı yapılacak dış kalite kontrol (DKK) programı, Trombofili paneli için PCR amplifikasyon ve fragmanların kapiller elektroforezde ayrıştırılması üzerinden analiz esasına dayalı olmalıdır.
- 2) DKK örnekleri; Faktör V Leiden, Faktör V Cambridge, Faktör II (Protrombin) G20210A, Faktör XIII (p.V34L), MTHFR (C677T), MTHFR (A1298C) ve PAI1 (5G-4G) değişimlerini farklı kombinasyonlarda içeren veya içermeyen örneklerden oluşmalıdır.
- 3) DKK örnek dağıtım sıklığı yılda en az 1 (bir) kez olmalıdır.
- 4) DKK örnekleri ile ilgili özet vaka bilgisi verilmelidir.
- 5) DKK örneklerinin hangi tarihler arasında çalışılması gerektiği bildirilmelidir.
- 6) DKK örnekleri uluslararası madde gönderim ve biyogüvenlik kurallarına uygun olarak gönderilmelidir.
- 7) Yüklenici firma; DKK örneklerinin uygun taşıma kurallarına göre soğuk zincirde teslimatını sağlamalıdır.
- 8) Sonuçlar internet ortamında takip edilebilecek şekilde izlenebilmelidir.


Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Kocak
Tıbbi Genetik AD

11.03.2024
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Kocak
Tıbbi Genetik AD