



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Teklif No: 20253075

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 29/05/2025 TARİHİ, SAAT 14:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARIÇ) ELDEN GETİRMELERİ VEYA

İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

BEDİHA ÖZARSLAN

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	KOLPOSKOPI CİHAZI	1,00	ADET
---	-------------------	------	------

ÖDEME SÜRESİ: 30 GÜN

TEKLİF NO : 20253075

NOT : TEKLİFLERDE MARKA MODEL VE UTS BELİRTİLMELİDİR.

İLGİLİ KİŞİ : BINAY YEŞİLYAYLA

TEL : 4123945

E-MAIL : binay.yesilyayla@deu.edu.tr

* TEKLİFLE BİRLİKTE TEKNİK ŞARTNAMEYE CEVAP YAZISI VERİLECEKTİR. TEKNİK ŞARTNAMEYE CEVAP YAZISI OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

* TEKLİFLE BİRLİKTE MARKA, MODEL VE UBB KODLARININ DA VERİLMESİ GEREKMEKTEDİR

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

442.3735.000	KOLPOSKOPI CİHAZI	ADET	1
--------------	-------------------	------	---

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(13067) KOLPOSKOPI CİHAZI

Açıklama : KOLPOSKOPI CİHAZI

- Kolposkop,serviksin ve vajinanın büyütülmüş ve aydınlatılmış bir şekilde tanı amaçlı olarak jinekolojik incelemesine olanak verecek şekilde üretilmiş olmalıdır.
- Kolposkop,içerisindeki yakınsak optik yöntemiyle yerleştirilmiş lensleri sayesinde,insan gözüne en yakın 3 boyutlu görüntüyü sağlamalıdır. Bu nedenle kolposkopun ön tarafından iki ayrı lens bulunmalıdır.
- Cihazın arka kısmındaki,kullanıcının gözlerini yerleştirdiği mercekler pupil mesafesine göre ayarlanabilmelidir.
- Göze denk gelen mercekler,kullanıcının göz reçete bilgilerine göre istenildiği zaman ayarlanabilmeli,bu sayede kolposkopu farklı göz değerlerine sahip birden fazla kullanıcı rahatlıkla kullanabilmelidir.
- Kolposkopun görüntüyü 7,5x - 15x- 30x şeklinde üç farklı büyütme seçeneği olmalı,bu büyütme işlemi cihazın her iki yanında da bulunan büyük çevrilebilen mafsallar ile yapılmalıdır. Büyütme seçenekleri bu mafsallar üzerinde açıkça belirtilmiş olmalıdır.
- Kolposkoptan bakıldığında içiçe geçmiş iki ayrı daire görülmeli,bu daireler teşhis koymada ve lokalizasyonda kullanıcıya yardımcı olmalıdır. Kullanıcıya referans olması açısından iç daire A,dış daire B şeklinde tanımlanmış olmalıdır. A dairesi çapı 7,5x büyütmede 2mm, 15x büyütmede 1mm , 30x büyütmede 0,5mm olmalıdır. B dairesi çapı 7,5x büyütmede 10mm,15x büyütmede 5mm,30x büyütmede 2,5mm olmalıdır.
- Net görüntünün sağlandığı çalışma mesafesi yaklaşık 30cm olmalıdır.
- Net görüntünün yakalandığı 30cm 'lik mesafede görüntü alan çapı 7,5x büyütmede 46mm, 15x büyütmede 23mm , 30x büyütmede 11,5mm olmalıdır.
- Kolposkop içerisinde entegre mono foto / video lensleri bulunmalı ve büyütme seçeneklerine göre ayarlanmış olmalıdır.
- Kolposkop ile beraber sisteme entegre harici bir adet 24. 1MP 4K 3.0"ekrana sahip SLR kamera veya uyumlu üst versiyon bir cihaz beraberinde verilmelidir.Kamera EF/M15-45mm f/3,5-6,3 lens uyumlu olmalıdır. Kullanım durumuna bağlı olarak prize bağlı harici adaptöre yada 7,2V - 875mAh lion bataryaya sahip olmalıdır. Kamera aracılığıyla görüntü kablolu olarak bilgisayar veya telefona aktarımı gerçekleştirilebilmelidir.
- Kolposkopun sol tarafında, cihazı manipüle etmeye yarayan bir kol bulunmalıdır ve bu kol sayesinde kolposkopun eğimi ayarlanabilmelidir.
- Kolposkopun odaklanma fonksiyonu olmalı ve bu işlemi sol tarafındaki manipülasyonu kolunu kendi eksenini etrafında döndürerek yapılmalıdır.
- Kolposkop en yüksek büyütmede bir kez odaklandığında,büyütme değişse bile netlik bozulmamalıdır.
- Kolposkopun yüksekliği ayarlanabilmeli ve bu ayar sağ tarafta bulunan bir kol yardımıyla kolayca yapılabilirmelidir.
- Kolposkopta, şiddeti ayarlanabilen bir LED aydınlatma sistemi olmalı,ortalama kullanımda LED ömrü yaklaşık en az 20.000 saat olmalıdır.
- Kullanılan LED aydınlatmanın gücü 45.000 Lux olmalıdır.
- LED aydınlatma kullanılan bölgede, sınırları keskin ve tam bir daire şeklinde ışık sağlamalıdır.
- Teşhise yardımcı olmak amacıyla yeşil filtresi bulunmalı ve cihaz üzerindeki küçük bir çevirme tuşu yardımıyla bu filtre açılıp kapatılabilmelidir.
- Ege bölgesinde yetkili servis olmalıdır.



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

23/05/2025 14:42:58

20. En az iki yıl garantili olmalıdır.

A.T