



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

02/05/2025 00:00:00

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20252565

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 07/05/2025 TARİHİ, SAAT 14:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) ELDEN GETİRMELERİ VEYA

İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

BEDİHA ÖZARSLAN

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	BISTURI NO 24	2.000,00	ADET
2	KULAK SPEKULUMU NO:2,5 (HEINE OTOSKOP'A UYUMLU)	4.250,00	ADET
3	GAITA KABI 50 CC.LIK	25.000,00	ADET
4	GAZ TAMPON 5 X 5 (8 KATLI)	36.000,00	ADET
5	IDRAR TOPLAMA KABI (24 SAATLIK)	475,00	ADET
6	NITRİL PUDRASIZ MUAYENE ELDIVENİ	25.000,00	ADET

ÖDEME SÜRESİ: 180 GÜN

TEKLİF NO : 20252565

NOT : ÖDEME 180GÜN

İLGİLİ KİŞİ : BELMA ÇELEK

TEL : 4122410

E-MAIL : belma.beker@deu.edu.tr

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

1/5



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

13/01/2025 11:23:43

TEKNİK ŞARTNAME

1104 BİSTÜRİ UCU NO 10-11-12-15-20-22-24 TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Krom, nikel, karbon veya paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.
2. Bisturi saplarına kolay ve tam oturmalıdır.
3. Kesici ucu düzgün olmalı ve bileme izleri bulunmamalıdır.
4. Ambalaj alüminyum içerikli olup su geçirmeyecek şekilde olmalıdır.
5. Anti septik solüsyonlar ve suyla temasta oksitlenme olmamalıdır.
6. Sterilizasyon GAMMA yöntemi ile yapılmış olmalı, her kutuda orijinal fabrika tarafından basılmış kırmızı sterilizasyon indikatörü bulunmalıdır.
7. Paket açımı kolay olmalı ve sterilizasyonu bozulmadan yapılabilmelidir.
8. Kullanımda kolay kırılmamalı, dayanıklı olmalı kesici özelliği uzun süre devam etmelidir.
9. Kutuların üzerinde steril ibaresi bulunmalı, hangi metotla steril edildiği, son kullanım ve imalat tarihi yazılmalıdır.
10. Kesici özelliği uzun süre devam etmelidir.
11. BS 2982 / ISO 77740 / TSE 4171 e uygunluk belgesi olmalı, BS ve ISO no ları kutu üzerinde orijinal baskılı olmalı, TSE ye ait laboratuvar uygunluk raporları ve/veya ürüne ait CE belgesi ibraz edilmelidir.
12. Steril 100 lük kutularda, uç ve ambalaj üzerinde numaraları yazılı olarak ambalajlanmış olmalıdır. Kutu ve adet üzerinde barkot olmalıdır.
13. Şekil olarak aşağıda belirtilen şekillerde olmalıdır.11 no'lu bistürilerin uçlarının açısı dar olmalıdır. 15 no' lu bistürinin uç kısmı ile sapı arası bütün olarak birleşmelidir.

Kazım KANGEMİR
13.01.2025

13.01.2025



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Uygulama ve Araştırma Hastanesi

13/12/2024 16:12:37

TEKNİK ŞARTNAME


5450 GAİTA KABI

1. Sert plastikten ve içerisindeki malzemeyi göstermeyecek renkte olmalıdır.
2. Vidalı kapakla kapanmalıdır.
3. 4,5 cm çapında, 4,5 cm boyunda olmalıdır.
4. 50 cc materyali içerecek hacme sahip olmalıdır.
5. Kabin kapakları kapalı olarak 100 lük adetler halinde naylon veya karton ambalajlarda olmalıdır.
6. Ürün ambalajlı olup üzerinde barkot basılmış olmalıdır.
7. En az 1 yıl miatlı olmalıdır.
8. Değerlendirme için 10 adet numune verilmelidir.

(uyandır)

Terfile

Alkan


Mustafa Kemal KEBON
Mühür ve Kağıt İşleri Yrd.
Uzmanı
E-Posta: mkebon@duzce.edu.tr



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

11/02/2025 12:19:11

TEKNİK ŞARTNAME

3307 GAZ TAMPONU (5X5 -8 KAT)

1. Gaz tampon 20cmX10cm ebadında kesilmiş olup katlandığında 5cmX5cm 8 kat şeklinde hazırlanmış olmalıdır.
2. Gaz tampon hidrofil gaz bezinin istenen boyutlarda kesilerek kenarlarının iplik vermeyecek şekilde kıvrılarak katlanması ile hazırlanmış olmalıdır.
3. Gaz tamponda kullanılan gaz bezi TS 14079'a uygun üretilmiş olmalıdır.
4. Gaz bezinin atkı-çözgü teli sayısı değerli; çözgü teli sayısı cm başına 12 (+/-1 tel), atkı sayısı cm başına 8 (+/- 1 tel) olmalıdır. Ürün toplamda cm2'de 20 (+/- 1) tel olmalıdır.
5. Atkı ve çözgüler arasındaki uzaklık eşit olup, bezin homojen bir görünümü olmalıdır.
6. Eksik atkı ya da çözgü içeren alan (tel kaçıkları gibi) olmamalıdır.
7. Apreli olmamalı, herhangi bir boya içermemeli; sararmış, kirlili görünmemelidir.
8. Gaz tampon, kasarlanmış; beyaz, temiz ve kokusuz olmalıdır.
9. Üzerinde kir, elyaf artıkları, yağ lekesi, yabancı cisimler, ek yeri ve parça bulunmamalıdır.
10. Gaz tamponun üst yüzeylerinde delik, kesik, yırtık vb. görünüş bozuklukları olmamalıdır.
11. Gaz tamponun kenarları iplik vermeyecek şekilde içe katlanmış olmalıdır.
12. 100-200'lük kağıt ya da naylon ambalajlarda düzgün sayılabilecek şekilde paketlenmiş 20.000-25.000'lik karton kolilerde teslim edilmelidir. Kolilerin bütünlüğü tam olmalıdır.
13. Paketler üzerinde en az aşağıdaki bilgiler okunaklı ve silinmeyecek şekilde yazılı olmalıdır.
- 13.1. Firmanın ticari ünvanı adresi ve/veya tescilli markası,
- 13.2. Hidrofil olduğu,
- 13.3. Anma boyutları ve adedi,
- 13.4. Üretim tarihi,
- 13.5. Standardın işaret ve numarası(TS 14079)
- 13.6. Seri ve parti numarası.
14. Non-steril olmalıdır.
15. Teklif edilen ürün T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na (TİUBB) kayıtlı olmalıdır. Belgesi sunulmalıdır.
16. Değerlendirme için şartnamede belirtilen özellikleri taşıyan 100-200 lük orijinal ambalajında 2 paket ürün numune olarak bırakılmalıdır.
17. Muayene komisyonun gerek görmesi halinde Dokuz Eylül Üniversitesi Tekstil Mühendisliğine yeterli sayıda numune analiz için gönderilebilecek, analiz üretici/satıcı firmaya ait olacaktır.
18. Yüklenici firmanın, depoya teslim edeceği ürünler numuneler ile aynı özellikte olmalıdır.

Hen. Hkzar. Mül. Yard.
Özlem PEHLİVAN

Kazım KANDEMİR



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

13/01/2025 15:54:53

Genel Dahilme Servisi
Orden Servisi

TEKNİK ŞARTNAME

12419

Sır 2002

24 SAATLİK İDRAR TOPLAMA KABI ŞARTNAMESİ

1. İdrar toplama kabı plastik ve kapaklı olmalı, kapak sızdırmamalı ve vıdalı olmalıdır.
2. İdrar toplama kabı 2.5 - 5 litre olmalıdır.
3. İdrar toplama kabı delik, yırtık, bütünlüğü bozuk olmamalıdır.
4. İdrar toplama kabının üstte bulunan kapak dışında örnek almaya yarayan, yanda sızdırmaz kapaklı bir çıkışı olmalıdır.
5. 500 ml'den başlayıp 2500 - 5000 ml'ye kadar ölçer derecesi bulunmalıdır. Ölçüm miktarı doğru ölçeklendirilmelidir.
6. Delik, kapakları bozuk olan idrar toplama kaplarını firma değiştirecektir.
7. Üretici firma CE,ISO,TSE belgelerinden en az birine sahip olmalıdır.
8. Numune olarak bırakılan ürünler hastanemizde denenerek uygunluk kararı verilecektir. Bu nedenle 3 adet numune bırakılmalıdır.
9. Şartnameye uymayan ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır.
10. İdrar toplama kabı delinmelere karşı dayanıklı olmalıdır.
11. Ürünün içindeki idrar miktarını gösterecek şeffaflıkta olmalıdır.
12. Ürünün üretim ve son kullanma tarihleri olmalıdır.
13. Firma miadının dolmasına 6 ay kalmış ürünleri ileri miad tarihli ürünlerle değiştirmelidir.
14. Kolay taşınması için kulp olmalıdır.
15. Işıktan korumalı olmalıdır.

Kazime KANDEMİR

13/01/2025 15:54:53



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

13/01/2025 11:31:32

TEKNİK ŞARTNAME

7727 NİTRİL MUAYENE ELDİVENİ (PUDRASIZ)

1. Nitrilden imal edilmiş olmalıdır, latex (kauçuk) ihtiva etmez.
2. TS EN 455-1, TS EN 455-2, TS EN 455-3 nolu standartlara uygun üretilmiş olmalıdır.
3. Non-steril olmalıdır.
4. Mavi renk olmalıdır.
5. Pudrasız olmalıdır.
6. Sağ-sol ayrımı yoktur. Harici ele de giyilebilir olmalıdır.
7. Eldivenin kalınlığı dokuyu hissedecek hassasiyette olmalıdır.
8. Tek hamlede giyip çıkarmada eldivenlerde yırtılma ve parçalanma olmamalıdır.
9. Eldiven içinde ve dışında imalat atığı kırıntı ve toz bulunmamalıdır.
10. Boyutları standartlara uygun olmalıdır.
11. Giyildiğinde her iki ele uyum göstermelidir.
12. Konçlar sıkı ve bilekten düşmeyecek özellikte olmalıdır.
13. Ambalaj üzerinde eldiven boylarını (S-M-L) gösteren işaret ya da numara belirtilmiş olmalıdır.
14. Ambalaj üzerinde üretim tarihi, markası, adeti, son kullanım tarihi, lot numarası ve barkot bulunmalıdır.
15. 100'lük ambalajlarda uygun şekilde paketlenmiş olmalıdır.
16. Ürünler hastahanemizde denenerek uygunluk kararı verilecektir. Bu nedenle Small, Medium ve Large boyutlarda 3'er paket orjinal ürün numune olarak bırakılmalıdır.
17. Şartnameye uymayan ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır.
18. Yırtılmaya, delinmeye dayanıklı olmalıdır.
19. Hipoallerjik olmalı.
20. CE belgesi bulunmalıdır.

Kazım KANDEMİR

13/01/2025 11:31:32



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

13/01/2025 16:53:41

TEKNİK ŞARTNAME

5881 SPEKÜLÜM 2,5 MM (HEINE MARKA OTOSKOP İÇİN)

1. Hastanemizde kullanılmakta olan HEINE marka ve K-100 model duvar tipi otoskoplara uygun olmalıdır.
2. Disposable olmalıdır.
3. Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibari ile en az 2 yıl miadlı olmalıdır.
4. Malzemenin kutu/paketi üzerinde barkot basılı olmalıdır.
5. Üretici firma denenmek ve şahit numune olarak saklanmak üzere 10 adet numune temin etmelidir.
6. Şartnameye uymayan ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Prof.Dr.E.Alpin GÜNERİ
DEĞİTİF KBB Anabilim Dalı
Diploma Tesch No: 60001
Dip.No: 5662

Doc. Dr. Yüksel OLGUN
DEĞİTİF KBB Anabilim Dalı
Diploma No: 11800
Diploma Tesch No: 136214