



## Uygulama ve Araştırma Hastanesi

### Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20252623

## İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 12/05/2025 TARİHİ, SAAT 14:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) ELDEN GETİRMELERİ VEYA

İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

BEDİHA ÖZARSLAN

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

### ALIM KONUSU MALZEMELER

### MİKTAR

|   |                          |      |      |
|---|--------------------------|------|------|
| 1 | DIGITAL YETİSKİN TARTISI | 1,00 | ADET |
|---|--------------------------|------|------|

ÖDEME SÜRESİ: 90 GÜN

TEKLİF NO : 20252623

NOT : TEKLİFLERDE MARKA MODEL BELİRTİLMELİDİR

İLGİLİ KİŞİ : BINAY YEŞİLYAYLA

TEL : 4123945

E-MAIL : binay.yesilyayla@deu.edu.tr

\* TEKLİFLE BİRLİKTE TEKNİK ŞARTNAMEYE CEVAP YAZISI VERİLECEKTİR. TEKNİK ŞARTNAMEYE CEVAP YAZISI OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

\* TEKLİFLE BİRLİKTE MARKA, MODEL VE UBB KODLARININ DA VERİLMESİ GEREKMEKTEDİR

\*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

## TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

|              |                          |      |   |
|--------------|--------------------------|------|---|
| 441.0339.000 | DIGITAL YETİSKİN TARTISI | ADET | 1 |
|--------------|--------------------------|------|---|

### 1.GENEL ÖZELLİKLER

### 2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

#### (11805) DIGITAL YETİSKİN TARTISI

##### Açıklama : DIGITAL YETİSKİN TARTISI

- 250 kg tartım kapasitesi olmalıdır.
- 50-100 gr hassasiyet ile tartım yapabilmelidir.
- Hem Elektrik (220V/AC) hem pil (4x1,5 V/DC) ile çalışabilmelidir. Pilleri ve adaptörü ile birlikte verilmelidir.
- Kg ve lbs olarak iki ayrı birimde tartım yapabilmelidir. Birimlerin birbirlerine dönüşümü bir TUŞ yardımı ile otomatik olarak yapılabilirdir.
- Daralı tartım özelliği olmalıdır.
- Body-Mass-İndeks göstergeli, Boy/Kilo oranı tayini özelliği olmalıdır.
- Terazinin ekranı dönebilmelidir sayesinde kullanıcı ve hasta tarafından rahatça görülebilmelidir.
- Ekrandaki değeri sabitleme (HOLD) ve dura alma özelliği olmalıdır.
- Boy ölçme çubuğu terazinin üstüne monte edilerek birlikte kullanılabilirdir. İstenildiğinde boy ölçme çubuğu duvara monte edilebilmelidir.
- Boy ölçme çubuğu duvara monte edildiğinde 600 mm'den 2.100 mm'ye, teraziye monte edildiğinde,910 mm'den 2.100 mm'ye kadar 1 mm hassasiyet ile ölçüm yapabilmelidir.
- Terazi tekerlek sistemi sayesinde bir yerden bir yere kolayca taşınabilir olmalıdır.
- Terazi kefe ölçüleri yaklaşık 350 x 450 mm'dir.
- Terazinin ağırlığı 8-9 kg olmalıdır.
- Montajı yüklenici tarafından ilgili depo ve/veya yerinde yapılarak çalışır vaziyette teslim edilecektir.
- 6502 sayılı tüketicinin korunması kanununun ilgili maddelerinde belirtmiş olduğu garanti şartları geçerlidir.

A.T