



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Teklif No: 20253355

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 16/06/2025 TARİHİ, SAAT 14:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARIÇ) ELDEN GETİRMELERİ VEYA

İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

BEDİHA ÖZARSLAN

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	CIVİLİ BASLIK SISTEMI(NOROSIRUJI)	1,00	ADET
---	-----------------------------------	------	------

ÖDEME SÜRESİ: 30 GÜN

TEKLİF NO : 20253355

NOT : TEKLİFLERDE MARKA MODEL VE UTS BELİRTİLMELİDİR.

İLGİLİ KİŞİ : BINAY YEŞİLYAYLA

TEL : 4123945

E-MAIL : binay.yesilyayla@deu.edu.tr

* TEKLİFLE BİRLİKTE TEKNİK ŞARTNAMEYE CEVAP YAZISI VERİLECEKTİR. TEKNİK ŞARTNAMEYE CEVAP YAZISI OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

* TEKLİFLE BİRLİKTE MARKA, MODEL VE UBB KODLARININ DA VERİLMESİ GEREKMEKTEDİR

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

442.0219.000	CIVILI BASLIK SISTEMI(NOROSIRUJI)	ADET	1
--------------	-----------------------------------	------	---

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(13082) CIVILI BASLIK SISTEMI(NOROSIRUJI)

Açıklama : CIVILI BASLIK SISTEMI(NOROSIRUJI)

1. Sistem dizaynında ve orijinal olmalıdır.
2. Skull Clamp 3 çivili olmalıdır.
3. Skull clamp üzerindeki çivilerin basınç ayarı ayrı ayrı yapılabilmesi ve uygulanan basınç değerleri her çivi üzerinde bulunan skaladan ayarlanıp takip edilebilmelidir. Çivi tutucular üzerinde aşağıda basınç değerleri belirtilen skala çizgileri yer almalıdır.
 - 1.Çizgi - 20 lbs / 9 Kg
 - 2.Çizgi - 40 lbs / 18 Kg
 - 3.Çizgi - 60 lbs / 27 Kg
 - 4.Çizgi - 80 lbs / 36 Kg
4. Skull clamp üzerinde yer alan ikili pin tutucularda 3. maddedeki yer alan torklama değerine eş değer bir skala yer almalıdır. Pin tutucunun sıkma başlığında, sıkma işleminin anahtar yardımı ile yapılabilmesi için hexagonal geometriye sahip bir anahtar yuvası olmalıdır. Bu anahtarın skull clamp üzerinde kullanılmıyorken sabitlenebileceği bir bölüm olmalıdır. Bu durum katalog ile belgelenmelidir.
5. Hızlı diş bozulmalarını engellemek amacıyla tekli pin tutucu yuvası içinde paslanmaz çelik helicoil yer almalıdır.
6. Teklif edilecek sistem demirbaş kayıtlarımızdaki çivili başlık sistemi ile uyumlu ve aynı özelliklerde olmalı kombine kullanılabilir.
7. Çivili başlıkta kullanılmak üzere 3 adet pediatrik ve 3 adet erişkin reusable çivi bulunmalı, çiviler gaz ve buhar sterilizasyonuna uygun olmalıdır.
8. Çivi uçları ince, sivri ve kemiğe yeterince saplanabilecek şekilde maksimum güvenlik, minimum kanama esasına göre derinlik kontrolü ile tasarlanmış olmalıdır.
9. Çivili başlık sisteminin Skull Clamp parçası hafif olmalı ve dayanıklılık süresi uzun olmalıdır.
10. Üretim portföyünde masa bağlantı adaptörü olmalıdır. Masa bağlantı adaptörü her türlü ameliyat masasının yan raylarına takılabilecek şekilde ayarlanabilmeli, genişliği ayarlanabilir olmalı ve üzerindeki delikler teklif edilen base unit ile tam uyumlu olmalıdır.
11. Kilitleme kolunun mesafesi, kilitli konumda iken altına parmaklar girebilecek aralığa sahip olmalı, istendiğinde rahatlıkla açılıp kapanabilmelidir.
12. Skull Clamp ile Base Unit arasında bir swivel adaptör bulunmalı, adaptör 360 derece dönebilir özellikte olmalıdır.
13. Verilen pozisyonun operasyon boyunca sabit kalabilmesi için swivel adaptör üzerinde kilitleme mekanizması olmalıdır.
14. Tek kilitleme kolu ile hem lateral, hem de vertikal pozisyonlarda daha iyi pozisyon ayarlama ve değiştirme mümkün olmalıdır.
15. Teklif edilen çivili başlık ile kullanıma uygun ve aynı üretici firma tarafından üretilen otomatik leyla ekartör sistemi (halo) üretimde olmalı ve bu kataloglar ile ispatlanmalıdır.
16. Elektrik akımından korunmak için masa bağlantı uçları iç izolasyon ile kaplı olmalıdır.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

17. Sistemin oturur pozisyonda da kullanılabilmesi amacıyla, sonradan satın alınmak üzere, üretici firmanın ürün gamında crossbar adaptör ve masa bağlantıları bulunmalıdır.
18. Gerektiğinde sisteme dahil edilmek üzere yetişkin ve pediatrik olmak üzere 2 çeşit at nalı başlık da üretici firmanın portföyünde bulunmalıdır. At nalı birçok pozisyonda kullanılabilmeli, değişik baş büyüklüklerine ayarlanabilmeli ve basınca duyarlı jel pedler aracılığı ile nekrozu azaltmalıdır. Jel pedler sıvıya dayanıklı olmalı ve kolayca sökülüp temizlenebilmelidir. Yetişkin at nalı supine ve prone pozisyonlarında kullanılabilmelidir. Pediatrik at nalı, prematüre bebeklerde ve küçük çocuklarda prone ve supine pozisyonlarında kolaylıkla kullanılabilmelidir.
19. Sistem için 2 yıl ücretsiz, 10 yıl ücreti karşılığında bakım ve hizmet garantisi olmalıdır.
20. Sistemi ithal eden firmanın TSE ve Sanayi Bakanlığı Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi olmalıdır. UBB kaydı olmalıdır.
21. Teklif edilen sistem aşağıdaki parçalardan oluşmalıdır:
 - a. Skull clamp 2 (iki) adet
 - b. Base unit 1 (bir) adet
 - c. Swivel adaptör 1 (bir) adet
 - d. Yetişkin çivi - reusable 3 (üç) adet
 - e. Pediatrik çivi - reusable 3 (üç) adet

A.T