



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20253427

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

İHALE İLE

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN 18/06/2025 TARİHİ, SAAT 14:00 'E/A KADAR

YAKLAŞIK MALİYET TESPİTİ İÇİN

TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) ELDEN GETİRMELERİ VEYA

İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

BEDİHA ÖZARSLAN

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	ANTI HIV DOGRULAMA	60,00	TEST
---	--------------------	-------	------

ÖDEME SÜRESİ: 120 GÜN

TEKLİF NO : 20253427

NOT : HIV DOĞRULAMA KİTİ İHALESİ

İLGİLİ KİŞİ : ERİNÇ ERGEN

TEL :

E-MAIL : erinc.ergen@deu.edu.tr

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

142.0099.000	ANTI HIV DOGRULAMA	TEST	60
--------------	--------------------	------	----

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

HIV-1 ve HIV-2 konfirmasyon testi teknik şartnamesi

1. Test kiti HIV enfeksiyonu laboratuvar tanısında serolojik doğrulama testi olarak kullanılabilirmeli (FDA onaylı olmalı) ayrıca HIV-1 ve HIV-2 ayırımını yapabilmelidir.
2. Test tek kullanımlık ve immuno-kromatografik test formatında olmalıdır.
3. Membran üzerinde kontrol bandı ile birlikte HIV-1 için minimum p31, gp160, p24, gp41 ve HIV-2 için minimum gp36 ve gp140 antijen bantları bulunmalıdır.
4. Test tam kandan, serum ve plazma örneklerinden çalışabilmelidir.



Doç. Dr. Özgür APPAK



Prof. Dr. Alpay Özbek