



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

13/06/2025 00:00:00

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20253439

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 20/06/2025 TARİHİ, SAAT 17:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) ELDEN GETİRMELERİ VEYA

İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

BEDİHA ÖZARSLAN

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	GAZ TAMPON 10 X 50 (8 KAT XRAY'LI)	40.000,00 ADET
---	------------------------------------	----------------

ÖDEME SÜRESİ: GÜN

TEKLİF NO : 20253439

NOT : ÖDEME 180GÜN

İLGİLİ KİŞİ : BELMA ÇELEK

TEL : 4122410

E-MAIL : belma.beker@deu.edu.tr

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

1/3



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

11/02/2025 17:30:35

TEKNİK ŞARTNAME

10273 GAZ TAMPON X-RAY'LI (10X50-8 KAT)

1. Gaz tampon 10cm ve 50cm 8 kat ölçülerinde olmalıdır.
2. Gaz tamponda kullanılan gaz bezi TS 14709'a uygun olmalıdır.
3. Açıldığında 40cm X100cm kesiminde olup önce yanlardan daha sonra alt ve üstten katlandığında 10cm x50cm 8 kat halinde ölçülerinde ve 3'e katlanmış olmalıdır.
4. Gaz tampon , hidrofili gaz bezinin istenen boyutlarda kesilerek kenarlarının iplik vermeyecek şekilde kıvrılarak katlanması ile hazırlanmış olmalıdır.
5. Gaz bezinin atkı-çözgü teli sayısı değerleri; çözgü teli sayısı cm başına 12(+/-1) tel , atkı sayısı cm başına 8 (+/-1) tel olmalıdır. Ürün toplamda 20(+/-1) tel olmalıdır.
6. Ürün üzerinde eksik atkı ya da çözgü içeren alan (tel kaçıkları gibi) olmamalıdır.
7. Apreli olmamalı , herhangi bir boya içermemelidir; kirli görünmemelidir.
8. Gaz kompres (tampon) kaşarlanmış, beyaz temiz ve kokusuz olmalıdır.
9. Üzerinde kırı elyaf artıkları yağ lekeli yabancı cisimler ek yeri v parça bulunmamalıdır.
10. Gaz kompreste (tampon) üst yüzeylerinde delik kesik yırtık vb. görünüş bozuklukları olmamalı, her tele dikili olmalıdır. Gazlı bez üzerinden kolayca çıkmamalıdır.
11. Gaz kompreste (tampon) kenarları iplik vermeyecek şekilde içe katlanmış olmalıdır.
12. Hasta güvenliği açısından rasyoopak iplik tampon içinde kesinlikle serbest olmamalı, her tele dikili olmalıdır. Gazlı bez üzerinden kolayca çıkmamalıdır.
13. Radyoopak iplikler monofilaman karakterli mavi renkte olmalı ve buhar sterilizasyonuna dayanıklı olmalı, parçalanmamalı çekmemeli X ışını ile görülebilmelidir.
14. Radyoopak iplikler toksik etki göstermemelidir. Belgesi sunulmalıdır.
15. Tamponların kullanım öncesi paketlenme aşamasında ve dolayısıyla asmeliyatta sayım hatası oluşturmaması için tüm katlanma yüzeyleri ve sırtları aynı tarafa bakmalıdır.
16. 40-50 adetlik kağıt ya da polietilen ambalajlarda ve kolilenmiş olarak teslim edilmelidir.
17. Karton kolilerin bütünlüğü tam olmalı, içinde en fazla 1500 adet ürün bulunmalıdır.
18. Paketler üzerinde en az aşağıdaki bilgiler okunaklı ve silinmeyecek şekilde yazılı olmalıdır.
- 18.1. Firmanın ticari ünvanı adresi ve /veya tescilli markası,
- 18.2. Hidrofili olduğu
- 18.3. Anma boyutları ve adedi
- 18.4. Üretim tarihi
- 18.5. Standartın işaret ve numarası (TS 14709)
- 18.6. Seri ve parti numarası
19. Non-steril olmalıdır.
20. Teklif edilen ürün T.C. İlç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na (TITUB) kayıtlı olmalıdır. Belgesi sunulmalıdır.
21. Değerlendirme için en az 100 adet orijinal paketlenmiş ürün numune olarak bırakılmalıdır. Numunelerin tamamı belirtilen özellikte radyoopak ipliklere sahip X-R 'li olmalıdır.
22. Muayene Komisyonun gerek görmesi halinde Dokuz Eylül Üniversitesi Tekstil Mühendisliğine yeterli sayıda numune analiz için gönderilebilecek, analiz üretici/satıcı firmaya ait olacaktır.
23. Yüklenici firmanın depoya teslim edeceği ürünler numuneler ile aynı özellikte olmalıdır.

Hen. Hasan Med. Yard.
Gözetmen
Kazım KANDENİR

Kazım KANDENİR