



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

23/06/2025 00:00:00

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20253667

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 25/06/2025 TARİHİ, SAAT 17:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARIÇ) ELDEN GETİRMELERİ VEYA

İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RICA OLUNUR.

Teklif No: 20253667

BEDİHA ÖZARSLAN

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	STERİL POMPA HORTUMU (SİSTEM SETİ / ULRICH MARKA OTOMATİK ENJEKTORE UYUMLU)	50,00	ADET
---	---	-------	------

ÖDEME SÜRESİ: 180 GÜN

TEKLİF NO : 20253667

NOT : ÖDEME 180GÜN

İLGİLİ KİŞİ : BELMA ÇELEK

TEL : 4122410

E-MAIL : belma.beker@deu.edu.tr

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

1/2

XD 8151 Sistem Seti Teknik Şartnamesi

1. Sistem seti, hastanemizde kullanılan Ulrich marka CT-Motion Model otomatik enjeksiyon pompası ile uyumlu olmalıdır.
2. Sistem seti iki adet kontrast ve bir adet NaCl bağlantısı yapabilmesini sağlayacak soketlere sahip olmalıdır.
3. Sistem seti, hasta tarafındaki distal (Male) ucunda; geriye kaçıışı engelleyecek entegre bir checkvalve olmalıdır.
4. Sistem seti, hasta tarafındaki distal (Male) ucunda; (*kontaminasyonu önleyici ancak priming'i engellemeyecek*) koruyucu bir kapak olmalıdır.
5. Sistem seti; cihaz tarafındaki pompa hortumunda, hava besleme kanalındaki entegre hava
6. filtresiyle birlikte üç delme pimi (1-3) bulunmalıdır.
7. Sistem seti üzerinde basınç sensör bölümüne entegre partikül filtresi bulunmalıdır.
8. Sistem üzerinde basınç sensörünün ölçüm yapabileceği basınç sensör bölümü olmalıdır.
9. Sistem seti tekli steril pakette olmalıdır.
10. Her paket üzerinde son kullanım tarihi, ürün modeli, saklama(depolama) koşulları yazılı olmalıdır.

CT cihazından elde edilen görüntülerden radyoterapi görerek alan belirlenirken contrast maddenin hassas zaman dilimi içinde verilmesi için kullanılmaktadır. Özellikle çocuk hastalarda otomatik enjektörle contrast verilmesi önemlidir.

Doç.Dr. Hasan Oğuz ÇETİNAYAK

Rad. Onk. Öğretim Üyesi

Prof. Dr. İlknur Görken

Radyasyon Onk. AD.Başk.