



# DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

25/06/2025 00:00:00

## Uygulama ve Araştırma Hastanesi

### Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20253762

## İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 30/06/2025 TARİHİ, SAAT 14:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) ELDEN GETİRMELERİ VEYA

İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

BEDİHA ÖZARSLAN

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

### ALIM KONUSU MALZEMELER

### MİKTAR

|    |                                                   |            |          |
|----|---------------------------------------------------|------------|----------|
| 1  | PERNOZ DREN İNCE 3/8                              | 750,00     | ADET     |
| 2  | %3 HİDROJEN PEROKSİT(OKSİJENLİ SU) 1000 CC. LİK   | 150,00     | ADET     |
| 3  | ABESLANG (DİL BASACIĞI)                           | 125.000,00 | ADET     |
| 4  | OMNI PREP CİLT TEMİZLEME PREPARATI                | 35,00      | ADET     |
| 5  | İLETKENLİĞİ ARTIRICI PASTA TEN-20                 | 200,00     | ADET     |
| 6  | ULTRASON JELİ 1 KG.                               | 700,00     | KİLOGRAM |
| 7  | ACIL ARABASI KİLİDİ(AVALO MARKA ARABALARA UYUMLU) | 1.000,00   | ADET     |
| 8  | GOBEK KLEMPİ STERİL                               | 1.000,00   | ADET     |
| 9  | SURGU PLASTİK                                     | 1.750,00   | ADET     |
| 10 | ULTRASON KAGIDI (110M X 21M- MITSUBISHI-V805)     | 100,00     | ADET     |

ÖDEME SÜRESİ: 180 GÜN

TEKLİF NO : 20253762

NOT : 20253762 NO LU TEKLİF MEKTUBU

İLGİLİ KİŞİ : BELMA ÇELEK

TEL : 4122410

E-MAIL : belma.beker@deu.edu.tr

\*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

1/20



# DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

25/06/2025 00:00:00

## Uygulama ve Araştırma Hastanesi

### Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20253762

## İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 30/06/2025 TARİHİ, SAAT 14:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) ELDEN GETİRMELERİ VEYA İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

BEDİHA ÖZARSLAN

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

#### ALIM KONUSU MALZEMELER

#### MİKTAR

|    |                                      |          |      |
|----|--------------------------------------|----------|------|
| 11 | GAZ RULO SARGI 5 X 5                 | 2.000,00 | ADET |
| 12 | SURAHİ MIKA (IDRAR TOPLAMA SURAHISI) | 2.250,00 | ADET |
| 13 | LAM TASIMA KABI                      | 850,00   | ADET |
| 14 | IDRAR TOPLAMA KABI (24 SAATLIK)      | 350,00   | ADET |
| 15 | COCUK KOL BANDI (KIZ-ERKEK)          | 5.000,00 | ADET |
| 16 | IDRAR TOPLAMA TORBASİ (ERKEK)        | 2.500,00 | ADET |
| 17 | SUPERFROST LAM                       | 125,00   | KUTU |
| 18 | FORMALDEHİT DÜZEYİ OLCUMU YAKA KARTI | 20,00    | ADET |
| 19 | KSİLEN DÜZEYİ OLCUMU YAKA KARTI      | 25,00    | ADET |
| 20 | SFT BLOK AĞIZLIĞI (FİLTRELİ)         | 3.500,00 | ADET |

ÖDEME SÜRESİ: 180 GÜN

TEKLİF NO : 20253762

NOT : 20253762 NO LU TEKLİF MEKTUBU

İLGİLİ KİŞİ : BELMA ÇELEK

TEL : 4122410

E-MAIL : belma.beker@deu.edu.tr

\*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

2/20



# DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

25/06/2025 00:00:00

## Uygulama ve Araştırma Hastanesi Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20253762

### İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 30/06/2025 TARİHİ, SAAT 14:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) ELDEN GETİRMELERİ VEYA  
İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

BEDİHA ÖZARSLAN

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

#### ALIM KONUSU MALZEMELER

#### MİKTAR

|    |                                                                |           |      |
|----|----------------------------------------------------------------|-----------|------|
| 21 | CAM 16X100 VIDALI KAPAKLI TUP (GENİS AĞIZLI)                   | 1.500,00  | ADET |
| 22 | KALEM İGNESİ (4 -5 MM.)                                        | 35.000,00 | ADET |
| 23 | MASAT                                                          | 2,00      | ADET |
| 24 | %2 KLORHEKZİDİN (GLUKONAT SOLUSYON) (1000 CC)                  | 425,00    | ADET |
| 25 | ST. KONİK TAB. TUP 50 ML (0,5CC OLÇEKLİ) (MİKROBAKTERİ LAB.)   | 2.750,00  | ADET |
| 26 | LAMEL 24 X 50 100 LUK. (LEICA OTOMATİK KAPAMA CİHAZINA UYUMLU) | 6.000,00  | ADET |
| 27 | DERİN ÇELİK TENCERE 32 CM ÇİFT KULPLU                          | 3,00      | ADET |
| 28 | ELYAF GALOS (TEK)                                              | 8.000,00  | ADET |
| 29 | KİMYASALA DAYANIKLI KULLAN AT İS ELDİVENİ (M BEDEN)            | 1.200,00  | ÇİFT |
| 30 | KİMYASALA DAYANIKLI KULLAN AT İS ELDİVENİ (S BEDEN)            | 1.200,00  | ÇİFT |

ÖDEME SÜRESİ: 180 GÜN

TEKLİF NO : 20253762

NOT : 20253762 NO LU TEKLİF MEKTUBU

İLGİLİ KİŞİ : BELMA ÇELEK

TEL : 4122410

E-MAIL : belma.beker@deu.edu.tr

\*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

3/20



# DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

25/06/2025 00:00:00

## Uygulama ve Araştırma Hastanesi Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20253762

### İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 30/06/2025 TARİHİ, SAAT 14:00 E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) ELDEN GETİRMELERİ VEYA

İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

BEDİHA ÖZARSLAN

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

#### ALIM KONUSU MALZEMELER

#### MİKTAR

|    |                                          |        |      |
|----|------------------------------------------|--------|------|
| 31 | TEK KULLANIMLIK KONSANTRİK İGNE ELEKTROT | 375,00 | ADET |
|----|------------------------------------------|--------|------|

ÖDEME SÜRESİ: 180 GÜN

TEKLİF NO : 20253762

NOT : 20253762 NO LU TEKLİF MEKTUBU

İLGİLİ KİŞİ : BELMA ÇELEK

TEL : 4122410

E-MAIL : belma.beker@deu.edu.tr

\*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

4/20



# DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

## Uygulama ve Araştırma Hastanesi

13/01/2025 11:17:18

### TEKNİK ŞARTNAME

#### 12436 PENROZ DREN TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Lateks malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
2. Steril tekli ambalajlarda olmalıdır.
3. Kolay açılabilen ambalaja sahip olmalıdır.
4. Paket üzerinde sterilizasyon yöntemi, son kullanma tarihi, ebat bilgileri ve UBB barkodu bulunmalıdır.
5. CE belgesine sahip olmalıdır.
6. Raf ömrü teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl olmalıdır.
7. Toksik madde içermemeli ve bu özelliği belgelenmelidir.
8. Ameliyathaneden uygunluk alınmalıdır.
9. Ürün ambalajlı (kutu/ poşet) olmalı, ambalaj içindeki ürün adedi üzerinde belirtilmelidir.
10. Ürün ambalajı üzerinde barkot basılmış olmalıdır.
11. Değerlendirme için 5 adet numune verilmelidir.
12. Genişliği 1,5 cm olmalıdır. ( Dar yada geniş olmamalı)
13. Boyu 45 cm'den uzun olmalıdır.
14. Paketten alırken dağılıp sterilliğinin bozulmaması için ikinci bir pakette muhafaza edilmelidir.
15. Esnekliği ve kullanılabilirliği ameliyatta kullanım esnasında cerrah tarafından değerlendirilecektir.

Henüzire Sana Abin  
[Signature]

Henüz. Sevilay Atacan  
[Signature]



# DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

## Uygulama ve Araştırma Hastanesi

13/12/2024 15:55:11

### TEKNİK ŞARTNAME

#### 12014 SARF MAZEME (KİMYASAL)

- Aşağıda belirtilen katalog numaralarına tekâmül eden özellikler söz konusu malzemelerin teknik şartnamelerinin aslını teşkil etmektedir.
- 1.1. 303.0020.000 kod numaralı Hidrojen Peroksit için SİGMA 216763 veya muadili olmalıdır.
- 1.1. 298.0070.000 kod numaralı Vazelin Katı (KG) için SİGMA 330779 veya muadili olmalıdır.
2. Üretici firma laboratuvarında denenmek ve şahit numune olarak saklanmak için numune temin etmelidir.
3. Şartnameye uymayan ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır.
4. Ürün ile ilgili Güvenlik Bilgi Formu teklif mektubu ile beyan edilecek ve ürünün teslimatı aşamasında depoya teslim edilecektir.

(uygundur)

Reyhan

AKAR EAY

Reyhan

Doç.Dr. Cem ERGON  
Marmara Üni. Tıp Fak. Enf. Yü.  
Göğüs Hastalıkları Uzmanı  
0532 330 00 00



# DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

## Uygulama ve Araştırma Hastanesi

14/02/2025 10:23:08

### TEKNİK ŞARTNAME

#### 12846 ABESLANG (DİL BASACAĞI) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Fırınlanmış gürgen ağacından veya sert mikadan imal edilmiş olmalıdır.
2. Boyu en az 14 cm arasında olmalı, eni en az 1.5 cm olmalıdır.
3. Kalınlığı 2mm olmalı, tüm gövde bu kalınlıkta eşit olmalıdır.
4. Her iki ucu oval şekilde olmalıdır.
5. Tahtadan abeslangın yüzeyi tırtıksız ve her iki kenarı zımparalı olmalıdır.
6. Ürün içeriğinde çatlak, kırık ve çapak olmamalıdır.
7. 100'lük karton kutularda olup karton ambalajlarda teslim edilmelidir. Kutu üzerinde barkot bulunmalıdır.
8. Numune olarak bırakılan ürünler hastanemizde denenerek uygunluk kararı verilecektir. Bu nedenle 1 kutu numune bırakılmalıdır.  
Şartnameye uymayan ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır.  
Kokusuz ve temiz olmalıdır.
11. Esnek olmamalı, dil üzerine konulup bastırıldığında kırılmamalıdır.

Kazım KANDEMİR  
Hastane Müdürü

Hen. Hran. Müd. Yrd.  
Gökan PETTYVAN  
Gökan



## DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Uygulama ve Araştırma Hastanesi

13/01/2025 11:19:56

### TEKNİK ŞARTNAME

#### 5675 CİLT TEMİZLEME JELİ

1. Cilt temizleme özelliği yüksek olmalıdır.
2. Cildi hafifçe aşındırma özelliği olmalıdır.
3. Uygulamadan sonra kolaylıkla temizlenebilmelidir.
4. İçerğinde:
  - 4.1. Su
  - 4.2. Alüminyum Oksit
  - 4.3. 1,2 Propanediol
  - 4.4. Sodyum Poliakrilat
  - 4.5. Metilparaben
  - 4.6. Propilparaben
  - 4.7. FD&C Blue 1
  - 4.8. FD&C Red 40
  - 4.9. FD&C Yellow 5 bulunmalıdır.
5. Üretim tarihi ve son kullanma tarihi ambalaj üzerinde yazılı olmalıdır.
6. Tüpler halinde olmalıdır. (114 Gr. / 4 Oz)
7. Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir.
8. Ürün ile ilgili Güvenlik Bilgi Formu teklif mektubu ile beyan edilecek ve ürünün teslimatı aşamasında depoya teslim edilecektir.

*İlkay Açıncı*

*Dr. Ataberk Pamuk*



## DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Uygulama ve Araştırma Hastanesi

17/01/2025 11:36:23

### TEKNİK ŞARTNAME

#### 12811 İLETKENLİĞİ ARTIRICI PASTA TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Pasta EEG çekimlerinde kullanılabilir özellikte olmalıdır.
2. Abrasiv (arındırıcı) olmalıdır.
3. Disk elektrotlarda kullanılabilir olmalıdır.
4. İletken özellikte olmalıdır.
5. Sıcakta çok çabuk erimemelidir.
6. Terleme ile elektrotların cilt yüzeyinden ayrılmasını engelleyecek özellikte olmalıdır.
7. Numune bırakılan ürünler hastanemizde denenerek uygunluk kararı verilecektir. En az 2 adet numune bırakılmalıdır.
8. Antialerjik özellikte olmalıdır.

OTOMATİK  
KAZIĞI  
KAZIĞI  
KAZIĞI

Kazım KANDEMİR





## DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Uygulama ve Araştırma Hastanesi

13/01/2025 11:23:11

### TEKNİK ŞARTNAME

#### 12375 AĞIL ARABASI KİLİDİ (AVALO MARKA ARABALARA UYUMLU) TEKNİK ŞARTNAME

1. Kilit plastik malzemeden üretilmiş olmalı ve elastikyeti yüksek olmalıdır.
2. Kilitin kuyruk kısmının uzunluğu 135-145 mm arasında olmalıdır.
3. Kilitin kuyruk çapı 2-2,5 mm arasında olmalıdır.
4. Kilit uzunluğu 180-190 mm arasında olmalıdır.
5. Kilitin kilitlenebilen kısım uzunluğu 90-110 mm arasında olmalıdır.
6. itlenebilir yapıda olmalı, kilitlendikten sonra kopartılmadan açılmamalıdır.
7. Kilit kesici bir alete gerek kalmadan el ile kolaylıkla kopartılabilir.
8. Her bir kilitle kolay okunabilen ve birbirini takip eden seri numaraları olmalıdır.
9. Hastanemizde mevcut olan acil arabalarının kilitlemesine uygun olmalıdır.
10. Numune olarak bırakılan ürünler hastanemizde denenerek uygunluk kararı verilecektir. Bu nedenle firma tarafından en az 10 adet numune bırakılmalıdır.

Kazım KANDEMİR  
Hastane Müdürü

HEMŞİRE BAŞKANLIĞI  
HİST. BAŞKANLIĞI



# DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

## Uygulama ve Araştırma Hastanesi

13/01/2025 11:30:19

### TEKNİK ŞARTNAME

#### 3642 GÖBEK KLEMBİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Açılmaz mandallı kilit sistemine sahip olmalı,
2. Kapatıldığında asla açıklık olmamalı,
3. Deri tahrişini önleyen yuvarlatılmış kenarları olmalı,
4. Göbek kordonunu tutan dişleri olmalı,
5. Tek elle kapanabilecek, kordonu kesmeyecek, alerjik olmayacaktır.
6. Steril tekli paketler içerisinde teslim edilecek ve ambalaj üzerinde sterilizasyon, son kullanma tarihi, üretim parti seri(Lot) numarası yazılı olacaktır.
7. Son kullanma tarihi, teslim tarihinden başlamak üzere en az 2 yıl olmalıdır.
8. Teklif edilen ürün, T.C İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na (TITUBB)kayıtlı ve T.C Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmalıdır.
9. Onaylı ürün (barkod)numaraları teklif ile birlikte ve onaylı ürün numarası ihale sıra numarası ile birlikte teklif dosyasında belirtilmelidir.
10. Onaylı ürün (barkod) numaraları EAN-13 formatında ambalajın üzerinde yer almalıdır.
11. Firma,ürüne alt marka adı, model, barkod numarası, üretici firma adı, firmaya ait malzeme kodu bilgilerini yazılı olarak ürün ile birlikte teslim edilecektir.

**PROF.DR. MEHMET GÜNEY**

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  
Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D.Başkanı  
Dip. Tesc. No:5021 Uzm. Tesc.No:38283

Doç. Dr. Erkan ÇAĞLIKAN  
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fak. Hast.  
Kadın Hast. ve Doğum Uzmanı  
Dip. Tesc. No: 44379  
Uzm. Tesc. No: 76256



# DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

## Uygulama ve Araştırma Hastanesi

13/01/2025 11:32:17

### TEKNİK ŞARTNAME

#### 12400 SÜRGÜ (PLASTİK)

1. Plastik malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
2. Tutmak için kulpu olmalı ve kapaklı olmalıdır.
3. Yüzeyi pürüzsüz, ırmaksız ve çapaklı olmamalıdır.
4. Cilde temas edecek kenarları yuvarlatılmış olmalı ve cilde zarar vermemelidir.
5. Kolay temizlenebilir ve leke tutmayan özellikte olmalıdır.
6. Dezenfekte edilebilir olmalıdır.
7. Tek tek paketlenmiş olmalı, üzerinde ürün barkodu bulunmalıdır.
8. Numune olarak bırakılan ürünler hastanemizde denenerek uygunluk kararı verilecektir. Bu nedenle en az 3 adet numune bırakılmalıdır.
9. Şartnameye uymayan ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır.
10. CE belgesi olmalıdır.
11. Ürün kapaklı olmalıdır.
12. Ürünün imal tarihi ve son kullanma tarihi olmalıdır.
13. Ürün çatlama ve delinmelere karşı dayanıklı olmalıdır.
14. Bozuk ve çatlak ürünler firma tarafından değiştirilmelidir.
15. Firma müladının dolmasına 6 ay kalmış ürünleri ileri miad tarihli ürünlerle değiştirmelidir.
16. Kapak sürgüye iyi oturmalıdır, açık kalmamalıdır.

Kazım KANDEMİR

HEKİM KURULU BAŞKANI  
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Ky d 3-30  
Ky d 3-30

23/01/2025 17:39:00



## DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Uygulama ve Araştırma Hastanesi

### TEKNİK ŞARTNAME

#### 286. USG PRİNTER KAĞIDI (MITSUBISHI K65HM VE V805 UYMLU) TEKNİK ŞARTNAMESİ:

1. Uygun ısı şartlarında korunması halinde kalitesi bozulmamalıdır.
2. Print edildikten en az 3 ay sonrasında bile görüntü korunabilmelidir.
3. Kullanımda olan standart tip yerine yüksek dansiteli tipte bir kağıt olmalıdır.
4. Ebatları 110 mm x 21 m (en az) olmalıdır.
5. Ürün paketlenmiş ve barkodlu olmalıdır.
6. Ürün paketi üzerinde üretim ve son kullanım tarihi bilgileri yer alacaktır.
7. Teklif edilen ürünler kliniklerimizde denenecek, denenenler arasında uygun olanlar ihale kapsamına alınacaktır.
8. Teklifte birlikte, kabul muayenesi ve sonraki uyumsuzluklarda referans olarak kullanılacak 1 (bir) ürün numunesi teslim edilecektir.

DOKUZ EYLÜL ÜNİV. TIP FAK. HAST.  
Radyoloji Uzmanı Dr. Arzu Başabak  
Prof. Dr. Arzu Başabak  
Dip. No: 8987 / Tescil No: 94859

Radyoloji Başteknikeri  
Arzu Yasemin BAŞABAK



## DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Uygulama ve Araştırma Hastanesi

13/01/2025 15:47:20

### TEKNİK ŞARTNAME

#### 3317 GAZ RULO SARGI ( 5X5,10X5,15X5,20X5)

1. Pamuk ipliğinden dokunmuş olmalıdır.
2. Gaz rulo sargıda kullanılan gaz bezi TS 14079'a uygun olmalıdır.
3. Aprell olmamalı, herhangi bir boya içermemeli, kirlı görünmemelidir.
4. Gaz kompres (tampon) kasarılmış, beyaz, temiz ve kokusuz olmalıdır.
5. Gaz bezinin atkı-çözgü telli sayısı değerleri; çözgü telli sayısı cm başına (en az) 12tel (+/-1) , atkı sayısı cm başına(en az)8tel(+/-) olmalıdır.
6. Atkı ve çözgüler arasındaki uzaklık eşit olup, bezin homojen bir görünümü olmalıdır.
7. Birim alan kütlesi en az 27 gr/m2 olmalıdır.
8. Kopma mukavemeti (çözgü yönünde) (en az) kgf 8 olmalı, ameliyat esnasında ekartörde kopmamalıdır.
9. Eni 5cm, 10cm, 15cm, 20cm, boyu ise 5 metre olmalıdır.
10. Her boy rulunun kenarları atmayacak şekilde örgülü olmalıdır.
11. Parmak ile basınç uygulandığında gazlı bezin dokuması bozulmamalı, birbirinden ayrılmamalıdır.
12. El ile koparılabilmeli ve koparıldıktan sonra koparılan bölümlerde dokuma bozukluğu ya da liflenme olmamalıdır.
13. Gaz rulo sargıda buhar sterilizasyon işlemi sonrası form bozukluğu görülmemelidir.
14. Non - steril olmalıdır.
15. Teklif edilen ürün T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na (TİTUBB) kayıtlı olmalıdır. Belgesi sunulmalıdır.
16. Her bir rulo nemden ve sudan etkilenmeyi engelleyecek naylon ambalaj/koruyucu kılıf içerisinde olmalıdır.
17. Bu paketler taşımaya uygun sayılarda karton ambalajlarda teslim edilmelidir.
18. Ürün kolileri üzerinde aşağıdaki bilgiler okunaklı ve silinmeyecek şekilde yazılı olmalıdır.
- 18.1. Firmanın ticari ünvanı adresi ve/veya tescilli markası,
- 18.2. Hidrofil olduğu,
- 18.3. Anma boyutları ve adedi,
- 18.4. Üretim tarihi,
- 18.5. Atkı-çözgü telli sayısı,
- 18.6. Standardın işaret ve numarası(TS 14079),
- 18.7. Seri ve parti numarası. barkodu
19. Her bir ürün poşetinin üzerinde de aşağıdaki bilgiler okunaklı ve şekilde basılı olmalıdır.
- 19.1. Firmanın ticari ünvanı adresi ve/veya tescilli markası,
- 19.2. Hidrofil olduğu,
- 19.3. Standardın işaret ve numarası(TS 14079),
- 19.4. Seri ve parti numarası./ barkodu
20. Değerlendirme için her boydan, ürün üzerinde lot numarası, firma ve ürün bilgisi bulunan en az 10 adet gaz rulo sargı numune olarak bırakılmalıdır.
21. Muayene komisyonun gerek görmesi halinde Dokuz Eylül Üniversitesi Tekstil Mühendisliğine yeterli sayıda numune analiz için gönderilebilecek, analiz üretici/satıcı firmaya ait olacaktır.
22. Yüklenici firmanın depoya teslim edeceği ürünler numuneler ile aynı özelliği taşıyor olmalıdır.

FORM NO: MYS\_0053

1/1

Kazım KANDENİR  
T.C. Sağlık Bakanlığı  
Dokuz Eylül Üniversitesi  
Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Yazıcı  
Gözetici



**DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ**  
**Uygulama ve Araştırma Hastanesi**

27/12/2024 09:31:42

**TEKNİK ŞARTNAME**

**4293 LAM TAŞIMA KABI**

1. Polipropilenden üretilmiş, şeffaf olmalı, içindeki lamların kolay görünmesine olanak sağlamalı, kapakları sıkı kapanmalıdır.
2. Yatık iki bölmeli ve dört adet lam sığabilecek dizaynda olmalıdır..
3. Ürün ambalajı (kutu/poşet) olmalıdır.
4. Ürün ambalajı üzerinde barkod basılmış olmalıdır.
5. Üretici firma laboratuvarda denenmek ve şahit numune olarak saklamak için numune temin etmelidir.

Prof. Dr. Zehra Ş. DUTUN

K. Dolek  
Kutbra Oğuz



**DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ**  
**Uygulama ve Araştırma Hastanesi**

Den Servis  
Kadın Bgsm

13/01/2025 15:54:22

**TEKNİK ŞARTNAME**

**184** *Ser 3001*  
**İDRAR TOPLAMA SÜRAHISI ( SÜRAHI MİKA )**

1. Sert plastikten imal edilmiş olmalıdır.
2. İçindeki idrarı gösterecek şeffaflıkta olmalıdır.
3. 100 cc den başlayıp 2000 cc ye kadar ölçer derecesi bulunmalıdır. Derecelendirilmesi doğru ve okunaklı olmalıdır.
4. Dökülmeyi önleyici koruyucu kapağı bulunmalıdır.
5. Tutmayı kolaylaştırıcı sapı bulunmalıdır.
6. Her biri tek tek ambalajlarda bulunmalıdır.
7. Ambalaj üzerinde barkod bulunmalıdır.
8. Numune olarak bırakılan ürünler hastahanemizde denenerek uygunluk kararı verilecektir. Bu nedenle 3 adet numune bırakılmalıdır.
9. Şartnameye uymayan ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır.
10. CE Belgesi olmalıdır.
11. Delik ya da çatlak ürünler firma tarafından değiştirilmelidir.

Kazime KANDEMİR

TEKİRİRELMİŞ KAZİME KANDEMİR  
13/01/2025



# DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Uygulama ve Araştırma Hastanesi

11/02/2025 17:20:17

## TEKNİK ŞARTNAME

### 3741 HASTA KOL BANDI (PEDIATRİK BOY)

1. Yumuşak PVCden imal edilmiş olmalıdır,kenarları tahriş edici olmalıdır.
2. Kol bandının uzunluğu 16 cm olmalıdır.
3. Barkodlu kağıdın konulacağı cepli kısmın uzunluğu 4-5x2 cm olmalıdır.
4. Barkodun yapıştırılacağı kağıdın ebadı 3,5-4x1,75 cm olmalıdır.
5. Kayıtların okunabilmesi için hasta kol bandının cebinin üst kısmı şeffaf olmalıdır.
6. Tek kullanımlık olmalı,çıtçıtları kilitlendikten sonra açılmamalıdır.
7. Hastanenin istediği renklerde imal edilmelidir.
8. Su geçirmeyen özellikte olmalı,alkol,tiner,solvent gibi maddelerle silinip değiştirilmemelidir.
9. Üretici firma ISO belgesine sahip olmalıdır.
10. Numune olarak bırakılan ürünler hastanemizde denenerek uygunluk kararı verilecektir.Bu nedenle herbir numaradan en az 15 adet numune bırakılmalıdır.
11. Baskılı kağıt parametresi aşağıdaki gibi olmalıdır.
  - 11.1. adı soyadı
  - 11.2. T.C. Nosu
  - 11.3. Doğum tarihi,cinsiyeti
  - 11.4. Protokol no
  - 11.5. Hasta no
12. Paket üzerinde barkod bulunmalıdır.

Hastane Med. Yrd.  
Gülner KARA

**Bora ANGIN**  
Hast. Müd. Yard.



# DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

## Uygulama ve Araştırma Hastanesi

13/12/2024 16:31:12

### TEKNİK ŞARTNAME

#### 4798 İDRAR TORBASİ 100CC. (STERİL) ERKEK ÇOCUK

1. Paketler tek kullanımlık ve steril olmalıdır, her paket en az 2 yıl miyatlı olmalıdır.
2. Kullanım sırasında yapışkan bölge kağıdı kolay kaldırabilmelidir.
3. Torba ağzındaki yapıştırıcı cilde çok iyi yapışmalıdır.
4. Yapıştırıcı ciltte allerji ve benzeri durumlara sebep olmamalıdır.
5. Torbanın açık olan bölgenin iç kısmının çevresinde, idrarın dışarı kaçmasını önleyen sünger veya benzeri bir destek olmalıdır.
6. Ürün 50'şer veya 100'er adet paketler şeklinde olmalıdır.
7. Ürün ambalajı üzerine barkot basılmış olmalıdır.
8. Her bir poşet üzerinde son kullanma tarihi yazılı olmalıdır.
9. Üretici firma laboratuvarında denenmek ve şahit numune olarak saklamak için 20 adet numune temin etmelidir.

Sorumlu Hemşire  
Aylin Dilme s  
*[Signature]*

*[Signature]*  
Mühür  
Tarih: 13/12/2024  
Yer: 13/12/2024



## DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Uygulama ve Araştırma Hastanesi

### TEKNİK ŞARTNAME

12419

Surjoon

#### 24 SAATLİK İDRAR TOPLAMA KABI ŞARTNAMESİ

1. İdrar toplama kabı plastik ve kapaklı olmalı, kapak sızdırmamalı ve vidalı olmalıdır.
2. İdrar toplama kabı 2.5 - 5 litre olmalıdır.
3. İdrar toplama kabı delik, yırtık, bütünlüğü bozuk olmamalıdır.
4. İdrar toplama kabının üstte bulunan kapak dışında örnek almaya yarayan, yanda sızdırmaz kapaklı bir çıkışı olmalıdır.
5. 500 ml'den başlayıp 2500 - 5000 ml'ye kadar ölçer derecesi bulunmalıdır. Ölçüm miktarı doğru ölçeklendirilmelidir.
6. Delik, kapakları bozuk olan idrar toplama kaplarını firma değiştirecektir.
7. Üretici firma CE,ISO,TSE belgelerinden en az birine sahip olmalıdır.
8. Numune olarak bırakılan ürünler hastanemizde denenererek uygunluk kararı verilecektir. Bu nedenle 3 adet numune bırakılmalıdır.
9. Şartnameye uymayan ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır.
10. İdrar toplama kabı delinmelere karşı dayanıklı olmalıdır.
11. Ürünün içindeki idrar miktarını gösterecek şeffaflıkta olmalıdır.
12. Ürünün üretim ve son kullanma tarihleri olmalıdır.
13. Firma miadının dolmasına 6 ay kalmış ürünleri ileri miad tarihli ürünlerle değiştirmelidir.
14. Kolay taşınması için kulp olmalıdır.
15. Işıktan korumalı olmalıdır.

Kazım KANDEMİR

13/01/2025



# DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

## Uygulama ve Araştırma Hastanesi

13/12/2024 16:31:41

### TEKNİK ŞARTNAME

#### 6176 SUPERFROST LAM

1. 50 tane içeren karton kutularda olmalıdır.
  2. Kutu içindeki lamlar, toz ve kirden korunmak için plastik ile kaplanmış olmalıdır.
  3. 76X26 mm boyutlarında olmalıdır.
  4. Lamların bir yüz ve bir kenarında isim yazmaya uygun renkli işaretliyi alan bulunmalı.
  5. Kutu üzerinde ISO numarası ve CE işareti bulunmalı.
  6. Lamları yapan firmanın adı/adresi kutu üstünde belirtilmeli.
  7. Tüm kutuların lot nosu açıkça belirtilmeli ve son kullanma tarihleri kutu üstünde yazılı olmalı.
- Lam yüzeyi Poly L-Lysin kaplanmış olmalıdır.
8. Üretici firma laboratuvarında denenmek ve şahit numune olarak saklanmak için 20 adet numune temin etmelidir.

(uygun dır)

Tarife

Akars

Oku

Doç.Dr. C.   
Dokuz Eylül  
Uygulama ve Araştırma Hastanesi  
Mikrobiyoloji Bölümü



# DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

## Uygulama ve Araştırma Hastanesi

17/12/2024 17:18:31

### TEKNİK ŞARTNAME

#### 12033 FORMALDEHİT ÖLÇÜM KARTI

1. Formaldehit ölçüm kartı, kullanan kişinin maruz kaldığı formaldehit düzeyini ölçebilmelidir.
2. Formaldehit dışında hiçbir kimyasal ile etkileşmemelidir.
3. Formaldehit ölçüm kartının içerisinde formaldehit partiküllerini tutabilecek 2,4-DNPH ile kaplanmış yüksek saflıkta silika jel bulunmalıdır.
4. Havadaki formaldehit molekülleri yaka kartından diffüze edilmeli ve yaka kartının içindeki kimyasal ile etkileşime girme prensibi ile çalışmalıdır.
5. Verilen teklif her bir yaka kartını ve analizi için yaka kartlarının alınmasını, ilgili analiz laboratuvarına gönderilmesini ve raporun kuruma ulaştırılmasını içermeli, bunun dışında herhangi bir ücret talep edilmemelidir.
6. İlgili rapor Türkçe olmalıdır.
7. İlgili raporun aslı en fazla 15 gün içinde kuruma iletilmelidir.
8. Yaka kartı OSHA, NIOSH ve JCAHO gibi standartlara uymalı ve verilen rapor belirtilen standartları karşılamalıdır.
9. Analiz laboratuvarı, TÜRKAK kurumundan akredite olup; logosu bulunmalıdır.
10. Tek kullanımlık olmalıdır.
11. Oda sıcaklığında saklanabilmelidir.
12. Son kullanma tarihi en az 12 ay olmalıdır.

NALAN OKAY

Safise Kestikbilek



# DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

## Uygulama ve Araştırma Hastanesi

17/12/2024 17:18:51

### TEKNİK ŞARTNAME

#### 12032 KSILEN ÖLÇÜM KARTI

1. Ksilen ölçüm kartı, kullanan kişinin maruz kaldığı ksilen düzeyini ölçebilmelidir.
2. Ksilen dışında hiçbir kimyasal ile etkileşmemelidir.
3. Havadaki ksilen molekülleri yaka kartından diffüze edilmeli ve yaka kartının içindeki kimyasal ile etkileşime girme prensibi ile çalışmalıdır.
4. Verilen teklif her bir yaka kartını ve analizi için yaka kartlarının alınmasını, ilgili analiz laboratuvarına gönderilmesini ve raporun kuruma ulaştırılmasını içermeli, bunun dışında herhangi bir ücret talep edilmemelidir.
5. İlgili rapor Türkçe olmalıdır.
6. İlgili raporun aslı en fazla 15 gün içinde kuruma iletilmelidir.
7. Yaka kartı OSHA, NIOSH ve JCAHO gibi standartlara uymalı ve verilen rapor belirtilen standartları karşılamalıdır.
8. Analiz laboratuvarı, TÜRKAK kurumundan akredite olup; logosu bulunmalıdır.
9. Tek kullanımlık olmalıdır.
10. Oda sıcaklığında saklanabilmelidir.
11. Son kullanma tarihi en az 12 ay olmalıdır.

MALAN OKAY

Satya Keskinbıyık



# DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

## Uygulama ve Araştırma Hastanesi


17/12/2024 17:07:06

### TEKNİK ŞARTNAME

#### 5822 KENDİNDEN AĞIZLIKLİ BAKTERİYEL-VİRAL SPİROMETRE FİLTRESİ ŞARTNAMESİ

1. Satın alınacak ürünler, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, SFT laboratuvarında, solunum fonksiyon testlerinin yapılmasında kullanılacaktır.
2. Filtreler ünitemizde bulunan spirometre cihazlarına ("Jaeger bodyplethysmograf" ve "Jaeger PFT") uyumlu olmalıdır.
3. Filtreler; tek kullanımlık, çocuk ve erişkinlerin anatomik ağız yapısına uygun olmalıdır.
4. Filtreler, ölçüm esnasında hastanın dudaklarına yapışmayacak ve kanatmayacak yapıda olmalıdır.
5. Filtreler hava geçirmeyen tekli ambalajlarda ve uç kısımları keskin olmayacak yuvarlatılmış şekilde olmalıdır.
6. Filtre, hava akımında basınç kaybı oluşmaması ve dış etmenlerden etkilenmemesi için stabil, açılmaz yapıda olmalıdır.
7. Üründe kimyasal yapıştırıcı kullanılmamış olmalıdır.
8. Filtrenin hava akımına karşı direnci, hem nefes almada hem de nefes vermede %0,7'den fazla olmamalıdır.
9. Ölü boşluk 80 ml'den az olmalıdır.
10. Filtre, hem bakteriyel hem de viral etkenlere karşı filtrasyon etkinliği sağlamalıdır. Her iki mikrobiyolojik grubu için de filtrasyon etkinliği %99'un üzerinde olmalı ve bunu belgeleyen teknik doküman ve laboratuvar test raporları olmalıdır.
11. Hastalar arası enfeksiyonu önlemek için, her filtre ile birlikte 1 adet tek kullanımlık burun mandalı verilmelidir.
12. İstenilen ürünlerin tıbbi cihaz mevzuatı gereğince olması gerek standart belgeleri, Sağlık Bakanlığı tarafından alınmış onay belgeleri olmalıdır.
13. Firma, ürünü, uygunluk açısından değerlendirmeye yetecek miktarda numune getirecek, gelen numuneler test edilecek, değerlendirme sonucuna göre uygun olmadığı takdirde satın alma süreci dışında bırakılacaktır.
14. Yüklenici firma, ambalajı açıldığında kullanıma uygun olmayan, hatalı-bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir.

  
Prof. Dr. Kemal Can TERTEMİZ  
D.E.Ü.T.F.  
Göğüs Hastalıkları A.B.D.  
Dip. No:3868

  
Prof. Dr. Kemal Can TERTEMİZ  
D.E.Ü.T.F. Göğüs Hastalıkları AD.  
Dip.Tes.No: 114369



**DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ**  
**Uygulama ve Araştırma Hastanesi**

17/12/2024 17:06:49

**TEKNİK ŞARTNAME**

**5710 STERİL CAM VİDALI KAPAKLI TÜP (GENİŞ AĞIZLI) (16X100 MM)**

1. Dayanıklı borosilikat camdan üretilmiş olmalıdır.
2. Vida kapakları tam sızdırmaz olmalıdır.
3. Tüpün vidalı başının içi min. 15 mm olmalıdır.
4. Kapaklı halde otoklavlanabilmelidir.
5. Bakteriden arındırılmış olmalı, aseptik koşullarda paketlenmelidir.
6. Ürün ambalajlı (kutu/poşet) olmalıdır.
7. Ürün ambalajı üzerinde barkod basılmış olmalıdır.
8. Üretici firma laboratuvarında denenmek ve şahit numune olarak saklamak için 20 adet numune temin etmelidir.

(uygundur)

5710

STERİL CAM VİDALI KAPAKLI TÜP (GENİŞ AĞIZLI) (16X100 MM)

Dr. Bülent AKARON

Dr. Bülent AKARON

Doç.Dr. C. POON  
Hekim Laboratuvarı  
Uygulama ve Araştırma Hastanesi  
Çarşı 513 No'lu Kat



## DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Uygulama ve Araştırma Hastanesi

17/01/2025 11:32:51

### TEKNİK ŞARTNAME

#### 12810 İNSÜLİN KALEMİ İĞNESİ

1. İğneler paslanmaz çelik, steril ve tek kullanımlık olmalıdır.
2. Kalem iğneleri tüm kalemle uyumlu olmalıdır.
3. Kalem iğnesi 4-5 mm uzunluğunda olmalıdır.
4. İğnelerin kaleme kolaylıkla takılıp çıkarılabilmesini sağlayan vidalama sistemi bulunmalıdır.
5. İğne ucunda enjeksiyon sırasında acı hissi oluşmasını engelleyen silikon kaplama bulunmalıdır.
6. Lateks içermemelidir.
7. CE belgesine sahip olmalıdır.
8. Raf ömrü 60 ay (5 yıl) olmalıdır.
9. Kalem iğnesinin içte bulunan kapağı görme sorunu olan hastaların dikkatini çekmesi için farklı renkte olmalıdır.
10. 100'lük kutular halinde teslim edilmelidir. Kutu üzerinde barkod bulunmalıdır.
11. Numune olarak bırakılan ürünler hastanemizde denenerek uygunluk kararı verilecektir. Bu nedenle 100 adet numune bırakılmalıdır.
12. Şartnameye uygun olmayan ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır.
13. İnce duvar teknolojisi ile üretilmiş olmalı bu sayede iğne dış çapı sabit olmasına rağmen, iç çapı genişletilmiş olmalıdır. İğneden insülin akışı kolay ve pistonu uygulanan güç az olmalıdır.
14. Beş kesitli iğne ucu geometrisine sahip olmalı bu sayede cilde kolay girerek travmayı azaltılmalıdır.
15. Ambalaj üzerinde üretim ve SKT belirtilmelidir.

Kazım KANDEMİR



## DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Uygulama ve Araştırma Hastanesi

12/12/2024 12:02:42

### TEKNİK ŞARTNAME

#### 11938 MASAT

1. Sap ve namlu dahil, AISI 304 kalitede 18/10 Cr/Ni paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.
2. Daimond kaplama olmalıdır.
3. Oval tip masat olmalıdır.
4. Sertlik 64 Hrc olmalıdır.
5. Sap yapısı hijenik PP enjeksiyon olmalıdır. Ergonomik olmalı ve asma aparatı bulunmalıdır.
6. Sap kısmı 14 cm, namlı kısmı 31 cm olmalıdır. (Sap + namlu:45 cm )
7. Piyasaya arz şekliyle 12 numara olmalıdır.
8. Masat, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın "Türk Gıda Koeksi Gıda ile Temas Eden Madde Ve Malzemelere Dair Yönetmeliği "ne uygun olmalıdır.

Capla Bulgan

Bazak Aykutlar





## DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Uygulama ve Araştırma Hastanesi

12/12/2024 11:23:09

- 12.3. c. Etken madde adı (INN)
- 12.4. d. Ruhsat tarihi ve sayısı
- 12.5. e. Etken madde adı ve miktarı (mg/lt ya da % olarak)
- 12.6. f. Kullanım amacı ve kullanım talimatı
- 12.7. g. Üretim ve son kullanım tarihi
- 12.8. h. Seri no
- 12.9. j. Miktar
- 12.10. j. Genel uyarılar ve sınıfa uygun tehlike uyarı işareti
- 12.11. k. LD 50 değeri
- 12.12. i. Zehirlenme belirtileri, tedavisi varsa özel antidotu ve uyarı yazısı
- 12.13. m. Barkod.

FORM NO: MYS\_0053

Uzm. Dr. Muhammed Çelik  
Dokuz Eylül Üniversitesi  
Etiler Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD  
Dr. T. 0232 393 0000



**DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ**  
**Uygulama ve Araştırma Hastanesi**

18/12/2024 11:24:13

**TEKNİK ŞARTNAME**

**4534 STERİL KONİK TABANLI TÜP (50ML)**

1. Ultra şeffaf saf polipropilen den üretilmiş steril olmalıdır.
2. Her paketin üzerinde lot numarası, üretim tarihi, sterilizasyon tanımı vs bilgiler olmalıdır.
3. Kapaklar tam sızdırmazlık sağlamalıdır.
4. Hacim çizgileri gövde üzerinde kalıcı olarak kabartma şeklinde basılmalıdır.
5. 0.5-5 cc aralığında da derecelendirilmiş olmalıdır.
6. Kapak üzerinde ve gövde kısmında kalemle yazı yazılacak şekilde rodajlanmış olmalıdır.
7. Ürün ambalajı (kutu/poşet) olmalıdır.
8. Ürün ambalajı üzerinde barkot basılmış olmalıdır.
9. Üretici firma laboratuvarında denenmek ve şahit numune olarak saklanmak için 20 adet numune temin etmelidir.

Gözetim Fidan

Safire Korkutlu



# DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

## Uygulama ve Araştırma Hastanesi

17/12/2024 17:19:56

### TEKNİK ŞARTNAME

#### 12194 LAMEL (24X50.LİK) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Optik özellikli ve renksiz (su beyazı) camdan üretilmeli, tozdan kirden ve nemden arındırılmış olmalıdır.
2. Esneme kapasitesi yüksek olmalı (yaklaşık 0,13-0,17 mm kalınlıkta) kolay kırılmayan ve birbirine yapışık olmayan özellikte olmalıdır.
3. 100 adetlik paketlerde olmalıdır.
4. Ürün ambalajı (kutu/poşet) olmalı, ambalaj içindeki ürün adeti üzerinde belirtilmelidir.
5. Ürün ambalajı üzerinde barkot basılmış olmalıdır.
6. Üretici firma laboratuvarında denenmek ve şahit numune olarak saklanmak için numune temin etmelidir.
7. İstenilen lameller çalışmalar süresinde kullanıcı tarafından uygun bulunmaz ise istenilen özellikte (şartnameye uygun) başka bir lamelle ücretsiz olarak değiştirilmeli ve bunun taahhüdü yüklenici firma tarafından malzeme tesliminde verilmelidir.
8. 24x50'lik lamel için hastanemizde kullanılan mevcut lam kapatma cihazlarıyla (Leica) birlikte kullanılabilir özellikte olmalıdır.
9. Ürün etiketinde üretim ve son kullanma tarihi olmalıdır.
10. Ürünle birlikte MSDS formu teslim edilmelidir.
11. Ürün ambalajı üzerinde kimyasal maddenin tehlike niteliğini gösteren işaretler mevcut olmalıdır.

NALAN DEAY

Safije Kestiribeliç



DÜZCE EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ  
BESLENME VE DİYET BÖLÜMÜ

## 32 CM ÇELİK TENCERE TEKNİK ŞARTNAMESİ

Form No: TŞ.M  
Rev. Tarihi/No:

1. Tencere, AISI 304 kalitede 18/10 Cr/Ni paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.
2. Yüzey 2B (mat) olmalıdır.
3. Tencere çapı 32 cm olmalıdır.
4. Tencerenin yüksekliği min.20 cm olmalıdır.
5. Tencerenin her iki yanında pratik tutma kolu olmalıdır.
6. Tencerenin kapakları dahil tamamı paslanmaz çelik olmalıdır. Kapak kısmında çelikten tutma sapı olmalıdır.
7. Doğalgazlı ve indüksiyonlu ocaklarda kullanıma uygun olmalıdır.
8. Tencere, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın "Türk Gıda Kodeksi Gıda İle Temas Eden Madde Ve Malzemelere Dair Yönetmeliği"ne uygun olmalıdır.

Gözetici BULAN

Başkan AYDINLAR



# DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

## Uygulama ve Araştırma Hastanesi

13/01/2025 16:01:18

### TEKNİK ŞARTNAME

#### 11617 ELYAF GALOŞ

1. Galoşun kumaşı non-woven olmalıdır.
2. Çift galoşun ağırlığı 25 gr'dan aşağı olmamalıdır.
3. Galoşun taban boyu 45 no'dan aşağı olmamalıdır.
4. Galoşun gövde ve tabanı aynı kalitede kumaştan olup taban tek kumaştan olmamalıdır.
5. Galoşun taban ve ağız kenarları overlok dikişi olmalıdır.
6. Ağızda kaliteli lastik kullanılmalıdır.
7. Sık yıkamaya ve yüksek ısıya dayanıklı olmalıdır.
8. Galoş giyim sırasında ağız ve ön birleşim dikişlerinden patlamayacak şekilde dikilmelidir.
9. Galoşun gövdesi tek parçadan oluşup birleşim yeri ön taraftaki dikiş ile sabitleştirilmelidir.
10. Yüz adetlik bağlar halinde barkotlanmış 500'lük veya 1000'lik ambalajlarda teslim edilmelidir.
11. Tek renk (lacivert veya yeşil) non-woven kumaştan yapılmış olmalıdır.
12. Numune olarak bırakılan ürünler hastanemizde denenerek uygunluk verilecektir. 10 adet numune bırakılmalıdır.

Gözetim PETTİVAN  
Hem. Aray. Med. Serv.

*[Signature]*

Kazım KANDEMİR  
*[Signature]*



# DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

## Uygulama ve Araştırma Hastanesi

18/12/2024 16:48:25

### TEKNİK ŞARTNAME

#### 12783 KİMYASALA DAYANIKLI KULLAN AT EL DİVEN TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. EN ISO 374-1 standardına göre en az Type-B performans değerlerini göstermelidir.
2. Kimyasala dirençli eldiven simgesiyle en az 3 haneli bir kod bulunmaktadır.TAM-T:Formaldehit %37, A:Metanol, Me Nitrik Asit %65
3. Bu kod 3 kimyasal kod harflerine aittir.(TAMKL), nüfus etme süresi en az 30 dakikalık bir dayanıklılık süresi sağlanmalıdır.(tanımlanmış olan standart kimyasalın yer aldığı listeden alınmıştır.)
4. Eldivenin kalınlığı geçirgenliği ve diğer özellikleri ilgili standartta uygun olmalıdır.
5. Tek kullanımlık (kullan at) (disposable) şeklinde olmalıdır.
6. Eldivenin uzunluğu bilek üzerine koruyacak şekilde en az 25 cm. ve yukarı olmalıdır.
7. Eldiven bedeni XS-S-M-L formunda olmalıdır.
8. Eldiven ıslak ve kuru koşullarda kolay tabana ve güçlü kavrayacak özellikte terletmez ergonomik olmalıdır.
9. Gerilmeye ve yırtılmaya karşı dirençli olmalıdır.
10. Paketler üzerinde üretim ve son kullanma tarihi olmalı ve miadı en az 2 yıl olmalıdır.
11. Patoloji Laboratuvarında tehlikeli kimyasal maddelerle çalışılmaktadır.6331 sayılı İSG yasasına göre çalışanların tehlikelerden korunması için önlem alınması gerekmektedir.Önlemlerden biri de kişisel koruyucu ekipmanlardan olan eldiven kullanımıdır.Eldivenlerin kullanılan kimyasalın tehlikelerinden koruyacak özellikte olması gerekmektedir.

Nalan Oğuz  
[Signature]

Safiye Kesbırcıoğlu  
[Signature]



# DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

## Uygulama ve Araştırma Hastanesi

19/12/2024 16:08:13

### TEKNİK ŞARTNAME

#### 12784 TEK KULLANIMLIK KONSANTRİK İGNE ELEKTROT

1. İğneler tek kullanımlık ve konsantrik yapıda olmalıdır.
2. İğne boyu 38 mm olmalıdır.
3. İğne çapı 0.45 mm (26G) olmalıdır.
4. Kayıt alanı 0.07 mm<sup>2</sup> olmalıdır.
5. İğnenin diğer boylardan farklı renkte tutamacı bulunmalıdır.
6. Tutamaçlar kolay kavrama sağlaması amacıyla kavrama çizgilerine sahip olmalıdır.
7. İğne uçları kolay giriş sağlamak için konik biçimde sivriltilmiş olmalı ve paslanmaz çelikten yapılmış olmalıdır.
8. İğneler 25'er adetlik kutularda olmalıdır.
9. Elektrodun ÜTS kaydı olmalıdır ve teklifte bildirilmelidir.

Prof. Dr. Ebru ŞAHİN  
Dokuz Eylül Univ. Tıp Fak.  
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzm.  
Dr. Beh. A.D.  
E-posta: 83108  
Diy

Prof. Dr. Emine Özgür SEHOCAN  
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzm.  
Diy. No: 258  
E-posta: 53035