



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20253799

İLAN

26/06/2025 00:00:00

HASTANEMİZ AŞAĞIDA BELİRTİLEN CİHAZ / ALET / MALZEMENİN BAKIM ONARIM HİZMETİ,

TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 27/06/2025 TARİHİ, SAAT 13:00

'E KADAR EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) ELDEN GETİRMELERİ VEYA İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

BEDİHA ÖZARSLAN

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

MAL / HİZMET

MİKTAR

İSTEK NEDENİ

1	PLAZMA SAKLAMA DOLABI KASKAD SİSTEM SOGUTUCU (-30 İLE -85 DERECE ARASI CALISAN) BAKIM ONARIMI	1,00 ADET	dolap ısı gösterge paneli arızası
Marka/Model /Seri No : SICIL NO: 170000870 REFERANS NO: RF17000870 DEMİRBAŞ ADI: -86 DERİN DONDURUCU (LABORATUVAR TİPİ) / (THERMO SCIENTIFIC / 88400V) MARKA-MODEL: THERMO SCIENTIFIC 88400V SERİ NO: 1160689601170331 Ayn No: 57415Ozel Dno: TKKY NOTU: ZİMMET: İNCİ ALACACIOĞLU - 27/04/2022 BULUNDUĞU YER: KAN BANKASI LAB.() TEDARİKÇİ ADI: PRİZMA LAB. URUN. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ALIM FİYATI: 34220 GARANTİ: H - (11/07/2017 - 11/07/2019) FATURA: - KESİN KABUL NO: 2017 - 7282 GARANTÖR ADI:. Arıza No : 465081			

TEKLİF NO 20253799
ÖDEME SÜRESİ 90
NOT : 20253799 NO LU TEKLİF MEKTUBU
MÜRACAT : NUR NAZİKE DEMİRBAŞ
E_MAIL nurnazike.demirbas@deu.edu.tr
TEL :

NOT :Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

FORM NO: MYS_0023

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

541.0709.001	PLAZMA SAKLAMA DOLABI KASKAD SİSTEM SOĞUTUCU (-30 İLE -85 DERECE	ADET	1
--------------	--	------	---

1. GENEL ÖZELLİKLER

2. DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(12840) PLAZMA SAKLAMA DOLABI KASKAD SİSTEM SOĞUTUCU (-30 İLE -85 DERECE ARASI CALISAN) BAKIM ONARIMI
Açıklama : PLAZMA SAKLAMA DOLABI KASKAD SİSTEM SOĞUTUCU (-30 İLE -85 DERECE ARASI CALISAN) BA

- Hastanemizde bulunan plazma saklama kaskad sistem soğutucu (-85 derece çalışan) dolabın tamir bakım ve onarım işini kapsamaktadır.
- İstekli firma cihazın arıza tespitini cihazın bulunduğu alanda yapacaktır.
- İstekli firma; arıza tespiti yaparken cihaz üzerinde inceleme yapmak isterse; cihazın kullanıcı personeli veya ilgili birimin görevlendireceği personel gözetiminde bu işlemi gerçekleştirebilecektir. Arıza tespiti için cihazın firmaya gönderilmesi zorunlu olduğu durumda ise firma tarafından teslim tutanağı düzenlenecek ve firma yetkilisi cihazı ilgili birime teslim edilecektir. Arıza tespiti amaçlı cihaz firmaya ayrıca kargoyla gönderilmez.
- İhtiyaç duyulan onarım sonrasında, cihazın işlevsel ve fiziksel olarak %100 çalışmasını sağlamalı, yapılacak kısmi onarım kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- Teklif edilen onarım hizmeti onaydan itibaren idare tarafından belirlenen süre içerisinde tamamlanacaktır. Cihazın onarımı için yurtdışından parça gerekmesi durumunda bu süre hastane idaresinin onayı ve belgelendirilmek koşuluyla uzatılabilir.
- Yüklenici firma, tamiri gerçekleştirilen cihaz için tamir ve tamir aşamasındaki işçilik hatalarına karşı en az 6 ay garanti taahhütnamesi vereceklerdir.
- Cihazın onarımı sonrası yapılan işlemlerin yer aldığı teknik servis formu veya teknik bilgilendirme formu kabul sırasında teslim edilecektir.
- Tespit edilen arızalar giderilecek, cihazın tüm fonksiyonları eksiksiz çalışır durumda teslim edilecektir. Yapılan işlemlerden ek bir ücret talep edilmeyecektir.
- Yüklenici firma, tamir sonrası teslimat aşamasında cihazın tüm fonksiyonlarının çalıştığını, kullanıcı personel veya ilgili birimin görevlendireceği personele kontrol ettirerek teslimat işlemini gerçekleştirecektir.
- İstekli firma; inceleme işleminden sonra cihazın tüm fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için detaylı arıza tespiti yapmalı ve onarımında yapılacak işlemler ayrıntılı şekilde teklifle beraber teknik rapor olarak ibraz etmelidir.

